

VšĮ Kauno klinikos

PASIŪLYMAS
Procedūrinė kėdė
2020-11-30
Kaunas

PROCEDŪRINĖ KĖDĖ JFZ 2 K



Prekės aprašymas

JFZ 2 K universalioji procedūrinė kėdė gali būti naudojama sveikatos priežiūros centruose, gydymo įstaigose ir reabilitacijoje. Kėdė trijų dalių, pritaikyta atlikti pacientų apžiūrą, tyrimus ir gydymą, ypatingai tinka dializės, kraujo paėmimo procedūroms, oftalmologijos ir LOR kabinetams.

Standartinė komplektacija:

- Rėmas baltos spalvos iš plieno, dengto epoksio poliesterio dažais miltelinio būdu
- Besiūlė dirbtinės odos danga standartinė linija, atspari UV, antimikrobinė, antigrybelinė (1-25 spalvos)
- Nugaros atlošas ir kojų atlošai reguliuojami dujinės spyruoklės pagalba
- Reguliuojami porankiai (pora)
- Ratukai pervežimui 50 mm diametro, su stabdžiais
- Čiužinys paminkštintas 50 mm storio putų poliuretano

Techninė specifikacija:

Aukštis: 50 cm

Ilgis: 186 cm

Plotis: 66 cm

Leidžiama apkrova: 180 kg

Svoris: 73 kg

Porankių kampo reguliavimas (horizontaliai): 180°, vertikaliai 20 cm

Porankių matmenys: 40 x 15 cm

Nugaros dalies kampo reguliavimas: nuo 0° iki +70°

Kojų dalies kampo reguliavimas: nuo 0° iki -25°

Galimos procedūrinių kėdžių spalvos. Užsakant, prašome nurodyti spalvos kodą laukelyje "Pastaba".

Galimos procedūrinių kėdžių spalvos. Užsakant, prašome nurodyti spalvos kodą.


<https://www.juventas.pl/fotele-zabiegowe/fotel-zabiegowy-jfz-2-1483/>

Pirkimo dalies Nr.	Prekės (paslaugos) pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina Eur vnt be PVM	Kaina Eur. vnt su PVM
1.	Procedūrinė kėdė, Juventas, JFZ 2 K	Vnt.	1	742,98	899,01

Procedūrinės kėdės techninė specifikacija (kiekis 1 vnt.)

Eil. Nr.	Reikalavimai (specifikacija)	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomos parametrų reikšmės
1.	Universalinė funkcinė kėdė, pritaikyta įvairioms infuzinėms procedūroms atlikti	Būtina	Universalinė funkcinė kėdė, pritaikyta įvairioms infuzinėms procedūroms atlikti
2.	Gulimojo paviršiaus išmatavimai (ilgis x plotis)	(1880 x 670) ± 20 mm	1860 x 660 mm
3.	Kėdės rėmas	Pagamintas iš plieno (arba lygiavertės) medžiagos, dažyto epoksio poliesterio (arba lygiavertėmis) dažais milteliniu (arba lygiavertėmis) būdu	Pagamintas iš plieno, dažyto epoksio poliesterio dažais milteliniu būdu
4.	Kėdės sėdimosios dalies aukštis fiksuotas	500 ± 20 mm	500 mm
5.	Kėdės dalių skaičius	≥ 3 (galvos/nugaros dalis, sėdimoji dalis, kojų dalis)	3 (galvos/nugaros dalis, sėdimoji dalis, kojų dalis)
6.	Gulimos dalies apmušalas	Pagamintas iš dirbtinės odos arba lygiavertės medžiagos, besiūlis, atsparus valymo ir dezinfekavimo priemonėms, kraujui, šlapimui, UV spinduliams, antimikrobinis, antigrybelinis; Galimybė apmušalo spalvą pasirinkti iš ≥ 15 skirtingų spalvų (nurodykite siūlomas spalvas).	Pagamintas iš dirbtinės odos, besiūlis, atsparus valymo ir dezinfekavimo priemonėms, kraujui, šlapimui, UV spinduliams, antimikrobinis, antigrybelinis; Galimybė apmušalo spalvą pasirinkti iš 20 skirtingų spalvų

7.	Gulimos dalies paminkštinimo storis	$\geq 5 \text{ cm}$	5 cm
8.	Galvos/nugaros dalies pasvirimo kampo reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas)	Nuo 0° iki $+70^\circ$	Nuo 0° iki $+70^\circ$
9.	Kojų dalies pasvirimo kampo reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas)	Nuo -23° iki 0°	Nuo -25° iki 0°
10.	Galvos/nugaros ir kojų dalių pasvirimo kampas reguliuojamas dujine spyruokle (arba lygiaverčiu būdu)	Būtina	Galvos/nugaros ir kojų dalių pasvirimo kampas reguliuojamas dujine spyruokle
11.	Kėdės svoris	$\leq 75 \text{ kg}$	73 kg
12.	Maksimali leistina darbinė apkrova	$\geq 180 \text{ kg}$	180 kg
13.	Kartu su procedūrine kėde pateikiami priedai:		
13.1.	Reguliuojamo aukščio ir rotuojami ranktūriai, kurių ilgis ir plotis $\geq (400 \times 130) \text{ mm}$, pagaminti iš minkšto poliuretano arba lygiavertės medžiagos, aptraukti ta pačia medžiaga kaip ir gulimos dalies paviršius. Ranktūriai tvirtinami ant bėgelio šalia sėdimosios dalies. Galimybė reguliuoti ranktūrio gylį.	1 pora	Reguliuojamo aukščio ir rotuojami ranktūriai, kurių ilgis ir plotis $(400 \times 130) \text{ mm}$, pagaminti iš minkšto poliuretano, aptraukti ta pačia medžiaga kaip ir gulimos dalies paviršius. Ranktūriai tvirtinami ant bėgelio šalia sėdimosios dalies. Galimybė reguliuoti ranktūrio gylį.
13.2.	Pagalvėlė galvai	1 vnt.	1 vnt.
13.3.	Ratukai kėdės pervežimui, 50 mm diametro, su stabdžiais	$\geq 4 \text{ vnt.}$	Ratukai kėdės pervežimui, 50 mm diametro, su stabdžiais
14.	Žymėjimas CE ženklu	Būtinai (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją)	Pateikima EB atitikties deklaracijos kopija
15.	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija	Naudotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis	Naudotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis
16.	Garantinis laikotarpis	$\geq 24 \text{ mėnesiai}$	24 mėnesiai
17.	Personalo apmokymas	Įskaičiuotas į pasiūlymo kainą	Įskaičiuotas į pasiūlymo kainą
18.	Prekės pristatymas	Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas prekės pristatymas į Kauno klinikų medicininės technikos sandėlį, pervežimas iš sandėlio į eksploatavimo vietą, prekės įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas)	Į pasiūlymo kainą įskaičiuotas prekės pristatymas į Kauno klinikų medicininės technikos sandėlį, pervežimas iš sandėlio į eksploatavimo vietą, prekės įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas)

EC Declaration of Conformity

Company:
JUVENTAS Bogusław Ziółkowski
Srogów Górny 172
38-507 Jurowce

declares, that:

Examination chair JFZ 2 K (Device class I - rule 1)

complies with the essential requirements of the Regulation of Minister of Health of 12 January 2011 on the essential requirements and conformity assessment procedures for medical devices (Journal of Laws no. 16/2011, pos. 74) implementing the provisions of Council Directive 93/42/EEC of 14 June 1993 on medical devices (as amended). Conformity assessment has been carried out in accordance with Annex 7 of the above mentioned Regulation.

In the conformity assessment procedure, the following standards have been applied:

EN ISO 15223-1:2012
EN 1041:2008+A1:2013
EN ISO 14971:2012
EN 12182:2012


JUVENTAS Bogusław Ziółkowski
Srogów Górny 172, 38-507 Jurowce
tel./fax +48 13 463 80 35
NIP 6631799694 REGON 260108888
Bogusław Ziółkowski

Jurowce 01.10.2016

Bogusław Ziółkowski
Company Owner

EB atitikties deklaracija

Įmonė:

JUVENTAS Bogusław Ziółkowski

Srogow Gorny 172

38-507 Jurowce

pareiškia, kad:

Kraujo paėmimo kėdė JFZ 2 K

(I klasės klasė - 1 taisyklė)

atitinka esminius sveikatos apsaugos ministro 2011 m. sausio 12 d. reglamento dėl medicinos prietaisų esminių reikalavimų ir atitikties vertinimo procedūrų reikalavimus (Žin., 2011, p. 74), įgyvendinančias Tarybos direktyvos 93/42 nuostatas. 1993 m. Birželio 14 d. EEB / EEB dėl medicinos prietaisų (su pakeitimais). Atitikties vertinimas buvo atliktas pagal pirmiau minėto reglamento 7 priedą.

Atitikties vertinimo procedūroje buvo taikomi šie standartai: \

EN ISO 15223-1: 2012

EN 1041: 2008 + A1: 2013

EN ISO 14971: 2012

EN 12182: 2012

Pasiūlymą parengė

Darius Kavaliauskas

