

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendrieji reikalavimai visoms pirkimo dalims:

1. Prekės privalo būti CE sertifikuotos (CE ženklas). CE sertifikatus privaloma pateikti tiekiant prekes.
2. Privalomas pilnas įrangos instaliavimas, paleidimas ir funkcionalumo testavimas.
3. Teikiant ir instaliuojant prekes privalomas personalo apmokymas darbui su įranga.
4. Tiekėjas turi pateikti dokumentus **kartu su pasiūlymu**, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir/ar siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (*pdf* formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
5. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkrečioms pavadinimams, standartams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo **savo pasiūlyme** patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

Pirkimas skaidomas į 6 pirkimo dalių:

1 PIRKIMO DALIS - Defibriliatorius, 1 vnt.

Eil. Nr.	Prekės techniniai rodikliai	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Tiekėjo siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas
1.	Bifazinis defibriliatorius	Būtina	Bifazinis defibriliatorius <i>Žr. iPad CU SP2.pdf 1,5 psl.</i>
2.	Defibriliacinės bangos forma	Nupjauta eksponentinė bifazinė	Nupjauta eksponentinė bifazinė <i>Žr. iPad CU SP2.pdf 1,5 psl.</i>
3.	Defibriliatoriaus darbo režimai	1. Pusiaus automatinė (AED) defibriliacija 2. Rankinės defibriliacijos režimas	1. Pusiaus automatinė (AED) defibriliacija 2. Rankinės defibriliacijos režimas <i>Žr. iPad CU SP2.pdf 1,5 psl.</i>
4.	Išėjimo energija AED režime, ne blogiau:	1. Suaugusiems: 150J ± 4 J 2. Vaikams 50J ± 2 J	1. Suaugusiems: 150J ir 200J 2. Vaikams 50J <i>Žr. iPad CU SP2.pdf 1,5,4,8 psl.</i>
5.	Paciento širdies ritmo analizės sistema AED režime	Būtina	Paciento širdies ritmo analizės sistema AED režime <i>Žr. iPad CU SP2.pdf 1,6 psl.</i>
6.	Energijos perdavimas, ne blogiau:	Per vienkartinius defibriliacijos elektrodus	Energijos perdavimas per vienkartinius defibriliacijos elektrodus <i>Žr. iPad CU SP2.pdf 1,5 psl.</i>

7.	Sinchronizacijos režimas	Būtina	Sinchronizacijos režimas <i>Žr. iPad CU SP2.pdf 1,5 psl.</i>
8.	Monitorius	Spalvotas, grafinis LCD displejus arba lygiavertis	Spalvotas, grafinis LCD displejus <i>Žr. iPad CU SP2.pdf 3,7 psl.</i>
9.	Displėjuje matomi parametrai, ne mažiau:	1. Defibriliatoriaus darbo laikas 2. Paciento tipas 3. Iškvėpų skaičius 4. Pasirinktos energijos lygis 5. Baterijos pakrovimo indikacija 6. Širdies susitraukimų dažnis	1. Defibriliatoriaus darbo laikas 2. Paciento tipas 3. Iškvėpų skaičius 4. Pasirinktos energijos lygis 5. Baterijos pakrovimo indikacija 6. Širdies susitraukimų dažnis <i>Žr. iPad CU SP2.pdf 3,7 psl.</i>
10.	Automatinis periodinis patikros testas	Būtina	Automatinis periodinis patikros testas <i>Žr. iPad CU SP2.pdf 2,6 psl.</i>
11.	Garsinės ir grafinės gaivinimo rekomendacijos	Būtina	Garsinės ir grafinės gaivinimo rekomendacijos <i>Žr. iPad CU SP2.pdf 1,5 psl.</i>
12.	Pasikrovimo laikas po iškvėpų iki maksimalios energijos	≤ 12 sek.	10 sek <i>Žr. iPad CU SP2.pdf 1,5 psl.</i>
13.	Pasikrovimo laikas po gaivinimo režimo	≤ 6 sek.	6 sek. <i>Žr. iPad CU SP2.pdf 1,5 psl.</i>
14.	Darbas nuo akumuliatorių baterijos	1. Ne mažiau 130 defibriliacijų nuo pilnai pakrautos 2. Ne mažiau 5 val. darbo	1. 200 defibriliacijų nuo pilnai pakrautos 2. 5 val. Darbo <i>Žr. iPad CU SP2.pdf 1,6 psl.</i>
15.	Apsauga nuo vandens	Ne blogiau IP X5	IP X5 <i>Žr. iPad CU SP2.pdf 1,5 psl.</i>
16.	Apsauga nuo dulkių	Ne blogiau IP 5X	IP 5X <i>Žr. iPad CU SP2.pdf 1,5 psl.</i>
17.	Duomenų perdavimas	I kompiuterį per infraraudonųjų spindulių adapterį (arba lygiavertę technologiją).	I kompiuterį per infraraudonųjų spindulių adapterį <i>Žr. iPad CU SP2.pdf 1,5 psl.</i>
18.	Komplektacija:	Pakraunama baterija, Apsauginis krepšys, SD atminties kortelė, SD skaitytuvas	Pakraunama baterija, Apsauginis krepšys, SD atminties kortelė, SD skaitytuvas <i>Žr. iPad CU SP2.pdf 1,6 psl.</i>
19.	Žymėjimas CE ženklu	Būtinas (kartu su prekėmis privaloma pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją)	CE sertifikato kopija
20.	Garantija	Ne mažiau 36 mėn.	36 mėn.

Vadybininkas



Andrius Markūnas