



Viva Medical, UAB

Santariškių 5, LT-08406 Vilnius Tel.: +370 699 32161 info@vivamedical.lt Įmonės kodas 302820861, Įmonės PVM kodas: LT100007018811

A/s LT94 7044 0600 0784 1050 AB SEB bankas Banko kodas 7044

Registro tvarkytojas: VĮ Registrų centras Vilniaus filialas

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL ŠLAPIMO PŪSLĖS LIEKAMOJO ŠLAPIMO TŪRIO TYRIMO APARATO PIRKIMO

2020-10-20 Nr. 2020/10/20-1

(Data)

____ Vilnius ____

(Sudarymo vieta)

1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

Tiekėjo pavadinimas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	Viva Medical, UAB
Tiekėjo adresas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	Santariškių g. 5, LT-08406 Vilnius
Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas	Į.k. 302820861, PVM m.k. LT100007018811
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas	A/s LT257300010159480507 Swedbank AB Banko kodas 73000
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Antanas Juška
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Vitalija Zobielaite
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Vitalija Zobielaite, administratorė-viešųjų pirkimų specialistė
Telefono numeris	+37065834334
Fakso numeris	-
El. pašto adresas	info@vivamedical.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Pasirašydami CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

2 lentelė

SUBTIEKĖJO REKVIZITAI

Eil. Nr.	Subtiekiejo (-ų) pavadinimas (-ai), adresas (-ai)

*Pastaba: pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us)

3 lentelė

PASIŪLYMO KAINA

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt. kaina Eur be PVM	Kaina viso Eur be PVM	Kaina viso Eur su PVM
1	Šlapimo pūslės liekamojo šlapimo tūrio tyrimo aparatas	Modelis VitaScan PD, gamintojas Vitacon AS	vnt.	1	6100,00	6100,00	7381,00
Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM:							7381,00

4 lentelė

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ PALYGINIMAS REIKALAUJAMOMS:

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametų reikšmės	Siūlomos parametų reikšmės
1.	Aparato paskirtis	Ultragarsinis aparatas neinvaziniam šlapimo pūslės liekamojo šlapimo tūrio nustatymui.	Ultragarsinis aparatas neinvaziniam šlapimo pūslės liekamojo šlapimo tūrio nustatymui (Aprašymas EN_1, 1 psl.)
2.	Maitinimo šaltinis	Vidinis akumuliatorius po pilno įkrovimo užtikrinantis aparato ≥ 4 val. trukmės autonominį veikimą (komplekte su aparatu turi būti pateiktas akumuliatoriaus įkroviklis, maitinamas iš 230 V, 50 Hz elektros tinklo.	Vidinis akumuliatorius po pilno įkrovimo užtikrinantis aparato 6 val. (2.1. Aprašymas EN_1, 2 psl.) trukmės autonominį veikimą (komplekte su aparatu pateiktas akumuliatoriaus įkroviklis (2.2. Aprašymas EN_2, 1 psl.), maitinamas iš 100-240 V, 50-60 Hz elektros tinklo. (2.3. Aprašymas EN_1, 2 psl.)
3.	Aparato ekranas	Skystųjų kristalų (LCD arba lygiavertis), $\geq 6''$ (15,24 cm) įstrižainės, lietimui jautrus (angl. „touch screen“)	Skystųjų kristalų (LCD), 7“ (17,78 cm) įstrižainės, lietimui jautrus (angl. „touch screen“) (Aprašymas EN_1, 2 psl.)
4.	Šlapimo pūslės ultragarsinis tūrinis (3D) skenavimas bei šlapimo pūslės vaizdo pateikimas aparato ekrane realiu laiku	Būtina	Šlapimo pūslės ultragarsinis tūrinis (3D) skenavimas (4.1 Aprašymas EN_1, 1 psl.) bei šlapimo pūslės vaizdo pateikimas aparato ekrane realiu laiku (4.2. Aprašymas EN_1, 1 psl.)
5.	Ultragarsinio daviklio parametrai	1. Daviklis sektorinis, skenuojamas sektorius $\geq 180^\circ$ 2. Dažnis $2,0 \pm 0,5$ MHz; 3. Skenavimo lango kampas	1. Daviklis sektorinis, skenuojamas sektorius 180° (5.1 Aprašymas EN_1, 2 psl.) 2. Dažnis 2,35 MHz (5.2

		(angl. „sweep angle“) $\geq 90^\circ$	Aprašymas EN_1, 2 psl.) 3. Skenavimo lango kampas (angl. „sweep angle“) 120° (5.3. Aprašymas EN_1, 2 psl.)
6.	Pasireinkami skenavimo gyiliai	Ne mažiau kaip trys skirtingos skenavimo gylio parinktys, ne siauresniame diapazone kaip nuo 10 iki 23 cm	Trys skirtingos skenavimo gylio parinktys diapazone nuo 10 iki 23 cm. Galimos skenavimo gylio parinktys: 10, 16 ir 23 cm. (Aprašymas EN_1, 1 psl.)
7.	Matuojami/apskaičiuojami parametrai	1. Šlapimo pūslės tūris; 2. Liekamasis šlapimo kiekis	1. Šlapimo pūslės tūris (7.1 Aprašymas EN_1, 1 psl.) 2. Liekamasis šlapimo kiekis (7.2 Aprašymas EN_1, 1 psl.)
8.	Tūrio matavimo (apskaičiavimo) diapazonas	Ne siauresnis kaip nuo 0 iki 999 ml, matavimo paklaida ne daugiau $\pm 10\%$	Nuo 0 iki 1000 ml, matavimo paklaida $\pm 10\%$ (Aprašymas EN_1, 2 psl.)
9.	Tyrimo rezultatų išsaugojimas	Aparatas su integruota vidine atmintimi, kurioje išsaugomi tyrimo duomenys ir/arba su jungtimi tyrimo duomenų išsaugojimui išorinėje laikmenoje	Aparatas su jungtimi tyrimo duomenų išsaugojimui išorinėje laikmenoje (Aprašymas EN_2, 1 psl.)
10.	Integruotas terminis spausdintuvas	Būtina	Integruotas terminis spausdintuvas (Aprašymas EN_1, 1 psl.)
11.	Aparato išoriniai matmenys (gylis x plotis x aukštis):	$\leq (16 \times 35 \times 25)$ cm	8,5 x 29,5 x 21,0 cm (Aprašymas EN_1, 2 psl.)
12.	Aparato svoris:	$\leq 2,4$ kg	2,0 kg (Aprašymas EN_1, 2 psl.)
13.	Aparato atsparumo skysčiams klasė	Ne blogesnė kaip IPX1	IPX1 (Aprašymas EN_2, 1 psl.)
14.	Pateikiami aparato priedai	1. Mobilus, reguliuojamo aukščio stovas su aparato tvirtinimo mechanizmu – 1 vnt. 2. Ultragarso daviklio laikiklis – 1 vnt. 3. Krepšelis priedams, tvirtinamas prie mobilaus stovo – 1 vnt. 4. Ultragarso daviklis – 1 vnt.	1. Mobilus, reguliuojamo aukščio stovas su aparato tvirtinimo mechanizmu – 1 vnt. (14.1. Aprašymas EN_3, 1 psl.) 2. Ultragarso daviklio laikiklis – 1 vnt. (14.2. Aprašymas EN_2, 1 psl.) 3. Krepšelis priedams, tvirtinamas prie mobilaus stovo – 1 vnt. (14.3. Aprašymas EN_3, 1 psl.) 4. Ultragarso daviklis – 1 vnt. (14.4. Aprašymas EN_2, 1 psl.)
15.	Garantinio aptarnavimo laikotarpis	≥ 5 metai	5 metai
16.	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija	1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba pagal 1 priede pateiktus reikalavimus.	1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba pagal 1 priede pateiktus reikalavimus.
17.	Naudojimuisi įsigyta įranga nereikalingos jokios papildomai apmokamos licencijos	Būtina (būtinai tiekėjo patvirtinimas, kad siūloma įranga nereikalauja jokių papildomai apmokamų	Pateikiamas patvirtinimas su pasiūlymu.

		aparatinės ir/ar programinės įrangos dalies naudojimo licencijų ar mokamo licencijų atnaujinimo)	
--	--	--	--

Pastabos:

1. Lentelė privalo būti pildoma pagal pirkimo dokumentuose nurodytus klausimus (techninė specifikacija) jų eilės tvarka.
2. Grafoje „Sūdomos parametrų reikšmės“ nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama), taip pat pateikiamos nuorodos į konkrečius pasiūlymo puslapius, kaip to reikalaujama pirkimo dokumentų 5.11.6 punkte.

5 lentelė

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius	Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas
1	Aprašymas EN_1 Konfidencialu.pdf	2	Prisegti dokumentai
2	Aprašymas EN_2 Konfidencialu.pdf	1	Prisegti dokumentai
3	Aprašymas EN_3 Konfidencialu.pdf	1	Prisegti dokumentai
4	Aprašymas LT_1 Konfidencialu.pdf	2	Prisegti dokumentai
5	Aprašymas LT_2 Konfidencialu.pdf	1	Prisegti dokumentai
6	Aprašymas LT_3 Konfidencialu.pdf	1	Prisegti dokumentai
7	Patvirtinimas Konfidencialu.pdf	1	Prisegti dokumentai
8	Serviso dokumentacija Konfidencialu.pdf	1	Prisegti dokumentai
9	Igaliojimas pasirašyti pasiūlymą Vitalijai Zobielaitei Konfidencialu.pdf	1	Prisegti dokumentai
10	EBVPD Konfidencialu.pdf	13	Prisegti dokumentai
11	EBVPD Konfidencialu.xml	13	Prisegti dokumentai

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Aprašymas EN_1 Konfidencialu.pdf, Aprašymas EN_2 Konfidencialu.pdf, Aprašymas EN_3 Konfidencialu.pdf, Aprašymas LT_1 Konfidencialu.pdf, Aprašymas LT_2 Konfidencialu.pdf, Aprašymas LT_3 Konfidencialu.pdf, Patvirtinimas Konfidencialu.pdf, Serviso dokumentacija Konfidencialu.pdf, Igaliojimas pasirašyti pasiūlymą Vitalijai Zobielaitei Konfidencialu.pdf, EBVPD Konfidencialu.pdf, EBVPD Konfidencialu.xml

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Administratorė-viešųjų pirkimų specialistė
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

El. parašas
(Parašas)

Vitalija Zobielaite
(Vardas ir pavardė)