

LABORATORINĖS ĮRANGOS (AK-9/2020)
PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS NR. ST- 208 /VP-104/MULT20

Pirkimo Nr. 501592

2020 m. lapkričio 6 d. /2020-11-10
Vilnius

Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija, įstaigos kodas 195551983 (toliau – Pirkėjas), atstovaujama direktoriaus Dano Bakšos, veikiančio pagal įstagos nuostatus, ir UAB „Multilabo“, įmonės kodas 302325611 (toliau – Pardavėjas), atstovaujama direktorės Miglės Natkaitės, veikiančios pagal įmonės įstatus, toliau Pirkėjas ir Pardavėjas kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią viešojo pirkimo – pardavimo sutartį (toliau – Sutartis).

I. Sutarties objektas

1. Vadovaudamiesi 2020 m. rugpjūčio 13 d. skelbto atviro konkurso „Laboratorinės įrangos pirkimas AK-9/2020“ (toliau – konkursas) rezultatais, Pardavėjas įsipareigoja šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis, terminais ir tvarka pateikti pilnai automatinį 4 Elisa plokštelių analizatorių su priedais, 1 vnt., įrangą su priedais imunoblūtams atlikti, 1 vnt. (toliau – Įranga) perduoti Pirkėjui nuosavybės teisę į Įrangą, o Pirkėjas įsipareigoja už perduotą kokybišką Įrangą sumokėti Sutartyje nurodytą kainą. Reikalavimai Įrangai yra nustatyti techninėje specifikacijoje (*atviro konkurso sąlygų 1 priedas, kuris pasirašant Sutartį bus nurodomas kaip Sutarties 1 priedas ir pridedamas prie Sutarties*).

2. Jei dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių jis negali pristatyti pasiūlyme nurodyto įrangos modelio (įranga nebegaminama arba nebeparduodama rinkoje), abiem sutarties Šalims raštu išreiškus sutikimą bei Pardavėjui pateikus tai pagrindžiančius dokumentus (pvz. gamintojo raštą ar patvirtinimą, kad įranga nebegaminama arba nebeparduodama rinkoje), Pardavėjas gali pristatyti kito modelio įrangą su sąlyga, kad naujas modelis atitiks pirkimo dokumentuose techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus, bus ne prastesnės kokybės ir bus pristatomas už tą pačią arba ne didesnę kainą.

II. Sutarties kaina ir mokėjimo sąlygos

3. Sutarties kaina su PVM yra 84756,75 Eur (aštuoniasdešimt keturi tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt šeši eurai 75 ct):

Pirkimo dalies Nr.	Pirkimo objektas	Modelis, gamintojas	Mato vienetas	Kiekis	Vieneto įkainis (kaina), Eur be PVM*	PVM, Eur	Kaina, Eur su PVM (5x(6+7))
1	2	3	4	5	6	7	8
7.	Pilnai automatinis 4 Elisa plokštelių analizatorius su priedais	Immunomat™ SERION ELISA Analyser, Virion-Serion	Vnt.	1	49387,75	10371,43	59759,18

Bendrųjų reikalų skyriaus
vyriausiasis specialistas
Evaldas Skrodenis



13.	Įranga su priedais imunoblotams atlikti	Dynablot plus, BLOTrix reader, recomScan 3.4, Mikrogen	Vnt.	1	20659,15	4338,42	24997,57
						Iš viso:	84756,75

4. Į kainą įskaičiuoti visi su Įrangos tiekimu susiję mokesčiai ir išlaidos. Kainų indeksavimas dėl infliacijos nenumatytas.

5. Jei dėl įstatymo ar apmokestinimo praktikos pasikeičia valstybinių įstaigų skaičiuojamų valstybinių mokesčių suma, pridėtinės vertės mokestis, apmokestinimo pagrindai, Įrangos kaina pasikeičia atitinkamai.

III. Pristatymo sąlygos ir apmokėjimo tvarka

6. Pardavėjas pristato Įrangą pagal Tarptautinių prekybos rūmų taisykles „Incoterms“. Pristatymo sąlygos – DDP (pristatyta, muitas sumokėtas).

7. Iki Įrangos priėmimo visa atsakomybė dėl jos atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo tenka Pardavėjui.

8. Pasirašius Sutartį, Įranga turi būti pristatyta ne vėliau kaip iki 2020 m. gruodžio 1 d. Įranga turi būti instaliuota ir apmokytas personalas dirbti per 5 (penkias) darbo dienas nuo Įrangos pristatymo dienos.

9. Įrangos pristatymo vieta: **Gėlių g. 9, Vilnius.**

10. Pardavėjas turi iš anksto suderinti Įrangos pristatymo laiką su Pirkėjo įgaliotu asmeniu Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausioju specialistu Evaldu Skrodeniu, tel. +370 5 210 6851.

11. Pirkėjas pasirašo Įrangos perdavimo - priėmimo aktą, kai Įranga atitinka Sutarties reikalavimus bei yra tinkamai pristatyta, ir Įrangos perdavimo - priėmimo naudoti aktą ne vėliau, kai Įranga instaliuota ir apmokytas personalas dirbti.

12. Jei dėl ypatingų aplinkybių per nustatytą laikotarpį Įrangos priimti neįmanoma, Pirkėjas, suderinęs su Pardavėju, surašo tai patvirtinantį aktą.

13. Mokėjimai atliekami eurais. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 4 punktu, Šalys susitaria, kad už pristatytą Įrangą Pirkėjas atsiskaito mokestiniu pavedimu per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Įrangos perdavimo-priėmimo akto pasirašymo ir Įrangos priėmimo - perdavimo naudoti akto pasirašymo bei PVM sąskaitos - faktūros gavimo dienos per „E. sąskaita“ sistemą.

14. Kilus finansiniams sunkumams ir (ar) negalint atlikti mokėjimų Sutartyje nustatytais terminais, Pirkėjas nedelsiant informuoja Pardavėją apie uždelimo priežastis ir pateikia derinimui mokėjimo grafiką. Tokiu atveju Pirkėjas atleidžiamas nuo delspinigių mokėjimo.

IV. Kokybė ir garantijos

15. Pardavėjas garantuoja, kad parduodama Įranga yra nauja, jos kokybė atitinka keliamas technines sąlygas ir standartus, gamintojo nustatytas transportavimo ir saugojimo sąlygas.

16. Jei Pirkėjas turi pretenzijų dėl Įrangos kokybės, tai pretenzijos pardavėjui pareiškiamos raštu per 30 (trisdešimt) dienų nuo Įrangos priėmimo - perdavimo naudoti akto pasirašymo dienos. Pardavėjas privalo raštu atsakyti pirkėjui į pareikštą pretenziją per 10 (dešimt) dienų.

17. Pardavėjas Įrangai suteikia Sutarties 1 ir 2 prieduose nurodytą garantiją ir atlieka garantinį aptarnavimą visą garantinį laikotarpį. Garantija turi apimti nemokamą remontą ir neveikiančių dalių arba viso prietaiso pakeitimą.

18. Garantija negalioja, jei Pardavėjas nustato, kad Įrangos defektai ar trūkumai garantiniu laikotarpiu atsirado dėl Pirkėjo kaltės (tyčios ar neatsargumo), taip pat jei jos sugedo ar žuvo dėl trečiųjų asmenų kaltės ar nenugalimos jėgos.

19. Nustatyti, ar Įrangos gedimai ar trūkumai atsirado dėl Pardavėjo ar Pirkėjo kaltės, Šalys gali kvieisti nepriklausomus ekspertus.

V. Šalių atsakomybė

20. Šalys atsako už tinkamą šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

21. Pirkėjui Sutartyje nustatytais terminais neatsiskaičius už įrangą, Pardavėjas gali reikalauti sumokėti 0,02 procentų dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku neapmokėtos sumos iki visiško įsiskolinimo sumokėjimo dienos.

22. Pardavėjui Sutartyje nustatytais terminais vėluojant pristatyti įrangą, Pirkėjas gali reikalauti sumokėti 0,02 procentų dydžio delspinigius nuo laiku nepristatytos įrangos vertės už kiekvieną uždelstą dieną iki įrangos pristatymo dienos.

23. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

VI. Sutarties įvykdymo užtikrinimas

24. Sutarties įvykdymo užtikrinimui reikalaujama – banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas. Sutarties įvykdymo užtikrinimo kartu su apmokėjimą patvirtinančiu dokumentu pateikimo terminas - ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos. Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė - 2 (du) proc. nuo Sutarties kainos su PVM. Kartu su Sutarties įvykdymą užtikrinančiu dokumentu Pardavėjas privalo pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimo apmokėjimą patvirtinančius dokumentus.

25. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Pirkėjui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę dėl to, kad Pardavėjas neįvykdė visų sutartinių įsipareigojimų ar vykdė juos netinkamai.

26. Jei Pardavėjas nevykdo savo įsipareigojimų arba vykdo juos netinkamai, išskyrus tuos atvejus, dėl kurių Sutarties įvykdymas laiku tampa neįmanomas dėl ne nuo Pardavėjo priklausančių priežasčių, Pirkėjas pareikalauja sumokėti visą sumą ar jos dalį priklausomai nuo neįvykdytos Sutarties dalies vertės. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Pirkėjas įspėja raštu apie tai Pardavėją, nuroydamas, dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą.

VII. SubtiekJėjai (jeigu pasitelkiami)

27. Pardavėjas gali pasitelkti subtiekJėjus: UAB „Interlux“, 7 ir 13 pirkimo dalims serviso paslaugoms teikti. Toks nurodymas nekeičia pagrindinio Pardavėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti Sutarties įvykdymo.

28. Pardavėjas Sutarčiai įvykdyti, išskyrus Sutarties 21 punkte numatytą atvejį, turi pasitelkti tik tuos subtiekejus, kurie numatyti Pardavėjo pasiūlyme. Be išankstinio Pirkėjo sutikimo Pardavėjas negali sudaryti subtiekimo sutarties ir pakeisti Pardavėjo pasiūlyme nurodytų subtiekejų.

29. Sutarties vykdymo metu, kai subtiekejai netinkamai vykdo arba atsisako vykdyti įsipareigojimus Pardavėjui, taip pat tuo atveju, kai subtiekejai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Pardavėjui dėl iškeltos restruktūrizavimo, bankroto bylos, bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jiems vykdomų analogiškų procedūrų, Pardavėjas, gavęs išankstinį Pirkėjo sutikimą, gali pakeisti subtiekejus. Apie subtiekejų keitimą Pardavėjas turi iš anksto raštu informuoti Pirkėją, nuroydamas subtiekejų pakeitimo pasitelkimo priežastis, būsimus subtiekejus ir pateikti jų atitikimą pirkimo sąlygose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrindžiančius dokumentus. Naujai pasitelkiami subtiekejai turi atitikti visus subtiekejams pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus (jeigu tokie buvo keliami). Pirkėjui sutikus, subtiekejų keitimas įforminamas abiejų Sutarties Šalių pasirašomu susitarimu. Šis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

30. Jei Pirkėjas turi pagrįstų įtarimų, kad subtiekejė yra nekompetentingas vykdyti nustatytas pareigas, Pirkėjas gali reikalauti, kad Pardavėjas per Pirkėjo nustatytą terminą pakeistų minėtą subtiekeją reikalavimus atitinkančiu subtiekeju, arba reikalauti, kad Pardavėjas pats vykdytų subtiekejui perduotus sutartinius įsipareigojimus.

31. Galimas Pirkėjo tiesioginis atsiskaitymas su subtiekejais (jei subtiekejė nori pasinaudoti tokia galimybe):

31.1. Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo informacijos apie tuo metu Pardavėjui žinomų subtiekejų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus gavimo, raštu informuoja subtiekejus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę;

31.2. Subtiekejė, norėdamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi pateikti raštu prašymą Pirkėjui;

31.3. Jei subtiekejė išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Pirkėjo, pirkimo Sutartį sudariusio Pardavėjo ir jo subtiekejo;

31.4. Pirkėjas už laiku pristatytas kokybiškas prekes subtiekejui atsiskaito mokestiniu pavedimu į subtiekejo nurodytą banko sąskaitą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros per „E. sąskaita“ sistemą gavimo dienos. Mokėjimai atliekami eurais.

VIII. Nenugalima jėga (Force Majeure)

32. Force Majeure sąlygos taikomos vadovaujantis LR Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis „Atleidimo nuo atsakomybės dėl nenugalimos jėgos (Force Majeure) aplinkybėmis“ taisyklėmis.

33. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės dėl dalinio arba visiško Sutarties įsipareigojimų nevykdymo, jeigu tai atsitiko dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.

34. Sutarties Šalis turi nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas raštu pranešti kitai Šaliai apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, dėl kurių Sutarties ar jos dalies įvykdymas gali pasunkėti ar tapti neįmanomas, atsiradimą.

35. Laiku nepranešusi įsipareigojimų nevykdanti Šalis, lieka atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų išvengta, atlyginimą.

IX. Sutarties keitimo ir nutraukimo tvarka

36. Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, kai yra bent vienas iš atvejų, nurodytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas arba VPI) 89 straipsnio 1 ir 2 dalyse.



37. Jeigu pirkimo Sutarties pakeitimas atliekamas kitais negu apibrėžti VPĮ 89 straipsnio 1 ir 2 dalyse atvejais, tokiame pakeitimui atlikti turi būti atliekama nauja pirkimo procedūra pagal VPĮ reikalavimus.

38. Sutartis gali būti nutraukta:

38.1. Šaliai nevykdant šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų, jeigu prieš tai buvo kitos Šalies apie tai įspėta raštu ir neištaisė dėl Sutarties nevykdymo susidariusių trūkumų per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo atitinkamo įspėjimo gavimo dienos;

38.2. vienai Šalių tapus nemokia arba iškęlus jai bankroto byla;

38.3. vienos Šalies iniciatyva, įspėjus apie tai kitą šalį prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų;

38.4. kitais Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytais atvejais.

39. Pirkėjas gali vienašališkai nutraukti pirkimo Sutartį, ar sutartį, kuria keičiama pirkimo Sutartis, jeigu:

39.1. pirkimo Sutartis buvo pakeista pažeidžiant VPĮ 89 straipsnį;

39.2. paaiškėjo, kad Pardavėjas, su kuriuo sudaryta pirkimo Sutartis, turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros pagal VPĮ 46 straipsnio 1 dalį;

39.3. paaiškėjo, kad su Pardavėju neturėjo būti sudaryta pirkimo Sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES.

40. Jeigu Sutarties galiojimo metu dėl nuo šalių valios nepriklausančių aplinkybių neįmanoma įvykdyti Sutarties konkrečiai pirkimo objekto daliai, o dėl kitų pirkimo objekto dalių ji yra tinkamai vykdoma, tai Šalys gali nutraukti Sutarties vykdymą dėl tokios pirkimo objekto dalies, paliekant galioti Sutartį dėl kitų Pirkimo objekto dalių, dėl kurių sutartiniai įsipareigojimai tinkamai vykdomi (*taikoma sudarius sutartį dėl kelių pirkimo objekto dalių*).

41. Sutartis taip pat gali būti nutraukta, nesilaikant joje nustatytų terminų, rašytiniu abiejų Šalių tarpusavio susitarimu.

42. Šalys žino ir supranta, kad jei Sutartis bus nutraukta dėl Pardavėjo esminio Sutarties pažeidimo, Pirkėjas, vadovaudamasis VPĮ 91 str. 1 d., privalės viešai paskelbti apie Sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą.

43. Sutarties nutraukimas šioje Sutartyje numatytais atvejais neatleidžia Šalių nuo tinkamo sutartinių įsipareigojimų, buvusių iki Sutarties nutraukimo, įvykdymo.

X. Konfidencialumas

44. Ši Sutartis, galimi pakeitimai ir jos priedai viešinami Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka, išskyrus informaciją, kuri pažymėta, kaip konfidenciali.

XI. Sutarties galiojimas

45. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki 2020 m. gruodžio 31 d. Sutarčiai nustojus galioti, Šalys sutaria, kad iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, lieka galioti Sutarties sąlygos, susijusios su atsiskaitymais, nuostolių, baudų, delspinigių mokėjimu ir ginčų sprendimo tvarka.

46. Visi šios Sutarties sąlygų pakeitimai ir papildymai galioja tik tuo atveju, jei jie yra įforminami raštu ir pasirašyti abiejų Šalių. Sutarties priedai įsigalioja nuo jų pasirašymo, jei nenurodyta vėlesnė įsigaliojimo data.

XII. Kitos nuostatos

47. Sutartis yra sudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Sutartis ir atskiros jos nuostatos turi būti aiškinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.

48. Ginčai, kylantys dėl šios Sutarties vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus išspręsti ginčo derybų būdu, jis sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

49. Sutarties dokumentais yra pati Sutartis ir jos priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis. Ant visų Sutarties dokumentų turi būti Pardavėjo ir Pirkėjo įgaliotų atstovų parašai.

50. Pardavėjo Konkursui pateiktas pasiūlymas ir kiti pirkimo dokumentai yra laikomi neatskiriama šios Sutarties dalimi ir gali būti naudojami aiškinant Sutarties sąlygas.

51. Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

52. Už Sutarties vykdymą atsakingi asmenys:

52.1. Pirkėjo atstovas - Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas Evaldas Skrodenis tel. Nr. (8 5) 210 6851;

52.2. Pardavėjo atstovas - vadybininkas Mantas Baliukynas, tel. Nr. (8 5) 250 0291.

53. Pirkėjo įgaliotas asmuo, atsakingas už sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas Planavimo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Inga Jasinskienė.

PRIEDAI:

1 priedas. Techninė specifikacija, 4 lapai.

2 priedas. Įrangos perdavimo - priėmimo aktas, 1 lapas.

3 priedas. Įrangos perdavimo - priėmimo naudoti aktas, 1 lapas.

Juridiniai šalių adresai

Pardavėjas

UAB „Multilabo“

Įmonės kodas 302325611

A.Šabaniausko g. 14, Vilnius

PVM kodas LT100005481517

Tel. (8 5) 250 0291

El. paštas info@multilab.lt


AB SEB bankas

Banko kodas 70440

A.s. LT 16 7044 0600 0665 3913

Direktorė

Miglė Natkaitė



Pirkėjas

Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija

Įstaigos kodas 195551983

Žolyno g. 36, 10210 Vilnius

Tel. (8 5) 270 9229

Faks. (8 5) 210 4848

El. paštas nvspl@nvspl.lt

AB Luminor bankas

Banko kodas 40100


A. s. LT66 4010 0424 0022 5879

Direktorius

Danas Bakša

Parasas

A.V.



Klinikinių tyrimų skyriaus
vedėja

Ilona Razmienė

Planavimo ir viešųjų pirkimų skyriaus
vyriausioji specialistė

Inga Jasinskienė

6

Planavimo ir viešųjų pirkimų
skyriaus vedėja

Ilona Lubienė

Išteklių valdymo skyriaus
vedėjo pavaduotoja

Lina Nekrošienė

Bendrųjų reikalų skyriaus
vyriausiasis specialistas

Evaldas Skrodenis

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo dalies Nr.	Pirkimo objektas	BVPŽ kodas	Pirkimo objekto reikalaujamų techninių parametų apibūdinimas (privalomos techninės charakteristikos, kokybiniai ir kiti reikalavimai)	Tiekėjo siūlomo objekto techniniai parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama), pateikiamos nuorodos į konkrečius pasiūlymo lapus, kuriuose yra atžyma apie parametro patvirtinimą (pateikiamoje gamintojo techninėje dokumentacijoje privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalaujamų parametų punktą patvirtina siūlomas parametras)
7.	Pilnai automatinis 4 Elisa plokštelių analizatorius su priedais	38434000-6	1. Visiškai automatizuotas naujas 4 plokštelių (standartinėmis plokštelėmis, 96 šulinėlių) ELISA analizatorius su integruotomis pipetavimo, plokštelių transportavimo, imunofermentiniams tyrimams skirtų plovimo ir rezultatų nuskaitymo sistemomis bei programine įranga, su nepertraukiamo maitinimo šaltiniu, spausdintuvu ir kt.būtiniais priedais. 2. Analizatoriaus talpa - ne mažiau kaip 100 mėginių. 3. Analizatorius turi turėti galimybę sujungti ne mažiau kaip 12 suderinamų tyrimų toje pačioje mikroplokštelėje. 4. Analizatoriuje turi būti ne mažiau kaip 4 inkubatoriai, turintys kratymo funkciją ir galintys reguliuoti temperatūrą ne siauresniame diapazone nei 7°C - 45°C (temperatūros paklaida ne didesnė nei ±2 °C). 5. Turi turėti vienos ir dviejų bangų (pagrindinės ir referentinės) ilgių parinkimo, nuskaitymą tyrimų rezultatų, galimybę. 6. Analizatoriaus fotometro spektros turi būti ne siauresnis kaip 400-700 nm. 7. Privalomai turi būti instaliuoti filtrai 405, 450, 490, 620 nm ir su galimybe praplėsti.	1. Visiškai automatizuotas naujas 4 plokštelių (standartinėmis plokštelėmis, 96 šulinėlių) Serion Imunomat analizatorius su integruotomis pipetavimo, plokštelių transportavimo, imunofermentiniams tyrimams skirtų plovimo ir rezultatų nuskaitymo sistemomis bei programine įranga. Įsipareigojama, jog su analizatoriumi bus pateikiamas ir nepertraukiamas maitinimo šaltinis, spausdintuvas ir kt.būtinai priedai. 2. Analizatoriaus talpa yra iki 240 mėginių. 3. Analizatorius turi turėti galimybę iki 16 suderinamų tyrimų toje pačioje mikroplokštelėje. 4. Analizatorius turi 4 inkubatorius, turinčius kratymo funkciją ir galinčius reguliuoti temperatūrą diapazone kambario temperatūra ±7°C iki 50°C (temperatūros paklaida ne mažesnė nei ±2 °C). 5. Analizatorius turi vienos ir dviejų bangų (pagrindinės ir referentinės) ilgių parinkimo, nuskaitymą tyrimų rezultatus, galimybę. Analizatoriaus fotometro spektros yra 400 700 nm. 7. Įsipareigojama, jog bus instaliuoti filtrai 405, 450, 490, 620 nm ir yra galimybė praplėsti. 8. Analizatoriaus skaitytuvo dinaminis diapazonas (optinio tankio ribos) yra 0,0-3,00. 9. Prietaisas SERION Imunomat yra su automatine integruota pipetavimo sistema, kur programinės

Bendrųjų reikalavimų skyriaus
vyriausiasis specialistas
Vydas Skrodinis

			8. Analizatoriaus skaitytuvo dinaminis diapazonas (optinio tankio ribos) turi būti ne siauresnis kaip 0,01-3,00. 9. Analizatorius turi turėti automatinio mėginių praskiedimo funkciją, turi turėti ne mažiau kaip 4 pozicijas skiedimo plokštelėms. 10. Naudojami vienkartiniai mažo iki 300 uL ir didelio iki 1300 uL tūrio antgaliai mėginių ir reagentų išpilstymui. 11. Pipetavimo tikslumas turi būti: $CV \leq 5$ proc. vieno paskirstymo metu. 12. Analizatorius turi turėti integruotą brūkšnių kodų skaitytuvą mėginiams, reagentams ir mikroplokštelėms. 13. Analizatoriaus programinė įranga nustato ir praneša vartotojui apie būtinybę papildyti analizatorių reagentais, sistemos skysčiais ar vienkartinėmis priemonėmis (per programines įrangos valdomus lygių sensorius bei programinės įrangos kontroliuojamą antgalių sistemos valdymą). 14. Procesas yra pilnai automatinis su „Walk-away“ funkcija, neskaitant mėginių supilstymo. Serion Imunomat prietaisas turi programinę įrangą, kuri užtikrina nuo automatinio pipetavimo (praskiedimai, reakcijos komponentų supilstymas) iki gautų rezultatų nuskaitymo funkcijas kas leidžia teigti, jog procesas yra su walk-away funkcija. 15. Analizatorius turi skysčių lygio, krešulio pašalinimo funkcijas. 16. Analizatoriaus programinė įranga turi apskaičiuoti ir pateikti kiekybinius tyrimo rezultatus, sudaryti ir nubraižyti kalibracines kreives, turėti galimybę jas koreguoti, pasirinkti kreivės sudarymo tipą, nurodytą tyrimo metodikoje, galimybę programuoti kalibratorių, kontrolių ar mėginių išdėstymą. 17. Turi turėti galimybę dirbti su įvairių gamintojų reagentais bei programuoti įvairių gamintojų tyrimus (atvira sistema). 18. Tiekėjas turi įsipareigoti užprogramuoti tyrimų protokolus pagal kliento poreikį. 19. Analizatoriaus programinė įranga turi turėti dvikryptę komunikacijos į LIS	irangos pagalba užtikrinamas tikslus reagentų išpilstymas bei atliekama mėginių skiedimo funkcija. Prietaisas turi iki 4 pozicijų skiedimo plokštelėms. 10. Yra naudojami vienkartiniai mažo iki 300 uL ir didelio iki 1100 uL tūrio antgaliai mėginių ir reagentų išpilstymui. 11. Pipetavimo tikslumas yra: $CV \leq 5$ proc. vieno paskirstymo metu (esant 100 uL tūriui). 12. Analizatorius turi integruotą brūkšnių kodų skaitytuvą mėginiams, reagentams ir mikroplokštelėms. 13. Analizatoriaus programinė įranga nustato ir praneša vartotojui apie būtinybę papildyti analizatorių reagentais, sistemos skysčiais ar vienkartinėmis priemonėmis (per programines įrangos valdomus lygių sensorius bei programinės įrangos kontroliuojamą antgalių sistemos valdymą). 14. Procesas yra pilnai automatinis su „Walk-away“ funkcija, neskaitant mėginių supilstymo. Serion Imunomat prietaisas turi programinę įrangą, kuri užtikrina nuo automatinio pipetavimo (praskiedimai, reakcijos komponentų supilstymas) iki gautų rezultatų nuskaitymo funkcijas kas leidžia teigti, jog procesas yra su walk-away funkcija. 15. Analizatorius turi skysčių lygio, krešulio mėginyje aptikimo bei burbulų pašalinimo funkcijas. 16. Analizatoriaus programinė įranga apskaičiuoja ir pateikia kiekybinius tyrimo rezultatus, sudaro ir nubraižo kalibracines kreives, yra galimybę jas koreguoti, pasirinkti kreivės sudarymo tipą, nurodytą tyrimo metodikoje, galimybę programuoti kalibratorių, kontrolių ar mėginių išdėstymą. 17. Serion Imunomat analizatorius yra atviros sistemos platforma, leidžianti programuoti įvairių gamintojų ELISA rinkinius. 18. Tiekėjas įsipareigoja užprogramuoti tyrimų protokolus pagal kliento poreikį. 19. Analizatoriaus programinė įranga turi dvikryptę komunikacijos į LIS (laboratorijos
--	--	--	--	--

			(laboratorijos informacinę sistemą) galimybę. 20. Kartu su analizatoriumi turi būti pateikiama naudojimo instrukcija anglų ir lietuvių kalbomis. 21. Instaliuoti prietaisą ir apmokymus praveisti turi gamintojo sertifikuotas inžinierius (pateikti sertifikatą). 22. Garantinis laikotarpis – netrumpesnis kaip 24 mėn., kuris pradedamas skaičiuoti nuo analizatoriaus instaliavimo dienos. 23. Analizatorius turi atitikti direktyvos 98/79/EC keliamus reikalavimus, turėti CE ženklą ir ženklinimą (kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti įrangos žymėjimą CE ženklu liudijančių dokumentų kopijas).	informacinę sistemą) galimybę. 20. Įsipareigojama, jog kartu su analizatoriumi bus pateikiama naudojimo instrukcija anglų ir lietuvių kalbomis. 21. Įsipareigojama, jog prietaiso instaliavimas ir apmokymai bus praveisti gamintojo sertifikuotas inžinierius (pateikiamas sertifikatas). 22. Garantinis laikotarpis yra 24 mėn., kuris pradedamas skaičiuoti nuo analizatoriaus instaliavimo dienos. 23. Analizatorius atitinka direktyvos 98/79/EC keliamus reikalavimus, turi CE ženklą ir ženklinimą. Tam įrodyti kartu su pasiūlymu konkursui bus pateikiama įrangos žymėjimą CE ženklu liudijančios dokumentų kopijos.
13.	Įranga su priedais imunoblotams atlikti	38434000-6	Pusiau automatinis analizatorius skirtas atlikti imunoblotu juostelinius tyrimus. 1. Sistemą turi sudaryti: - juostelių procesorius - skaitytuvas; - programinė įranga. 2. Visa įranga turi būti suderinta tarpusavyje (pateikti tai patvirtinančius gamintojo dokumentus). 3. Kartu su sistema turi būti pateikiamas nepertraukiamas elektros šaltinis ir kiti gamintojo rekomenduojami priedai. 4. Galimybė vienu metu tirti IgA, IgG ir IgM klases ir užprogramuoti iki 20 tyrimų. 5. Galimybė keisti tyrimo trukmę atliekant skirtingų infekcijų tyrimus. 6. Privalomai turi tikti žmogaus imunodeficitu viruso (ŽIV), laimo ligos, hepatito C, sifilio antikūnų tyrimams. 7. Pipetavimo tikslumas turi būti: ≤ 10 %. 8. Integruotas garsinis aliarmas, pranešantis apie programos pabaigą ar kt. 9. Analizatorius turi turėti ne mažiau kaip 7 kanalus reagentams.	Pusiau automatinis analizatorius skirtas atlikti imunoblotu juostelinius tyrimus. 1. Sistemą sudaro: - Dynablot Plus juostelių procesorius; - BLOTriX skaitytuvas; - recom SCAN programinė įranga. 2. Visa įranga yra suderinta tarpusavyje. Tai patvirtina gamintojo pateikiami dokumentai. 3. Tiekėjas įsipareigoja, jog kartu su sistema bus pateikiamas nepertraukiamas elektros šaltinis ir kiti gamintojo rekomenduojami priedai. 4. Sistema suteikia galimybę vienu metu tirti IgA, IgG ir IgM klases ir užprogramuoti iki 20 tyrimų. 5. Yra galimybė keisti tyrimo trukmę atliekant skirtingų infekcijų tyrimus. 6. Sistema yra tinkama žmogaus imunodeficitu viruso (ŽIV), laimo ligos, hepatito C, sifilio antikūnų tyrimams. Tai patvirtina galimas šių tyrimų pasirinkimas (tyrimų portfolis) imunoblotams atlikti. 7. Pipetavimo tikslumas yra: ≤ 10 %. 8. Analizatoriuje yra integruotas garsinis aliarmas, pranešantis apie programos pabaigą ar kt. 9. Analizatorius turi 7 kanalus reagentams. 10. Analizatoriuje yra integruotas atliekų lygiavimas

		10. Turi būti integruotas atliekų lygio sensorius. 11. Ne mažesnė nei 200 dp skiriamoji geba, optimizuotas juostos aptikimas, analizė ir juostos vaizdas. 12. Programinė įranga geba automatiškai analizuoti ir interpretuoti rezultatus. 13. Skaitytuvas turi skenuoti vaizdus 3D formatu. 14. Analizatoriaus programinė įranga turi turėti dvikryptę komunikaciją su LIS (laboratorijos informacinę sistemą) galimybę. 15. Kartu su sistema turi būti pateikiama instrukcija anglų ir lietuvių kalbomis. 16. Instaliuoti prietaisą ir apmokymus praveisti turi gamintojo sertifikuotas asmuo. 17. Prietaisas turi atitikti CE-IVD reikalavimus. 18. Garantinis laikotarpis - ne trumpesnis kaip 24 mėn., kuris pradedamas skaičiuoti nuo prietaiso instaliavimo dienos.	11. Pasižymi 200 dp skiriamąja geba, yra optimizuotas juostos aptikimas, analizė ir juostos vaizdas. 12. Programinė įranga geba automatiškai analizuoti ir interpretuoti rezultatus. 13. BLOTriX skaitytuvas geba skenuoti vaizdus 3D formatu. 14. Analizatoriaus programinė įranga turi dvikryptę komunikaciją su LIS (laboratorijos informacinę sistemą) galimybę. 15. Įsipareigojama, jog kartu su sistema bus pateikiama instrukcija anglų ir lietuvių kalbomis. 16. Įsipareigojama, jog prietaiso instaliavimas ir apmokymai bus praveisti gamintojo sertifikuoto asmens. 17. Prietaisas atitinka CE-IVD reikalavimus. 18. Garantinis laikotarpis yra 24 mėn., kuris pradedamas skaičiuoti nuo prietaiso instaliavimo dienos.
--	--	--	--


Juridiniai šalių adresai

Pardavėjas

UAB „Multilabo“

Direktorė

Miglė Natkaitė



Pirkėjas


Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija

Direktorius

Danas Bakša

Parašas

A.V.



Bendrijų reikalų skyriaus
vyriausiasis specialistas
Evaldas Skrodenis

2020-11-10
2020-11-06 Laboratorinės įrangos (AK-9/2020)
pirkimo – pardavimo sutarties Nr. ST-108
/ VP-104/MULT20
2 priedas

IRANGOS PERDAVIMO - PRIĖMIMO AKTAS

Pardavėjas: UAB „Multilabo“

Sutarties Nr. ST-108

Pirkimo dalies Nr.	Pristatymo data	Pavadinimas	Tiekėjas	Kiekis	Vieneto kaina, Eur su PVM	Suma, Eur su PVM	Garantinis terminas	Prekių pristatymo adresas
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.		Pilnai automatinis 4 Elisa plokštelių analizatorius su priedais (Immunomat™ SERION ELISA Analyser, Virion-Serion)	UAB „Multilabo“	1	59759,18	59759,18	24 mėn.	Gelių g. 9 Vilnius
13.		Įranga su priedais imunoblotams atlikti (Dynablot plus, BLOTriX reader, recomScan 3.4, Mikrogen)	UAB „Multilabo“	1	24997,57	24997,57	24 mėn.	Gelių g. 9 Vilnius
		Viso pristatyta (perduota):		2		84756,75		

Priedai: buhalteriniai dokumentai pristatomi įrangai, atitinkantys nacionalinius standartus ir teisės aktus.

Pardavėjas: (vardas pavardė parašas)
Pirkėjas: (vardas pavardė parašas)

Bendrijų reikalų skyriaus
vyriausiasis specialistas
Evaldas Skarlatas

2020-11-10
 2020-11-06 Laboratorinės įrangos
 (AK-9/2020) pirkimo – pardavimo
 sutarties Nr. ST- 208 /
 VP-104/MULT20
 3 priedas

ĮRANGOS PERDAVIMO - PRIĖMIMO NAUDOTI AKTAS

Pardavėjas: UAB „Multilabo“	
Sutarties Nr. ST- 208	
Sutarties pavadinimas: PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS	
Įrangos pavadinimas ir modelis: Pilnai automatinis 4 Elisa plokštelių analizatorius su priedais (<i>Immunomat™ SERION ELISA Analyser, Virion-Serion</i>); Įranga su priedais imunoblotams atlikti (<i>Dynablot plus, BLOTrix reader, recomScan 3.4, Mikrogen</i>).	

Šiuo aktu pirkėjas patvirtina, kad:

- Įranga (-os) buvo pristatyta (-os) [.....įrašyti data], instaliuota (-os) [.....įrašyti data], darbuotojai apmokyti dirbti [.....įrašyti data], pateikti visi reikalingi dokumentai (sąskaitos, sertifikatai, naudojimo ir priežiūros instrukcijos, garantinis pažymėjimas ir įrenginio pasas).
- Įranga (-os) atitinka sutarties sąlygas ir priimta naudoti [.....įrašyti data], ir ši data yra laikoma jo garantinio laikotarpio pradžia.

Perdavė		Priėmė
UAB „Multilabo“		Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija
Parašas		Parašas
Vardas, pavardė		Vardas, pavardė
Pareigos		Pareigos
Data		Data
Antspaudas		Antspaudas