

MEDICININĖS ĮRANGOS (II) TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

15 pirkimo dalis. Rektaliniai skėtikliai - 8 vnt.

Eil. Nr.	Techniniai parametrai	Privalomi techniniai parametrai	Siūlomi techniniai parametrai	Puslapio Nr. pasiūlyme (pažymint vietą, kur gamintojo techniniame lape originalo kalba yra nurodytas parametras)
1.	Rektalinis skėtiklis	1. Ilgis 155 ±1 mm 2. Skečiamas 3. Su spyruokle 4. Su fiksacine rankenėle	1. Ilgis 155 mm 2. Skečiamas 3. Su spyruokle 4. Su fiksacine rankenėle	Katalogo Psl. 1 Gamintojas: AS medizintechnik GmbH, (Vokietija) Modelis: 33-300-15
2.	Oficialių kokybės kontrolės institucijų ar pripažintų kompetenciją turinčių agentūrų išduoti CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai.	Būtina	taip	
3.	Kartu su įranga pateikiama instrukcija	Lietuvių ir anglų kalbomis	taip	
4.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 24 mėn.	24 mėn.	

16 pirkimo dalis. Rektaliniai skėtikliai operacinei - 2 vnt.

Eil. Nr.	Techniniai parametrai	Privalomi techniniai parametrai	Siūlomi techniniai parametrai	Puslapio Nr. pasiūlyme (pažymint vietą, kur gamintojo techniniame lape originalo kalba yra nurodytas parametras)
1.	Rektalinis skėtiklis	1. Ilgis 65 ±1 mm 2. Diametras 30 ±1 mm 3. Su obturatoriumi 4. Lenkta rankena 4. Su išpjovimu vamzdelio viršuje	1. Ilgis 65 mm 2. Diametras 29 mm 3. Su obturatoriumi 4. Lenkta rankena 4. Su išpjovimu vamzdelio viršuje	Katalogo Psl. 2 Gamintojas: AS medizintechnik GmbH, (Vokietija) Modelis: 33-315-29
2.	Oficialių kokybės kontrolės institucijų ar pripažintų kompetenciją turinčių agentūrų išduoti CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai.	Būtina	taip	
3.	Kartu su įranga pateikiama instrukcija	Lietuvių ir anglų kalbomis	taip	
4.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 24 mėn.	24 mėn.	

18 pirkimo dalis. Laparoskopinė optika - 2 vnt.

Eil. Nr.	Techniniai parametrai	Privalomi techniniai parametrai	Siūdomi techniniai parametrai	Puslapio Nr. pasiūlyme (pažymint vietą, kur gamintojo techniniame lape originalo kalba yra nurodytas parametras)
1.	Laparoskopinė optika	1. Pagaminta iš nerūdijančio plieno; 1. Diametras - ne mažiau 10 mm; 2. Ilgis - 310 mm ± 10 mm; 3. Kampas - 30°; 4. Šviesolaidžio jungtis tinkama visiems šaltiniams; 5. Skiriamoji geba - HD ir 4K; 6. Pilnai autoklavuojama 134° C režimais	1. Pagaminta iš nerūdijančio plieno; 2. Diametras - 10 mm; 3. Ilgis - 305 mm; 4. Kampas - 30°; 5. Šviesolaidžio jungtis tinkama visiems šaltiniams; 6. Skiriamoji geba - HD ir 4K; 7. Pilnai autoklavuojama 134° C režimais	Katalogo Psl. 3 Gamintojas: Richard Wolf GmbH, Vokietija Modelis: 8934462
2.	Oficialių kokybės kontrolės institucijų ar pripažintų kompetenciją turinčių agentūrų išduoti CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai.	Būtina	taip	
3.	Kartu su įranga pateikiama instrukcija	Lietuvių ir anglų kalbomis	taip	
4.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 24 mėn.	24 mėn.	

Tiekėjas kartu su pasiūlymu **privalo** pateikti dokumentus:

išsamius siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus: originalius prekių katalogus, ar jų dalis ar kitus lygiaverčius dokumentus, kuriuose aprašoma siūloma prekė, įrodančius, kad siūloma prekė atitinka **visus** specifikacijos reikalavimus. *Atkreipiamė dėmesį, kad pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui dokumentai susiję su pirkimo objektu negali būti papildomi naujais dokumentais, todėl jei iš kartu su pasiūlymu pateiktų dokumentų pirkimo komisija negalės įsitikinti, kad siūloma prekė atitinka techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus, toks pasiūlymas bus atmetamas.*

Taip pat **atkreipiamė dėmesį**, kad tiekėjai kartu su pasiūlymu privalo pateikti dokumentus, įrodančius, kad:

- Tiekėjas yra gamintojas arba yra oficialus siūlomos įrangos gamintojo atstovas, įgaliotas parduoti siūlomą įrangą arba yra sudaręs atitinkamą sutartį su kitu ūkio subjektu, turinčiu teisę parduoti siūlomą įrangą
- Tiekėjas yra siūlomos įrangos gamintojo sertifikuotas ir/ar įgaliotas atlikti techninį aptarnavimą ir garantinę priežiūrą garantijos termino metu. Jeigu Tiekėjas nėra įgaliotas atlikti siūlomos įrangos techninio aptarnavimo ir garantinės priežiūros, tuomet turi pateikti sutartį su kitu ūkio subjektu dėl siūlomos įrangos techninio aptarnavimo ir garantinės priežiūros paslaugų teikimo (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).