

Uždaroji akcinė bendrovė „GRAINA“

Įmonės kodas 147736647, PVM mokėtojo kodas LT477366410, Durpyno g. 22, LT-36237 Panevėžys,
A.s. LT63 7044 0600 0263 5618, AB SEB bankas, Banko kodas 70440, Tel.845 57 06 05, Faks.845 43 35 40

VšĮ Respublikinei Panevėžio ligoninei

**PASIŪLYMAS
DĖL MEDICININĖS ĮRANGOS PIRKIMO**

2020-12-14

Vilnius

Tiekėjo pavadinimas ir juridinio asmens kodas	UAB „Graina“, 147736647
Tiekėjo adresas	Durpyno g. 22, LT-36237 Panevėžys
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Arūnas Padvariškis
Asmens, atsakingo už pasiūlymo pateikimą, vardas, pavardė, pareigos	Administratorė VP specialistė Edita Štuopienė
Telefono numeris	8 5 2338258
Fakso numeris	8 5 2135558
El. pašto adresas	info@graina.lt

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekęją (-us), arba gali būti ištrinama:

Subtiekęjo (-ų) pavadinimas (-ai) ir kodas (-ai)	
Subtiekęjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimai, kuriems ketinama pasitelkti subtiekęją (-us) ir jų vertės nuo bendros pasiūlymo kainos dalis (procentais)	

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - 1) skelbime apie pirkimą, paskelbtame Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka (*perkančioji organizacija pateikia nuorodą į skelbimą*);
 - 2) šiuose pirkimo dokumentuose;
 - 3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- Šiame pasiūlyme yra pateikta ir ši **konfidenciali informacija** (*pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija*). Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis (kaina) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)
1	EBVPD KONF	2
2	Igaliojimas pasirašyti dokumentus 2020 KONF.pdf	3

3. Mes siūlome šias prekes / įrangą:

1 pirkimo objekto dalis:

Pasiūlymo valiuta: (Eur)					
Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Kiekis*	Mato vnt.	Vieneto kaina (įkainis)** (be PVM)	Suma (be PVM)
1	2	3	4	5	6
1.	Skaitmeninė fundus kamera NFC-700, Crystalvue, Taivanis	1	vnt.	16.150,00	19.541,50
Bendra pasiūlymo kaina * (be PVM)					16.150,00
PVM (21)*** suma:					3.391,50
Bendra pasiūlymo kaina (su PVM)					19.541,50

Bendra pasiūlymo kaina be PVM – 16.150,00	Kaina žodžiais: šešiolika tūkstančių vienas šimtas penkiasdešimt eurų, 00 centų
Bendra pasiūlymo kaina su PVM – 19.541,50	Kaina žodžiais: devyniolika tūkstančių penki šimtai keturiesdešimt vienas euras, 50 centų

2 pirkimo objekto dalis:

Pasiūlymo valiuta: (Eur)					
Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Kiekis*	Mato vnt.	Vieneto kaina (įkainis)** (be PVM)	Suma (be PVM)
1	2	3	4	5	6
1.	Autokeratprefraktometras Visuref 150, Carl Zeiss Meditec, Vokietija	1	vnt.	5.614,00	6.792,94
Bendra pasiūlymo kaina * (be PVM)					5.614,00
PVM (21%)*** suma:					1.178,94
Bendra pasiūlymo kaina (su PVM)					6.792,94

Bendra pasiūlymo kaina be PVM – 5.614,00	Kaina žodžiais: penki tūkstančiai šeši šimtai keturiolika eurų, 00 centų
Bendra pasiūlymo kaina su PVM – 6.792,94	Kaina žodžiais: šeši tūkstančiai septyni šimtai devyniasdešimt du eurai, 94 centai

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Į šią kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Pastabos:

- 1)* konkrečius kiekius nurodo perkančioji organizacija pagal pirkimo dokumentuose numatytą poreikį;
- 2) ** kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
- 3) *** tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, Tiekėjas atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

4. Siūlomos prekės / įranga visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. **Tiekėjas privalo užpildyti siūlomos įrangos techninę specifikaciją, pateiktą konkurso salygu 1 priede.**

5. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Pasiūlymas	6
2	EBVPD KONF	13
3	Igaliojimas pasirašyti dokumentus 2020 KONF.pdf	1
4	CE_Crystalvue_EN.pdf	1
5	CE_Crystalvue_LT.pdf	1
6	CE_MT01_MT02_EN.pdf	1
7	CE_MT01_MT02_LT.pdf	1
8	CE_VISUREF_150_EN.pdf	1
9	CE_Visuref_150_LT.pdf	1
10	Brosiura_NFC_700.pdf	2
11	Brosiura_MT01_MT02.pdf	2
12	Brosiura_Visuref_150.pdf	4
13	Naudojimo_instrukcija_Visuref_150.pdf	128

Pasiūlymas galioja iki datos nurodytos pirkimo dokumentuose.

Administratorė VP specialistė

Edita Štuopienė

* Pastaba. Šis dokumentas teikiamas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu.

Konkurso sąlygų 1 priedas

MEDICININĖS ĮRANGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 pirkimo dalis. Skaitmeninė fundus kamera (1 vnt.)

NFC-700, Crystalvue, Taivanis.

Eil. Nr.	Techniniai parametrai	Reikalavimai	Siūlomų parametrų reikšmės
1.	Pilnai skaitmeninė fundus kamera	Ne Mydriatinio tipo	Ne Mydriatinio tipo (Brošiūra "NFC-700", 1 psl.)
2.	Stebimo lauko kampai	$\geq 45^\circ$	45° (Brošiūra "NFC-700", 1 psl.)
3.	Pilnai automatinis vaizdo gavimas	Su pilnai automatiniu 3D sekimu, paspaudus ekrane vyzdžio vaizdo centre	Su pilnai automatiniu 3D sekimu, paspaudus ekrane vyzdžio vaizdo centre (Brošiūra "NFC-700", 1, 2 psl.)
4.	Fotografavimo režimai	- spalvoto vaizdo, - skaitmeninė be-raudė („red-free“), - priekinio segmento nuotraukos	- spalvoto vaizdo, - skaitmeninė be-raudė („red-free“), - priekinio segmento nuotraukos (Brošiūra "NFC-700", 1 psl.)
5.	Fokuso reguliavimo sritis	≥ -15 D iki $+10$ D, be kompensacinės lizės	-15 D iki $+10$ D, be kompensacinės lizės

		≥ -35 D iki $+30$ D, su kompensacine linze	- 35 D iki $+30$ D, su kompensacine linze (Brošiūra "NFC-700", 1 psl.)
6.	Minimalus tiriamos akies vyzdžio diametras	≤ 4 mm diametro	3,8 mm diametro (Brošiūra "NFC-700", 1 psl.)
7.	Darbinis atstumas	25 ± 2 mm	25 mm (Brošiūra "NFC-700", 1 psl.)
8.	Nuotraukos skiriamoji geba	≥ 12 Megapikselių	12 Megapikselių (Brošiūra "NFC-700", 1 psl.)
9.	Ekranas	Prisilietimu valdomas, $\geq 10^{\circ}$ įstrižainės	Prisilietimu valdomas, 10.1° įstrižainės (Brošiūra "NFC-700", 2 psl.)
10.	Vidinė paciento žvilgsnio fiksacija	Ne mažiau 10 fiksacijos padėčių	10 fiksacijos padėčių (Brošiūra "NFC-700", 1 psl.)
11.	Šviesos šaltinis, skirtas akies stebėjimui	Infraraudonos spalvos LED tipo	Infraraudonos spalvos LED tipo (Brošiūra "NFC-700", 1 psl.)
12.	Blykstė	Baltos spalvos LED tipo blykstė, ne mažiau nei 10 intensyvumo nustatymo lygių	Baltos spalvos LED tipo blykstė, 10 intensyvumo nustatymo lygių (Brošiūra "NFC-700", 1 psl.)
13.	Nuotraukos ekspozicija	Automatinė	Automatinė (Brošiūra "NFC-700", 1 psl.)
14.	Paciento smakro atrama	Motorizuota	Motorizuota (Brošiūra "NFC-700", 1 psl.)
15.	Vaizdų perdavimo sąsajos	USB, LAN, HDMI	USB, LAN, HDMI (Brošiūra "NFC-700", 1 psl.)
16.	DICOM suderinamumas	Būtina	DICOM (Brošiūra "NFC-700", 1, 2 psl.)
17.	Elektriškai keičiamo aukščio instrumentinis staliukas	Skirtas fundus kameros sumontavimui.	Elektriškai keičiamo aukščio instrumentinis staliukas MT01, skirtas fundus kameros sumontavimui. Medinstrus, Lietuva. (Brošiūra "MT01_MT02")
18.	Spausdintuvas	Lazerinis, spalvotas, skirtas nuotraukų atspausdinimui	Lazerinis, spalvotas, skirtas nuotraukų atspausdinimui
19.	Maitinimo įtampa	$240\text{ V} \pm 10\%$, 50 Hz	100V iki 240V, 50/60 Hz (Brošiūra "NFC-700")
20.	Garantija	≥ 12 mėn.	12 mėn.
21.	Įrangos žymėjimas CE ženklu	Būtinas (kartu su pasiūlymu pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento kopiją)	Kartu su pasiūlymu pateikiame žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento kopiją

2 pirkimo dalis. Autokeratorefraktometras (1 vnt.)

Visuref 150, Carl Zeiss Meditec, Vokietija]

Eil. Nr.	Techniniai parametrai	Reikalavimai	Siūlomų parametrų reikšmės
1.	Matavimo režimai	Kombinuotas refrakcijos – keratometrijos Vyzdžio ir ragenos diametro matavimas Nuotraukos fiksavimo Kontaktinių lęšių bazinės kreivės matavimo	Kombinuotas refrakcijos – keratometrijos Vyzdžio ir ragenos diametro matavimas Nuotraukos fiksavimo Kontaktinių lęšių bazinės kreivės matavimo (Brošiūra "Visuref 150", 4 psl.)
2.	Matuojamos sferinės refrakcijos sritis	≥ -25 D iki $+22$ D	-25 D iki $+22$ D (Brošiūra "Visuref 150", 4 psl.)

3.	Matuojamos sferinės refrakcijos sritis	≥ -10 D iki $+10$ D	-10 D iki $+10$ D (Brošiūra "Visuref 150", 4 psl.)
4.	Matuojamos refrakcijos žingsniai	$0,12$ D ir $0,25$ D ($\pm 0,01$ D)	$0,12$ D ir $0,25$ D (Brošiūra "Visuref 150", 4 psl.)
5.	Astigmatizmo ašių matavimo sritis	$\geq 0^\circ \div 180^\circ$	$0^\circ \div 180^\circ$ (Brošiūra "Visuref 150", 4 psl.)
6.	Matuojamas astigmatizmo ašių žingsnis	$\leq 1^\circ$	1° (Brošiūra "Visuref 150", 4 psl.)
7.	Mažiausias matuojamo vyzdžio diametras	≤ 2 mm	2 mm (Brošiūra "Visuref 150", 4 psl.)
8.	Tarpvyzdinio atstumo matavimo sritis	$\geq 10 - 85$ mm	$10 - 85$ mm (Brošiūra "Visuref 150", 4 psl.)
9.	Keičiama Vertex distancija	(0 mm, 10 mm, 12 mm, 13,5 mm) $\pm 5\%$	0 mm, 10 mm, 12 mm, 13,5 mm (Brošiūra "Visuref 150", 4 psl.)
10.	Keratometrija:	Būtina	Keratometrija (Brošiūra "Visuref 150", 4 psl.)
11.	Ragenos kreivumo matavimo sritis	≥ 5 mm + 10 mm	5 mm iki 10,02 mm (Brošiūra "Visuref 150", 4 psl.)
12.	Ragenos kreivumo matavimo žingsnis	$\leq 0,01$ mm	0,01 mm (Brošiūra "Visuref 150", 4 psl.)
13.	Ragenos refrakcinės galios matavimo sritis	≥ 33 D $\div 67$ D	33 D $\div 67,50$ D (Brošiūra "Visuref 150", 4 psl.)
14.	Ragenos astigmatizmo matavimo sritis	$\geq 0 \div -15$ D	$\geq 0 \div -15$ D (Brošiūra "Visuref 150", 4 psl.)
15.	Ragenos astigmatizmo matavimo žingsnis	$0,12$ D ir $0,25$ D ($\pm 0,01$ D)	$0,12$ D ir $0,25$ D (Brošiūra "Visuref 150", 4 psl.)
16.	Astigmatizmo ašių matavimo sritis	$\geq 0^\circ \div 180^\circ$	$0^\circ \div 180^\circ$ (Brošiūra "Visuref 150", 4 psl.)
17.	Astigmatizmo ašių matavimo žingsnis	$\leq 1^\circ$	1° (Brošiūra "Visuref 150", 4 psl.)
18.	Ragenos diametro matavimas	$\geq 2 - 12$ mm	2 - 12 mm (Brošiūra "Visuref 150", 4 psl.)
19.	Ragenos diametro matavimo žingsnis	$\leq 0,1$ mm	0,1 mm (Brošiūra "Visuref 150", 4 psl.)
20.	Matavimo duomenų pateikimas	Prisilietimu valdomas, reguliuojamas spalvotas ≥ 7 "TFT LCD ekranas $\geq 800 \times 480$ rezoliucijos	Prisilietimu valdomas, reguliuojamas spalvotas 7"TFT LCD ekranas 800×480 rezoliucijos (Brošiūra "Visuref 150", 3 psl.; Naudojimo instrukcija "Visuref 150", 107 psl.)
21.	Rezultatų spausdinimas	Integruotas terminis spausdinimo įrenginys su galimybe atspausdinti tinkliniame spausdintuve	Integruotas terminis spausdinimo įrenginys su galimybe atspausdinti tinkliniame spausdintuve (Brošiūra "Visuref 150", 4 psl.)
22.	Atrama smakrui	Motorizuota, reguliavimo aukštis ≥ 65 mm	Motorizuota, reguliavimo aukštis 65 mm (Brošiūra "Visuref 150", 4 psl.)
23.	Duomenų perdavimas	Pilnai izoliuotas RS – 232 serijinis interfeisas Pilnai izoliuota tinklo LAN jungtis USB jungtis Galimybė prijungti prie EMR ir PMS Būtina Web sąsaja duomenų gavimui	Pilnai izoliuotas RS – 232 serijinis interfeisas Pilnai izoliuota tinklo LAN jungtis USB jungtis Galimybė prijungti prie EMR ir PMS Web sąsaja duomenų gavimui VGA video signalo išvestis išorinio video monitoriaus pajungimui demonstraciniais tikslais

		VGA video signalo išvestis išorinio video monitoriaus pajungimui demonstraciniais tikslais	(Brošiūra “Visuref 150”, 4 psl.)
24.	Duomenų išvedimo formatai	XML, PDF	XML, PDF (Brošiūra “Visuref 150”, 4 psl.)
25.	Maitinimo įtampa	240 V± 10 %, 50 Hz	100 V iki 240 V AC ± 10 %, 50/ 60 Hz (Brošiūra “Visuref 150”, 4 psl.)
26.	Įrangos žymėjimas CE ženklų	Būtinai (kartu su pasiūlymu pateikti žymėjimą CE ženklų liudijančio dokumento kopiją)	Kartu su pasiūlymu pateikiame žymėjimą CE ženklų liudijančio dokumento kopiją
27.	Garantija	≥ 12 mėn.	12 mėn.