

VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr. 1-2021

2021 m. sausio 14 d.
Kalvarija

Viešojo įstaiga Kalvarijos ligoninė, atstovaujama direktorės Kristinos Škarnulienės, teisėtai veikiančio pagal įstaigos įstatus (toliau sutartyje vadinama - Pirkėjas), ir UAB „Graina“, atstovaujama direktoriaus komercijai Arūno Daragano, teisėtai veikiančio pagal 2021-01-04 d. įgaliojimą Nr. 21-3-2 (toliau sutartyje - Pardavėjas), toliau kartu sutartyje vadinamos Šalimis, sudarėme šią viešojo pirkimo-pardavimo sutartį (toliau vadinama – Sutartis) ir susitarėme dėl toliau išvardintų sąlygų:

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Remiantis 2020 m. gruodžio 22 d. skelbto atviro konkurso „*Oftalmologijos kabineto įranga*“ pirkimo Nr. 526596 (toliau – Konkursas) rezultatais, Pardavėjas įsipareigoja pagal konkurso sąlygas bei pateiktą pasiūlymą, Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais parduoti, pristatyti Pirkėjui Konkurso reikalavimus atitinkančias Prekes, o Pirkėjas įsipareigoja jas priimti ir atsiskaityti su Pardavėju Sutartyje nustatyta tvarka.

1.2. Perkamos Prekės nurodytos techninėje specifikacijoje, sutarties priedas Nr. 1.

2. PREKIŲ PRISTATYMAS

2.1. Oftalmologijos kabineto įranga turi būti pristatyti per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų po sutarties pasirašymo dienos. Prekių pristatymo terminas gali būti pratęstas du kartus po 30 kalendorinių dienų Šalims susitarus raštiškai.

2.2. Pardavėjas Prekes perduoda Pirkėjui (igaliojamam asmeniui). Pardavėjas pasirūpina, kad Prekės būtų pristatytos į Pirkėjo nurodytą vietą, suderina su Pirkėju, kad perduodant Prekes būtų įformintas Prekių perdavimas-priėmimas.

2.3. Prekių pristatymo vieta: Viešojo įstaiga Kalvarijos ligoninė, Vytauto g. 9, 69216 Kalvarija.

2.4. Pirkėjas turi teisę atsisakyti priimti Prekes, jei Prekės pristatomos su pažeistu įpakavimu, yra nekokybiškos, neatitinka Konkurso sąlygų techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų, sugadintos ar netekusios pradinės išvaizdos.

2.5. Prekių perdavimas laikomas tinkamai įvykusi Pirkėjui priėmus Prekes ir pasirašius Prekių perdavimo-priėmimo akte (paruoštame dviem egzemplioriais Pardavėjo, po vieną kiekvienai Šaliai), PVM sąskaitoje-faktūroje (jei pateikiama perdavimo metu) ar kitame Prekių perdavimą patvirtinančiame dokumente.

3. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJA

3.1. Pardavėjas garantuoja, kad pristatytos Prekės yra naujos, nenaudotos ir atitinka Konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus. Pardavėjas taip pat garantuoja, kad Sutarties sudarymo metu nėra paslėptų trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti tam tikslui, kuriam Pirkėjas ją ketino naudoti.

3.2. Prieš priimdamas Prekes, Pirkėjas (jo įgaliotas asmuo) įsipareigoja patikrinti jų kiekį, kokybę ir komplektiškumą, o Prekes, kurių kiekio, kokybės ir (ar) komplektiškumo neįmanoma patikrinti priėmimo metu - po jų priėmimo. Pirkėjas pastebėjęs Prekių kiekio, kokybės ir (arba) komplektiškumo trūkumus, turi teisę nustatyti Pardavėjui terminą, per kurį Pardavėjas privalo:

3.2.1. iš priėmimo vietos išgabenti Prekes, kurios neatitinka Sutarties ir Konkurso reikalavimų;

3.2.2. pakeisti Sutarties reikalavimų neatitinkančias Prekes tinkamomis Prekėmis;

3.2.3. Pardavėjo sąskaita ištaisyti nurodytus defektus, papildyti trūkstamą Prekių kiekį.

3.3. Pardavėjas Prekėms suteikia ne trumpesnę nei 12 (dvylikos) mėnesių garantijos terminą, skaičiuojamą nuo Prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos.

3.4. Paaiškėjus paslėptiems ir kitiems Prekių trūkumams ar jei Prekės neatitiks sutarties reikalavimų, Pardavėjas privalo per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo apie trūkumus, pašalinti trūkumus arba per protingą terminą, bet ne ilgiau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų Prekes pakeisti naujomis.

3.5. Tiekėjui nepristačius Prekių Sutartyje nurodytu terminu ir tvarka arba nepašalinus pastebėtų kokybės trūkumų per atskiru susitarimu nustatytą protingą terminą, ar netinkamos kokybės Prekes nepakeitus tinkamos kokybės Prekėmis per nustatytą laiką, Perkančiajai organizacijai pareikalavus, nuo kitos dienos skaičiuojami 0,02 % dydžio delspinigiai nuo Prekių vertės (su PVM) už kiekvieną uždelstą dieną.

3.6. Jei trūkumų neįmanoma pašalinti, o Pardavėjas nesutinka ar negali Prekių pakeisti savo sąskaita naujomis per 3.4. punkte nustatytą terminą, arba paaiškėja, kad Prekės neatitinka nurodytų keliamų kokybės reikalavimų arba paaiškėja, kad Pardavėjas apie Prekių atitiktį Pirkėjo nustatytiems reikalavimams pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, Pirkėjas turi teisę Prekes grąžinti ir sutartį dėl Prekių pirkimo nutraukti. Pardavėjas privalo atsiimti parduotas Prekes, grąžinti už Prekes sumokėtą pinigų sumą ir sumokėti 20 proc. dydžio baudą nuo Prekių vertės su PVM.

3.7. Jeigu Perkančioji organizacija negali naudotis Prekėmis, kurioms nustatytas garantijos terminas, dėl nuo Pardavėjo priklausančių kliūčių, tai garantijos terminas neskaičiuojamas tol, kol Tiekėjas tas kliūtis pašalina. Garantijos terminas pratęsiamas tokiam laikui, kurį Pardavėjas negalėjo Prekių naudoti dėl trūkumų.

4. KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

4.1. Už laiku pristatytas kokybiškas, Sutartyje ir Konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus atitinkančias Prekes Pirkėjas sumoka Pardavėjui Prekių kainą, kuri yra:

Prekių kaina su PVM 40605,18 Eur. (keturiasdešimt tūkstančių šeši šimtai penki eurai, 18 centų).

4.2. Perkančioji organizacija už Prekes atsiskaito mokėjimo pavedimu į Sutartyje nurodytą tiekėjo banko sąskaitą pagal gautą PVM sąskaitą – faktūrą ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos. Sutarties sudarymo ir kiti administravimo mokesčiai netaikomi.

4.3. Pardavėjas įsipareigoja Prekių pristatymo metu arba nedelsiant po Prekių pristatymo pateikti Pirkėjui PVM sąskaitą faktūrą už tinkamai pristatytas Prekes. Kaina apima visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, susijusias su parduodamomis Prekėmis. Visą riziką dėl Prekių kainos padidėjimo prisiima Tiekėjas.

4.4. Tiekėjas PVM sąskaitą-faktūrą privalo pateikti naudojantis VĮ Registrų centro administruojama elektronine paslauga „E. sąskaita“. Elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu www.esaskaita.eu. Paslauga yra apmokama tiekėjo.

4.5. Mokėjimai atliekami eurais.

4.6. PVM sąskaitoje faktūroje Pardavėjas nurodo Sutarties numerį, datą, pristatytų Prekių kiekį ir kainą, išskiriant kiekvienos Prekės vieneto kainą (be/su PVM).

4.7. Sutartyje nustatyta fiksuota Prekių kaina, kuri sutarties galiojimo metu negali būti keičiama. Jei Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Sutarties galiojimo laikotarpiu keisis PVM dydis ir tai atsilieps Prekių kainai, Prekių kaina keičiama proporcingai PVM pasikeitimo dydžiui. Perskaičiuota Sutarties kaina įforminama Sutarties Šalių atstovų pasirašomu papildomu susitarimu, kuris yra šios Sutarties neatskiriama dalis.

4.8. Prekių pristatymo, sumontavimo, Pirkėjo personalo apmokymo paslaugų išlaidos įskaičiuotos į bendrą sutarties kainą.

5. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR ATSAKOMYBĖ

5.1. Pardavėjas įsipareigoja:

5.1.1. nuosekliai vykdyti Sutartį, Sutartyje nustatytais terminais pristatyti Prekes į Sutartyje nustatytą vietą, suteikti Pirkėjui teisę naudotis ir valdyti Prekes pagal Sutarties sąlygas, atlikti kitus įsipareigojimus numatytus Sutartyje, įskaitant ir Prekių defektų šalinimą;

5.1.2. Pristatyti naujas, kokybiškas Prekes, užtikrinant atitikimą gamintojo nustatytiems techniniams duomenims, galiojančioms normoms ir taisyklėms bei tokios rūšies ir tokio naudojimo laiko daiktams įprastai keliamiems reikalavimams;

5.1.3. Perduodamas Prekes garantuoti, kad Prekės yra naujos, nenaudotos ir nėra jokių paslėptų trūkumų;

5.1.4. Prisiimti Prekių žuvimo ar sugedimo riziką iki Prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo momento;

5.1.5. Kartu su Prekėmis pateikti įmonės-gamintojos dokumentus, patvirtinančius Prekių kokybę ir garantinius įsipareigojimus;

5.1.6. Atlyginti visus Pirkėjo patirtus nuostolius, kilusius dėl netinkamos kokybės Prekių pardavimo Perkančiajai organizacijai;

5.1.7. Jeigu Pardavėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Pardavėjas Pirkėjui įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokia teisę turintis asmenys.

5.2. Pirkėjas įsipareigoja:

5.2.1. Suteikti Pardavėjui visą turimą informaciją ir/arba dokumentus, kurie gali būti reikalingi pirkimo sutarčiai tinkamai vykdyti;

5.2.2. Priimti Šalių sutartu laiku Prekes, jeigu jos atitinka pirkimo sutarties ir Prekėms taikomas kitus kokybės reikalavimus;

5.2.3. Sumokėti pirkimo sutarties kainą pirkimo sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, pagal patvirtintą grafiką;

5.2.4. Tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus pirkimo sutartyje.

5.3. Šalys turi pirkimo sutartyje bei Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytas teises.

5.4. Pirkėjui pažeidus Sutarties 4.2. punktą ir laiku neatsiskaičius su Pardavėju, Pardavėjas turi teisę į Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo (Žin., 2003, Nr. 123-5571; 2012, Nr. 127-6389) nustatyto dydžio palūkanas.

5.5. Nei viena iš Sutarties šalių neatsako už dalinį ar visišką priimtų sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, jei jų įvykdyti negalima dėl nenumatytų ir nuo šalių valios nepriklausančių aplinkybių (force majeure), kurios aiškinamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir 1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 840 „Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ prasme.

5.6. Sutarties šalis, kuri dėl Sutarties 5.5. punkte nurodytų aplinkybių negali vykdyti priimtų įsipareigojimų, nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas privalo raštu apie tai informuoti kitą sutarties šalį. Pavėluotas ar netinkamas kitos šalies informavimas ar informacijos nepateikimas, atima iš jos teisę remtis išvardytomis aplinkybėmis kaip pagrindu, atleidžiančiu nuo atsakomybės dėl ne laiku (ar netinkamo) priimtų sutartinių įsipareigojimų vykdymo ar nevykdymo.

5.7. Jei nurodytos aplinkybės trunka ilgiau kaip 20 (dvidešimt) dienų, Šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti Sutartį, kaip tai nurodyta Sutarties 9.5. punkte arba Sutartis gali būti nutraukta vienašališkai nukentėjusios šalies reikalavimu įspėjus kitą Sutarties šalį ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas.

6. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

6.1. Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

6.2. Visi ginčai ar nesutarimai, kylantys tarp šalių dėl Sutarties vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Šalims nesusitarus, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos teismuose.

7. SUBTIEKĖJAI IR JŲ KEITIMO TVARKA

7.1. Jei tiekėjas vykdant pirkimo sutartį numato pasitelkti subtiekėjus, tai joje nurodomas subtiekėjo įmonės pavadinimas, įmonės kodas, įmonės adresas. Tiekėjas turi teisę pasitelkti tik tokius subtiekėjus, kuriuos nurodė pasiūlyme.

7.2. Tiekėjas, norėdamas pakeisti subtiekėją kitu ar nutraukti sudarytą subtiekimo sutartį, privalo apie tai raštu ne vėliau kaip prieš 15 dienų informuoti Perkančiąją organizaciją. Tiekėjas turi teisę pakeisti subtiekėjus tik gavus Perkančiosios organizacijos rašytinį sutikimą.

7.3. Norėdamas pakeisti Sutartyje nurodytą (-us) subtiekėją (-us), Pardavėjas privalo pateikti Pirkėjui dokumentų, įrodančių naujo subtiekėjo teisę parduoti siūlomą (-as) prekę (-es), tinkamai patvirtintas kopijas.

7.4. Pardavėjas atsako už savo subtiekėjų veiksmus, įsipareigojimų nevykdymą bei aplaidumą taip, lyg šiuos veiksmus atliktų ar Sutarties įsipareigojimų nevykdytų ar aplaidus būtų jis pats. Perkančiosios organizacijos sutikimas, kad kuri nors šioje Sutartyje nurodytų įsipareigojimų dalis būtų vykdoma subtiekėjo, neatleidžia Pardavėjo nuo jokių jo įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo.

8. PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

8.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Pirkėjui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę Pardavėjui pažeidus Sutartį.

8.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimas yra netesybos, 5% bauda nuo neįvykdytos sutarties vertės.

8.3. Pardavėjas, vienašališkai nutraukęs sutartį, jeigu tai nebus pasekmė nenumatytų aplinkybių, ne ginčo tvarka moka Pirkėjui 5% visos sutarties sumos dydžio baudą, nurodytos sutarties 4.1. punkte.

8.4. Jeigu Pardavėjas sutarties galiojimo metu atsisako pateikti Pirkėjui prekę arba pateikia prekę neatitinkančią sutarties sąlygų (pvz. padidina prekės kainą, prekę neatitinka nustatytų reikalavimų, ir pan.) ir dėl šios priežasties Pirkėjas priverstas nutraukti sutartį dėl prekės pirkimo, Pardavėjas moka Pirkėjui 5% tos prekės sutarties sumos, kuri nurodyta 4.1. punkte dydžio baudą.

9. SUTARTIES GALIOJIMO, PAKEITIMO IR NUTRAUKIMO TVARKA

9.1. Sutartis įsigalioja šalims ją pasirašius ir patvirtinus antspaudais, ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo (tame tarpe ir garantinio aptarnavimo), bet ne trumpiau nei 12 mėnesių.

9.2. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti principai ir tikslai.

9.3. Pirkimo sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai, bei buvo pateiktos konkurso sąlygose. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant konkurso sąlygas ir (ar) pirkimo sutarties sudarymo metu, pirkimo sutarties šalys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties sąlygas.

9.4. Kiekviena Sutarties šalis, įspėjusi kitą šalį prieš vieną mėnesį, turi teisę vienašališkai nutraukti pirkimo sutartį prieš terminą, jeigu kita šalis nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas yra esminis pirkimo sutarties sąlygų pažeidimas.

9.5. Sutartis taip pat gali būti nutraukta šalių susitarimu arba kitais Sutartyje ir LR teisės aktuose numatytais atvejais.

9.6. Jei bet kuri pirkimo sutarties nuostata pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų pirkimo sutarties nuostatų galiojimui.

10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10.1. Sutartis, visi jos priedai ir papildomi susitarimai sudaromi ir pasirašomi lietuvių kalba, dviem lygiaverčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.

10.2. Pardavėjo Konkursui pateiktas pasiūlymas ir kiti pirkimo dokumentai yra laikomi neatskiriama šios Sutarties dalimi ir gali būti naudojami aiškinant Sutarties sąlygas.

10.3. Nė viena Sutarties šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies savo teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

10.4. Už Sutarties vykdymą atsakingi asmenys:

	Pirkėjo atstovas	Pardavėjo atstovas
Pareigos, vardas, pavardė	Direktorė Kristina Škarnulienė	Direktorius komercijai Arūnas Daraganas
Telefonas	8 343 23457	8 5 2338258
El. paštas	info@kalvarijosligonine.lt	info@graina.lt

11. ŠALIŲ REKVIZITAI

Pardavėjas:

UAB „Graina“
 Durpyno g. 22, LT-36237 Panevėžys
 Įmonės kodas 147736647
 PVM mokėtojo kodas LT477366410
 Tel.: 8 5 2338258 Faks.: 8 5 2135558
 El. paštas info@graina.lt
 A.s. LT63 7044 0600 0263 5618
 AB SEB bankas, b.k. 70440

Direktorius komercijai
 Arūnas Daraganas

A.V.

(parašas)

Direktorius
 Arūnas Padvariškis

Pirkėjas:

Viešoji įstaiga Kalvarijos ligoninė
 Vytauto g. 9, LT-69216 Kalvarija
 Juridinio asmens kodas 165802433

Tel. 8 343 23457,
 El.p. info@kalvarijosligonine.lt
 A./s. LT59 7300 0101 6225 9042
 AB Swedbank, b.k. 73000

Direktore
 Kristina Škarnulienė



(parašas)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Į įrangos kainą įeina visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, taip pat ir PVM (transporto, dokumentų rengimo, siuntimo, sumontavimo, darbuotojų apmokymo, dokumentų pateikimo per „E. sąskaitą“ sistemą ir kitos išlaidos, reikalingos tinkamam sutarties įvykdymui).
2. Pirkimo objektas į atskiras pirkimo dalis neskaidomas, todėl pasiūlymas turi būti teikiamas visam nurodytam prekių kiekiui.
3. Prekės pristatomos tiekėjo transportu ir sumontuojamos (esant poreikiui) ne ilgiau kaip per 2 mėn. po sutarties pasirašymo.

Eil. Nr.	Parametrai	Parametro reikšmė	Siūlomos įrangos parametru reikšmės (parametru atitikimas) ir nuorodos į atitinkamus gamintojo techninės dokumentacijos puslapius
1.	Oftalmologinė darbo vieta:	1 vnt.	1. Oftalmologinė darbo vieta DeltaQ - 1 vnt
1.1.	Paskirtis	Pilnai sukomplektuoti įvairius oftalmologinius prietaisus į vieną universalų diagnostinį komplektą	1.1. Paskirtis - pilnai sukomplektuoti įvairius oftalmologinius prietaisus į vieną universalų diagnostinį komplektą
1.2.	Besisukantis slankiojantis stalviršis skirtas 2-iems oftalmologiniams prietaisams	Būtina	1.2 Besisukantis slankiojantis stalviršis skirtas 2-iems oftalmologiniams prietaisams
1.3.	Stalviršio pakėlimo eiga	$\geq 73 \div 98$ cm	1.3 Stalviršio pakėlimo eiga 73 ÷ 98 cm
1.4.	Kolona su dviem integruotais reguliuojamai šviestuvais paciento apžiūrai	Būtina	1.4 Kolona su dviem integruotais reguliuojamai šviestuvais paciento apžiūrai
1.5.	Halogeniniai šviestuvai	2 vnt. x 35W (± 5 W)	1.5 Halogeniniai šviestuvai 2 vnt. x 35W
1.6.	Integruotas reguliuojamas transformatorius instrumentų (plyšinės lempos ar pan.) maitinimui	Būtina	1.6 Integruotas reguliuojamas transformatorius instrumentų (plyšinės lempos ar pan.) maitinimui
1.7.	Kaičiama aukščio paciento kėdė, reguliuojam iš integruotos prisilietimu valdomos panelės ant stalviršio	aukštis $\geq 48 \div 63$ cm	1.7 Kaičiama aukščio paciento kėdė, reguliuojam iš integruotos prisilietimu valdomos panelės ant stalviršio, aukštis 48 ÷ 63 cm
1.8.	Kėdės sukimasis	$\geq 360^\circ$	1.8 Kėdės sukimasis 360°
1.9.	Atlenkiama kėdės atrama nugara	Būtina	1.9 Atlenkiama kėdės atrama nugara

1.10.	Instaliuotas stalčius bandomiesiems stiklams	Būtina	1.10 Instaliuotas stalčius bandomiesiems stiklams
1.11.	Įrangos žymėjimas CE ženklų	Būtinai (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklų liudijančio dokumento kopiją)	1.11 Įrangos žymėjimas CE ženklų
1.12.	Garantija	≥ 12 mėn.	1.12 Garantija 12 mėn.
2.	Autokeratorefraktometras	1 vnt.	2. Autokeratorefraktometras Zeiss visuref 150 – 1 vnt.
2.1.	Autokeratorefraktometro matavimo režimai	1. Kombinuotas Refrakcijos – keratometrijos 2. Vyzdžio ir ragenos diametro matavimo 3. Nuotraukos fiksavimo 4. Kontaktinių lęšių bazinės kreivės matavimo	2.1 Autokeratorefraktometro matavimo režimai: 1. Kombinuotas Refrakcijos – keratometrijos 2. Vyzdžio ir ragenos diametro matavimo 3. Nuotraukos fiksavimo 4. Kontaktinių lęšių bazinės kreivės matavimo
2.2.	Matuojamos sferinės refrakcijos sritis	≥ -25D iki +22D	2.2 Matuojamos sferinės refrakcijos sritis -25D iki +22D
2.3.	Matuojamos cilindrinės refrakcijos sritis	≥ -10D iki +10D	2.3 Matuojamos cilindrinės refrakcijos sritis -10D iki +10D
2.4.	Matuojamos refrakcijos žingsniai	0.12 D ir 0.25 D (±0.01 D)	2.4 Matuojamos refrakcijos žingsniai 0.12 D ir 0.25
2.5.	Astigmatizmo ašių matavimo sritis	≥ 0° ÷ 180°	2.5 Astigmatizmo ašių matavimo sritis 0° ÷ 180°
2.6.	Matuojamas astigmatizmo ašių žingsnis	≤ 1°	2.6 Matuojamas astigmatizmo ašių žingsnis 1°
2.7.	Mažiausias matuojamo vyzdžio diametras	≤ 2 mm	2.7 Mažiausias matuojamo vyzdžio diametras 2 mm
2.8.	Tarpvyzdinio atstumo matavimo sritis	≥ 10 – 85 mm	2.8 Tarpvyzdinio atstumo matavimo sritis 10 – 85 mm
2.9.	Keičiama Vertex distancija	(0mm, 10mm, 12mm, 13.5mm, 15mm) ± 5%	2.9 Keičiama Vertex distancija (0mm, 10mm, 12mm, 13.5mm, 15mm)
2.10.	Keratometrija:	Būtina	2.10 Keratometrija
2.11.	Ragenos kreivumo matavimo sritis	≥ 5 mm ÷ 10 mm	2.11 Ragenos kreivumo matavimo sritis 5 mm ÷ 10.2 mm
2.12.	Ragenos kreivumo matavimo žingsnis	≤ 0.01 mm	2.12 Ragenos kreivumo matavimo žingsnis 0.01 mm
2.13.	Ragenos refrakcinės galios matavimo sritis	≥ 33 D ÷ 67D	2.13 Ragenos refrakcinės galios matavimo sritis 33 D ÷ 67.5D
2.14.	Ragenos astigmatizmo matavimo sritis	≥ 0 ÷ -15D	2.14 Ragenos astigmatizmo matavimo sritis 0 ÷ -15D

2.15.	Ragenos astigmatizmo matavimo žingsnis	0.12 D ir 0.25 D (± 0.01 D)	2.15 Ragenos astigmatizmo matavimo žingsnis 0.12 D ir 0.25 D
2.16.	Astigmatizmo ašių matavimo sritis	$\geq 0^\circ \div 180^\circ$	2.16 Astigmatizmo ašių matavimo sritis $0^\circ \div 180^\circ$
2.17.	Astigmatizmo ašių matavimo žingsnis	$\leq 1^\circ$	2.17 Astigmatizmo ašių matavimo žingsnis 1°
2.18.	Ragenos diametro matavimas	$\geq 2 - 12$ mm	2.18 Ragenos diametro matavimas 2 – 12 mm
2.19.	Ragenos diametro matavimo žingsnis	≤ 0.1 mm	2.19 Ragenos diametro matavimo žingsnis 0.1 mm
2.20.	Matavimo duomenų pateikimas	Prisilietimu valdomas, reguliuojamas spalvotas, $\geq 7''$ TFT LCD ekranas, $\geq 800 \times 480$ rezoliucijos	2.20 Matavimo duomenų pateikimas. Prisilietimu valdomas, reguliuojamas spalvotas, $7''$ TFT LCD ekranas, 800×480 rezoliucijos
2.21.	Rezultatų spausdinimas	Integruotas terminis spausdinimo įrenginys, būtina galimybė atspausdinti tinkliniame spausdintuve	2.21 Rezultatų spausdinimas. Integruotas terminis spausdinimo įrenginys, galimybė atspausdinti tinkliniame spausdintuve
2.22.	Atrama smakrui	Motorizuota, reguliavimo aukštis ≥ 65 mm	2.22 Atrama smakrui motorizuota, reguliavimo aukštis 65 mm
2.23.	Duomenų perdavimas	Pilnai izoliuotas RS-232 serijinis interfeisas, Pilnai izoliuota kompiuterinio tinklo LAN jungtis, USB jungtis, Būtina galimybė prijungti prie elektroninės medicininių duomenų registravimo (EMR) ir medicinos praktikos valdymo programinės įrangos (PMS), Būtina „Web“ sąsaja duomenų gavimui, VGA video signalo išvestis, skirta išorinio video monitoriaus pajungimui demonstraciniais tikslais	2.23 Duomenų perdavimas. Pilnai izoliuotas RS-232 serijinis interfeisas, Pilnai izoliuota kompiuterinio tinklo LAN jungtis, USB jungtis, Galimybė prijungti prie elektroninės medicininių duomenų registravimo (EMR) ir medicinos praktikos valdymo programinės įrangos (PMS), „Web“ sąsaja duomenų gavimui, VGA video signalo išvestis, skirta išorinio video monitoriaus pajungimui demonstraciniais tikslais
2.24.	Duomenų išvedimo formatai	XML, PDF	2.24 Duomenų išvedimo formatai - XML, PDF
2.25.	Maitinimo įtampa	240 V $\pm 10\%$, 50 Hz	2.25 Maitinimo įtampa 240 V $\pm 10\%$, 50 Hz

2.26.	Įrangos žymėjimas CE ženklu	Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento kopiją)	2.26 Įrangos žymėjimas CE ženklu
2.27.	Garantija	≥ 12 mėn.	2.27 Garantija 12 mėn.
3.	Plyšinė lempa (biomikroskopas)	1 vnt.	3. Plyšinė lempa (biomikroskopas) ZEISS SL 115 - 1 vnt.
3.1.	Plyšinės lempos mikroskopas ir apšvietimo sistema	Stacionari, apšvietimo sistema iš apačios (Zeiss tipo arba lygiaverčiu)	3.1 Stacionari, apšvietimo sistema iš apačios (Zeiss tipo)
3.2.	Būtinai ne mažiau 3 didinimai	$(8x, 12x, 20x) \pm 5\%$	3.2 3 didinimai (8x, 12x, 20x)
3.3.	Stebimo lauko diametrai (atitinkamai 2 p. reikalaujamiems didinimams)	$\geq 25 \div 10$ mm	3.3 Stebimo lauko diametrai : $25 \div 10$ mm
3.4.	Okuliarai	$10x \pm 5\%$	3.4 Okuliarai 10x
3.5.	Okuliarų ametropijos kompensacija	$\geq \pm 8$ D	3.5 Okuliarų ametropijos kompensacija ± 8 D
3.6.	Plyšio plotis	Tolygiai didėjantis Apatinė riba ne daugiau 0 mm Viršutinė riba ne mažiau 14 mm	3.6 Plyšio plotis tolygiai didėjantis Apatinė riba 0 mm Viršutinė riba 14 mm
3.7.	Plyšio ilgis	Fiksuotos padėtys: (0.5, 3.5, 8, 14 mm) $\pm 5\%$, Tolygiai: $\geq$ nuo 1 iki 14 mm	3.7 Fiksuotos padėtys: (0.5, 3.5, 8, 14 mm), Tolygiai: nuo 1 iki 14 mm
3.8.	Plyšinio vaizdo pasukimas	$\geq \pm 90^\circ$, tolygiai	3.8 Plyšinio vaizdo pasukimas $\pm 90^\circ$, tolygiai
3.9.	Plyšinio vaizdo išcentravimas	$\geq \pm 4^\circ$ horizontaliai, fiksuota padėtis ties 0°	3.9 Plyšinio vaizdo išcentravimas $\pm 4^\circ$ horizontaliai, fiksuota padėtis ties 0°
3.10.	Plyšio projekcinės priзмės pasukimo sritis	$\geq 180^\circ$, kampinio skirtumo skalė, fiksacija ties 0°	3.10 Plyšio projekcinės priзмės pasukimo sritis 180° , kampinio skirtumo skalė, fiksacija ties 0°
3.11.	Kritimo kampas	0° , horizontaliai	3.11 Kritimo kampas 0° , horizontaliai
3.12.	Filtrai	1. Mėlynas 2. Žalias (be raudis) 3. Karštį atspindintis 4. Uždanga difuziniam apšvietimui 5. Barjerinis (geltonas)	3.12 Filtrai: 1. Mėlynas 2. Žalias (be raudis) 3. Karštį atspindintis 4. Uždanga difuziniam apšvietimui 5. Barjerinis (geltonas)

3.13.	Darbinis atstumas	70 ± 3 mm nuo prizmės iki paciento akies	3.13 Darbinis atstumas 73 mm nuo prizmės iki paciento akies
3.14.	Instrumento bazės eiga	Vertikaliai: ≥ 30 mm x-ašis: ≥ 110 mm y-ašis: ≥ 90 mm	3.14 Instrumento bazės eiga Vertikaliai: 30 mm x-ašis: 110 mm y-ašis: 90 mm
3.15.	Atramos smakrui vertikali eiga	≥ 59 mm	3.15 Atramos smakrui vertikali eiga 59 m
3.16.	Apšvietimo lempa	Halogeninė 10÷15 W	3.16 Apšvietimo lempa Halogeninė 10 W
3.17.	Apšvietumo reguliavimas	Tolygus	3.17 Apšvietumo reguliavimas tolygus
3.18.	Maitinimas	240 V±10%, 50 Hz	3.18 Maitinimas 240 V±10%, 50 Hz
3.19.	Įrangos žymėjimas CE ženklų	Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklų liudijančio dokumento kopiją)	3.19 Įrangos žymėjimas CE ženklų
3.20.	Garantija	≥ 12 mėn.	3.20 Garantija 12 mėn.
4.	Tonometas	1 vnt.	4. Tonometas ZEISS AT 020 - 1 vnt.
4.1.	Aplanacinis Goldmano tonometras	Naudojamas komplekte su plyšine lempa	4.1 Aplanacinis Goldmano tonometras, Naudojamas komplekte su plyšine lempa
4.2.	Aplanacinio lauko diametras	≤ 3,1 mm	4.2 Aplanacinio lauko diametras 3,06 mm
4.3.	Matavimo sritis	Ne siauresnė kaip nuo 0 iki 78 mN	4.3 Matavimo sritis nuo 0 iki 78.4 mN
4.4.	Nuskaitymų skalė	≤ 1,96 mN	4.4 Nuskaitymų skalė 1,96 mN
4.5.	Intraokulinio slėgio nuskaitymų būgno gradacija	mmHg arba pervedimas į kPa, panaudojant konversijų lentelę	4.5 Intraokulinio slėgio nuskaitymų būgno gradacija - mmHg arba pervedimas į kPa, panaudojant konversijų lentelę
4.6.	Komplekte	2 matavimo prizmės, kalibravimo patikrinimo svarelis	4.6 Komplekte: 2 matavimo prizmės, kalibravimo patikrinimo svarelis
4.7.	Garantija	≥ 12 mėn.	4.7 Garantija 12 mėn.
4.8.	Įrangos žymėjimas CE ženklų	Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklų liudijančio dokumento kopiją)	4.8 Įrangos žymėjimas CE ženklų
5.	Aparatas/įranga regos aštrumui nustatyti	1 vnt.	5. Aparatas regos aštrumui nustatyti VLC 2400 - 1 vnt.
5.1.	Optotipų ženklų displėjus	Skirtas regos aštrumo,	5.1 Optotipų ženklų displėjus -

		binokulinio matymo, astigmatizmo ir pan. tyrimams	Skirtas regos aštrumo, binokulinio matymo, astigmatizmo ir pan. tyrimams
5.2.	Displėjaus tipas	WUXGA TFT LCD skystų kristalų displėjus	5.2 Displėjaus tipas - WUXGA TFT LCD skystų kristalų displėjus
5.3.	Displėjaus diametras	$\geq 24''$	5.3 Displėjaus diametras 24''
5.4.	Displėjaus rezoliucija	$\geq 1920 \times 1080$ taškų	5.4 Displėjaus rezoliucija 1920 x 1080 taškų
5.5.	Distancinis belaidis valdymo pultas	Būtina	5.5 Distancinis belaidis valdymo pultas
5.6.	Projektavimo atstumas	laisvai keičiamas ribose $\geq$ nuo 2 iki 8 m, žingsneliais ≤ 25 cm	5.6 Projektavimo atstumas - laisvai keičiamas ribose nuo 1.5 iki 8 m, žingsneliais 25 cm
5.7.	Regos aštrumo tikrinimo lentelių tipai	Landolto žiedai, raidės, skaičiai, paveikslėliai, Snelen ženklai (E)	5.7 Regos aštrumo tikrinimo lentelių tipai - Landolto žiedai, raidės, skaičiai, paveikslėliai, Snelen ženklai (E)
5.8.	Regos aštrumo tikrinimo lentelių simbolių rodymo galimybės	Po vieną ženklą, horizontalia linija, vertikalia linija, išskiriant ženklą juodu aplinkiniu fonu, veidrodiniu atvaizdu	5.8 Regos aštrumo tikrinimo lentelių simbolių rodymo galimybės - Po vieną ženklą, horizontalia linija, vertikalia linija, išskiriant ženklą juodu aplinkiniu fonu, veidrodiniu atvaizdu
5.9.	Poliarizaciniai testai	Būtina	5.9 Poliarizaciniai testai
5.10.	Specialūs testai	ETDRS 1 ir 2, Raudono/žalio, Binokulinio balanso, Anizeikonijos, Stereopsio, Binokuliarinės fuzijos, Supresijos, Starbizmo, Forijos, Spalvinio aklumo, Amsler'io tinklelio makulos degeneracijai	5.10 Specialūs testai - ETDRS 1 ir 2, Raudono/žalio, Binokulinio balanso, Anizeikonijos, Stereopsio, Binokuliarinės fuzijos, Supresijos, Starbizmo, Forijos, Spalvinio aklumo, Amsler'io tinklelio makulos degeneracijai
5.11.	Išorinių duomenų įvedimas	USB, RS-232	5.11 Išorinių duomenų įvedimas - USB, RS-232
5.12.	Skaidrių rodymo režimas	Būtina	5.12 Skaidrių rodymo režimas
5.13.	Montuojamas ant sienos	Būtina	5.13 Montuojamas ant sienos
5.14.	Įrangos žymėjimas CE ženklu	Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento	5.14 Įrangos žymėjimas CE ženklu

		kopiją)	
5.15.	Garantija	≥ 12 mėn.	5.15 Garantija 12 mėn.
6.	Oftalmoskopas:	1 vnt.	6. Oftalmoskopas HEINE BETA200S- 1 vnt.
6.1.	Oftalmoskopo išpildymas	Rankinis tiesioginio vaizdo oftalmoskopas su USB pakraunama akumuliatorine rankena	6.1 Oftalmoskopo išpildymas - Rankinis tiesioginio vaizdo oftalmoskopas su USB pakraunama akumuliatorine rankena
6.2.	Perjungiamos apertūros	1. mažas apskritimas 2. didelis apskritimas 3. taškinė skylutė 4. pusė apskritimo 5. plyšys 6. fiksinė žvaigždė su polinėmis koordinatėmis 7. beraudės šviesos filtras Kobalto mėlynas filtras	6.2 Perjungiamos apertūros: 1. mažas apskritimas 2. didelis apskritimas 3. taškinė skylutė 4. pusė apskritimo 5. plyšys 6. fiksinė žvaigždė su polinėmis koordinatėmis 7. beraudės šviesos filtras Kobalto mėlynas filtras
6.3.	Oftalmoskopo lizės	≥ nuo +1D iki +38D, žingsnis ne didesnis nei 1D ≥ nuo -1D iki -36D, žingsnis ne didesnis nei 1D	6.3 Oftalmoskopo lizės - nuo +1D iki +38D, žingsnis 1D, nuo -1D iki -36D, žingsnis 1D
6.4.	Oftalmoskopo šviesos filtrai	Integruoti "red free" ir mėlynos spalvos šviesos filtrai	6.4 Oftalmoskopo šviesos filtrai - Integruoti "red free" ir mėlynos spalvos šviesos filtrai
6.5.	Optinė sistema	Asferinė, eliminuojanti ragenos ir rainelės atspindžius, pateikianti didelį, aiškų, neblizgantį akies dugno vaizdą	6.5 Optinė Sistema - Asferinė, eliminuojanti ragenos ir rainelės atspindžius, pateikianti didelį, aiškų, neblizgantį akies dugno vaizdą
6.6.	Apšvietimo šaltinis	LED arba analogiškas	6.6 Apšvietimo šaltinis – LED
6.7.	Apšvietimo reguliavimas	Būtinai tolygus šviesos intensyvumo reguliavimas	6.7 Apšvietimo reguliavimas - tolygus šviesos intensyvumo reguliavimas
6.8.	Dėžutė	Skirta saugiai, laikyti tiesioginio vaizdo oftalmoskopą	6.8 Dėžutė - Skirta saugiai, laikyti tiesioginio vaizdo oftalmoskopą
6.9.	Pakrovėjas	USB tipo pakrovėjas	6.9 USB tipo pakrovėjas
6.10.	Įrangos žymėjimas CE ženklų	Būtinai (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklų liudijančio dokumento kopiją)	6.10 Įrangos žymėjimas CE ženklų
6.11.	Garantija	≥ 12 mėn.	6.11 Garantija 12 mėn.

7.	Akių dugno apžiūros lęšis	1 vnt.	7. Akių dugno apžiūros lęšis Volk 78D - 1 vnt.
7.1.	Diagnostinis lęšis	78D	7.1 Diagnostinis lęšis 78D
7.2.	Apžiūros laukas	$\leq 81^{\circ} / 97^{\circ}$	7.2 Apžiūros laukas $81^{\circ} / 97^{\circ}$
7.3.	Didinimas	$\geq 0,93x$	7.3 Didinimas 0,93x
7.4.	Lazerinio taško didinimo taškas	$\leq 1,08x$	7.4 Lazerinio taško didinimo taškas 1,08x
7.5.	Diagnostinis +90D lęšis:	1 vnt.	7.5 Diagnostinis +90D lęšis – 1 vnt.
7.6.	Žiūros laukas	$\leq 74^{\circ} / 89^{\circ}$	7.6 Žiūros laukas $74^{\circ} / 89^{\circ}$
7.7.	Didinimas	$\geq 0,76x$	7.7 Didinimas 0,76x
7.8.	Lazerinio taško didinimo taškas	$\leq 1,32x$	7.8 Lazerinio taško didinimo taškas 1,32x
7.9.	Įrangos žymėjimas CE ženklų	Būtinai (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklų liudijančio dokumento kopiją)	7.9 Įrangos žymėjimas CE ženklų
8.	Gonioskopas	1 vnt.	8. Gonioskopas - 1 vnt.
8.1.	Trijų veidrodžių Gonio lęšis		8.1 Trijų veidrodžių Gonio lęšis
8.2.	Įmontuotų veidrodžių kampai	$60^{\circ}/66^{\circ}/76^{\circ} (\pm 1^{\circ})$	8.2 Įmontuotų veidrodžių kampai $60^{\circ}/66^{\circ}/76^{\circ}$
8.3.	Didinimas	$\geq 1,06x$	8.3 Didinimas 1,06x
8.4.	Lazerinio taško didinimo taškas	$\leq 0,94x$	8.4 Lazerinio taško didinimo taškas 0,94x
8.5.	Galimybė naudoti linzę be kontaktinių tirpalų	Būtinai	8.5 Galimybė naudoti linzę be kontaktinių tirpalų
8.6.	Kontaktinio ploto su ragena diametras ne daugiau kaip	18 mm	8.6 Kontaktinio ploto su ragena diametras 18 mm
8.7.	Įrangos žymėjimas CE ženklų	Būtinai (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklų liudijančio dokumento kopiją)	8.7 Įrangos žymėjimas CE ženklų
9.	Standartinis automatinis perimetras	1 vnt.	9. Standartinis automatinis perimetras ZEISS Humphrey matrix 800 - 1 vnt.
9.1.	Dizainas	Kompaktiškas, neužimantis daug vietos	9.1 Dizainas - Kompaktiškas, neužimantis daug vietos

9.2.	Naudojimas	Paprastas, intuityvus, suprantamas naudotojams, turintiems bet koki patyrimo lygį	9.2 Naudojimas - Paprastas, intuityvus, suprantamas naudotojams, turintiems bet koki patyrimo lygį
9.3.	Galimybė atlikti tyrimus nepriklausomai nuo aplinkinio apšvietimo	Būtina	9.3 Galimybė atlikti tyrimus nepriklausomai nuo aplinkinio apšvietimo
9.4.	Stimulas	Dvigubo dažnio sinusoidinės grotelės	9.4 Stimulas - Dvigubo dažnio sinusoidinės grotelės
9.5.	Stimulo dydis	2°, 5° ir 10° (±5%)	9.5 Stimulo dydis 2°, 5° ir 10°
9.6.	Fiksacijos kontrolė	Akies video monitorius „Heijl-Krakau“ fiksavimo metodas	9.6 Fiksacijos kontrolė - Akies video monitorius „Heijl-Krakau“ fiksavimo metodas
9.7.	Žvilgsnio fiksavimo taikiny	Centrinis taikiny; Fiksavimo kryžius, kertantis centrinį taikinį; Centrinis taikiny su papildomais 4 fiksavimo taškai, nutolusiais 10 laipsnių nuo centrinio taško	9.7 Žvilgsnio fiksavimo taikiny - Centrinis taikiny; Fiksavimo kryžius, kertantis centrinį taikinį; Centrinis taikiny su papildomais 4 fiksavimo taškai, nutolusiais 10 laipsnių nuo centrinio taško
9.8.	Testuojamo lauko sritis	≥ 30 laipsnių bei Makula	9.8 Testuojamo lauko sritis 30 laipsnių bei Makula
9.9.	Pilno slenksčio testai	1. „24-2“ – testuojamas centrinis regos laukas iki 30 laipsnių, ne mažiau 55 laukų; 2. „30-2“ - testuojamas centrinis regos laukas iki 30 laipsnių, ne mažiau 69 laukų; 3. „N-30“ – testuojamas centrinis regos laukas iki 30 laipsnių, ne mažiau 19 laukų; 4. „10-2“ – testuojamas centrinis regos laukas iki 10 laipsnių, ne mažiau 44 laukų; „Makula“ – testuojamas centrinis regos laukas iki 5 laipsnių, ne mažiau 16 laukų	9.9 Pilno slenksčio testai 1. „24-2“ – testuojamas centrinis regos laukas iki 30 laipsnių, 55 laukų; 2. „30-2“ - testuojamas centrinis regos laukas iki 30 laipsnių, 69 laukų; 3. „N-30“ – testuojamas centrinis regos laukas iki 30 laipsnių, 19 laukų; 4. „10-2“ – testuojamas centrinis regos laukas iki 10 laipsnių, 44 laukų; „Makula“ – testuojamas centrinis regos laukas iki 5 laipsnių, 16 laukų

9.10.	Skryningo testai	1. „N-30“ virš slenkstinis - testuojamas centrinis regos laukas iki 30 laipsnių, ne mažiau 19 laukų; „24-2“ virš slenkstinis - testuojamas centrinis regos laukas iki 30 laipsnių, ne mažiau 55 laukų;	9.10 Skryningo testai: 1. „N-30“ virš slenkstinis - testuojamas centrinis regos laukas iki 30 laipsnių, 19 laukų; „24-2“ virš slenkstinis - testuojamas centrinis regos laukas iki 30 laipsnių, 55 laukų
9.11.	Programinė įranga analizei	GHT (glaukomos pusės lauko testas)	9.11 Programinė įranga analizei - GHT (glaukomos pusės lauko testas)
9.12.	Testo duomenų pateikimas	Prietaiso ekrane, spausdintame formate	9.12 Testo duomenų pateikimas - Prietaiso ekrane, spausdintame formate
9.13.	Testo duomenų išsaugojimas	1.Integruotas kietas diskas ≥ 250 GB; 2.USB; 3.DVD/CD/R/W įrenginys; 4.RS-232 jungtis; Interneto jungtis	9.13 Testo duomenų išsaugojimas: 1. Integruotas kietas diskas 250 GB; 2. USB; 3. DVD/CD/R/W įrenginys; 4. RS-232 jungtis; Interneto jungtis
9.14.	Pajungimas prie gydymo įstaigos kompiuterinio tinklo duomenų išsaugojimui	DICOM suderinamumas	9.14 Pajungimas prie gydymo įstaigos kompiuterinio tinklo duomenų išsaugojimui - DICOM suderinamumas
9.15.	Ekranas	Integruotas LCD tipo	9.15 Ekranas - Integruotas LCD tipo
9.16.	Paciento pozicionavimas	Reguliuojama atrama paciento smakrui	9.16 Paciento pozicionavimas - Reguliuojama atrama paciento smakrui
9.17.	Valdymas	Integruotas, ne atskirai stovintis kompiuteris; Klaviatūra su integruota pele	9.17 Valdymas - Integruotas, ne atskirai stovintis kompiuteris; Klaviatūra su integruota pele
9.18.	Spausdintuvas	A4 formato popieriui	9.18 Spausdintuvas - A4 formato popieriui
9.19.	Aparato stalelis	Elektriškai keičiamo aukščio, skirtas pastatyti kompiuterinį perimetrą	9.19 Aparato stalelis MT01- Elektriškai keičiamo aukščio, skirtas pastatyti kompiuterinį perimetrą

9.20.	Įrangos žymėjimas CE ženklu	Būtinai (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento kopiją)	9.20 Įrangos žymėjimas CE ženklu
9.21.	Garantija	≥ 12 mėn.	9.21 Garantija 12 mėn.
10.	Bandomųjų lęšių rinkinys	1 vnt.	10. Bandomųjų lęšių rinkinys - 1 vnt.
10.1.	Lęšių apvadiniai rėmeliai	Plastikiniai arba metaliniai	10.1 Lęšių apvadiniai rėmeliai - metaliniai *
10.2.	Sferiniai lęšiai teigiami (+) ir neigiami (-)	Dydžiai: 0.12; 0.25; 0.50; 0.75; 1.00; 1.25; 1.50; 1.75; 2.00; 2.25; 2.50; 2.75; 3.00; 3.25; 3.50; 3.75; 4.00; 4.50; 5.00; 5.50; 6.00; 6.50; 7.00; 7.50; 8.00; 9.00; 10.00; 11.00; 12.00; 13.00; 14.00; 15.00; 16.00; 18.00; 20.00 (visų dydžių po 2 vnt.)	10.2 Sferiniai lęšiai teigiami (+) ir neigiami (-).Dydžiai: 0.12; 0.25; 0.50; 0.75; 1.00; 1.25; 1.50; 1.75; 2.00; 2.25; 2.50; 2.75; 3.00; 3.25; 3.50; 3.75; 4.00; 4.50; 5.00; 5.50; 6.00; 6.50; 7.00; 7.50; 8.00; 9.00; 10.00; 11.00; 12.00; 13.00; 14.00; 15.00; 16.00; 18.00; 20.00 (visų dydžių po 2 vnt.)
10.3.	Cilindriniai lęšiai teigiami (+) ir neigiami (-)	Dydžiai: 0.12; 0.25; 0.50; 0.75; 1.00; 1.25; 1.50; 1.75; 2.00; 2.25; 2.50; 3.00; 3.50; 4.00; 4.50; 5.00; 6.00 (visų dydžių po 2 vnt.)	10.3 Cilindriniai lęšiai teigiami (+) ir neigiami (-).Dydžiai: 0.12; 0.25; 0.50; 0.75; 1.00; 1.25; 1.50; 1.75; 2.00; 2.25; 2.50; 3.00; 3.50; 4.00; 4.50; 5.00; 6.00 (visų dydžių po 2 vnt.)
10.4.	Prizmės	Dydžiai: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8	10.4 Prizmės - Dydžiai: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8
10.5.	Priedai	Raudonas filtras, Žalias filtras, Diskas su skylute, Šiauro plyšio lęšis, Uždanga arba lygiavertis	10.5 Priedai - Raudonas filtras, Žalias filtras, Diskas su skylute, Šiauro plyšio lęšis, Uždanga
11.	Bandomieji rėmeliai	1 vnt.	11. Bandomieji rėmeliai - 1 vnt.
11.1.	Paskirtis	Skirti bandomųjų lęšių naudojimui	11.1 Skirti bandomųjų lęšių naudojimui
11.2.	Medžiaga	Pagaminti iš lengvo metalo, plastiko	11.2 Pagaminti iš lengvo metalo, plastiko
11.3.	Reguliavimo galimybės	Atstumo tarp vyzdžių, kojelių ilgis, pasvirimo kampas, cilindro ašies keitimas	11.3 Reguliavimo galimybės - Atstumo tarp vyzdžių, kojelių ilgis, pasvirimo kampas, cilindro ašies keitimas
12.	Egzoftalmometras	1 vnt.	12. Egzoftalmometras - 1 vnt.

12.1.	Rankinis nešiojamas instrumentas	skirtas ragenos išgaubtumui išmatuoti	12.1 Rankinis nešiojamas instrumentas - skirtas ragenos išgaubtumui išmatuoti
13.	Skiaskopinės liniuotės	1 vnt.	13. Skiaskopinės liniuotės - 1 vnt.
14.	Prizminės liniuotės	1 vnt.	14. Prizminės liniuotės - 1 vnt.
14.1.	Komplektą sudaro ne mažiau kaip 2 liniuotės – horizontali ir vertikali	Būtina	14.1 Kompletą sudaro 2 liniuotės – horizontali ir vertikali
14.2.	Liniuotės patalpintos spec. dėkle	Būtina	14.2 Liniuotės patalpintos spec. dėkle
15.	Testas binokuliniam matymui nustatyti	Lang testas, 1 vnt.	15. Testas binokuliniam matymui nustatyti, Lang testas - 1 vnt.
16.	Spalvų joslės lentelės	Ishichara tipo, ne mažiau 14 vnt.	16. Spalvų joslės lentelės, Ishichara tipo - 14 vnt.
17.	Zondai ašarų takų praeinamumui įvertinti	1 kompl.	17. Zondai ašarų takų praeinamumui įvertinti - 1 kompl.
17.1.	Nerūdijančio plieno, daugkartinio naudojimo	Tinkami sterilizuoti +132 °C - +135°C	17.1 Nerūdijančio plieno, daugkartinio naudojimo - Tinkami sterilizuoti +132 °C - +135°C
18.	Fluoresceino ir Širmerio juostelės	1 kompl.	18. Fluoresceino ir Širmerio juostelės - 1 kompl.
18.1.	Diagnosticinės fluoresceino tipo juostelės ir Širmerio juostelės akių suasumui nustatyti	100±10 vnt/pakuotėje, sterilios	18.1 Diagnosticinės fluoresceino tipo juostelės ir Širmerio juostelės akių suasumui nustatyti - 100 vnt/pakuotėje, sterilios
19.	Centimetrinė liniuotė	1 vnt.	19. Centimetrinė liniuotė - 1 vnt.