

Pirkimas: Transezofaginis daviklis ultragarso sistemai Philips EPIQ CVx
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Nr.	Pavadinimas	Kiekis	Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės ir priedamo dokumento puslapio numeris patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę
1.1.	nenaudotas):	1 vnt.	X8-2t, CVX TDS.pdf, 25 psl.
1.1.1.	Dažnių diapozonas, ne siauresnis kaip nuo 2 iki 8 MHz		Dažnių diapazonas, nuo 2 iki 8 MHz, CVX TDS.pdf, 25 psl.
1.1.2.	Gamybos technologija, matricinė arba lygiavertė		Matricinė gamybos technologija, CVX TDS.pdf, 25 psl.
1.1.3.	Elementų skaičius, ≥ 2500		2500 elementų, CVX TDS.pdf, 25 psl.
1.1.4.	Tūrinis vaizdavimas realiame laike. Būtinas Vartotojo programuojamas valdymo klavišas. Būtina galimybė programuoti užšaldymo „Freeze“, automatinio vaizdo optimizavimo ar išsaugojimo funkcijoms.		Tūrinis vaizdavimas realiame laike, CVX TDS.pdf, 25 psl. Vartotojo programuojamas valdymo klavišas. Galimybė programuoti užšaldymo "Freeze", automatinio vaizdo optimizavimo ar išsaugojimo funkcijoms. CVX TDS.pdf, 25 psl.
1.1.5.	Daviklis turi būti suderinamas su ultragarso sistema "PHILIPS EPIQ CVx". Būtina		Daviklis suderinamas su ultragarso sistema "Philips Healthcare, EPIQ CVx", CVX TDS.pdf, 1, 25 psl.
1.1.6.	Programinės įrangos licenzija, užtikrinanti daviklio tūrinio vaizdavimo funkciją su įstaigoje naudojamu EPIQ CVx ultragarso aparatu. Būtina		Programinės įrangos licenzija, užtikrinanti daviklio tūrinio vaizdavimo funkciją su įstaigoje naudojamu EPIQ CVx ultragarso aparatu.
1.1.7.	privaloma pateikti notifikuotos įstaigos ir (arba) gamintojo CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją)		Įrangos žymėjimas CE ženklu - kartu su pasiūlymu konkursui pateikiama gamintojo CE sertifikato kopija.
1.1.8.	lietuvių ir anglų kalbomis 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.		Kartu su įranga pateikiama dokumentacija: 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; 2. Serviso dokumentacija anglų kalba.
1.1.9.	Garantinio aptarnavimo laikotarpis 12 mėn.		Garantinio aptarnavimo laikotarpis 12 mėn.
1.1.10.	ir kt.) įrodyti, ar siūlomas pirkimo objektas atitinka keliamus reikalavimus techninėje specifikacijoje. Prašome pažymėti prekės kataloge vietas įrodančias siūlomo parametro reikšmę ir nurodyti, kurį parametą grindžiate		Pateikiami dokumentai įrodyti, kad siūlomas pirkimo objektas atitinka keliamus reikalavimus techninėje specifikacijoje. Prekės kataloge pažymėtos vietos, įrodančios siūlomo parametro reikšmę ir nurodyti pagrįsti parametrai.
1.1.11.	Prekės turi būti pristatytos, iš anksto Šalių suderintu laiku, per ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.		Prekės pristatomos iš anksto šalių suderintu laiku, ne vėliau kaip per 1(vieną) mėnesį nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
1.1.12.	konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas,		
1.1.13.	patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikyti, kad priimtini ir savo		Gamintojo "Philips Healthcare" daviklis "X8-2t"