

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Visi gaminiai turi būti pažymėti CE ženklu ir atitikti ES 93/42/EEB direktyvos reikalavimus medicinos prietaisams. **Būtinai siūlomų instrumentų kodų ir CE ženklo ženklinimas ilgalaikiu lazerinio žymėjimo būdu.**

2. Techninėje specifikacijoje nurodytus konkrečius modelius ar šaltinius, konkrečius procesus ar prekės ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą (jei nurodyta) prašome laikyti neįpareigojančiais, t.y. tiekėjas gali siūlyti analogiškas/lygiavertes medžiagas, įrangą ir kt., tačiau jos privalo atitikti pirkimo sąlygose nustatytas technines specifikacijas ir būti suderinama su perkančiosios organizacijos turima įranga. Nurodomi Europos standartą perimantys Lietuvos standartai, Europos techniniai liudijimai, tarptautiniai standartai, kitos Europos standartizacijos įstaigų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai turi būti suprantami kaip privalomi su priedašu „arba lygiavertis“.

3. Kartu su pasiūlymu pateikiama naudojimo instrukcija lietuvių ir originalo kalbomis.

4. Instrumentai turi būti tinkami dezinfekuoti rankiniu būdu, naudojant alkoholio ar ketvirtinių amonio junginių pagrindu pagamintus dezinfektantus.

5. Instrumentai turi būti tinkami sterilizuoti 134° C garų sterilizatoriuose.

6. Instrumentams suteikiama garantija ≥ 36 mėnesiai. Tiekėjo atsakomybė už kokybės garantiją užtikrinama taip, kaip numato Civilinis kodeksas, t.y. nėra nustatyti jokie kiti Tiekėjo suteikiamos kokybės garantijos užtikrinimo ar atsakomybės už kokybės garantiją apribojimai. Jei gamintojas prekei suteikia ilgesnę nei šiame punkte nurodytą minimalią reikalaujamą garantiją, taikoma gamintojo nurodyta garantija.

7. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti šie techniniai dokumentai, patvirtinantys tiekėjo siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams:

7.1 gamintojo parengti tiekėjo siūlomų prekių katalogai ir/ar kita techninė dokumentacija, patvirtinantys siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. Šiuose dokumentuose turi būti pažymėtos atitinkamos parametrų reikšmės pagal siūlomos įrangos pirkimo dalies numerį;

7.2 dokumentai, patvirtinantys kad siūlomi instrumentai tinkami dezinfekuoti rankiniu būdu, naudojant alkoholio ar ketvirtinių amonio junginių pagrindu pagamintus dezinfektantus;

7.3 dokumentai, patvirtinantys, kad siūlomi instrumentai tinkami sterilizuoti;

7.4 dokumentai, patvirtinantys, kad tiekėjo siūlomi gaminiai pažymėti CE ženklu ir atitinka ES 93/42/EEB direktyvos reikalavimus medicinos prietaisams.

Pateikiami dokumentai tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninės dokumentų kopijos originalo ir lietuvių kalba.

Tiekėjui kartu su pasiūlymu nepateikus 7 punkte nurodytų techninių dokumentų, pasiūlymas bus atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

Eilės Nr.	Prekės pavadinimas ir charakteristikos	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Atitikimas kokybiniais ir techniniais reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.)		
			Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai parametrai	Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus	
				dokumento pavadinimas	pasiūlymo lapo numeris
1	2	3	4	5	6
1 PIRKIMO OBJEKTO DALIS - Spaustukas hemostatinis					
1.1.	Spaustukas hemostatinis	HALSTED moskito tipo arba lygiavertis, lenktas, darbinės dalys su dantukais 1x2, instrumento ilgis 140 mm ±3 mm.	Spaustukas hemostatinis HALSTED moskito tipo, lenktas, darbinės dalys su dantukais 1x2, instrumento ilgis 140 mm.	Žr. Bukletas.pdf	1 psl.
1.2.	Spaustukas hemostatinis	HALSTED moskito tipo arba lygiavertis, tiesus, darbinės dalys su dantukais 1x2, instrumento ilgis 140 mm ±3 mm.	Spaustukas hemostatinis HALSTED moskito tipo, tiesus, darbinės dalys su dantukais 1x2, instrumento ilgis 140 mm.	Žr. Bukletas.pdf	1 psl.
2 PIRKIMO OBJEKTO DALIS - Spaustukas hemostatinis					
2.1.	Spaustukas hemostatinis	ROCHESTER PEAN tipo arba lygiavertis, lenktas, vidinės darbinės dalys išraižytos, instrumento ilgis 140 mm ±3 mm.	Spaustukas hemostatinis ROCHESTER PEAN tipo, lenktas, vidinės darbinės dalys išraižytos, instrumento ilgis 140 mm	Žr. Bukletas.pdf	2 psl.
3 PIRKIMO OBJEKTO DALIS - Spaustukas hemostatinis					
3.1.	Spaustukas hemostatinis	MICRO-moskito tipo arba lygiavertis, lenktas, instrumento ilgis 100 mm ±3 mm.	Spaustukas hemostatinis MICRO-moskito tipo, lenktas, instrumento ilgis 100 mm.	Žr. Bukletas.pdf	3 psl.
4 PIRKIMO OBJEKTO DALIS – Kaulinė kiuretė					
4.1.	Kaulinė kiuretė	WILLINGER tipo arba lygiavertė, darbinės dalys abiejuose instrumento galuose ir ne didesnio skersmens nei 3 x 5,2mm ir 2,5 x 4,5mm. Instrumento ilgis 135 mm ±3 mm.	Kaulinė kiuretė WILLINGER tipo, darbinės dalys abiejuose instrumento galuose ir skersmens 3 x 5,1 mm ir 2,5 x	Žr. Bukletas.pdf	4 psl.

			4,5 mm. Instrumento ilgis 135mm.		
5 PIRKIMO OBJEKTO DALIS – Adatkotis					
5.1.	Adatkotis	MICRO-RYDER tipo arba lygiavertis, smailėjančios darbinės dalys, su karbido įdėklais, raižytos (rankenų žiedai spalviškai pažymėti), ne mažiau 14400 tpsi (dantukai kvadratiname colyje) plonoms adatoms ir siuvimo medžiagoms, kurių storis 6/0 – 10/0 Instrumento ilgis 130 mm ±3 mm.	Adatkotis MICRO-RYDER tipo, smailėjančios darbinės dalys, su karbido įdėklais, raižytos (rankenų žiedai spalviškai pažymėti), 14400 tpsi (dantukai kvadratiname colyje) plonoms adatoms ir siuvimo medžiagoms, kurių storis 6/0 – 10/0 Instrumento ilgis 130 mm.	Žr. Bukletas.pdf	5-6 psl.
5.2.	Adatkotis	MICRO-RYDER tipo arba lygiavertis, smailėjančios darbinės dalys, su karbido įdėklais, raižytos (rankenų žiedai spalviškai pažymėti), ne mažiau 14400 tpsi (dantukai kvadratiname colyje) plonoms adatoms ir siuvimo medžiagoms, kurių storis 6/0 – 10/0 Instrumento ilgis 150 mm ±3 mm.	Adatkotis MICRO-RYDER tipo, smailėjančios darbinės dalys, su karbido įdėklais, raižytos (rankenų žiedai spalviškai pažymėti), 14400 tpsi (dantukai kvadratiname colyje) plonoms adatoms ir siuvimo medžiagoms, kurių storis 6/0 – 10/0 Instrumento ilgis 150 mm.	Žr. Bukletas.pdf	5-6 psl.
5.3.	Adatkotis	MICRO-RYDER tipo arba lygiavertis, smailėjančios darbinės dalys, su karbido įdėklais, raižytos (rankenų žiedai spalviškai pažymėti), ne mažiau 14400 tpsi (dantukai kvadratiname colyje) plonoms adatoms ir siuvimo medžiagoms, kurių storis 6/0 – 10/0 Instrumento ilgis 180 mm ±3 mm.	Adatkotis MICRO-RYDER tipo, smailėjančios darbinės dalys, su karbido įdėklais, raižytos (rankenų žiedai spalviškai pažymėti), 14400 tpsi (dantukai kvadratiname colyje) plonoms adatoms ir siuvimo medžiagoms, kurių storis 6/0 – 10/0 Instrumento ilgis 180 mm.	Žr. Bukletas.pdf	5-6 psl.
9 PIRKIMO OBJEKTO DALIS – Disekcinės žirkklės					
9.1.	Disekcinės žirkklės	LEXER tipo arba lygiavertės, lenktos. Viršutinis kirpimo ašmuo aštriai dantytas, apatinis ašmuo ypatingai aštrus. Kataloge žymima žirklių kategorija "SuperCut", rankenų žiedai spalviškai pažymėti. Instrumento ilgis 160 mm ± 3 mm.	Disekcinės žirkklės LEXER tipo, lenktos. Viršutinis kirpimo ašmuo aštriai dantytas, apatinis ašmuo ypatingai aštrus. Kataloge žymima žirklių kategorija "SuperCut", rankenų žiedai	Žr. Bukletas.pdf	7-8 psl.

			spalviškai pažymėti. Instrumento ilgis 160 mm.		
11 PIRKIMO OBJEKTO DALIS – Kabliukas (LOR)					
11.1.	Kabliukas (LOR)	LANGE tipo arba lygiavertis, rankena briaunuota, viendantis, su atraumatiniu galiuku, lenktas kabliukas, instrumento ilgis 220 mm ± 3 mm.	Kabliukas (LOR) LANGE tipo, rankena briaunuota, viendantis, su atraumatiniu galiuku, lenktas kabliukas, instrumento ilgis 220 mm.	Žr. Bukletas.pdf	9 psl.
13 PIRKIMO OBJEKTO DALIS – Gimdos kaklelio zondas					
13.1.	Gimdos kaklelio zondas	HEGAR tipo arba lygiavertis, gimdos kaklelio zondas, su nuožulnia rankena, 2 mm skersmens	Gimdos kaklelio zondas HEGAR tipo, gimdos kaklelio zondas, su nuožulnia rankena, 2 mm skersmens.	Žr. Bukletas.pdf	10 psl.
13.2.	Gimdos kaklelio zondas	HEGAR tipo arba lygiavertis, gimdos kaklelio zondas, su nuožulnia rankena, 2,5 mm skersmens	Gimdos kaklelio zondas HEGAR tipo, gimdos kaklelio zondas, su nuožulnia rankena, 2,5 mm skersmens.	Žr. Bukletas.pdf	10 psl.
13.3.	Gimdos kaklelio zondas	HEGAR tipo arba lygiavertis, gimdos kaklelio zondas, su nuožulnia rankena, 3 mm skersmens	Gimdos kaklelio zondas HEGAR tipo, gimdos kaklelio zondas, su nuožulnia rankena, 3 mm skersmens.	Žr. Bukletas.pdf	10 psl.
13.4.	Gimdos kaklelio zondas	HEGAR tipo arba lygiavertis, gimdos kaklelio zondas, su nuožulnia rankena, 3,5 mm skersmens	Gimdos kaklelio zondas HEGAR tipo, gimdos kaklelio zondas, su nuožulnia rankena, 3,5 mm skersmens.	Žr. Bukletas.pdf	10 psl.
13.5.	Gimdos kaklelio zondas	HEGAR tipo arba lygiavertis, gimdos kaklelio zondas, su nuožulnia rankena, 4 mm skersmens	Gimdos kaklelio zondas HEGAR tipo, gimdos kaklelio zondas, su nuožulnia rankena, 4 mm skersmens.	Žr. Bukletas.pdf	10 psl.
13.6.	Gimdos kaklelio zondas	HEGAR tipo arba lygiavertis, gimdos kaklelio zondas, su nuožulnia rankena, 4,5 mm skersmens	Gimdos kaklelio zondas HEGAR tipo, gimdos kaklelio zondas, su nuožulnia rankena, 4,5 mm skersmens.	Žr. Bukletas.pdf	10 psl.
13.7.	Gimdos kaklelio zondas	HEGAR tipo arba lygiavertis, gimdos kaklelio zondas, su nuožulnia rankena, 5 mm skersmens	Gimdos kaklelio zondas HEGAR tipo, gimdos kaklelio zondas, su nuožulnia rankena, 5 mm skersmens.	Žr. Bukletas.pdf	10 psl.

13.8.	Gimdos kaklelio zondas	HEGAR tipo arba lygiavertis, gimdos kaklelio zondas , su nuožulnia rankena, 5,5 mm skersmens	Gimdos kaklelio zondas HEGAR tipo, gimdos kaklelio zondas , su nuožulnia rankena, 5,5 mm skersmens.	Žr. Bukletas.pdf	10 psl.
13.9.	Gimdos kaklelio zondas	HEGAR tipo arba lygiavertis, gimdos kaklelio zondas, su nuožulnia rankena, 6 mm skersmens	Gimdos kaklelio zondas HEGAR tipo, gimdos kaklelio zondas, su nuožulnia rankena, 6 mm skersmens.	Žr. Bukletas.pdf	10 psl.
13.10.	Gimdos kaklelio zondas	HEGAR tipo arba lygiavertis, gimdos kaklelio zondas, su nuožulnia rankena, 6,5 mm skersmens	Gimdos kaklelio zondas HEGAR tipo, gimdos kaklelio zondas, su nuožulnia rankena, 6,5 mm skersmens.	Žr. Bukletas.pdf	10 psl.
15 PIRKIMO OBJEKTO DALIS – Veidrodėliai (LOR)					
15.1.	Veidrodėliai (LOR)	Veidrodėliai su koteliu, veidrodėlio diametras 14 mm	Veidrodėliai (LOR) Veidrodėliai su koteliu, veidrodėlio diametras 14 mm.	Žr. Bukletas.pdf	11 psl.
15.2.	Veidrodėliai (LOR)	Veidrodėliai su koteliu, veidrodėlio diametras 20 mm	Veidrodėliai (LOR) Veidrodėliai su koteliu, veidrodėlio diametras 20 mm.	Žr. Bukletas.pdf	11 psl.
17 PIRKIMO OBJEKTO DALIS – Ausies pincetas					
17.1.	Ausies pincetas	LUCAE tipo arba lygiavertis, atraumatinis, lenktas, vidinis paviršius išraižytas, instrumento ilgis 140 mm ± 3 mm.	Ausies pincetas LUCAE tipo, atraumatinis, lenktas, vidinis paviršius išraižytas, instrumento ilgis 140 mm.	Žr. Bukletas.pdf	12 psl.
19 PIRKIMO OBJEKTO DALIS – Ginekologinis skėtiklis					
19.1.	Ginekologinis skėtiklis	CUSCO tipo arba lygiavertis. Darbinės dalys ne didesnės nei 75x17 mm, su sraigtiniu užraktu	Ginekologinis skėtiklis CUSCO tipo. Darbinės dalys 75x17 mm, su sraigtiniu užraktu.	Žr. Bukletas.pdf	13 psl.
19.2.	Ginekologinis skėtiklis	CUSCO tipo arba lygiavertis. Darbinės dalys 75x32±2 mm, su sraigtiniu užraktu	Ginekologinis skėtiklis CUSCO tipo. Darbinės dalys 75x32 mm, su sraigtiniu užraktu.	Žr. Bukletas.pdf	13 psl.
19.3.	Ginekologinis skėtiklis	CUSCO tipo arba lygiavertis. Darbinės dalys 85x35±2 mm, su sraigtiniu užraktu	Ginekologinis skėtiklis CUSCO tipo. Darbinės dalys 85x35 mm, su sraigtiniu užraktu.	Žr. Bukletas.pdf	13 psl.
19.4.	Ginekologinis skėtiklis	CUSCO tipo arba lygiavertis. Darbinės dalys 100x37±2 mm, su sraigtiniu užraktu	Ginekologinis skėtiklis CUSCO tipo. Darbinės dalys 100x35 mm, su sraigtiniu užraktu	Žr. Bukletas.pdf	13 psl.

22 PIRKIMO OBJEKTO DALIS – Žaizdos skėtiklis

22.1.	Žaizdos skėtiklis	MILLIGAN tipo arba lygiavertis, 3x3 buki dantukai. Instrumentas su užraktu, instrumento ilgis 130 mm ± 3 mm.	Žaizdos skėtiklis MILLIGAN tipo, 3x3 buki dantukai. Instrumentas su užraktu, instrumento ilgis 130 mm.	Žr. Bukletas.pdf	14 psl.
-------	-------------------	--	--	------------------	---------