

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 2
DĖL KARDIOLOGIJOS INTERVENCINĖS RADIOLOGIJOS PRIEMONIŲ
VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NR. S-2018-824
I PRIEDO PAPILDYMO**

Klaipėda

2021 m. kovo 10 d.

Viešoji įstaiga Klaipėdos jūrininkų ligoninė, buveinės adresas Liepojos g. 45, LT-92288, Klaipėda, juridinio asmens kodas 191340469, (toliau – Pirkėjas), atstovaujama direktoriaus pavaduotojo medicinai Algirdo Liutkaus, veikiančio pagal VŠĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės direktoriaus 2014 m. liepos 4 d. įsakymą Nr. 2-458,

ir

UAB „Bonameda“ (buvusi UAB „Gameda“), registracijos adresas Draugystės g. 17-1, Kaunas (buveinės adresas Breslaujos g. 3B, 44403 Kaunas), juridinio asmens kodas 140927183 (toliau – Pardavėjas), atstovaujama direktoriaus Edmundo Šalnės, veikiančio pagal bendrovės įstatus,

toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaujantis 2018 m. lapkričio 9 d. Kardiologijos intervencinės radiologijos priemonių viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. S-2018-824 (toliau – Sutartis) 1.6., 9.1., 9.3., 9.4. punktais bei atsižvelgiant į Pardavėjo prašymą (toliau – Prašymas), nepažeidžiant Sutarties ir Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų, sudarė šį Papildomą susitarimą Nr. 2 dėl Sutarties I Priedo papildymo (toliau – Susitarimas) ir s u s i t a r i a:

1. Papildyti Sutarties I priedo, lentelės 23 pirkimo dalyje, 5 grafoje „Gamintojas, prekės kodas kataloge“ nurodytus prekės kodus naujais RX versijos kodais nuo 1012444-06 iki 1012455-20.
2. Kitos Sutarties sąlygos, neaptartos šiame Susitarime, nekeičiamos ir lieka galioti visa apimtimi.
3. Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai, įsigalioja Šalims pasirašius, nuo 2021 m. kovo 10 d., ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Prie Susitarimo pridedama - Pardavėjo 2021-03-08 rašto „Patikslinimas dėl viešojo pirkimo pardavimo sutarties Nr. S-2018-824 Kardiologijos intervencinės radiologijos priemonių 23 pirkimo dalies“, (reg. Nr. 11-434) su priedu kopija – 3 (trys) lapai.

ŠALIŲ REKVIZITAI

PIRKĖJAS

VŠĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė
Liepojos g. 45, LT-92288, Klaipėda
Tel. 8 (46) 491002, faks. 8 (46) 385338
El. paštas jurlig@jurlig.lt
Įmonės kodas 191340469
PVM mokėtojo kodas LT913404610

PARDAVĖJAS

UAB „Bonameda“
Breslaujos g. 3B, 44403 Kaunas
Tel. 8 (37) 280710, 8 (37) 280700
El. paštas info@bonameda.com
Įmonės kodas 140927183
PVM mokėtojo kodas LT409271811



Direktoriaus pavaduotojas medicinai

Algirdas Liutkus

Direktorius

Edmundas Šalna

*Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus teisėturėtojas
Edvinas Klaušas*

VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė

GAUTA

2021-03-08 d. Nr. M-434

VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės, vaistinei

pač. A. Luskienė
prisiuntė
sprendimą
Direktorius
dr. Jonas Sąlyga

PATIKSLINIMAS

Dėl viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. S-2018-824, Kardiologijos intervencinės radiologijos priemonių 23 pirkimo dalies

2021-03-08

Kaunas

Sutarties Nr. S-2018-824, priede Nr.1 išvardinant gamintojo Abbott Vascular balionų NC Trek pagal technines specifikacijas atitinkančių produktų katalogo kodus yra nurodyti tik OTW versijos kodai, praleidžiant RX versijos kodus. Todėl norėtume papildyti atitinkamais RX versijos kodais nuo 1012444-06 iki 1012455-20. Pridedamas gamintojo katalogas.

Pagarbiai
UAB „Bonameda“ vyresnysis produktų specialistas

Darius Kutka *[Signature]*

Sistemi LX versijos prekės kodai atitinko nurodytą specifikaciją pagal sutarties 123 pirkimo dalies numerius) ir M. yra lygiavertės anksčiau nurodytiems.

lep. J. Sąlyga
Gyd. Andrej PILECKIJ



2. Klaunai, Spaziti' dii sutarties reitimo,

Direktorius
pavduotojas medicina
Algirdas Liutkus

NC TREK – Designed for a Confident Finish

NC TREK's expanded size matrix allows for more treatment options Available in RX and OTW

NC-TREK Ordering Information		BALLOON LENGTH (mm)					
BALLOON DIAMETER (mm)		6	8	12	15	20	25
1.50	1012444-06		1012444-08	1012444-12	1012444-15	1012444-20	
2.00	1012446-06		1012446-08	1012446-12	1012446-15	1012446-20	
2.25	1012448-06		1012448-08	1012448-12	1012448-15	1012448-20	
2.50	1012447-06		1012447-08	1012447-12	1012447-15	1012447-20	1012447-25
3.00	1012449-06		1012449-08	1012449-12	1012449-15	1012449-20	1012449-25
3.25	1012450-06		1012450-08	1012450-12	1012450-15	1012450-20	
3.75	1012451-06		1012451-08	1012451-12	1012451-15	1012451-20	1012451-25
4.00	1012452-06		1012452-08	1012452-12	1012452-15	1012452-20	
4.50	1012453-06		1012453-08	1012453-12	1012453-15	1012453-20	
5.00	1012454-06		1012454-08	1012454-12	1012454-15	1012454-20	
5.50	1012455-06		1012455-08	1012455-12	1012455-15	1012455-20	
1.50	1012432-06		1012432-08	1012432-12	1012432-15	1012432-20	
2.25	1012433-06		1012433-08	1012433-12	1012433-15	1012433-20	
2.50	1012434-06		1012434-08	1012434-12	1012434-15	1012434-20	
3.00	1012435-06		1012435-08	1012435-12	1012435-15	1012435-20	
3.25	1012436-06		1012436-08	1012436-12	1012436-15	1012436-20	
3.50	1012437-06		1012437-08	1012437-12	1012437-15	1012437-20	1012437-25
3.75	1012438-06		1012438-08	1012438-12	1012438-15	1012438-20	
4.00	1012439-06		1012439-08	1012439-12	1012439-15	1012439-20	
4.50	1012440-06		1012440-08	1012440-12	1012440-15	1012440-20	
5.00	1012441-06		1012441-08	1012441-12	1012441-15	1012441-20	
5.50	1012442-06		1012442-08	1012442-12	1012442-15	1012442-20	
			1012443-08	1012443-12	1012443-15	1012443-20	

Technical Information		NC TREK RX	NC TREK OTW
Nominal (cm)		12	12
RSP (cm)		18	18
Balloon Material		Pebax, non-compliant	Pebax, non-compliant
Balloon Markers		Tungsten	Tungsten
Shear length (cm)		143	145
Coating		Hydrophilic	Hydrophilic

NC TREK is part of the acclaimed TREK family of innovative coronary dilatation catheters


Abbott Vascular International BVBA
 Park Lane, Drogenbos 214, 1331 Drogenbos, Belgium, Tel: 32 (0) 21 714 14 11
 This product is intended for use by or under the direction of a physician. Prior to use, it is important to read the package insert thoroughly for instructions for use, warnings and precautions associated with use of this device. **Information contained herein for distribution for Europe, Middle East and Africa ONLY.** Please check the regulatory status of the device before distribution in areas where CE marking is not the regulatory mark.
 All measurements are in millimeters unless otherwise specified. All dimensions are in millimeters unless otherwise specified. All dimensions are in millimeters unless otherwise specified. All dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
 © 2012 Abbott. All rights reserved. 1-EH-1-2470-01 07/2012

NC TREK

Coronary Dilatation Catheter

Designed for a Confident Finish

Built to deliver in challenging cases
 Precise dilatation



Crossability, Deliverability
TREKABILITY



A Promise for Life

NC TREK

Coronary Dilatation Catheter

Designed for a Confident Finish

Built to deliver in challenging cases

Experience controlled deliverability for crossing stents and lesions

- State-of-the-art customized tip
- Flexible dual tungsten markers
- Multi-layer CrossFlex² balloon

Multi-layer CrossFlex² balloon

CrossFlex² balloon technology for exceptional flexibility and trackability



Flexible dual tungsten markers

Flexible dual tungsten markers on all sizes enable smooth, precise tracking while providing for controlled and confident placement



State-of-the-art customized tip


Smooth, rounded tip designed for ease of maneuverability through calcified lesions and stent struts



Precise Dilatation

Delivering the right amount of force for outstanding stent expansion and apposition


- Concentrated dilatation force
- Flat compliance



Limited longitudinal growth for more predictable dilatation within the treatment area

Short, steep tapers that focus dilatation force on the lesion, and not the surrounding healthy tissue

Balloon Compliance 3.0 mm Balloon Diameter



For controlled balloon expansion and outstanding stent apposition

Provides for minimal shoulder-to-shoulder balloon growth and "dog-boning"

© 2007 Medtronic AVE, Inc. All rights reserved. 10-0000-0000-0000