

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Su pasiūlymu būtina pateikti atitikties deklaraciją (gaminio kokybės užtikrinimą)/sertifikatą originalo ir lietuvių kalba (*pateikiamas dokumentas tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninė dokumento kopija*).

2. Prekė turi būti nauja, nenaudota. Gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini. Prekės kokybė turi atitikti toms prekėms taikomus kokybės reikalavimus. Prekė turi būti pripažinta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti reikalavimus, patvirtintus Medicinos priemonių (prietaisų) saugos techninis reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. V-64 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais), Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).

3. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti:

3.1. dokumentą patvirtinantį tiekėjo teisę instaliuoti prekę (tiekėjas yra prekės gamintojas arba prekės gamintojo paskirtas asmuo, išskyrus atvejus, nurodytus 3.2 punkte.)

3.2. jeigu prekės gamintojas pridedamoje prie medicinos priemonės informacijoje (naudojimo instrukcijoje, techniniame pase ar kt.) nenurodo specialių reikalavimų prekę instaliuojančiam asmeniui, tuomet prekę gali instaliuoti asmuo, turintis aukštąjį arba aukštesnįjį išsilavinimą, atitinkantį numatomų darbų sritį — pateikiami prekę instaliuosiančio asmens išsilavinimą pagrindžiantys dokumentai.

3.3. dokumentą patvirtinantį tiekėjo teisę atlikti siūlomos prekės garantinį aptarnavimą (Medicinos priemonės garantinį aptarnavimą gali atlikti medicinos priemonės gamintojas, medicinos priemonės gamintojo įgaliotas asmuo).

3.4. dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu — prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia **prekės atitikimą techninei specifikacijai originalo ir lietuvių kalba** (*pateikiamas dokumentas tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninė dokumento kopija*). Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kuri techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

4. Prekei suteikiama ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija. Tiekėjo atsakomybė už kokybės garantiją užtikrinama taip, kaip numato Civilinis kodeksas, t.y. nėra nustatyti jokie kiti Tiekėjo suteikiamos kokybės garantijos užtikrinimo ar atsakomybės už kokybės garantiją apribojimai. Jei gamintojas prekei suteikia ilgesnę nei šiame punkte nurodytą minimalią reikalaujamą garantiją, taikoma gamintojo nurodyta garantija.

Pateikiami dokumentai tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninės dokumentų kopijos originalo ir lietuvių kalba.

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Atitikimas kokybiniais ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.)		
			Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai parametrai	Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus	
				dokumento pavadinimas	pasiūlymo lapo numeris
4. Plantoskopas, 2 vnt. Adresas: Šilainių padalinys, Baltų pr. 7, Kaunas					
4.1.	Paskirtis	Įranga pėdų anatominių nukrypimų diagnostikai	Paskirtis: įranga pėdų anatominių nukrypimų diagnostikai. Plantoskopas, katalogo Nr. 27353, Gima, Italija	Žr. Bukletas.pdf	1 psl.
4.2.	Matmenys	56(±2cm) x 45(±2cm) x 32(±2cm)	Matmenys: 55 x 46 x 33 cm)	Žr. Bukletas.pdf	1 psl.
4.3.	Šviesos šaltinis	LED arba lygiavertis	Šviesos šaltinis: LED.	Žr. Bukletas.pdf	1 psl.
4.4.	Maitinimo šaltinis	100-240V 50/60Hz elektros tinklo	Maitinimo šaltinis: 100-240V 50/60Hz elektros tinklo	Žr. Bukletas.pdf	1 psl.
4.5.	Maksimali apkrova	200kg (±10kg)	Maksimali apkrova 200kg	Žr. Bukletas.pdf	1 psl.
4.6.	Pėdų skaitytuvo matmenys	32(±1cm) x 36(±1cm) dezinfekuojamas paviršius	32 x 36cm, dezinfekuojamas paviršius.	Žr. Bukletas.pdf	1-2 psl.