



UAB „KODMEDA“
(Uždaroji akcinė bendrovė, Kareivių g. 11, 09109 Vilnius, Tel.: 8 5 270 08 77, Faks.: 8 5 277 25 29, įm. k. 123854815, VĮ Registrų centro
Vilniaus filialas, PVM m. k. LT238548113)

PASIŪLYMAS DĖL MEDICINOS ĮRANGOS PIRKIMO

2020-10-01 Nr. _____
(Data)
Vilnius
(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „KODMEDA“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Kareivių g. 11, Vilnius, LT-09109
Tiekėjo (įmonės) kodas	123854815
PVM mokėtojo kodas	LT-238548113
Įmonės vadovo pareigos, vardas ir pavardė	Direktorius Jonas Voluckis
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos	Direktorius Jonas Voluckis
Telefono numeris	(8 5) 270 08 77
Fakso numeris	(8 5) 277 25 29
El. pašto adresas	info@kodmeda.lt
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos, telefonas, el. paštas	Direktorius Jonas Voluckis, (8 5) 270 08 77, info@kodmeda.lt

Numatomi subtiektėjai:

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiektėją (-us)

Subtiektėjo (-ų) pavadinimas	
Subtiektėjo (-ų) adresas (-ai), įm. kodas	
Įsipareigojimai, kuriems ketinama pasitelkti subtiektėją (-us)	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) atviro konkurso skelbime;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Pasiūlymas galioja iki 2021-01-02.

Mes siūlome šias prekes:

Pirkimo dalies Nr.	Prekių pavadinimai	Kiekis	Gamintojas, modelis	1 vnt. kaina be PVM	1 vnt. kaina su PVM	Bendra suma, Eur be PVM	Bendra suma, Eur su PVM
1	Mobilus rentgeno aparatas	1	Stephanix, Prancūzija, MOVIX DREAM C	80.000,00	96.800,00	80.000,00	96.800,00

Siūlomos pirkimo dalies kaina EUR (su PVM): 96.800,00 € (Devyniasdešimt šeši tūkstančiai aštuoni šimtai Eurų ir 0 centų).

PVM (21%)* suma Eur: 16.800,00 € (Šešiolika tūkstančių aštuoni šimtai Eurų ir 0 centų).

* (jei nurodomas kitoks PVM, privaloma ir nurodyti juridinį pagrindą dėl ko taikomas kitoks PVM dydis).

** Jeigu PVM neskaičiuojamas, nurodyti, kad PVM neskaičiuojamas ir nurodyti juridinį pagrindą dėl ko neskaičiuojamas PVM.

Kartu su pasiūlymu elektronine forma pateikiami skanuoti dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius ir psl. Nr.
1.	Pasiūlymas	2
2.	Techninė specifikacija	3
3.	EBVPD	13
4.	Radiacinės saugos centro išduota licencija	4
5.	Gamintojo įgaliojimas atstovauti ir techniškai aptarnauti	2
6.	Mobilaus rentgeno aparato techninė specifikacija	11
7.	Mobilaus rentgeno aparato brošiūra	5
8.	Mobilaus rentgeno aparato vartotojo vadovo ištrauka	5
9.	Skaitmeninio detektoriaus techninė specifikacija	3
10.	Skaitmeninio detektoriaus brošiūra	3
11.	Garantinis ir komplektavimo raštas	1

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje
1	Dokumentai. Konfidencialu	3 eilutėje failas su pavadinimu – Dokumentai. Konfidencialu

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas **negali** nurodyti, kad konfidenciali informacija yra pasiūlymo kaina/vieneto kaina (įkainis), gamintojas arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Jei tiekėjas nepateikia informacijos apie pasiūlyme pateiktos informacijos konfidencialumą, laikoma, kad pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra. Tiekėjai turi **atidžiai ir pagrįstai** nurodyti konfidencialią informaciją, kadangi laimėtojo pasiūlymas ir sudaryta sutartis **bus viešinama**.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



Jonas Voluckis

(Vardas ir pavardė)

Techninė specifikacija

1 pirkimo dalis Mobilus rentgeno aparatas 1 vnt.

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai	Reikalaujama reikšmė	Tiekėjo siūlomos prekės rodiklių reikšmės su nuoroda į gamintojo dokumentaciją (katalogo pav., psl. nr)
	Mobilus rentgeno aparatas	1 vnt.	Movix Dream C, Stephanix
1.	Reikalavimai mobiliam rentgeno sistemai		
1.1.	Maitinimas tiekiamas iš vidinių baterijų	Būtina	Maitinimas tiekiamas iš vidinių baterijų. 25,30 psl.
1.2.	Rentgeno sistemos judėjimas pirmyn ir atgal vidinių variklių pagalba	Būtina	Rentgeno sistemos judėjimas pirmyn ir atgal vidinių variklių pagalba. 26 psl.
2.	Rentgeno spindulių generatorius		
2.1.	Įtampos diapazonas	$\geq (40 - 150) \text{ kV}$	(40 - 150) kV. 28 psl.
2.2.	Srovės ir laiko sandaugos diapazonas	$\geq (0,1 - 500) \text{ mAs}$	(0,1 - 500) mAs. 28 psl.
2.3.	Maksimali galia	$\geq 40 \text{ kW}$	40 kW. 28 psl.
2.4.	Anatominės programos	Būtina	Anatominės programos. 29 psl.
3.	Rentgeno vamzdis		E7884X. 32 psl.
3.1.	Židinio dėmių kiekis	≥ 2	2. 32 psl.
3.2.	Besisukantis anodas	Būtina	Besisukantis anodas. 32 psl.
4.	Rentgeno spindulių kolimatorius		
4.1.	Kolimatoriaus pasukimo kampas aplink savo ašį	$\geq \pm 90^\circ$	$\pm 90^\circ$. 27 psl.
5.	Rentgeno vamzdžio kolona		
5.1.	Rentgeno vamzdį laikančiojo laikiklio tipas	Kolona arba šarnyrinė sistema	Kolona. 26 psl.
5.2.	Maksimalus atstumas nuo grindų iki fokuso	$\geq 2000 \text{ mm}$	2020 mm. 27 psl.
5.3.	Minimalus atstumas nuo grindų iki fokuso	$\leq 550 \text{ mm}$	550 mm. 27 psl.
5.4.	Rentgeno vamzdžio pasukimas kampu aplink savo ašį	$\geq 120^\circ$	$\pm 180^\circ$ apie vertikalią ašį, 120° apie horizontalią ašį. 27 psl.
5.5.	Rentgeno vamzdžio kolonos pasukimas aplink savo ašį	$\geq \pm 300^\circ$	$\pm 315^\circ$. 27 psl.
6.	Skaitmeninis rentgeno spindulių detektorius	1 vnt.	Canon CXDI-710CW 46,49,51 psl.
6.1.	Belaidis ryšys su technologo darbo vieta	Būtinas	Belaidis ryšys su technologo darbo vieta. 46,49 psl.

6.2.	Galimybė detektoriaus saugiam pernešimui (integruota rankena arba atskiras dėklas su rankena)	Būtina	Galimybė detektoriaus saugiam pernešimui integruota rankena. 48,50 psl.
6.3.	Detektoriaus jautrios zonos dydis	$\geq (340 \times 400)$ mm ir	35,0 x 42,6 mm. 51 psl.
6.4.	Pikselio dydis	$\leq 150 \mu\text{m}$	125 μm . 51 psl.
6.5.	Svoris	$\leq 3,0$ kg	2,3 kg. 48,50,51 psl.
6.6.	Komplektuojamas su baterija autonominiam maitinimui	Būtina	2 baterijos autonominiam maitinimui. 47 psl.
6.7.	Detektoriaus baterijų įkroviklis	Būtina	Detektoriaus baterijų įkroviklis. 30 psl.
7.	Rentgeno technologo darbo vieta	1 vnt.	
7.1.	Informacijos iš detektoriaus nuskaitymas	Būtina	Informacijos iš detektoriaus nuskaitymas. 39 psl.
7.2.	Ekspozicijos parametrų valdymas	Būtina	Ekspozicijos parametrų valdymas. 29 psl.
7.3.	Gautų vaizdų peržiūra	Būtina	Gautų vaizdų peržiūra. 39 psl.
7.4.	Galimybė gauti pacientų sąrašą iš ligoninės informacinės sistemos (DICOM Modality Worklist)	Būtina	Galimybė gauti pacientų sąrašą iš ligoninės informacinės sistemos (DICOM Modality Worklist). 39 psl.
7.5.	Vaizdų išsaugojimas medicininių vaizdų archyve (DICOM Storage)	Būtina	Vaizdų išsaugojimas medicininių vaizdų archyve (DICOM Storage). 39 psl.
7.6.	Monitorius	Lietimui jautrus, įstrižainė $\geq 17"$	Lietimui jautrus, įstrižainė $\geq 17"$. 29 psl.
7.7.	Duomenų perdavimas į ligoninės kompiuterinį tinklą	Laidinis ir Bevielis	Laidinis ir bevielis. 44 psl.
8.	Dozimetrijos sistema (įtaisas, informuojantis apie jonizuojančios spinduliuotės kiekį, išspinduliuotą radiologinės procedūros metu)	Būtina	Dozimetrijos sistema (įtaisas, informuojantis apie jonizuojančios spinduliuotės kiekį, išspinduliuotą radiologinės procedūros metu). 33 psl.
9.	Kiti reikalavimai		
9.1.	Apsauga nuo susidūrimo	Sensorinė su automatinio stabdymu	Sensorinė su automatinio stabdymu. 26 psl.
9.2.	Galimybė atlikti tyrimus nenaudojant papildomo tinkelio	Būtina	Galimybė atlikti tyrimus nenaudojant papildomo tinkelio. 45 psl.
9.4.	Garantinio aptarnavimo laikotarpis	Ne mažiau 24 mėnesiai	24 mėnesiai 52 psl.
9.6.	Atitikimas Lietuvos higienos normoje HN 31:2008 "Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje" nurodytiems reikalavimams rentgeno diagnostikos įrangai (36	Būtinas (būtinas tiekėjo patvirtinimas, kad siūloma įranga bei kartu su ja pateikiama dokumentacija atitiks Lietuvos higienos	Atitikimas Lietuvos higienos normoje HN 31:2008 "Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje"

	ir 43 punktai) bei kartu su įranga pateikiamiems dokumentams (47 punktas)	normoje HN 31:2008 “Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje” nurodytiems reikalavimams rentgeno diagnostikos įrangai (36 ir 43 punktai) bei kartu su įranga pateikiamiems dokumentams (47 punktas))	nurodytiems reikalavimams rentgeno diagnostikos įrangai (36 ir 43 punktai) bei kartu su įranga pateikiamiems dokumentams (47 punktas) 52 psl.
9.7.	Atitikimas Lietuvos higienos normoje HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ nurodytiems reikalavimams medicininės radiologijos įrangai (110.1, 110.8, 110.9 punktai) bei kartu su įranga pateikiamiems dokumentams (110.2 punktas)	Būtinai (būtinai tiekėjo patvirtinimas, kad siūloma įranga bei kartu su ja pateikiama dokumentacija atitiks Lietuvos higienos normoje HN 73:2018 “Pagrindinės radiacinės saugos normos” nurodytiems reikalavimams medicininės radiologijos įrangai (110.1, 110.8, 110.9 punktai) bei kartu su įranga pateikiamiems dokumentams (110.2 punktas))	Atitikimas Lietuvos higienos normoje HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ nurodytiems reikalavimams medicininės radiologijos įrangai (110.1, 110.8, 110.9 punktai) bei kartu su įranga pateikiamiems dokumentams (110.2 punktas) 52 psl.

Direktorius
Jonas Voluckis

