

PANAUDOS SUSITARIMAS

2021 m. *kov 1* d. Nr. *KC-126/02*
Kaunas *2021 m. kov 12 d. FS-41*

Lietuvos kariuomenės Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnyba (toliau – KMT), atstovaujama KMT vado plk. lt. Raimundo Blavieščiūno, veikiančio pagal KMT nuostatus, patvirtintus krašto apsaugos ministro 2012 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-960 (toliau – **Panaudos gavėjas**), ir

UAB „Limeta“ (toliau – Bendrovė), atstovaujama generalinio direktoriaus Virginijaus Domarko, veikiančio pagal Bendrovės įstatus (toliau – **Panaudos davėjas**), toliau kartu šiame panaudos Susitarime (toliau- Susitarimas) vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamosi *2021-03-01*.....sudaryta viešojo pirkimo- pardavimo sutartimi Nr. *01-10* toliau- viešojo pirkimo-pardavimo sutartis) sudarė šį Susitarimą, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

1. Panaudos davėjas perduoda Panaudos gavėjui viešojo pirkimo-pardavimo sutarties vykdymo laikotarpiui laikinai neatlygintinai naudotis jam nuosavybės teise priklausančius 11 (vienuolika) **automatinių hematologinių analizatorių ABX MICROS ES60 (Horiba Medical), 2019 m.; spausdintuvų HP Laser Jet Pro M118 dw (Hewlett Packard)- 4 vnt.; Epson WorkForce AL-M 300 DN (Epson) - 7 vnt., įtampos stabilizatorių UPS APC Back- UPS CS 325 – 11 vnt.** (toliau tekste – Turtas). Turtas privalo būti tinkamas naudoti su reagentais ir papildomomis priemonėmis hematologiniams tyrimams atlikti numatytais viešojo pirkimo-pardavimo sutarties 1.1 papunktyje.
2. Perduodamo turto vertė šio Susitarimo pasirašymo dieną – 38 830,00 Eur (trisdešimt aštuoni tūkstančiai aštuoni šimtai trisdešimt eurų 00 centų). Turto vertė nustatyta vadovaujantis Panaudos davėjo pateikta informacija ir tai pagrindžiančiais dokumentais.
3. Turta, ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo Panaudos gavėjo užsakymo pateikimo dienos Panaudos davėjas savo lėšomis pristato Panaudos gavėjui, adresais:
 1. S. Dariaus ir S. Girėno g. 144, Radviliškis;
 2. Ulonų g. 14, Alytus;
 3. Naujoji Uosto g. 24, Klaipėda;
 4. Karaliaus Mindaugo g. 11, Ruklos mstl., Ruklos sen., Jonavos r. sav.;
 5. Vytenio g. 72, Marijampolė;
 6. Meškerinės k., Švenčionių raj., Pabradė;
 7. Laužo k. 1, Tauragės raj.;
 8. Dariaus ir Girėno g. 19, Pajūrio mstl., Pajūrio sen., Šilalės r. sav.;
 9. Lakūnų g. 3, Šiauliai;
 10. Kareivinių g. 9, Kaunas;
 11. Ašmenos II-oji 25A, Kaunas.
4. Turtas perduodamas šalims pasirašant priėmimo – perdavimo aktą. Pasirašius turto priėmimo – perdavimo aktą turto žuvimo ir/ar sugadinimo rizika pereina Panaudos gavėjui.
5. Panaudos davėjas patvirtina, kad tiek turto perdavimo metu tiek Susitarimo galiojimo termino metu turtas priklausys jam nuosavybės teise, nebus įkeistas ir areštuotas, neapribota naudojimosi juo teisė.
6. Su Turto pristatymu teiktinų paslaugų pobūdis: transportavimas, pakavimas, pakrovimas, iškrovimas, išpakavimas, tikrinimas, paruošimas darbui ir suderinimas/išbandymas, Turto paso užpildymas.

7. Panaudos davėjas įsipareigoja informuoti Panaudos gavėją apie perduodamo turto ypatumus, perduoti turto naudojimosi instrukcijas originalo ir lietuvių kalba, Panaudos gavėjo prašymu Turto pristatymo dieną neatlygintinai apmokyti jo personalą naudotis perduodamu turtu.
8. Panaudos gavėjas įsipareigoja:
 - 8.1. naudoti turtą pagal jo paskirtį;
 - 8.2. perduotu turtu leisti naudotis darbuotojams, turintiems atitinkamą kompetenciją ir kvalifikaciją;
 - 8.3. neperduoti turto naudotis tretiesiems asmenims;
 - 8.4. naudojantis turtu laikytis visų higienos, sanitarijos, darbų saugos reikalavimų;
 - 8.5. turto naudojimosi laikotarpiu apmokėti visas turto išlaikymo ir eksploatavimo išlaidas, išskyrus išlaidas nurodytas šio Susitarimo 9 punkte;
 - 8.6. pasibaigus Susitarimui grąžinti turtą Panaudos davėjui tokios būklės, kokios jis buvo perduotas, atsižvelgiant į natūralų nusidėvėjimą.
9. Panaudos davėjas užtikrina panaudai suteiktų analizatorių nemokamą techninę priežiūrą, remontą, bei atlikti prietaiso kalibraciją visą sutarties galiojimo laikotarpį. Užtikrina, kad analizatorių techninė priežiūra, remontas, eksploatacinių dalių keitimas, bei kalibracija būtų vykdomi pagal analizatorių gamintojo parengtas technines instrukcijas/rekomendacijas. Siūlomų analizatorių panaudai remontas, jei toks reikalingas, atliekamas Panaudos gavėjo patalpose ne vėliau kaip per 7 val., laboratorijos darbo metu, jeigu pranešimas apie remonto poreikį telefonu, el. paštu arba raštu pateikiamas darbo dienomis. Jei remontas negali būti atliekamas Panaudos gavėjo patalpose arba remonto trukmė ilgesnė nei 7 val., laboratorijos darbo metu, Panaudos davėjas privalo savo sąskaita sugedusį (netinkamai veikiantį) analizatorių laikinai pakeisti lygiaverčiu. Pakaitinis analizatorius turi būti pristatomas ne vėliau nei per 24 valandas (arba sekančią darbo dieną) nuo pranešimo apie gedimą pateikimo dienos. Laboratorių darbo laikas Pr – Kt: 8-17 val., Pn – 8-15:45 val.
10. Susitarimas įsigalioja kai jį pasirašo abi šalys ir galioja tol, kol galioja prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis. Pasibaigus viešojo pirkimo-pardavimo sutarčiai ir pagal pastarąją sutartį įsigytų prekių atsargoms, šis Susitarimas nutrūksta. Nutrūkus šiam Susitarimui, Panaudos gavėjas turi grąžinti Panaudos davėjui Turtą. Panaudos davėjas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Susitarimo galiojimo termino pabaigos turi atvykti atsiimti turtą, o Panaudos gavėjas privalo sudaryti sąlygas atsiimti turtą. Turtas grąžinamas šalis pasirašant priėmimo – perdavimo aktą. Dėl Panaudos davėjo kaltės praleidus 5 (penkių) darbo dienų terminą turtui atsiimti Panaudos gavėjas nėra atsakingas už turto žuvimo ar sugadinimo riziką.
11. Šis Susitarimas gali būti keičiamas ir/ar pildomas rašytiniu šalių susitarimu.
12. Turto savininko pasikeitimas nesudaro pagrindo šį Susitarimą nutraukti.
13. Šalis, negalinti įvykdyti Susitarimo sąlygų dėl nuo jos nepriklausančių *force majeure* aplinkybių (stichinio, techninio, gaivalinio pobūdžio nelaimės), nedelsdama apie tai praneša kitai Šaliai bei nurodo priežastis. Tokiu atveju Susitarimo Šalis nėra materialiai atsakinga už susitarimo sąlygų nevykdymą.
14. Kiekviena iš Šalių yra atsakinga už tinkamą įsipareigojimų pagal šį Susitarimą vykdymą ir privalo atlyginti kitai Šaliai visus dėl šio Susitarime numatytų įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo kitos Šalies patirtus nuostolius.
15. Visi su šiuo Susitarimu susiję ginčai sprendžiami derybų keliu. Nesusitarus, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
16. Šis Susitarimas sudarytas dviem originaliais egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai.

17. Panaudos gavėjo rekvizitai
PANAUDOS GAVĖJAS
LK Dr. Jono Basanavičiaus karo
medicinos tarnyba
 Kodas 191832666

18. Panaudos davėjo rekvizitai
PANAUDOS DAVĖJAS
UAB „Limeta“
 Kodas 221906050
 PVM mokėtojo kodas LT219060515

Vytauto pr. 49, 44331 Kaunas
Kontaktinis asmuo: Egidijus Okunis,
vaistininkas, telefono numeris (8 37) 75 40 09,

elektroninio pašto adresas –
Egidijus.Okunis@mil.lt


PANAUDOS GAVĖJAS

Lietuvos kariuomenės Dr. Jono Basanavičiaus
karo medicinos tarnyba

Lietuvos kariuomenės Dr. Jono Basanavičiaus
karo medicinos tarnybos vadas

plk. lt. Raimundas Blaviesčiūnas

A.V.



V.A. Graičiūno g. 4, LT-02241, Vilnius
A. s. LT25 7044 0600 0164 5641
SEB bankas AB

Kontaktinis asmuo: Dalia Zamkauskienė

telefono numeris, (8 618) 003 91
elektroninio pašto adresas –
dalia.zamkauskiene@limeta.lt

PANAUDOS DAVĖJAS

UAB „Limeta“

generalinis direktorius

Virginijus Domarkas



HEMATOLOGINIO ANALIZATORIAUS, ĮSIGYJAMO PANAUDOS BŪDU, TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS /FS-41

1. Siūlomos prekės privalo atitikti šioje techninėje specifikacijoje pateiktus reikalavimus.
2. Siūlomi analizatoriai panaudai turi būti ne senesni kaip 2019 m. gamybos bei sertifikuoti naudojimui Europos Sąjungoje.
3. Visą sutarties galiojimo laikotarpį tiekėjas įsipareigoja teikti nemokamą kvalifikuotų specialistų konsultaciją ir pagalbą visais klausimais, susijusiais su teikiamų prekių ir įrangos kokybišku darbu.
4. Tiekėjas privalo užtikrinti panaudai suteiktų analizatorių nemokamą techninę priežiūrą, remontą, bei atlikti prietaiso kalibraciją visą sutarties galiojimo laikotarpį. Užtikrinti, kad analizatorių techninė priežiūra, remontas, eksploatacinių dalių keitimas, bei kalibracija būtų vykdomi pagal analizatorių gamintojo parengtas technines instrukcijas/rekomendacijas. Siūlomų analizatorių panaudai remontas, jei toks reikalingas, atliekamas perkančiosios organizacijos patalpose ne vėliau kaip per 7 val., laboratorijos darbo metu, jeigu pranešimas apie remonto poreikį telefonu, el. paštu arba raštu pateikiamas darbo dienomis. Jei remontas negali būti atliekamas perkančiosios organizacijos patalpose arba remonto trukmė ilgesnė nei 7 val., laboratorijos darbo metu, tiekėjas privalo savo sąskaita sugedusį (netinkamai veikiantį) analizatorių laikinai pakeisti lygiavertiu. Pakaitinis analizatorius turi būti pristatomas ne vėliau nei per 24 valandas (arba sekančią darbo dieną) nuo pranešimo apie gedimą pateikimo dienos. Laboratorių darbo laikas Pr – Kt: 8-17 val., Pn – 8-15:45 val.

II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

5. Siūlomi **11 analizatorių** panaudai, 48 mėn. laikotarpiui.

1 lentelė

Informacija apie atliekamų tyrimų skaičius padaliniuose	
Miestas/Padalinys	Atliekamų hematologinių tyrimų skaičius per mėnesį
1. Radviliškis (KOP MPV OGB)	104
2. Alytus (Alytaus PKSPC)	120
3. Klaipėda (KJP MPV)	90
4. Rukla (Algirdo MPV)	110
5. Marijampolė (Vytenio MPV)	55
6. Pabradė (Ramanausko MPV)	30
7. Tauragė (Tauragės MPV)	70
8. Šilalės r., Pajūrio mstl. (Pajūrio MPV)	65
9. Šiauliai (KOP MPV)	103
10. Kaunas (Kauno MPV)	82
11. Šiauliai (Šiaulių RP)	505

6. Siūlomi analizatoriai panaudai turi atitikti techninę specifikaciją pateiktą 2 lentelėje.

7. Perkančioji organizacija pirkimo sąlygose nurodo hematologinių tyrimų skaičių 75076 (įskaičiuojant 11044 kokybės kontrolės tyrimus), per 48 mėnesių laikotarpį su 11 analizatorių.

2 lentelė

Eil. Nr.	Charakteristikos	Reikalavimai
1	Matuojami parametrai	Analizatorius su ne mažiau, kaip trijų dalių leukocitų diferenciacija. Turi matuoti ne mažiau 17 parametru: 1. WBC (leukocitų kiekis); 2. RBC (eritrocitų kiekis); 3. HGB (hemoglobinas); 4. HCT (hematokritas); 5. MCV (vidutinis eritrocito tūris); 6. MCH (vidutinis eritrocito hemoglobinas); 7. MCHC (vidutinė hemoglobino koncentracija eritrocite); 8. PLT (trombocitai); 9. PCT (trombokritas); 10. MPV (vidutinis trombocitų tūris); 11. PDW (trombocitų tūrio pasiskirstymo plotis); 12. #MID (MXD; GR, MON) arba #MO; 13. MID% (MXD; GR, MON) arba MO%; 14. LY# (absoliutus limfocitų kiekis); 15. LY% (santykinis limfocitų kiekis); 16. NEUT% arba GRA%; 17. NEUT# arba GRA#.
2	Tiriami ėminiai/mėginiai	1. Veninis kraujas. 2. Kapiliarinis kraujas.
3	Variacijos koeficientas	WBC ne daugiau kaip 3,5% RBC ne daugiau kaip 2,0% HGB ne daugiau kaip 2,0% PLT ne daugiau kaip 6,0% HCT arba MCV ne daugiau kaip 2,0%.
4	Kokybės kontrolės sistema	Integruota kokybės kontrolės programa: 1. Ne mažiau 3 lygių kontrolės (pasirinktinai naudojama pataloginė, žema, normali ir /arba pataloginė aukšta). Automatiškai apskaičiuojamas visų rodiklių vidurkis, standartinis nuokrypis, ir variacijos koeficientas ir pateikiamos Levey-Jenings kreivės. 2. Galimybė peržiūrėti ankščiau atliktų kokybės kontrolių duomenis su atlikimo data, parametro reikšme, CV. 3. Kokybės kontrolės kreivių spausdinimas 3-mis kokybės kontrolės lygiais (aukšta, norma, žema) pasirinktinai.

5	Ekranas ir pateikiama informacija	Analizatoriuje integruotas, spalvotas, skystų kristalų, lietimui jautrus arba galimybė pajungti išorinį kompiuterį. Pateikiama informacija: - tyrimo rezultatas; - 3 histogramos; - paciento ID kodas, pavardė, gimimo data. - laikas; data. - patologinės vertės šalia pažymimos (vėliavėle, minuso/pliuso ar spec. simboliu ar spalviniu pasikeitimu). - nepatikimas tyrimas/parametras šalia žymimas (klaida, šauktuku ar spec. simboliu, ar spalvos pasikeitimu ar kitu būdu);
6	Vidinė atmintis	Paciento duomenų archyvas ne mažiau, kaip 400 tyrimų. Rezultatai pateikiami su histogramomis ir su tyrimo paieškos funkcija, kur tyrimai pateikiami pagal datą, ID kodą ir pavardę.
7	Nepertraukiamo maitinimo šaltinis UPS	Komplektacijoje privalomas nepertraukiamo maitinimo šaltinis skirtas užtikrinti nenutrūkstamą elektros įrenginių darbą arba saugų prietaiso išjungimą, dingus elektros srovei maitinimo tinkle.
8	Spausdintuvas	Komplektacijoje integruotas arba išorinis lazerinis spausdintuvas. Tyrimo atsakymas pateikiamas su įstaigos/padalinio pavadinimu, paciento ID/pavarde. Spausdintas tyrimo rezultatas turi išlikti įskaitomas ne mažiau 5 metus (pateikti tai įrodančius dokumentus).
9	Naudojami reagentai	Diagnosticiniai reagentai netoksiški, biologiškai suyrantys, be kenksmingos cheminės medžiagos – cianido.
10	Darbinė aplinka	Temperatūra ne mažesnė ribose, kaip 18 – 30 °C, santyk. drėgnis ne mažesnė ribose kaip 30 - 80%
11	Analizatoriaus matmenys	Ne didesni nei: aukštis 50 cm, plotis 50 cm, gylis 50 cm.
12	Maitinimas	220-240V 50-60Hz
13	Kalibracija	Kalibracija negali būti vykdoma nuotoliniu būdu internetu.
14	Instrukcijos	Analizatoriaus naudojimo instrukcija anglų kalba ir jos vertimas lietuvių kalba (pdf versija pateikiama kartu su pasiūlymu).
17	Nurodyti susidariusių skystų atliekų utilizacijos reikalavimus įstaigoje	Būtina.

III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS IR PRIĖMIMAS

16. Siūlomi analizatoriai panaudai privalo atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/79/EB *in vitro* medicinos prietaisų reikalavimus bei Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos

ministerijos patvirtintame *in vitro* diagnostikos medicinos priemonių (prietaisų) saugos techniniame reglamente nustatytus reikalavimus ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. Pateikti CE atitikties sertifikato kopiją.

17. Su analizatoriaus pristatymu teiktinų paslaugų pobūdis: transportavimas, pakavimas, pakrovimas, iškrovimas, išpakavimas, tikrinimas, pristatyto analizatoriaus surinkimas, sumontavimas/instaliavimas perkančiosios organizacijos nurodytu adresu, analizatoriaus paruošimas darbui ir suderinimas/išbandymas, medicinos prietaiso paso užpildymas, perkančiosios organizacijos personalo apmokymas dirbti su analizatoriumi.

18. Prekės priimamos vadovaujantis pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytais reikalavimais.


PANAUDOS GAVĖJAS

Lietuvos kariuomenės Dr. Jono Basanavičiaus
karo medicinos tarnyba

Lietuvos kariuomenės Dr. Jono Basanavičiaus
karo medicinos tarnybos vadas

plk. lt. Raimundas Blavieščius

A.V.



PANAUDOS DAVĖJAS

UAB „Limeta“

generalinis direktorius

Virginijus Domarkas

