

Metalistų g. 8, LT- 78136 Šiauliai, tel. 869889208, faks. 8-41 200590, el. p.info@mprekyba.lt.
Įmonės kodas 302575426, PVM mokėtojo kodas LT100005808814, A.s. LT637044060007672440

VšĮ Respublikinei Panevėžio ligoninei

**PASIŪLYMAS
DĖL INFEKUOTŲ – UŽKRĖSTŲ PACIENTŲ IZOLIAVIMO/TRANSPORTAVIMO
KAMERŲ PIRKIMO**

2020-12-21

Šiauliai

Tiekėjo pavadinimas ir juridinio asmens kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai ir kodai/	UAB „M Prekyba“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Metalistų g. 8, LT-78136, Šiauliai
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	Direktorius, Marius Martinaitis
Asmens, atsakingo už pasiūlymo pateikimą, vardas, pavardė, pareigos	Marius Martinaitis
Telefono numeris	869889208
Fakso numeris	841200590
El. pašto adresas	info@mprekyba.lt

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiektį (-us), arba gali būti ištrinama:

Subtiektį (-ų) pavadinimas (-ai) ir kodas (-ai)	
Subtiektį (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimai, kuriems ketinama pasitelkti subtiektį (-us) ir jų vertės nuo bendros pasiūlymo kainos dalis (procentais)	

1. Pateikdami pasiūlymą sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis skelbime apie pirkimą ir kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose), ir patvirtiname, kad pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia, norint tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį.

2. Mes siūlome šias prekes:

				Pasiūlymo valiuta:	(Eur)
Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.	Vieneto kaina (įkainis) (be PVM)	Suma (be PVM)
1	2	3	4	5	6
1.	Infekuotų – užkrėstų pacientų izoliavimo/transportavimo kamera	5	vnt.	4560,00	22800,00
Bendra pasiūlymo kaina (be PVM)					22800,00
PVM (21 %) suma:					4788,00
Bendra pasiūlymo kaina (su PVM)					27588,00

Bendra pasiūlymo kaina su PVM 27588,00 Eur (Dvidešimt septyni tūkstančiai penki šimtai aštuoniasdešimt aštuoni Eur.)

Kaina be PVM 22800,00Eur (Dvidešimt du tūkstančiai aštuoni šimtai Eur 00 cnt)

PVM sudaro 4788,00 Eur (Keturi tūkstančiai septyni šimtai aštuoniasdešimt aštuoni Eur 00 cnt)

*Kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės skilčių dėl PVM nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: *(įrašyti)*

3. Pasiūlymas galioja iki (turi galioti ne mažiau kaip 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos): *(nurodyti)*.

4. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius


5. Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali*:

Eil. Nr.	Dokumento, kuriame nurodyta konfidenciali informacija, pavadinimas	Dokumento puslapis (-iai), kuriuose nurodyta konfidenciali informacija

*Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. **Atkreipiame dėmesį, kad, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 dalimi, Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį, preliminarįją sutartį ir šių sutarčių pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo ar jų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal ją pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, todėl prašome aiškiai nurodyti, kurios pasiūlymo dalys yra konfidencialios.**

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Marius Marinaitis

(Vardas ir pavardė)

INFEKUOTŲ – UŽKRĘSTŲ PACIENTŲ IZOLIAVIMO/TRANSPORTAVIMO KAMERŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujami techniniai parametrai	Siūlomų Prekių/Įrangos gamintojo techninės charakteristikos (įrašomos tikslios ir konkrečios reikšmės ir nurodomas priedamų katalogų puslapis, kuriame aprašytas nurodytas parametras)
1.	Kameros paskirtis	Neigiamo slėgio izoliavimo kamera su oro filtravimo sistema, infekuotų pacientų izoliavimui ir pervežimui	Neigiamo slėgio izoliavimo kamera su oro filtravimo sistema, infekuotų pacientų izoliavimui ir pervežimui (1 psl.)
2.	Konstrukcija	1. Lengvai ir greitai sulankstoma, tinkama naudojimui su daugeliu paciento pervežimo vežimėlių 2. Viršutinė dalis pagaminta iš skaidraus poliuretano ne mažiau 300 mikronų ir orui nelaidaus poliuretano pagrindo, sujungtų užtrauktuku dėl lengvo naudojimo. 3. Kamera sutvirtinta ABS arba kito lygiaverčio plastiko lankais ir įstrižainiais skersiniais 4. Su ne mažiau kaip 3 paciento tvirtinimo diržai	1. Lengvai ir greitai sulankstoma, tinkama naudojimui su daugeliu paciento pervežimo vežimėlių (5 psl.) 2. Viršutinė dalis pagaminta iš skaidraus poliuretano 300 mikronų ir orui nelaidaus poliuretano pagrindo, sujungtų užtrauktuku dėl lengvo naudojimo. (6 psl.) 3. Kamera sutvirtinta ABS plastiko lankais ir įstrižainiais skersiniais (12 psl.) 4. Su 3 paciento tvirtinimo diržai (18 psl.)
3.	Kameros išmatavimai, kai kamera paruošta naudojimui	Ilgis: 2050 mm±30mm Plotis: 750 mm±30mm Aukštis: 510 mm±30mm	Ilgis: 2060 mm (5 psl.) Plotis: 750 mm (5 psl.) Aukštis: 510 mm (5 psl.)
4.	Kameros išmatavimai, kai kamera sulankstyta	Ilgis: 900 mm±30mm Plotis: 450 mm±30mm Aukštis: 100 mm±30mm	Ilgis: 900 mm (5 psl.) Plotis: 450 mm (5 psl.) Aukštis: 100 mm (5 psl.)
5.	Kameros svoris pervežimui	Ne daugiau kaip 7,5 kg	7,0 kg. (5 psl.)
6.	Integruotos angos pirštinėms, apsaugotos nuo oro nutekėjimo	Būtina. Ne mažiau 2 vnt., ties paciento krūtine.	Integruotos angos pirštinėms, apsaugotos nuo oro nutekėjimo 2 vnt., ties paciento krūtine. (9 psl.)
7.	Integruotos angos kateteriams arba kitai medicininei įrangai prijungti	Būtina. Ne mažiau 2 vnt., ties paciento krūtine.	Integruotos angos kateteriams arba kitai medicininei įrangai prijungti 2 vnt., ties paciento krūtine (10 psl.)

8.	Neigiamo slėgio palaikymo sistema	Būtina. Kamera turi integruotą neigiamo oro slėgio palaikymo sistemą kameros viduje, apsaugančią nuo infekuoto oro nutekėjimo į išorę ir užtikrinančią švaraus oro srautą	Kamera turi integruotą neigiamo oro slėgio palaikymo sistemą kameros viduje, apsaugančią nuo infekuoto oro nutekėjimo į išorę ir užtikrinančią švaraus oro srautą (4 psl.)
9.	Neigiamo slėgio palaikymo sistemos reikalavimai	1.Turi garsinį, vaizdinį ir vibracinį indikatorius, pranešančius apie filtro užsikimšimą ir išsikraunantį akumuliatorių 2. Kompresoriaus oro srautas: ne mažiau 150-200 l/min ribose 3. Svoris: ne daugiau 1,4 kg 4.Akumuliatorius: ne prasčiau 7,2V, 4300 mAh 5.Akumuliatoriaus veikimo laikas: ne trumpiau 7,5 val. 6. Ne mažiau 5 vnt., ne prastesnių nei P3 R tipo filtrų (dalelių sulaikymas ne mažiau 99,95%), integruotų paciento galvos dalyje ir kojų dalyje, oro patekimui ir išleidimui	1.Turi garsinį, vaizdinį ir vibracinį indikatorius, pranešančius apie filtro užsikimšimą ir išsikraunantį akumuliatorių (7 psl.) 2. Kompresoriaus oro srautas: 150-200 l/min ribose (7 psl.) 3. Svoris: ne daugiau 1,35 kg (7 psl.) 4.Akumuliatorius: 7,2V, 4300 mAh (7 psl.) 5.Akumuliatoriaus veikimo laikas: 8 val. (7 psl.) 6. 5 vnt., P3 R tipo filtrų (dalelių sulaikymas 99,95%), integruotų paciento galvos dalyje ir kojų dalyje, oro patekimui ir išleidimui (8 psl.)
10.	Priedai (komplektacijoje):		Priedai (komplektacijoje):
10.1	Neopreno pirštinės, tinkančios darbui su izoliavimo kamera	1 kompl.	Neopreno pirštinės, tinkančios darbui su izoliavimo kamera (12 psl.)
10.2	HEPA filtrai, tinkantys darbui su izoliavimo kamera	Ne mažiau 6 vnt.	HEPA filtrai, tinkantys darbui su izoliavimo kamera 6 vnt. (12 psl.)
10.3	Transportavimo krepšys	1vnt.	Transportavimo krepšys 1 vnt. (12 psl.)
11.	Žymėjimas CE ženklu	Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją)	CE sertifikato atitikties deklaracijos kopija pateikiama
12.	Kartu su įranga pateikti vartotojo instrukcijas originalo ir lietuvių kalbomis	Būtina	Kartu su įranga pateikiama vartotojo instrukcijas originalo ir lietuvių kalbomis
13.	Įrangos garantija	Ne mažiau 24 mėn.	24 mėn

