

# PANAUDOS SUTARTIS NR. 01-25-45

2021 m. vasario 22 d.  
Vilnius

**Viešoji įstaiga Centro poliklinika**, įstaigos kodas 125873515 (toliau – Panaudos gavėjas), atstovaujamas direktoriaus Kęstučio Štaro, veikiančio (-ios) pagal įstaigos įstatus, ir

**Uždaroji akcinė bendrovė „Ardeola“**, įmonės kodas 221731170 (toliau – Panaudos davėjas), 2021 m. vasario 22 d. sudaręs su Panaudos gavėju prekių pirkimo–pardavimo sutartį Nr. 01-25-73 (toliau – pirkimo sutartis) dėl atviro konkurso (pirkimo Nr. 526735), atstovaujamas vykdomojo direktoriaus Rimgaudo Dirsės, veikiančio pagal 2020 m. gruodžio 28 d. įgaliojimą Nr. AR20-1228.1, kartu bendrai vadinamos Šalimis, atskirai – Šalimi, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis):

## 1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Panaudos davėjas perduoda jam nuosavybės teise priklausančią turtą, nurodytą Sutarties priede „Įrangos techninė specifikacija“ (toliau – įranga) Panaudos gavėjui laikinai ir neatlygintinai valdyti ir ja naudotis, o Panaudos gavėjas įsipareigoja naudoti jam perduotą įrangą pagal paskirtį ir grąžinti tokios būklės, kokios ji jam buvo perduota, atsižvelgiant į normalų susidėvėjimą.

1.2. Perduodamas turtas:

| Eil. nr. | Pavadinimas, modelis, gamintojas                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pagaminimo metai | Įranga nauja, nenaudota<br>TAIP / NE | Kiekis | Vertė eurais be PVM (skaičiais ir žodžiais) |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|--------|---------------------------------------------|
| 1.       | Virusinės RNR išskyrimo įrenginiai (2 vnt.). croBEE NA 16 Nucleic Acid Extraction System Plus, gamintojas „GeneProof“, kat. numeris CBNA/16P, pateikiami su visais reikalingais priedais (prietaiso stoveliai, reagentų dėjimo kasetės, aliejus, tarpinės, antgaliai, atliekų dėžutė, barkodo skaitytuvas) | 2021             | TAIP                                 | 2      |                                             |
| 2.       | II klasės biosaugos laminaras su nepertraukiamu srovės šaltiniu<br>Gamintojas „Faster“, II klasės biosaugos laminaras SafeFAST Classic 212, kat. numeris F00001140000. Atskirai perkamas ir pateikiamas stovas bei kilnojama UV lempa, nepertraukiamos srovės šaltinis                                     | 2020             | TAIP                                 | 1      |                                             |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |   |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---|--|
| 3. | Elektroninės skysčio dozavimo pipetės.<br>Gamintojas „Socorex“ :<br>Acura 926 XS Micro, prekių kodai 926.0050E (2,5-50 mikrolitų); 926.1000 (50-1000 mikrolitų).<br>Kartu pateikiama baterijos, krovimo stovas, QC sertifikatas, metrologinės patikros sertifikatas. | 2020 | TAIP | 2 |  |
| 4. | UV oro srauto valiklis-recirkuliatorius.<br>Gamintojas „BIOSAN“, recirkuliatorius UVR-Mi, kat. numeris BS-040110-AAB.<br>Kartu pateikiamas prietaisas ir laidas jungti prie srovės šaltinio                                                                          | 2020 | TAIP | 1 |  |
| 5. | Tikralaikės PGR termocikleris roBEE Real-Time PCR System.<br>Gamintojas „GeneProof“, kat. numeris CBRT/496. Su prietaisu pateikiama valdymo programa                                                                                                                 | 2021 | TAIP | 1 |  |
| 6. | DNR/RNR ultravioletinių spindulių boksas UVT-S-AR.<br>Gamintojas „BIOSAN“, kat. numeris BS-040107-AAA.<br>Pateikiamas kartu su nepertraukiamos srovės šaltiniu                                                                                                       | 2020 | TAIP | 1 |  |
| 7. | Stalinė centrifuga MSC-6000.<br>Gamintojas „BIOSAN“, kat. numeris BS-010211AA1.<br>Kartu pateikiamas rotorius 12x0.5 ml ir 12x0.2 ml PGR mėgintuvėliams, rotorius 12x1,5/2 ml mėgintuvėliams, papildomas rotorius 2x8 0.2 ml PGR mėgintuvėliams                      | 2020 | TAIP | 1 |  |

1.3. Panaudos davėjas patvirtina, kad įrangą jam priklauso nuosavybės teise, ji nėra niekam parduota, išnuomota ar kitaip perleista, neįkeista, jai neuždėtas areštas ar draudimas, teisme dėl jos ginčų nėra.

1.4. Panaudos pagrindu pristatyta įrangą perduodama Panaudos gavėjui ir Panaudos davėjui pasirašant įrangos perdavimo–priėmimo aktą.

## 2. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

2.1. Panaudos davėjas įsipareigoja:

2.1.1. perduoti Panaudos gavėjui kokybišką įrangą su vartotojo instrukcija (lietuvių ir originalo kalba) bei kitą techninę dokumentaciją (techninius aprašymus, techninį reglamentą, schemas, brėžinius ir pan.);

2.1.2. Pardavėjas, iš anksto suderinęs laiką su Pirkėju, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, panaudos pagrindu teikiamą įrangą pristato Pirkėjui, sumontuoja / įdiegia, paruošia darbui, suderina, išbando ir apmoko personalą dirbti su įranga (toliau – instaliavimas). Įranga turi turėti galimybę integruotis su Pirkėjo laboratorine informacine sistema (toliau – LIS) (dabar yra naudojama Med.I.S. informacinė sistema, kurios operatorius yra UAB „Skaitmeninės lankos“, tačiau šiuo metu yra atliekami naujos laboratorinės informacinės sistemos sLIS diegimo darbai, kurios operatorius yra UAB „Rivosana“);

2.1.3. savo sąskaita užtikrinti įrangos techninę priežiūrą, gedimų šalinimą / remontą, ir kalibraciją visą Sutarties ir pirkimo sutarties galiojimo terminą. Sugedus įrangai, Panaudos davėjas įsipareigoja ją pataisyti Sutarties 2.1.4 sąlygomis arba užtikrinti lygiavertį sprendimą (pvz., įrangą pakeisti nauja), kad nenutrūktų kokybiškas Panaudos gavėjo laboratorijos darbas;

2.1.4. savo sąskaita šalinti / remontuoti visus defektus ir / ar gedimus arba sugedusią įrangos detalę (-es) komponentą (-us) pakeisti nauja detale, komponentu Panaudos gavėjo patalpose, kuriose yra laikoma įranga ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo pranešimo apie defektą (gedimą) gavimo momento. Jei defekto ir / ar gedimo šalinimo / remonto atlikti per įsipareigotą terminą nėra galimybės arba nėra galimybės remonto atlikti Panaudos gavėjo patalpose (vietoje), Panaudos davėjas defekto ir / ar gedimo šalinimo / remonto laikotarpiui privalo pristatyti Panaudos gavėjui ir perduoti naudoti lygiavertę veikiančią įrangą ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną. Jei defekto ir / ar gedimo neišmanoma pašalinti / suremontuoti Panaudos gavėjo patalpose, Panaudos davėjas privalo įrangą savo sąskaita išvežti defektui ir / ar gedimui šalinti / remontuoti Panaudos davėjo transportu. Sutaisyta ir veikianti įranga Panaudos davėjo lėšomis ir Panaudos davėjo transportu pristatoma Panaudos gavėjui;

2.1.5. užtikrinti, kad perduodama įranga yra sertifikuota naudojimui Europos Sąjungoje, pažymėta CE ženklu;

2.1.6. užtikrinti, kad įrangos techninė priežiūra ir galimų defektų ir / ar gedimų šalinimas / remontas bus vykdomi pagal įrangos gamintojo parengtas technines instrukcijas / rekomendacijas;

2.1.7. pasibaigus Sutarties galiojimo terminui priimti įrangą iš Panaudos gavėjo pagal Šalių pasirašytą įrangos perdavimo–priėmimo aktą;

2.1.8. Panaudos gavėjui pareiškus argumentuotas pastabas dėl nekokybiško įrangos sumontavimo ir (ar) parengimo darbui savo lėšomis ištaisyti trūkumus Šalių suderintais terminais ir būdais;

2.1.9. jei dėl nuo Panaudos davėjo nepriklausančių aplinkybių, kurių nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir / ar pirkimo sutarties sudarymo metu, Panaudos davėjas negali pristatyti prekių sutartyje ir šioje Sutartyje nurodyto (-ų) modelio (-ių) įrangos, nes ji nebegaminama ir Panaudos davėjas pateikia tai įrodantį gamintojo patvirtinimą, Panaudos davėjas, Panaudos gavėjui sutikus, gali pateikti kito modelio, tačiau ne blogesnių charakteristikų nei buvo nustatyta viešojo pirkimo dokumentuose ir prekių sutartyje įrangą, nekeičiant kitų pirkimo sutartyje ir šioje Sutartyje nustatytų sąlygų.

2.2. Panaudos davėjas įsipareigoja:

2.2.1. naudotis perduota įranga pagal Sutartį ir jos paskirtį, saugoti ją, be Panaudos davėjo rašytinio sutikimo neperduoti įrangos naudoti trečiajam asmeniui;

2.2.2. be Panaudos davėjo rašytinio sutikimo nedaryti jokių įrangos pakeitimų ar pagerinimų, nekeisti įrangos išvaizdos, išskyrus, kai tai yra būtina įrangos išsaugojimui nuo sugadinimo ar sunaikinimo;

2.2.3. pasibaigus Sutarčiai grąžinti Panaudos davėjui įrangą tokios būklės, kokios jis Panaudos gavėjui buvo perduotas atsižvelgiant į normalų tokios įrangos susidėvėjimą.

### 3. ATSAKOMYBĖ

3.1. Už šios Sutarties pažeidimą, nevykdymą ar netinkamą vykdymą Šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

3.2. Jei Panaudos davėjas nesuremontuoja pagal panaudą suteiktos įrangos per 2.1.4 papunktyje nurodytą terminą (išskyrus, atvejus, kai remonto laikotarpiui yra pateikiama lygiavertė įranga), Panaudos davėjas, Panaudos gavėjui pareikalavus privalo sumokėti Panaudos gavėjui 0,03 proc. dydžio delspinigius nuo pirkimo sutarties vertės už kiekvieną pradestą valandą. Tuo atveju, jei įranga genda du mėnesius iš eilės dažniau nei 3 (tris) kartus per mėnesį, Panaudos davėjas privalo pakeisti ją kita, ne prastesnių savybių nei nurodyta Sutartyje, įranga, vadovaujantis Sutarties 2.1.2 papunkčio nuostatomis.

### 4. NENUGALIMA JĖGA

4.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

4.2. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolių vykdyti prekių, paslaugų ar darbų Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvos Respublikoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvos Respublikoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.

4.3. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Šalių teisės, pareigos ir atsakomybė esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklėse“ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“).

4.4. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai Šaliai neįmanoma dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*).

### 5. SUTARTIES GALIOJIMAS, KITOS SĄLYGOS

5.1. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo momento ir galioja 18 (aštuoniolika) mėnesių.

5.2. Panaudos gavėjas gali nutraukti Sutartį vienašališkai, prieš tai raštu įspėjęs apie Sutarties nutraukimą Panaudos davėją prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, jei Panaudos davėjas nevykdo ar netinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus.

5.3. Panaudos davėjas įsipareigoja nenutraukti Sutarties, kol galioja pirkimo sutartis.

5.4. Sutartis gali būti nutraukiama:

5.4.1. abipusiu Šalių rašytiniu susitarimu;

5.4.2. kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais pagrindais.

5.5. Sutartį galima keisti arba papildyti tik Šalių raštišku susitarimu. Sutarties pakeitimai yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

5.6. Panaudos davėjo sutartį administruojantis asmuo –

5.7. Panaudos gavėjo Sutartį administruojantis asmuo –

5.8. Pasikeitus Šalių pavadinimams, adresams, telefonų numeriams, banko rekvizitams, Sutartį administruojantiems asmenims ar kitiems duomenims, Sutarties Šalys įsipareigoja per 3 (tris) darbo dienas nuo pasikeitimo raštu informuoti apie tai viena kitą. Šaliai informavus kitą Šalį apie šiame papunktyje nurodytus pakeitimus, be papildomo rašytinio susitarimo Šalys jais vadovaujasi ir taiko. Šalis, neįvykdžiusi šių reikalavimų, negali pareikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad Šalių veiksmai, atlikti pagal paskutinius joms žinomus kitos Šalies rekvizitus ir (ar) už Sutarties administravimą atsakingų asmenų kontaktus, neatitinka Sutarties sąlygų arba kad ji negavo pranešimų, siųstų jai pagal tuos rekvizitus ir (ar) už Sutarties administravimą atsakingų asmenų kontaktus.

5.9. Ginčai tarp Šalių dėl Sutarties (jos aiškinimo, vykdymo ir kt.) sprendžiami Šalių tarpusavio susitarimu. Visi nesutarimai dėl šios Sutarties galiausiai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka (teisme – pagal Panaudos gavėjo buveinės vietą).

5.10. Sutartis su priedais sudaryta lietuvių kalba 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po 1 (vieną) egzempliorių kiekvienai Sutarties Šaliai.

5.11. Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos tik neesminės Sutarties sąlygos.

5.12. Sutarties priedas „Įrangos techninė specifikacija“ yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

5.13. Už sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą atsakinga Projektų ir viešųjų pirkimų skyriaus specialistė-koordinatorė Skirmutė Pašluostienė, el. p. skirmute.pasluostiene@pylimas.lt.

## 6. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

### PANAUDOS DAVĖJAS

**Uždaroji akcinė bendrovė „Ardeola“**

Molėtų pl. 47F, LT-08409 Vilnius

Kodas 221731170

PVM mokėtojo kodas LT217311716

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

Banko kodas 40100

A. s. LT484010051002021012

Tel. (8 5) 269 1129, faks. (8 5) 278 4201

El. p. ardeola@ardeola.lt

### PANAUDOS GAVĖJAS

**Viešoji įstaiga Centro poliklinika**

Pylimo g. 3, LT-01117 Vilnius

Įstaigos kodas 125873515

PVM kodas LT258735113

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

Banko kodas 40100

A. s. LT464010042403966753

Tel. (8 5) 251 4016, faks. (8 5) 261 0002

El. p. info@pylimas.lt

Vykdomasis direktorius


Rimgaudas Diršė



(parašas)

Direktorius

Kęstutis Staras



(parašas)

2021 m. vasario 28 d.  
 panaudos sutarties Nr. 01-25-45  
 priedas

## ĮRANGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Atviro konkurso (pirkimo Nr. 519948) pagal panaudą Panaudos davėjo teikiamos įrangos techniniai duomenys:

| Eil. nr.                                       | Reikalaujami techniniai parametrai                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Panaudai siūlomos prekės techninių parametrų atitikimas                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Virusinės RNR išskyrimo įrenginiai -2 vienetai |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.                                             | Gaminiojas, pavadinimas, kataloginis numeris, pateikiama komplektacija, pagaminimo metai                                                                                                                                                                                                                                                      | Gaminiojas „GeneProof“. Virusinės RNR išskyrimo įrenginiai (2 vnt.) cROBEE NA16 Nucleic Acid Extraction System Plus, kat. numeris CBNNA/16P pateikiami su visais reikalingais priedais (prietaiso stovėliai, reagent dėjimo kasetės, aliejus, tarpinės, antgaliai, atliekų dėžutė, barkodo skaitytuvas). Pagaminimo metai 2021 |
| 2.                                             | Išskyrimo įrenginio paskirtis: skirtas automatizuotam SARS-CoV-2 viruso RNR išskyrimui, naudojant siūlomus išskyrimo reagentų rinkinius                                                                                                                                                                                                       | Įrenginys skirtas automatizuotam SARS-CoV-2 viruso RNR išskyrimui, naudojant siūlomus išskyrimo reagentų rinkinius cROBEE201A Nucleic Acid Extraction Kit                                                                                                                                                                      |
| 3.                                             | Būtina kartu su įrenginiais pateikti kompiuterį, brūkšninio kodo skaitytuvą, nepertraukiamos srovės šaltinį (paženklinti CE ženklu)                                                                                                                                                                                                           | Kartu su įrenginiais pateikiami: kompiuteris, brūkšninio kodo skaitytuvas, nepertraukiamos srovės šaltinis (paženklinti CE ženklu)                                                                                                                                                                                             |
| 4.                                             | Būtina vienu įrenginiu ne ilgiau kaip per vieną valandą galima išskirti RNR iš ne mažiau kaip 16-os mėginių.                                                                                                                                                                                                                                  | Vienu įrenginiu galima išskirti RNR iš 16-os mėginių.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5.                                             | Automatizuoti programuojami išskyrimo proceso etapai: automatizuoti ne mažiau kaip du RNR išskyrimo etapai: terminis ir mechaninis išskyrimas. Atskirų išskyrimo etapų trukmė programuojama pagal naudojamų reagentų aprašymą (protokolą). Mėginių įnešimas į RNR reakciją atliekamas rankiniu būdu, naudojant siūlomas elektronines pipetes. | Automatizuoti du RNR išskyrimo etapai: terminis ir mechaninis išskyrimas. Atskirų išskyrimo etapų trukmė programuojama pagal naudojamų reagentų aprašymą (protokolą). Mėginių įnešimas į RNR reakciją atliekamas rankiniu būdu, naudojant siūlomas elektronines pipetes.                                                       |
| 6.                                             | Būtinas mėginių identifikacinių duomenų įvedimas: prie įrenginio jungiamas brūkšninį kodų skaitytuvas pacientų identifikacinių duomenų įvedimui                                                                                                                                                                                               | Mėginių identifikacinių duomenų įvedimas: prie įrenginio jungiamas brūkšninį kodų skaitytuvas pacientų identifikacinių duomenų įvedimui                                                                                                                                                                                        |
| 7.                                             | Įrenginys turi turėti LIS sąsają su galimybe išsiųsti mėginių identifikacinius duomenis                                                                                                                                                                                                                                                       | Įrenginys turi LIS sąsają su galimybe išsiųsti mėginių identifikacinius duomenis                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8.                                             | Darbai su abiem įrenginiais turimas plotas (plotis ne didesnis kaip 140 cm, gylis ne didesnis kaip 80 cm, aukštis ne didesnis kaip 80 cm)                                                                                                                                                                                                     | Darbai su abiem įrenginiais užimamas plotas (plotis 104,6 cm, gylis 60,2 cm, aukštis 60,5 cm)                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9.                                             | Turi būti įmontuota vidinė UV lempa su laikmačiu darbinį paviršių dezinfekcijai                                                                                                                                                                                                                                                               | Įmontuota vidinė UV lempa su laikmačiu darbinį paviršių dezinfekcijai                                                                                                                                                                                                                                                          |

| UV oro srauto valiklis-recirkulatorius (1 vienetas) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.                                                  | Gamintojas, pavadinimas, kataloginis numeris, pateikiama komplektacija, pagaminimo metai.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.                                                  | Būtina galimybė rinktis iš dviejų veikimo principų: nuolatinis arba programuojamas su laikmačiu. Tarnavimo laikas – ne mažiau 7000 val.                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3.                                                  | Būtina UV spinduliuotės šaltinis - ne mažiau 1 lempa - 25W, spinduliavimo tipas - be ozono.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4.                                                  | CE ženklavimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tikra laikės PGR termocikleris ( 1 vienetas)        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.                                                  | Gamintojas, pavadinimas, kataloginis numeris, pateikiama komplektacija, pagaminimo metai.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.                                                  | Paskirtis: Mėginių (išskirtos RNR ir reakcijos mišinio) amplifikavimui, naudojant siūlomą amplifikavimo reagentų rinkinį                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3.                                                  | Būtina kartu su įrenginiais pateikti kompiuterį, nepertraukiamos srovės šaltinį (pažymėti CE)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4.                                                  | Detekcijos kanalų skaičius- ne mažiau kaip 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5.                                                  | Maksimalus vienu metu amplifikuojamų mėginių skaičius: ne mažiau kaip 34. Tyrimui galima naudoti PGR mikroplokšteles, mėgintuvėlių juosteles ir pavienius mėgintuvėlius.                                                                                                                                                                                                      |
| 6.                                                  | Valdymas ir rezultatų apdorojimas: termocikleris turi būti pilnai valdomas iš išorinio kompiuterio tam skirta programine įranga. Programinė įranga turi turėti amplifikavimo programų sudarymo, programos vykdymo kontrolės, duomenų surinkimo bei analizės, rezultatų pateikimo funkcionalumus. Valdymui reikalingas kompiuteris turi būti pateiktas kartu su termocikleriu. |
| 7.                                                  | Būtina: Fluorescencijos sužadinimui ir matavimui naudojamos optinės sistemos tipas -optiniai filtrai arba šviesą spinduliuojantys diodai (LED)                                                                                                                                                                                                                                |
| 8.                                                  | Duomenų analizės metodas: mėginyje laikomas SARS-CoV-2 virusui teigiamu, jei, atlikus amplifikavimo programą, matuojama fluorescencija genų taikinio aptikimo kanale viršija foninę vertę                                                                                                                                                                                     |
| 9.                                                  | Rezultatų pateikimas: turi būti tarpinių tyrimų rezultatų peržiūros amplifikavimo programos vykdymo metu funkcionalumas. Galutiniai tyrimo rezultatai turi būti pateikiami pagal vartotojo poreikius redaguojamą formą bei skirtingais failų formatais: pdf, excel.                                                                                                           |
|                                                     | UV oro srauto valiklis-recirkulatorius (1 vienetas). Gamintojas „BIOSAN“, recirkulatorius UVR-Mi, kat. numeris BS-040110-AAB, pateikiamas prietaisais ir laidas jungti prie srovės šaltinio. Pagaminimo metai 2020                                                                                                                                                            |
|                                                     | Yra galimybė rinktis iš dviejų veikimo principų: nuolatinis arba programuojamas su laikmačiu. Tarnavimo laikas – 9000 val.                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                     | UV spinduliuotės šaltinis - 2 lempos - 25W, spinduliavimo tipas - be ozono.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                     | Pateikiamas CE ženklo liudijinio dokumento kopija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                     | Gamintojas „GeneProof“ tikra laikės PGR termocikleris ( 1 vienetas) croBEE Real-Time PCR System, kat. numeris CBRT4/96, su prietaisu pateikiama valdymo programa. Pagaminimo metai 2021                                                                                                                                                                                       |
|                                                     | Mėginių (išskirtos RNR ir reakcijos mišinio) amplifikavimui, naudojant amplifikavimo reagentų rinkinį GeneProof SARS-CoV-2 Screening Kit                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                     | Kartu su įrenginiais pateikiama kompiuteris, nepertraukiamos srovės šaltinis (pažymėti CE)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                     | Detekcijos kanalų skaičius - 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                     | Maksimalus vienu metu amplifikuojamų mėginių skaičius: 96. Tyrimui galima naudoti PGR mikroplokšteles, mėgintuvėlių juosteles ir pavienius mėgintuvėlius.                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                     | Termocikleris pilnai valdomas iš išorinio kompiuterio tam skirta programine įranga. Programinė įranga turi amplifikavimo programų sudarymo, programos vykdymo kontrolės, duomenų surinkimo bei analizės, rezultatų pateikimo funkcionalumus. Valdymui reikalingas kompiuteris pateikiamas kartu su termocikleriu.                                                             |
|                                                     | Fluorescencijos sužadinimui ir matavimui naudojamos optinė Sistema – šviesą spinduliuojantys diodai (LED)                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                     | Mėginyje laikomas SARS-CoV-2 virusui teigiamu, jei, atlikus amplifikavimo programą, matuojama fluorescencija genų taikinio aptikimo kanale viršija foninę vertę                                                                                                                                                                                                               |
|                                                     | Yra tarpinių tyrimų rezultatų peržiūros amplifikavimo programos vykdymo metu funkcionalumas. Galutiniai tyrimo rezultatai pateikiami pagal vartotojo poreikius redaguojamą formą bei skirtingais failų formatais: pdf, excel.                                                                                                                                                 |

|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.                                                                                              | CE IVD žymėjimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Įrenginys turi CE IVD žymėjimą. Pateikiamas sertifikatas pagal Europos Tarybos 98/79/EC reikalavimus                                                                                                                                                                                                               |
| <b>II klasės biosaugos laminaras su nepertraukiamos srovės šaltiniu</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.                                                                                               | Gamintojas, pavadinimas, kataloginis numeris, pateikiama komplektacija, pagaminimo metai                                                                                                                                                                                                                                                                | Gamintojas „Faster“, II klasės biosaugos laminaras SafeFAST Classic 212, kat. numeris F00001140000, Atskirai perkamas ir pateikiamas stovas bei kilnojama UV lempa, nepertraukiamos srovės šaltinis. Pagaminimo metai 2020                                                                                         |
| 2.                                                                                               | Paskirtis: Darbui su pacientų mėginiais, apsaugant operatorių, darbo aplinką bei mėginius                                                                                                                                                                                                                                                               | Skirtas darbui su pacientų mėginiais, apsaugant operatorių, darbo aplinką bei mėginius                                                                                                                                                                                                                             |
| 3.                                                                                               | Būtinąs atitikimas standartų reikalavimams - turi atitikti EN12469:2000 standarto ar lygiavertio reikalavimus                                                                                                                                                                                                                                           | Atitinka EN12469:2000 standarto reikalavimus                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4.                                                                                               | Kontrolės sistema: turi būti mikroprocesorinė laminarinio oro srauto ir barjerinio oro srauto greičio kontrolė, HEPA/ULPA filtrų prisisodrinimo kontrolė, HEPA/ULPA filtrų prisisodrinimo kontrolė, filtrų ir UV lempos tarnavimo laiko kontrolė. Turi būti skaitmeninis ekranas, parodantis esamų bei nustatytų parametru reikšmes, aliarmų pranešimus | Yra mikroprocesorinė laminarinio oro srauto ir barjerinio oro srauto greičio kontrolė, HEPA/ULPA filtrų prisisodrinimo kontrolė, filtrų ir UV lempos tarnavimo laiko kontrolė. Yra skaitmeninis ekranas, parodantis esamų bei nustatytų parametru reikšmes, aliarmų pranešimus                                     |
| 5.                                                                                               | Išoriniai matmenys: ne didesni kaip 180 cm plotis, 85 cm gylis, 150 cm aukštis, turi tilpti į numatytą vietą laboratorijoje.                                                                                                                                                                                                                            | Išoriniai matmenys: 135 cm plotis, 81 cm gylis, 150 cm aukštis                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6.                                                                                               | Būtina UV lempa su laikmačiu, ne mažesniau kaip 3 valandų veikimo laiko nustatymui                                                                                                                                                                                                                                                                      | UV lempa su laikmačiu, iki 3 valandų veikimo laiko nustatymui                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7.                                                                                               | CE žymėjimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pateikiamas CE ženklą liudijiančio dokumento kopija                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Elektroninės skysčio dozavimo pipetės su metrologijos patikrinimo sertifikatais ( 2 vnt.)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.                                                                                               | Gamintojas, pavadinimas, kataloginis numeris, pateikiama komplektacija, pagaminimo metai.                                                                                                                                                                                                                                                               | Gamintojas „Socorex“, elektroninės skysčio dozavimo pipetės (2 vnt.) Acura 926 XS Micro, prekės kodai 926.0050E (2,5-50 mikrolitru), 926.1000 (50-1000 mikrolitru), kartu pateikiama vartojimo instrukcijos, baterijos, krovimo stovas, QC sertifikatas, metrologinės patikros sertifikatas. Pagaminimo metai 2020 |
| 2.                                                                                               | Paskirtis: mėginių ir reagentų išpilstymui                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mėginių ir reagentų išpilstymui                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3.                                                                                               | Pipetės tipas ir darbinis tūris: vieno kanalo, reguliuojamo tūrio elektroninė pipetė. Skysčių dozavimas atliekamas mygtuko paspaudimu, darbiniai parametrai parodomi skaitmeniniame ekrane. Darbiniai tūriai: 2,5-50 mikrolitru (1 vnt.), 50-1000 mikrolitru (1 vnt.)                                                                                   | Vieno kanalo, reguliuojamo tūrio elektroninė pipetė. Skysčių dozavimas atliekamas mygtuko paspaudimu, darbiniai parametrai parodomi skaitmeniniame ekrane. Darbiniai tūriai: 2,5-50 mikrolitru (1 vnt.), 50-1000 mikrolitru (1 vnt.)                                                                               |
| 4.                                                                                               | Išpilstymo režimai: turi būti ne mažiau kaip šie režimai: kartotinis pritraukto skysčio tūrio išdozavimas, parodant žingsnių skaičių ekrane; maišymas pakartotinai pritraukiant ir išdozuojant                                                                                                                                                          | Kartotinis pritraukto skysčio tūrio išdozavimas, parodant žingsnių skaičių ekrane; maišymas pakartotinai pritraukiant ir išdozuojant                                                                                                                                                                               |
| 5.                                                                                               | Komplektacija: kiekviena pipetė turi būti sukomplektuota su baterija ir jos įkrovimo adapteriu                                                                                                                                                                                                                                                          | Komplektacija: kiekviena pipetė sukomplektuota su baterija ir jos įkrovimo adapteriu                                                                                                                                                                                                                               |
| 6.                                                                                               | CE ženklinimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pateikiama CE ženklą liudijiančio dokumento kopija                                                                                                                                                                                                                                                                 |


|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 10.                                                                                               | CE IVD ženklavimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pateikiamas sertifikatas pagal Europos Tarybos 98/79/EC reikalavimus                                                                                                                                                                                                          |  |
| DNR/RNR ultravioletinių spindulių boksas (1 vienetas) su nepertraukiamos srovės šaltiniu          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 1.                                                                                                | Gamintojas, pavadinimas, kataloginis numeris, pateikiama komplektacija, pagaminimo metai.                                                                                                                                                                                                                                                    | DNR/RNR ultravioletinių spindulių boksas (1 vienetas) UVT-S-AR, gamintojas „BIOSAN“, kat. numeris BS-040107-AAA, pateikiamas su nepertraukiamos srovės šaltiniu. Pagaminimo metai 2020.                                                                                       |  |
| 2.                                                                                                | Paskirtis: PGR reakcijų paruošimui, reagentų ir mėginių išdozavimui švarioje aplinkoje                                                                                                                                                                                                                                                       | PGR reakcijų paruošimui, reagentų ir mėginių išdozavimui švarioje aplinkoje                                                                                                                                                                                                   |  |
| 3.                                                                                                | Darbinis plotis - ne mažesnis kaip 120 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Darbinis plotis 121 cm                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 4.                                                                                                | CE ženklavimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pateikiamas CE ženklo liudijimo dokumento kopija                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Stalinė centrifuga, skirtą ne mažiau 12 PGR mėgintuvėlių talpinimui                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 1.                                                                                                | Gamintojas, pavadinimas, kataloginis numeris, pateikiama komplektacija.                                                                                                                                                                                                                                                                      | Stalinė centrifuga, skirtą 12 PGR mėgintuvėlių talpinimui. Gamintojas „BIOSAN“, centrifuga MSC-6000, kat. numeris BS-010211-AAL. Kartu pateikiamas rotorius 12x0,5 ml ir 12x0,2 ml PGR mėgintuvėliams, papildomas rotorius 2x0,2 ml PGR mėgintuvėliams. Pagaminimo metai 2020 |  |
| 2.                                                                                                | CE ženklavimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pateikiamas CE ženklo liudijimo dokumento kopija                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Visų išvardintų įrenginių ir priemonių nemokamas techninis aptarnavimas visą panaudos laikotarpį. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nemokamas techninis aptarnavimas visą išvardintų įrenginių panaudos laikotarpį sertifikuoto inžinieriaus, turinčio ne mažesnę kaip 2 metų IVD prietaisų techninio aptarnavimo darbo patirtį                                                                                   |  |
| Papildomi (ekonomiškai naudingi reikalavimai):                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 1.                                                                                                | Siūlomu mėginių išskyrimo įrenginiu galima atlikti pavienių mėginių ekstrakcijas, nuo vieno mėginio iki maksimalaus siūlomo mėginių skaičiaus                                                                                                                                                                                                | Taip, galima                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 2.                                                                                                | Siūlomi išskyrimo reagentai: magnetintas sorbentas, ekstrakcijos ir plovimo buferiai, RNR išplovimo buferis tiekiami paruošti naudojimui – išpilstyti į mikroplokštelių šulinėlius, atskirus mėgintuvėlius arba kitokius indelius, kuriuose bus vykdomi automatizuoti išskyrimo etapai                                                       | Taip, tiekiami paruošti naudojimui                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 3.                                                                                                | Siūlomu amplifikacijos reagentų rinkiniu bei tiksliai PGR termociklieriu galima iširti mėginius be RNR išskyrimo etapo, naudojant gamintojo validuotą protokolą tiesiogiai nosiaryklės, burnos ir ryklės mėginių Amplifikacijos reagentų rinkinys dalinai paruoštas naudojimui – reakcijos mišinio komponentai supilstyti į vieną buteliuką. | Taip, galima                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 4.                                                                                                | Siūlomas amplifikacijos reagentų rinkinys dalinai paruoštas naudojimui – reakcijos mišinio komponentai supilstyti į vieną buteliuką.                                                                                                                                                                                                         | Taip, dalinai paruoštas naudojimui                                                                                                                                                                                                                                            |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. | Siūlomas amplifikacijos reagentų rinkinys turi dalinį atskirų reagentų pakuočių skaičių, kad būtų galimybė prieš naudojimą atšildyti ir pasiruošti mažesni mėginių skaičių, negu maksimalus siūlomas rinkinio tyrimų skaičius | Taip, turi                                                                                                                                                      |
| 6. | Prietaiso techninį aptarnavimą atliekantis asmuo dirba Lietuvoje registruotoje įmonėje                                                                                                                                        | Taip, prietaiso techninį aptarnavimą atliekantis asmuo dirba Lietuvoje registruotoje įmonėje                                                                    |
| 7. | Asmuo, atliekantis analizatoriaus techninį aptarnavimą yra sertifikuotas ir turi ne mažesnę kaip 2 metų IVD prietaisų techninio aptarnavimo darbo patirtį                                                                     | Taip, asmuo, atliekantis analizatoriaus techninį aptarnavimą yra sertifikuotas ir turi ne mažesnę kaip 2 metų IVD prietaisų techninio aptarnavimo darbo patirtį |
| 8. | Tiekėjas yra gamintojo įgaliotas atstovas LR teritorijoje, kuris veikia gamintojo tiesiogiai paskirtas ir į kurį Pirkėjas galėtų kreiptis, užuot kreipusis į gamintoją, dėl jo išpareigojimų pagal EP direktyvą 98/79/EC      | Taip, Pardavėjas yra gamintojo įgaliotas atstovas LR teritorijoje, kuris veikia gamintojo tiesiogiai paskirtas                                                  |

#### PARDAVĖJAS

Uždaroji akcinė bendrovė „Ardeola“


Vykdomasis direktorius  
Rimgaudas Dirse



#### PIRKĖJAS

Viešojo įstaiga Centro poliklinika

Direktorius  
Kęstutis Štaras



(parašas)