



Adresas: UAB "Mingeda" ir Ko
Krokuvos g. 11-65, LT-09314 Vilnius
Tel.: 8-5-2724271, el.paštas: info@mingeda.lt
Įmonės kodas: 124122896
PVM kodas: LT241228917

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL KRAUJOSPŪDŽIO MATAVIMO APARATO SU ĮVAIRAUS DYDŽIO MANŽETĖMIS, DERMATOSKOPO, MEDICININIŲ SUAUGUSIŲJŲ SVARSTYKLIŲ SU ŪGIO MATUOKLE IR AKUŠERINIO STETOSKOPO PIRKIMO

3 pirkimo dalis „Medicininės suaugusiųjų svarstyklės su ūgio matuokle“ - 1 vnt

_____ 2021 vasario 1d. _____ Nr. M2 _____

(Data)

_____ Vilnius _____

(Sudarymo vieta)

1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB "Mingeda" ir Ko
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Krokuvos g. 11-65, LT-09314 Vilnius
Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas	Į.k.: 124122896, LT241228917
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas	A.s. LT107044060001206501 SEB bankas, banko kodas 70440
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Arvydas Juozas Katalinas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Direktorius Arvydas Juozas Katalinas
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Arvydas Juozas Katalinas
Telefono numeris	+37052724271
Fakso numeris	
El. pašto adresas	info@mingeda.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

2 lentelė

SUBTIEKĖJO REKVIZITAI

Eil. Nr.	Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai), adresas (-ai)

*Pastaba: pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us)

PASIŪLYMO KAINA

3 pirkimo dalis „Medicininės suaugusiųjų svarstyklės su ūgio matuokle“

Eil. Nr.	Pavadinimas	Modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis, vnt.	Vieneto kaina Eur (be PVM)	Kaina viso Eur (be PVM)	Kaina viso Eur (su PVM)
1	Medicininės suaugusiųjų svarstyklės su ūgio matuokle	MS4910, Charder Electronic Co., Ltd. Taivanas R.O.C.	Vnt.	1	550,00	665,50	665,50
Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM:							665,50

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ PALYGINIMAS REIKALAUJAMOMS:

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomos parametrų reikšmės
1.	1. Reikalavimai svarstyklėms:		
1.1	Konstrukcija	Elektroninės, kolonos tipo svarstyklės su svorį indikuojančiu mechanizmu (matavimo vienetai kg ir/arba g), pritvirtintu kolonos viršuje, svorio nuskaitymui patogiam aukštyje (apytiksliai suaugusiojo juosmens lygyje).	Elektroninės, kolonos tipo svarstyklės su svorį indikuojančiu mechanizmu (matavimo vienetai kg ir g), pritvirtintu kolonos viršuje, svorio nuskaitymui patogiam aukštyje (apytiksliai suaugusiojo juosmens lygyje). Brosiura 1psl.
1.2	Tikslumo klasė	III (vidutinio tikslumo)	III Brosiura 1psl.
1.3	Maksimalus sveriamas svoris	≥ 300 kg	300 kg Brosiura 1psl.
1.4	Matavimo diskretiškumas (padalos vertė)	≤ 50 g, sveriant iki 150 kg, ≤ 100 g, sveriant 150 kg ir daugiau	50 g, sveriant iki 150 kg, 100 g, sveriant 150 kg ir daugiau Brosiura 1psl.
1.5	Būtinės funkcijos	1. Nulinės vertės nustatymas (automatinis ir/arba mygtuko paspaudimu); 2. Nereikalingo svorio atmetimas (TARE arba lygiavertė); 3. Išmatuoto svorio rodmenų „užšaldymo“ (HOLD arba lygiavertė); 4. Kūno masės indekso apskaičiavimas (BMI arba lygiavertė); 5. Automatinis svarstyklių išsijungimas.	1. Nulinės vertės nustatymas automatinis ir mygtuko "ZERO" paspaudimu 2. Nereikalingo svorio atmetimas (TARE); 3. Išmatuoto svorio rodmenų „užšaldymo“ (HOLD); 4. Kūno masės indekso apskaičiavimas (BMI); 5. Automatinis svarstyklių išsijungimas Brosiura 1psl.

1.6 .	Svarstyklių ekrane (-uose) vienu metu matomi skaitmeniniai duomenys	1. Svoris; 2. Ūgis; 3. Kūno masės indeksas.	Svarstyklių ekranuose vienu metu matomi skaitmeniniai duomenys: svoris, ūgis, kūno masės indeksas (BMI) Brosiura 1psl.
1.7 .	Svarstyklių platforma	Ne mažesnė kaip 31 x 33 cm, su neslidžia gumine arba lygiavertės medžiagos danga	310 x 360 mm, su neslidžia gumine danga Brosiura 1psl.
1.8 .	Elektros maitinimas	Iš 230V, 50Hz elektros tinklo	Baterijos ir iš elektros tinklo Brosiura 1psl.
1.9 .	Pirminė metrologinė patikra	Būtina. Svarstyklės užsakovui pateikiamos su pirmine metrologine patikra, galiojančia ne trumpiau kaip 10 mėnesių, skaičiuojant nuo pristatymo dienos.	Svarstyklės užsakovui pateikiamos su pirmine metrologine patikra, galiojančia ne trumpiau kaip 10 mėnesių, skaičiuojant nuo pristatymo dienos. Pasiūlymas 3psl.
2.	Reikalavimai ūgio matuoklei:		
2.1 .	Ūgio matuoklė techniškai suderinama su svarstyklėmis (1 p.), tvirtinama prie svarstyklių kolonos arba įmontuota į svarstyklių koloną, teleskopinė (ištraukiama)	Būtina	Ūgio matuoklė tvirtinama prie svarstyklių kolonos (1 p.), teleskopinė (ištraukiama) Brosiura 1psl.
2.2 .	Išmatavus ūgį, matavimo duomenys užfiksuojami automatiškai (kūno masės indekso apskaičiavimui nereikalingas ūgio vertės įvedimas rankiniu būdu)	Būtina	Išmatavus ūgį, matavimo duomenys užfiksuojami automatiškai (kūno masės indekso apskaičiavimui nereikalingas ūgio vertės įvedimas rankiniu būdu) Brosiura 1psl.
2.3 .	Matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas)	120 – 200 cm	120 – 200 cm Brosiura 1psl.
2.4 .	Matavimo diskretiškumas (mažiausia padala)	1 mm	1 mm Brosiura 1psl.
3.	Prekės pristatymas į Kauno klinikų medicininės technikos sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas	Išskaičiuota į pasiūlymo kainą	Išskaičiuota į pasiūlymo kainą prekės pristatymas į Kauno klinikų medicininės technikos sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas Pasiūlymas 3psl.
4.	Pristatoma prekė paženklinta CE ženklu	Būtina (<i>būtinai atitinkamas tiekėjo patvirtinimas</i>).	Pristatoma prekė paženklinta CE ženklu

	(pagal Medicinos prietaisų direktyvos MDD 93/42/EEB reikalavimus)		pagal Medicinos prietaisų direktyvos MDD 93/42/EEB reikalavimus. Brošiūra 1psl. CE sertifikatas 1psl.
5.	Kartu su preke pateikiama dokumentacija	Naudojimo instrukcija lietuvių kalba	Kartu su preke pateikiama naudojimo instrukcija lietuvių kalba Pasiūlymas 4psl.
6.	Garantinio aptarnavimo laikotarpis	≥ 24 mėn.	24 mėn. Pasiūlymas 4psl.

Pastabos:

1. Lentelė privalo būti pildoma pagal pirkimo dokumentuose nurodytus klausimus (techninė specifikacija) jų eilės tvarka.
2. Grafoje "Siūlomos parametrų reikšmės", vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimu¹, **turi būti nurodyti tikslūs ir konkretūs siūlomos prekės duomenys, nepaliekant lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų ir tokių reikšmių, kaip „lygiavertė“, „atitinka“ ir pan., taip pat pateikiamos nuorodos į konkrečius pasiūlymo puslapius, kaip tai reikalaujama pirkimo dokumentų 5.11.6 punkte.**

5 lentelė

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius	Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas
1	Pasiūlymas	4 psl.	Pasiūlymas.doc ir Pasiūlymas.pdf
2	Gamintojo brošiūros	1 psl.	Brošiūra
3	Gamintojo brošiūros lietuviškai	1 psl.	Aprasymas LT
4	CE sertifikatas, pagal medicinos prietaisų direktyvos ES 93/42/EEB reikalavimus	3 psl.	CE sertifikatas
5	CE sertifikatas vertimas	3 psl.	CE sertifikatas vertimas
6	Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas	13 psl.	EBVPD.pdf ir EBVPD.xml

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (tiektėjai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali):

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Arvydas Katellinas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Vardas, pavardė

¹ http://vpt.lrv.lt/lt/news/view_item/id.1596