

Viešajai įstaigai Tauragės ligoninei

Techninė specifikacija

Pateikiame užpildytą siūlomos įrangos techninę specifikaciją, nurodant kiekvieno techninio parametro atitikimą (tikslią parametro reikšmę) ir atitikimo patvirtinimą dokumente originalo kalba (pažymint vietą, psl. Nr.) Perkančiosios organizacijos pageidaujama parametro reikšmei pagal konkurso sąlygų priede nurodytas technines charakteristikas.

Atitikimus tikrinti CVP IS prisegtame dokumente pavadinimu:
„Prekių aprašymas KONF“

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomi techniniai parametrai ir jų konkrečios reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo Nr.)
1.	Videoendoskopinė sistema	1 kompl.	Videoendoskopinė sistema ELUXEO Lite – 1 kompl. Prekių aprašymo psl. Nr. 1
1.1	Vaizdo procesorius ir šviesos šaltinis viename korpuse	1 vnt.	Vaizdo procesorius ir šviesos šaltinis viename korpuse FUJIFILM ELUXEO Lite EP-6000 – 1 vnt. Prekių aprašymo psl. Nr. 4
1.1.1	Skaitmeninės vaizdo signalų išvestys	DVI-D ≥ 2	2 vnt. DVI-D skaitmeninės vaizdo signalų išvestys Prekių aprašymo psl. Nr. 4
1.1.2	Vaizdų išsaugojimas ir perdavimas	1. USB laikmenos jungtis 2. Automatinis duomenų kopijos režimas 3. Vidinė atmintis $\geq 4GB$	1.USB laikmenos jungtis; Prekių aprašymo psl. Nr. 4 2. Automatinis duomenų kopijos režimas; Prekių aprašymo psl. Nr. 4 3. Vidinė atmintis 4GB. Prekių aprašymo psl. Nr. 4
1.1.3	LED tipo šviesos šaltinis	≥ 3 LED lempos	LED tipo šviesos šaltinis 3 LED lempos Prekių aprašymo psl. Nr. 4
1.1.4	Spalviniai režimai	1. Baltos spalvos režimas 2. Spalvų susiejimo režimas 3. Mėlynos spalvos režimas	1. Baltos spalvos režimas; Prekių aprašymo psl. Nr. 2 2. Spalvų susiejimo režimas; Prekių aprašymo psl. Nr. 2 3. Mėlynos spalvos režimas. Prekių aprašymo psl. Nr. 2
1.1.5	Procesorius turi būti suderinamas su dirbtiniu intelektu, veikiančiu naudojant skirtingus spalvinius režimus:	1. Baltos spalvos režimas 2. Spalvų susiejimo režimas 3. Mėlynos spalvos režimas	1. Baltos spalvos režimas Prekių aprašymo psl. Nr. 14 2. Spalvų susiejimo režimas Prekių aprašymo psl. Nr. 14 3. Mėlynos spalvos režimas Prekių aprašymo psl. Nr. 14
1.1.6	Prietaiso svoris	≤ 15 kg	Prietaiso svoris 15 kg. Prekių aprašymo psl. Nr. 4

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametru reikšmės	Siūlomi techniniai parametrai ir jų konkrečios reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir <u>puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomos techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo Nr.)</u>
1.2	Dirbtinio intelekto procesorius	1 vnt.	Dirbtinio intelekto procesorius Fujifilm CAD EYE – 1 vnt. Prekių aprašymo psl. Nr. 11
1.2.1	Dirbtinis intelektas suderinamas su visais siūlomo vaizdo procesoriaus spalviniais režimais	Būtina	Dirbtinis intelektas suderinamas su visais siūlomo vaizdo procesoriaus spalviniais režimais Prekių aprašymo psl. Nr. 14
1.2.2	Dirbtinis intelektas realiu laiku (nesustabdžius kadro) turi atlikti šias funkcijas:	1. Polipų aptikimas 2. Charakterizavimas	1. Polipų aptikimas realiu laiku; Prekių aprašymo psl. Nr. 13 2. Charakterizavimas. Prekių aprašymo psl. Nr. 13
1.2.3	Polipų aptikimo metu, į fiksuojamą pakitimą endoskopuotojo dėmesys atkreipiamas šiais būdais:	1. Aptikimo rėmai – nurodo tikslią vietą kur aptiktas įtariamas polipas; 2. Vizualinis ratas – išdėstytas cirkuliariai apie endoskopinį vaizdą, šviečia toje pusėje, kur aptinkamas įtariamas polipas 3. Garsinis aptikimo signalas	1. Aptikimo rėmai – nurodo tikslią vietą kur aptiktas įtariamas polipas; Prekių aprašymo psl. Nr. 9 2. Vizualinis ratas – išdėstytas cirkuliariai apie endoskopinį vaizdą, šviečia toje pusėje, kur aptinkamas įtariamas polipas Prekių aprašymo psl. Nr. 9 3. Garsinis aptikimo signalas Prekių aprašymo psl. Nr. 9
1.2.4	Charakterizavimo metu turi būti:	1. Vaizduojamas charakterizavimo statusas; 2. Greta endoskopinio vaizdo pateikiamas pozicionavimo žemėlapis, kuriame nurodomas charakterizuojamas polipas ir jo vieta endoskopiniame vaizde 3. Vizualus spalvinis asistentas – hiperplastiniai ir neoplastiniai dariniai žymimi skirtingomis spalvomis.	1. Vaizduojamas charakterizavimo statusas; Prekių aprašymo psl. Nr. 9 2. Greta endoskopinio vaizdo pateikiamas pozicionavimo žemėlapis, kuriame nurodomas charakterizuojamas polipas ir jo vieta endoskopiniame vaizde Prekių aprašymo psl. Nr. 9 3. Vizualus spalvinis asistentas – hiperplastiniai ir neoplastiniai dariniai žymimi skirtingomis spalvomis. Prekių aprašymo psl. Nr. 9
1.2.5	Galimybė dirbtinio intelekto funkciją įjungti/išjungti endoskopo rankenoje esančiu mygtuku	Būtina	Dirbtinio intelekto funkcijos įjungimas/išjungimas endoskopo rankenoje esančiame mygtuke Prekių aprašymo psl. Nr. 14
1.2.6	Procesorius turi Full-HD video įrašymo funkciją	Būtina	Procesorius turi Full-HD video įrašymo funkciją Prekių aprašymo psl. Nr. 14
1.2.7	Vidinėje procesoriaus atmintyje maksimaliai galima išsaugoti	≥ 25 valandų video medžiagos	Vidinėje procesoriaus atmintyje maksimaliai galima išsaugoti 30 valandų video medžiagos Prekių aprašymo psl. Nr. 14
1.3	Video gastroskopas	2 vnt.	Video gastroskopas FUJIFILM ELUXEO EG-760R G7 karta – 2 vnt. Prekių aprašymo psl. Nr. 8

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametru reikšmės	Siūlomi techniniai parametrai ir jų konkrečios reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir <u>puslapio Nr., pažymintis vieta, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo Nr.)</u>
1.3.1	Apžiūros laukas	$\geq 140^\circ$	Apžiūros laukas 140° Prekių aprašymo psl. Nr. 8
1.3.2	Endoskopo vaizdo sensoriaus tipas	CMOS	Endoskopo vaizdo sensoriaus tipas CMOS Prekių aprašymo psl. Nr. 8
1.3.3	Endoskopas prijungiamas viena jungtimi	Būtina	Endoskopas prijungiamas viena jungtimi Prekių aprašymo psl. Nr. 3
1.3.4	Belaidis endoskopo maitinimas	Būtina	Belaidis endoskopo maitinimas Prekių aprašymo psl. Nr. 3
1.3.5	Regėjimo nuotolis	$\leq 2 - \geq 100$ mm	Regėjimo nuotolis 2 – 100 mm Prekių aprašymo psl. Nr. 8
1.3.6	Lenkimo kampai: 1. aukštyn/žemyn 2. dešinėn/ kairėn	1. $\geq 210^\circ / \geq 90^\circ$ 2. $\geq 100^\circ / \geq 100^\circ$	Lenkimo kampai: 1. aukštyn 210° /žemyn 90° 2. dešinėn 100° / kairėn 100° Prekių aprašymo psl. Nr. 8
1.3.7	Įvedamosios dalies diametras	$\leq 9,3$ mm	Įvedamosios dalies diametras 9.3 mm Prekių aprašymo psl. Nr. 8
1.3.8	Distalinio galo diametras	$\leq 9,2$ mm	Distalinio galo diametras 9,2 mm Prekių aprašymo psl. Nr. 8
1.3.9	Instrumentinio kanalo diametras	≥ 2.8 mm	Instrumentinio kanalo diametras 2.8 mm Prekių aprašymo psl. Nr. 8
1.3.10	Oro/vandens kanalas	Būtina	Oro/vandens kanalas Prekių aprašymo psl. Nr. 8
1.3.11	Darbinis ilgis	$1100 \text{ mm} \pm 10 \text{ mm}$	Darbinis ilgis 1100 mm Prekių aprašymo psl. Nr. 8
1.3.12	Bevielio maitinimo ritės	Būtina	Bevielio maitinimo ritės Prekių aprašymo psl. Nr. 3
1.3.13	Video gastroskopas suderinamas su siūlomo vaizdo procesoriaus ir šviesos šaltinio spalviniais režimais	Būtina	Video gastroskopas suderinamas su siūlomo vaizdo procesoriaus ir šviesos šaltinio spalviniais režimais Prekių aprašymo psl. Nr. 4
1.4	Medicininis monitorius	1 vnt.	Medicininis monitorius RADIANCE ultra 27– 1 vnt. Prekių aprašymo psl. Nr. 18
1.4.1	Įstrižainė	$\geq 27''$	Įstrižainė $27''$ Prekių aprašymo psl. Nr. 18
1.4.2	Skiriamoji geba	$\geq 1920 \times 1080$	Skiriamoji geba FULL HD 1920×1080 Prekių aprašymo psl. Nr. 18
1.4.3	Įėjimo jungtis	DVI	Įėjimo jungtis DVI Prekių aprašymo psl. Nr. 18
1.5	Endoskopinis vežimėlis	1 vnt.	Endoskopinis vežimėlis ITD-03 Iso– 1 vnt. Prekių aprašymo psl. Nr. 17
1.5.1	Laikiklis monitoriui	Būtina	Laikiklis monitoriui Prekių aprašymo psl. Nr. 17
1.5.2	Endoskopų laikiklis	≥ 2 endoskopams	Endoskopų laikiklis 2 Endoskopams komplektuojamas kartu su vežimėliu Prekių aprašymo psl. Nr. 17

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametru reikšmės	Siūlomi techniniai parametrai ir jų konkrečios reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vieta, kurioje yra siūlomos techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo Nr.)
1.5.3	Lentynos įrangai	≥ 2	Lentynos įrangai 3 Prekių aprašymo psl. Nr. 17
1.6	Endoskopinis siurblys	1 vnt.	Endoskopinis siurblys Mevac M38 1 vnt. Prekių aprašymo psl. Nr. 20
1.6.1	Našumas	≥ 40 L/min	Našumas 40 L/min Prekių aprašymo psl. Nr. 22
1.6.2	Vakuumas	≥ 90 kPa	Vakuumas 93 kPa Prekių aprašymo psl. Nr. 22
1.7	Irigacinė pompa	1 vnt.	Irigacinė pompa JW-2 – 1 vnt. Prekių aprašymo psl. Nr. 19
1.7.1	Reguliuojama irigacijos srovė	Būtina	Reguliuojama irigacijos srovė Prekių aprašymo psl. Nr. 19
1.8	Garantija visai siūlomai įrangai	≥ 12 mėnesių	Garantija 12 mėnesių
1.9	Naudojimo instrukcija	Lietuvių ir originalo kalba. Pristatoma kartu su prekėmis	Kartu su pristatoma įranga pateikiame naudojimo instrukcija, lietuvių ir originalo kalba
1.10	CE atitikties sertifikatas	Būtina. Pateikti kopiją	Kartu su pasiūlymu pateikiame CE sertifikatą Prekių aprašymo psl. Nr. 23-26
1.11	Gamintojo įgaliojimas parduoti siūlomą sistemą, vykdyti instaliacijos darbus, teikti techninę priežiūrą garantiniu ir po garantiniu laikotarpiu	Būtina. Pateikti kopiją	Kartu su pasiūlymu pateikiame gamintojo įgaliojimą parduoti siūlomą sistemą, vykdyti instaliacijos darbus, teikti techninę priežiūrą garantiniu ir po garantiniu laikotarpiu Prekių aprašymo psl. Nr. 27-28

Pastaba: grafoje “Tiekėjo siūlomos prekės rodiklių reikšmės” nurodomi konkretūs siūlomi parametrai, taip pat pateikiamos nuorodos į konkrečius pasiūlymo puslapius.

Administratorė-viešųjų pirkimų specialistė
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Vilma Gudonienė
(Vardas ir pavardė)