

SUSITARIMAS Nr. 1

prie 2020-05-04 viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. (3.34)-DP-226/2020/SL20-18

2021 m. balandžio 1 d.
Klaipėda

UAB „GRAINA“ (toliau – Paslaugų teikėjas), adresas: Durpyno g. 22, LT-36237 Panevėžys, tel. 8 45 570605, faks. 8 45 433540, įmonės kodas 147736647, a.s. Nr. LT637044060002635618, AB SEB bankas, atstovaujama**Direktorius**....., veikiančio pagal bendrovės įstatus, – viena šalis,
ir **Arūnas Padvaris**

VŠĮ RESPUBLIKINĖ KLAIPĖDOS LIGONINĖ (toliau – Paslaugų gavėjas), adresas: S. Nėries g. 3, LT-92231 Klaipėda, tel. (8 46) 41 07 11, faks. (8 46) 41 07 16, el. paštas info@kal.lt, įmonės kodas 191340088, a.s. LT 814010042300628822 Luminor Bank AS, atstovaujama direktoriaus Dariaus Steponkaus – kita šalis, toliau kartu šiame susitarime vadinamos „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaujantis 2020-05-04 viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. (3.34)-DP-226/2020/SL20-18 (toliau – Sutartis) 18.6 punktų nuostatomis, sudarė šį susitarimą:

1. Dėl pastebėtų techninių klaidų tikslinamas Sutarties priedo Nr. 1 „Techninė specifikacija ir Paslaugų įkainiai“ Paslaugų įkainių lentelės antros eilutės šeštame stulpelyje bei Techninės specifikacijos lentelės antros eilutės šeštame stulpelyje nurodytas hematologinių tepinėlių paruošimo įrenginio Mindray SC-120 serijos numeris, kuris vietoje „Serijos Nr. TK-61000418“ turi būti „**Serijos Nr. TK-67000085**“ ir išdėstomas 1 priedas nauja redakcija:

1 priedas
prie 2020-05-04 viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. (3.34)-DP-226/2020/SL20-18

MEDICINOS PRIETAISŲ (MP) TECHNINĖS PRIEŽIŪROS (TP) IR REMONTO PASLAUGŲ ĮKAINIAI

Pirkimo objekto dalis	Prietaiso pavadinimas	Tipas/Modelis	MP kiekis	Gamintojas	Serijos Nr.	Pagaminimo data	Adresas, skyrius	
21	Hematologinių tepinėlių paruošimo įrenginys	Mindray SC-120	1	MINDRAY	TK-67000085	2016	Klinikinės diagnostikos laboratorija S. Nėries g. 3.	
Eil. Nr.	Pavadinimas	MP kiekis	Mato vnt.	Preliminarus paslaugų kiekis per 36 mėn.	1 mato vnt. įkainis Eur be PVM*	Suma Eur be PVM* (dauginti: 3 stulp.x5 stulp. x6 stulp.)	PVM tarifas 21 % Eur*	Suma Eur su PVM*

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Techninė priežiūra	1	Kartai	6	670,00	4.020,00	844,20	4.864,20
2.	Remonto darbai	1	Val.	20	50,00	1.000,00	210,00	1.210,00
Viso 21 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur su PVM								6.074,20

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
MP TECHNINĖS PRIEŽIŪROS (TP) IR REMONTO PASLAUGOS

Pirkimo objekto dalies Nr.	Medicinos prietaiso pavadinimas	Kiekis, vnt.	Tipas/ Modelis	Gamintojas	Pagaminimo metai	Serijos Nr.	Adresas, skyrius	TP periodiškumas	TP Mato vnt.	TP paslaugų preliminarus kiekis per 36 mėn.	Remonto darbų mato vnt.	Remonto paslaugų preliminarus val. kiekis per 36 mėn.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21.	Hematologinių tepinėlių paruošimo įrenginys	1	Mindray SC-120	MINDRAY	2016	TK-67000085	Klinikinės diagnostikos laboratorija S. Nėries g. 3.	Kas šešis mėnesius	kartai	6	val.	20

2. Dėl pastebėtų techninių klaidų tikslinamas Sutarties priedo Nr. 2 „Medicinos prietaisų techninės priežiūros reglamentas“ pavadinime nurodytas hematologinių tepinėlių paruošimo įrenginio Mindray SC-120 serijos numeris, kuris vietoje „Serijos Nr. TK-61000418“ turi būti „Serijos Nr. TK-67000085“ ir išdėstomas 2 priedas nauja redakcija:

R. Brazauskas

MEDICINOS PRIETAISŲ TECHININĖS PRIEŽIŪROS REGLAMENTAS

** Medicinos prietaisų techninė priežiūra (toliau - MP TP) – tai techninių priemonių ir darbų kompleksas naudojamo MP darbingumui ir tvarkingumui išlaikyti. MP TP apima apžiūrą, valymą, elektrinių, mechaninių dalių, eksploatacinių medžiagų ir pan. pakeitimą (kaip tai numatyta gamintojo TP reglamentuose), MP derinimą (jei reikia) ir funkcionalumo patikrinimą.*

21 PIRKIMO OBJEKTO DALIS HEMATOLOGINIŲ TEPINĖLIŲ PARUOŠIMO ĮRENGINYS MINDRAY SC-120 Serijos TK-67000085

Paslaugų apimtys	Paslaugų atlikimo periodiškumas	Atitikimas
1. Patikrinamas įrenginio statusas: temperatūra, drėgmė, vakumas, slėgis. 2. Patikrinami įrenginio aušintuvai ir tepinėlių džiovinimo ventiliatoriai. 3. Patikrinami ir sukalibruojami analoginiai sensoriai. 4. Patikrinama ir išvaloma persipildymo talpa. 5. Patikrinama pneumatinės sistemos atgalinės vonelės būklė. 6. Patikrinamos vidinės buferio cisternos. 7. Patikrinami švirkštai. 8. Patikrinama ir išvaloma tepinėlių paėmimo sistema. 9. Patikrinama spausdintuvo galva. 10. Patikrinami tepinėlių krepšeliai, jų sensoriai ir diržai. 11. Patikrinama ir pakoreguojama tepinėlių transportavimo sistema. 12. Patikrinamas ir išvalomas tepinėlių stikliukų padavimo mechanizmas. 13. Patikrinamos ir išvalomos mėginio paėmimo ir padavimo sistemos bei pakeičiama spausdinimo termo kalkė.	Pirmo ir antro pusmečio profilaktika	Kas pusmetį atliekami šie darbai: 1. Patikrinamas įrenginio statusas: temperatūra, drėgmė, vakumas, slėgis. 2. Patikrinami įrenginio aušintuvai ir tepinėlių džiovinimo ventiliatoriai. 3. Patikrinami ir sukalibruojami analoginiai sensoriai. 4. Patikrinama ir išvaloma persipildymo talpa. 5. Patikrinama pneumatinės sistemos atgalinės vonelės būklė. 6. Patikrinamos vidinės buferio cisternos. 7. Patikrinami švirkštai. 8. Patikrinama ir išvaloma tepinėlių paėmimo sistema. 9. Patikrinama spausdintuvo galva. 10. Patikrinami tepinėlių krepšeliai, jų sensoriai ir diržai. 11. Patikrinama ir pakoreguojama tepinėlių transportavimo sistema. 12. Patikrinamas ir išvalomas tepinėlių stikliukų padavimo mechanizmas.

Resat

Paslaugų apimtys	Paslaugų atlikimo periodiškumas	Atitikimas
14. Patikrinama ir išvaloma automatinė mėginių paėmimo sistema. 15. Patikrinama ir išvaloma tepinėlių paruošimo mentelė bei jos valymo vonelė. 16. Patikrinamos ir išvalomos tepinėlių dažymo kasetės. 17. Patikrinamas ir išvalomas dažymo kasečių paskirstymo mechanizmas. 18. Patikrinama ir išvaloma automatinė mėginių padavimo sistema. 19. Pakeičiami dažų ir oro filtrai.		13. Patikrinamos ir išvalomos mėginio paėmimo ir padavimo sistemos bei pakeičiama spausdinimo termo kalkė. 14. Patikrinama ir išvaloma automatinė mėginių paėmimo sistema. 15. Patikrinama ir išvaloma tepinėlių paruošimo mentelė bei jos valymo vonelė. 16. Patikrinamos ir išvalomos tepinėlių dažymo kasetės. 17. Patikrinamas ir išvalomas dažymo kasečių paskirstymo mechanizmas. 18. Patikrinama ir išvaloma automatinė mėginių padavimo sistema. 19. Pakeičiami dažų ir oro filtrai.

3. Dėl pastebėtų techninių klaidų tikslinamas Sutarties priedo Nr. 3 „Paslaugų teikimo grafikas“ lentelės antros eilutės ketvirtame stulpelyje nurodytas hematologinių tepinėlių paruošimo įrenginio Mindray SC-120 inventorinis numeris, kuris vietoje „Inventorinis Nr. 127470226“ turi būti „**Inventorinis Nr. 124071941**“, penktame stulpelyje nurodytas serijos numeris, kuris vietoje „Serijos Nr. TK-61000418“ turi būti „**Serijos Nr. TK-67000085**“, šeštame stulpelyje nurodytas techninės priežiūros periodiškumas vietoj „1 kartą metuose“, turi būti „**2 kartus metuose**“, septintame stulpelyje nurodyti tikrinimo data mėnesiais ir išdėstomas 3 priedas nauja redakcija:

R. Brazauskas

PASLAUGŲ TEIKIMO GRAFIKAS

Pirkimo objekto dalies Nr.	Medicinos prietaiso pavadinimas	Modelis, Gamintojas	Inventorinis Nr.	Gamyklinis Nr.	Techninės priežiūros periodiškumas	Tikrinimo data												
						Metai												
						2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	
						2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	
						2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	
						Mėnuo												
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
21.	Hematologinių tepinėlių paruošimo įrenginys	Mindray SC-120 MINDRAY	124071941	TK-67000085	2 kartai metuose				- X X X							X X X -		

- Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatsiejama Sutarties dalis.
- Šį Susitarimą Šalys sudarė savanoriškai ir laisva valia. Susitarimas surašytas lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

Paslaugų gavėjas

VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė

Direktorius
Darius Steponkus

.....A.V.

Testuokė
Renata Buzienė

Medicininės apsaugos
priežiūros skyriaus vadovė
Gintarė Kazlauskė

Paslaugų teikėjas UAB „Graina“

Direktorius

Arūnas Padvariškis

