



Uždaroji akcinė bendrovė

DIAGNOSTINĖS SISTEMOS

Kalvarijų sodų 1-oji 2, LT-08342 Vilnius, tel.: (5) 274 04 94, faks.: (5) 277 76 20,
a/s LT90 7044 0600 0112 1835, AB "Vilniaus Bankas", Vilniaus filialas, b/k 26010170440,
įmonės kodas 122263421, PVM mokėtojo kodas LT-222634219

KOMERCINIS PASIŪLYMAS

2015 balandžio 14 d.
Vilnius

Pagal gamintojo reglamentą, analizatoriui Autoblot 3000 (Sn: AB30513-1390) kartą metuose reikia atlikti techninę profilaktiką.

Techninės profilaktikos metu atliekami darbai:

Keičiamos peristaltinių pompų žarnelės, keičiami skysčių ir reagentų padavimo vamzdeliai bei jų jungtys, skysčių ir reagentų padavimo antgaliai. Atliekamas analizatoriaus mechaninių mazgų patikrinimas, valymas ir sutepimas. Patikrinamas peristaltinių pompų mechanizmo veikimas, patikrinami peristaltinių pompų žarnelių užspaudėjai. Patikrinamas reagentų ir skysčių dozavimas.

Techninės profilaktikos metu naudojamos medžiagos:

36087 Kasmetinės priežiūros rinkinys (PM Kit)

Techninės profilaktikos kaina:

36087 Kasmetinės priežiūros rinkinys (PM Kit) 279 EUR + PVM

Viso: 279 EUR + PVM

UAB "Diagnosticinės sistemos"
Inžinierius,
Povilas Tiešis