

VIEŠOJO PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

2021-04-30

Nr. LS- 95/RC-292/177

Alytus

Viešoji įstaiga Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninė, juridinio asmens kodas 190272175, kurios registruota buveinė yra Ligoninės g.12, LT-62114 Alytus, Lietuvos Respublika, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Artūro Vasiliausko, iš vienos pusės (toliau - Pirkėjas), ir UAB „Limeta“, juridinio asmens kodas 221906050, kurio registruota buveinė yra V. A. Graičiūno g.4, LT-02241 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Virginijaus Domarko, veikiančio pagal įstatus, iš kitos pusės (toliau - Tiekėjas), toliau kartu šioje viešojo prekių pirkimo-pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, atsižvelgdamos į įvykusio viešosios įstaigos Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės organizuoto medicinos įrangos viešojo atviro konkurso pirkimo (toliau – Pirkimas) rezultatus ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus bei aukščiau nurodyto pirkimo sąlygomis sudarėme šią sutartį (toliau – Sutartis):

I. SUTARTIES DALYKAS

1. Šia Sutartimi Tiekėjas, laimėjęs atvirą konkursą medicinos įrangai, pirkimo Nr.532471) (toliau – Prekės) pirkti, įsipareigoja parduoti, o Pirkėjas priimti užsakytas Prekes ir sumokėti už jas nustatytą kainą šioje Sutartyje nurodytais terminais ir tvarka.

2. Prekių asortimentas, kiekis ir kainos nurodytos Sutarties 1 priede, kuris yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

3. Tiekėjas pareiškia, kad parduodamų Prekių kokybė atitinka techninius reikalavimus, nurodytus Sutarties 2 priede.

4. Jeigu dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių (prekių gamintojas nebegamina, rinkoje pasirodo to paties gamintojo naujos šio modelio prekės, kurių techniniai parametrai yra geresni nei nurodyti pirkimo dokumentuose) Tiekėjas negali pristatyti nurodyto modelio Prekės, Sutarties Šalims raštu susitarus, Tiekėjas gali pristatyti kito modelio Prekę su sąlyga, kad naujas modelis atitiks jam keliamus reikalavimus ir bus pristatomas už tą pačią kainą.

II. KAINODAROS TAISYKLĖS IR ATSISKAITYMŲ TVARKA

5. Sutarties kaina su (21%) PVM yra 64 980,00 EUR (šešiasdešimt keturi tūkstančiai devyni šimtai aštuoniasdešimt Eur), tame skaičiuje PVM 11 277,52 EUR. Sutarties kaina be PVM yra 53 702,48 EUR (penkiasdešimt trys tūkstančiai septyni šimtai du Eur 48 ct).

6. Į kainą turi būti įskaičiuotos visos išlaidos ir mokesčiai, įskaitant pristatymo, pakrovimo, instaliavimo, apmokymo, garantinio aptarnavimo, sąskaitų pateikimo per E-sąskaitą išlaidas. Pirkėjas įsipareigoja apmokėti už Prekes pavedimu į Tiekėjo atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT257044060001645641 AB SEB bankas, b/k 70440. Kadangi šią Sutartį numatoma finansuoti iš ES struktūrinių fondų lėšų, naudojant sąskaitų apmokėjimo būdą pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-319, kuriam reikalingi ilgesni nei 30 d. apmokėjimo terminai, Pirkėjas apmoka Tiekėjui už Prekes pagal gautas PVM sąskaitas faktūras mokesčiniu pavedimu per banką:

6.1. Su Tiekėju atsiskaitoma per 5 darbo dienas nuo paramos lėšų gavimo į Pirkėjo sąskaitą, bet ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo Prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos-faktūros pateikimo dienos.

7. Perkančioji organizacija numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybę. Subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Pirkėjui. Tais atvejais, kai subtiekėjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė

sutartis tarp Pirkėjo, Tiekėjo ir jo subtiekejo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekeju tvarka, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir subtiekimu sutartyje nustatytus reikalavimus.

8. Sutartyje numatyta Prekių kaina negali būti didinama visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

9. Sutarties kaina dėl pasikeitusių mokesčių bus perskaičiuojama tokia tvarka:

9.1. mokestis, kuriam pasikeitus bus perskaičiuojama kaina: pridėtinės vertės mokestis (PVM).

9.2. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui, nepateiktų Prekių kaina keičiama (mažinama ar didinama) proporcingai PVM pasikeitusio tarifo dydžiui.

10. Kainos pakeitimas įforminamas papildomu susitarimu.

11. Perskaičiuotos kainos pradedamos taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme, kuriuo keičiasi šio mokesčio tarifas, pakeisto tarifo įsigaliojimo dienos.

III. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

12. Šalys privalo sąžiningai, protingai, tinkamai, laiku ir kokybiškai įvykdyti savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį.

13. Tiekėjas įsipareigoja:

13.1. pristatyti Prekes į Pirkėjo nurodytą vietą per nustatytą terminą šios Sutarties nustatytomis sąlygomis ir tvarka; pristatant prekes pateikti CE sertifikatą.

13.2. per 10 (dešimt) darbo dienų savo sąskaita pakeisti nekokybiškas Prekes kokybiškomis.

13.3. Tiekėjas PVM sąskaitą faktūrą / sąskaitą faktūrą privalo pateikti naudojantis VĮ Registrų centro administruojama elektronine paslauga „E. sąskaita“. Elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu www.esaskaita.eu

14. Tiekėjas turi teisę reikalauti, kad Pirkėjas priimtų kokybiškas Prekes ir už jas sumokėtų Sutartyje nustatytą kainą.

15. Vykdam Sutartį, pasitelkiami šie subtiekejai [įvardyti] šioms Prekėms tiekti [nurodyti] (arba nurodyti, kad subtiekejai nepasitelkiami).

16. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Tiekėjas įsipareigoja Pirkėjui pranešti tuo metu žinomų subtiekejų (jei jie pasitelkiami Sutarties vykdymui) pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Tiekėjas įsipareigoja informuoti Pirkėją apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekejus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

17. Subtiekimu sutarties sudarymas nekeičia Tiekėjo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.

18. Tiekėjas, raštu kreipdamasis į Pirkėją dėl subtiekejo keitimo, privalo nurodyti šias aplinkybes, įskaitant, bet neapsiribojant:

18.1. subtiekejas yra bankrutavęs;

18.2. subtiekejas yra likviduojamas;

18.3. subtiekejui yra iškelta restruktūrizavimo byla;

18.4. subtiekejui yra iškelta bankroto byla;

18.5. subtiekejui bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka;

18.6. subtiekejui inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros;

18.7. subtiekejas su kreditoriais yra sudaręs taikos sutartį;

18.8. subtiekejas yra sustabdęs ar apribojęs savo veiklą;

18.9. subtiekejas pakeitė savo veiklą ir nebevykdo veiklos, susijusios su prisiimtomis prievolėmis;

18.10. subtiekejas nutraukė Prekių tiekimą ir / ar atsisakė tęsti veiklą;

18.11. kitos aplinkybės.

19. Tiekėjas, raštu kreipdamasis į Pirkėją dėl naujo subtiekejo pasitelkimo, privalo nurodyti šias aplinkybes, įskaitant, bet neapsiribojant:

19.1. subtiekejo pasitelkimas pagreitintų Prekių pristatymą, instaliavimą / įdiegimą, Pirkėjo personalo apmokymą, kt.;

19.2. Sutarties vykdymo metu paaiškėja aplinkybės, kurios nebuvo žinomos anksčiau ir joms esant Tiekėjas negali vykdyti įsipareigojimų pagal Sutartį, kol nebus pasitelktas naujas subtiekejas;

19.3. kitos aplinkybės.

20. Tiekėjas, raštu kreipdamasis į Pirkėją dėl sutikimo keisti subtiekėją ir / ar pasitelkti naują subtiekėją, privalo nurodyti kokias Sutarties dalis ir kokius subtiekėjus jis ketina pasitelkti. Naujas subtiekėjas privalo atitikti visus subtiekėjui Pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus. Tais atvejais, kai Tiekėjas remiasi subtiekėjo pajėgumais, Pirkėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, gali patikrinti, ar nėra šio įstatymo nurodytų Tiekėjo subtiekėjo pašalinimo pagrindų. Tokiu atveju, jeigu subtiekėjo padėtis atitinka bent vieną pagal šio įstatymo 46 straipsnį nustatytą pašalinimo pagrindą, Pirkėjas reikalaus, kad Tiekėjas per Pirkėjo nustatytą terminą pakeistų minėtą subtiekėją reikalavimus atitinkančiu subtiekėju.

21. Pirkėjas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Tiekėjo rašto gavimo dienos, privalo išnagrinėti tokį Tiekėjo raštą bei priimti motyvuotą sprendimą, kurį raštu pateikia Tiekėjui. Šalims nesutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, ginčas sprendžiamas Šalių derybomis. Derybų pradžia laikoma diena, kurią Šalis pateikė prašymą raštu kitai Šaliai su siūlymu dėl ginčo sprendimo pradėti derybas. Šalims nepavykus susitarti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo derybų pradžios, ginčas sprendžiamas kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme. Šalims susitarus, turi būti sudaromas rašytinis Šalių susitarimas dėl Sutarties sąlygų keitimo. Susitarimas įsigalioja nuo jame nurodytos datos ir / ar aplinkybės ir tampa neatsiejama šios Sutarties dalimi.

22. Pirkėjas įsipareigoja:

22.1. sumokėti Tiekėjui per Sutarties 6 punkte nurodytą terminą už kokybiškas ir laiku pristatytas Prekes;

22.2. priimti savo nuosavybėn kokybiškas, atitinkančias Sutartyje nustatytus reikalavimus, nustatytu terminu pateiktas Prekes.

23. Pirkėjas turi teisę:

23.1. reikalauti, kad jam būtų perduotos perkamos Prekės;

23.2. reikalauti, kad Pardavėjas atlygintų nuostolius, padarytus įvykdymo uždelsimu ar atsiradusius pateikus nekokybišką Prekę.

IV. PREKIŲ TIEKIMO TVARKA IR GARANTIJOS

24. Tiekėjas Prekes pristato adresu: Ligoninės g.12, Alytus, savo transportu ir savo lėšomis per 3 (tris) kalendorinius mėnesius nuo raštiško pirkėjo užsakymo pateikimo Tiekėjui.

25. Prekių priėmimo faktą patvirtina pasirašytas Prekių perdavimo – priėmimo aktas. Prekių priėmimo – perdavimo aktas pasirašomas tik tada, kai įvykdytos šios sąlygos:

25.1. Prekės pristatytos nurodytu adresu;

25.2. Prekės išpakuotos;

25.3. instaliuota visa būtina techninė ir programinė įranga (*jeigu taikoma*);

25.4. įranga suderinta, nustatyti gamintojo nurodyti reikalaujami parametrai ir išbandytas įrangos veikimas darbinėje aplinkoje (*jeigu taikoma*);

25.5. perduota Pirkėjui vartotojo instrukcija, kita techninė dokumentacija originalo ir lietuvių kalbomis;

25.6. apmokytas ligoninės medicinos ir/ar techninis personalas (pateikiamas įrangos pasas su užpildytais grafomis) (*jeigu taikoma*).

25.7. Prekių priėmimą perdavimo – priėmimo akte Pirkėjo įgaliotas asmuo patvirtina parašu, nurodydamas vardą, pavardę, pareigas, Prekių priėmimo datą.

26. Pirkėjas Prekių kiekius, kokybę ir komplektiškumą turi tikrinti Prekių perdavimo Pirkėjui metu. Pretenzijas dėl Prekių paslėptų trūkumų Pirkėjas gali pareikšti raštu ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Prekių gavimo. Aktą dėl Prekių trūkumų turi pasirašyti Pirkėjo ir Pardavėjo atstovai.

27. Pirkėjas turi teisę atsisakyti priimti neatitinkančias užsakymo ir/ar nekokybiškas Prekes.

28. Iki užsakytų Prekių priėmimo visa atsakomybė dėl Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo tenka Pardavėjui.

29. Parduodamoms Prekėms yra suteikiama Prekių gamintojo garantija, kurios terminas nurodytas parduodamų prekių techninėje specifikacijoje (Viešojo prekių pirkimo-pardavimo sutarties 2 priede).

30. Garantiniu laikotarpiu paaiškėjus, kad Prekė neatitinka kokybės reikalavimų ar atsiradus Prekių defektams, Tiekėjas turi juos neatlygintinai pašalinti arba Prekes pakeisti naujomis savo lėšomis.

31. Už Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymą atsakingas pardavimų vadybininkas Marius Maliūnas, tel. 8 5 264 9696, faks. – 8 5 260 2055 el. paštas vilnius@limeta.lt.

32. Už Pirkėjo įsipareigojimų vykdymo, prekių pristatymo terminų laikymosi koordinavimą (organizavimą), taip pat prekių atitikties pirkimo sutartyje numatytiems kokybiniais ir kitiems reikalavimams stebėseną atsakingas – Giedrius Maskoliūnas, inžinierius medicinos technikos priežiūrai ir remontui, tel. 8 315 56371, el. paštas: maskoliunas@ligonine.lt.

33. Pirkėjo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas, yra viešųjų pirkimų organizatorė Janina Šileikienė.

V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

34. Jei Tiekėjas vėluoja pristatyti visas ar dalį Prekių Sutartyje ar Sutarties 43 punkte numatytaime papildomame Susitarime numatytais terminais arba įvykdyti garantinius įsipareigojimus Sutartyje numatytais terminais, Pirkėjas turi teisę, pradėti skaičiuoti 0,02 % dydžio delspinigius nuo laiku nepateiktų Prekių kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo dienos, bet ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų, pradedant skaičiuoti nuo termino praleidimo dienos. Praėjus Šalių sutartam 30 dienų terminui ir Tiekėjui per šį terminą nepateikus visų ar dalies prekių Pirkėjas taikys Sutarties 35 punkte numatytą baudą ir gali vienašališkai nutraukti Sutartį.

35. Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdas – bauda. Tiekėjui neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius Sutartyje ar jos prieduose nustatytų įsipareigojimų (pristatytos Prekės neatitinka kokybinių ir kitų reikalavimų nustatytų Sutartyje ar Techninėje specifikacijoje, vieną kartą praleistas Sutartyje (o jei buvo Šalių pasirašytas papildomas susitarimas, tai susitarime) Šalių sutartas prekių pristatymo terminas, neištaisyti nustatyti Prekių trūkumai), Tiekėjas moka Pirkėjui 5 % dydžio baudą nuo neįvykdytos Sutarties sumos. Baudos sumokėjimas neatleidžia Tiekėjo nuo tolimesnio Sutarties vykdymo.

36. Delspinigių ir baudos sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo pareigos įvykdyti šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.

37. Pirkėjas, uždelsęs sumokėti Sutarties 6 punkte numatyta tvarka, įsipareigoja Tiekėjui pareikalavus mokėti Tiekėjui 0,02 % delspinigius nuo neapmokėtos sąskaitos dydžio, už kiekvieną uždelstą dieną.

VI. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

38. Visi ginčai tarp Šalių dėl šios Sutarties vykdymo sprendžiami Šalių susitarimu.

39. Šalims nesusitarus, ginčai nagrinėjami teisme vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

VII. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)

40. Atsiradus nenugalimos jėgos aplinkybėms, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu bei Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840, ir atleidžiamos nuo atsakomybės dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių buvimo laikotarpiu.

41. Šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių negali vykdyti pagal šią Sutartį prisiimtų įsipareigojimų, privalo nedelsdama raštu pranešti apie tai kitai Šaliai. Išnykus

nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms, Šalis, negalėjusi vykdyti pagal šią Sutartį prisiimtų įsipareigojimų, privalo nedelsdama pranešti kitai Šaliai apie nurodytų aplinkybių išnykimą.

VIII. SUTARTIES GALIOJIMAS IR KITOS SĄLYGOS

42. Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai ją pasirašo abi Sutarties šalys. Sutarties trukmė 12 mėn.

43. Numatoma Prekių tiekimo trukmė: Prekės turi būti pristatytos, instaliuotos, įvestos į eksploataciją bei Pirkėjo darbuotojai apmokyti per Sutarties 24 punkte nustatytą terminą.

44. Jeigu dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių objektyvių aplinkybių (gamintojas bankrutuoja, nutraukta/sustabdyta gamyba ir pan.) Tiekėjas negali laiku pristatyti Prekių, Sutarties Šalims susitarus Prekių pristatymo terminas gali būti pratęsimas 1 mėnesiui. Prekių pristatymo termino pratęsimas įforminamas rašytiniu Šalių susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

45. Sutartis gali būti nutraukta rašytiniu Šalių susitarimu.

46. Tiekėjui nevykdant šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų, Pirkėjas gali vienašališkai nutraukti Sutartį, apie numatomą Sutarties nutraukimą raštu pranešęs Tiekėjui prieš 30 (trisdešimt) dienų.

47. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis ir esant šios sutarties 44 punkte numatytiems aplinkybėms.

48. Jeigu Tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Tiekėjas perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintis asmenys.

49. Vykdam Sutartį, turi būti laikomasi aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, nustatytų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, kolektyvinėse sutartyse ir Viešųjų pirkimų įstatymo 5 priede nurodytose tarptautinėse konvencijose.

50. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

51. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną Tiekėjui ir Pirkėjui.

52. Sutarties dokumentai yra pati Sutartis ir jos priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis. Ant Sutarties ir priedų turi būti Tiekėjo ir Pirkėjo parašai bei antspaudai, kai pareiga turėti antspaudą nustatyta Tiekėjo ir Pirkėjo steigimo dokumentuose arba įstatyme.

53. Sutarties priedai:

53.1. Parduojamų prekių sąrašas (1 priedas);

53.2. Parduojamų prekių techninė specifikacija (2 priedas).

IX. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI:

Pirkėjo

VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė
Ligoninės g. 12, LT-62114 Alytus
Įmonės kodas 190272175

a/s LT737300010091752982

AB Swedbank, b/k 73000

Tel. 8 315 75530, faks. 8 315 75530

Direktorius

Artūras Vasiliauskas



Pardavėjo

UAB „Limeta“

V.A. Graičiūno g. 4, LT-02241 Vilnius

Įmonės kodas 221906050

PVM mokėtojo kodas LT219060515

a/s LT257044060001645641

AB SEB bankas, b/k 70440

Tel. 8 5 264 9696, faks. 8 5 260 2055

Generalinis direktorius

Virginijus Domarkas



Viešojo prekių pirkimo-pardavimo sutarties Nr. LS- 95 1priedas

Parduodamų prekių sąrašas

2021 m. balandžio 30d.

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Gamintojas, modelis	Vnt. kaina EUR su PVM	Bendra suma EUR be PVM	Bendra suma EUR su PVM
5	Ultrasonografas	vnt.	1	Diagnostics Ultrasound System ARIETA 65*, Hitachi	64980,00	53702,48	64980,00

PIRKĖJAS

Direktorius
Artūras Vasiliauskas



TIEKĖJAS

Generalinis direktorius
Virginijus Domarkas



Parduodamų prekių techninė specifikacija

5 pirkimo objekto dalis: Ultrasonografas – 1 vnt.

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai	Reikalaujama reikšmė	Tiekėjo siūlomos prekės rodiklių reikšmės su nuoroda į gamintojo dokumentaciją (katalogo pav., psl.nr) Specifications for Diagnostic Ultrasound System ARIETTA 65*
	Ultrasonografas	1 vnt.	ARIETTA 65
1.	Atliekami tyrimai	1. Abdominaliniai tyrimai; 2. Ginekologiniai tyrimai; 3. Urologiniai tyrimai; 4. Smulkiųjų kūno dalių tyrimai;	1. Abdominaliniai tyrimai; 2. Ginekologiniai tyrimai; 3. Urologiniai tyrimai; 4. Smulkiųjų kūno dalių tyrimai; *9 psl.
2.	Vaizdavimo režimai	1. Dvimatis (B) režimas; 2. M režimas; 3. B ir M režimas; 4. Impulsinis dopleris; 5. Aukšto impulsų pakartojimo dažnio dopleris (HPRF); 6. Spalvinis dopleris; 7. Aukštos raiškos kryptinis galios dopleris; 8. Aukštos raiškos audinių harmoninis vaizdavimas; 9. Tripleksinis vaizdavimas; 10. Realtime laike 3D (4D) vaizdavimas;	1. Dvimatis (B) režimas; *3 psl. 2. M režimas; *3 psl. 3. B ir M režimas; *3 psl. 4. Impulsinis dopleris; *3 psl. 5. Aukšto impulsų pakartojimo dažnio dopleris (HPRF); *3 psl. 6. Spalvinis dopleris; *3 psl. 7. Aukštos raiškos kryptinis galios dopleris; *3 psl. 8. Aukštos raiškos audinių harmoninis vaizdavimas; *20 psl. 9. Tripleksinis vaizdavimas; *3 psl. 10. Realtime laike 3D (4D) vaizdavimas; *3 psl.
3.	Aparato struktūros parametrai	1. Aparatas transportabilus, su fiksuojamais ratukais; 2. Svoris ne daugiau 85 kg.; 3. Ne mažiau kaip 4 aktyvios daviklių jungtys; 4. Dinaminis diapazonas ne blogesnis nei 270 dB;	1. Aparatas transportabilus, su fiksuojamais ratukais; *1 psl. 2. Svoris 85 kg.; *14 lapas 3. 4 aktyvios daviklių jungtys; *14 psl. 4. Dinaminis diapazonas 272 dB; *
4	Sistemos dalys:		4 psl.
4.1	Vaizdo monitorius	1. Su ne mažesne nei 21,5 colių įstrižaine; 2. Pasukamas į abi puses ne mažiau kaip po 180°; 3. Kilnojamas aukštyr ir žemyn ne mažiau nei 20 cm; 4. Palenkiamas į priekį ir atgal;	1. Su 21,5 colių įstrižaine; *14 psl. 2. Pasukamas į abi puses po 180°; Vartotojo vadovo 76 psl. 3. Kilnojamas aukštyr ir žemyn 20 cm; *22 psl. 4. Palenkiamas į priekį ir atgal; *14 psl.ir Vartotojo vadovo 76 psl.
4.2	Valdymo panelė	1. Parametrų valdymui integruotas lietimui jautrus ekranas su ne mažesne nei 10 colių įstrižaine; 2. Pasukama į šonus, kilnojama aukštyr-žemyn;	1. Parametrų valdymui integruotas lietimui jautrus ekranas su 10,1 colių įstrižaine; *14 psl. 2. Pasukama į šonus, kilnojama aukštyr-žemyn; *14 psl.
4.3	Baltai juodų vaizdų	Būtina;	Mitsubishi P95DW; *15 psl.

	spausdintuvas		
5.	Kompensacinis stiprinimas (angl. TGC)	Ne mažiau 8 lygių;	8 lygių; *5 psl.
6.	Daviklių palaikomas dažnių diapazonas	Ne blogesnis nei 1,0-18,0 MHz;	1,0-18,0 MHz; *17 ir 18 psl.
7.	Vaizdų režimai		
7.1	B (2D) režimas	1. Vaizduojamo gylio diapazonas ne blogesnis kaip (0,75 - 40) cm; 2. Vaizdo didinimas realiame laike ir sustabdytame vaizde; 3. Automatinis optimizavimas; 4. Dinaminis diapazonas ne blogesnis nei 40-90 dB; 5. Adaptuotas vaizdavimas aukšta rezoliucija (HI REZ) ne mažiau 8 lygių; 6. Rotacija ne blogiau 90°; 7. Ne mažiau kaip 256 pilkumo skalės lygiai;	1. Vaizduojamo gylio diapazonas (0,75 - 40) cm; *4 psl. 2. Vaizdo didinimas realiame laike ir sustabdytame vaizde; *4 psl. 3. Automatinis optimizavimas; *4 psl. 4. Dinaminis diapazonas 40-90 dB; *4 psl. 5. Adaptuotas vaizdavimas aukšta rezoliucija (HI REZ) 8 lygių; *4 psl. 6. Rotacija 90°; *4 psl. 7. 256 pilkumo skalės lygiai; *4 psl.
7.2	Spalvinio doplerio režimas	1. Kreipiamasis „Steered“ linjinis skenavimas ne blogiau ± 30°; 2. Spalvinis doplerinis kraujotakos greičio kodavimas ne mažiau 15 lygių; 3. Spalvinis doplerinis kraujotakos galios kodavimas ne mažiau 15 lygių; 4. Aukštos rezoliucijos kryptinis galios dopleris; 5. Automatinis optimizavimas;	1. Kreipiamasis „Steered“ linjinis skenavimas ± 30°; *5 psl. 2. Spalvinis doplerinis kraujotakos greičio kodavimas 15 lygių; *5 psl. 3. Spalvinis doplerinis kraujotakos galios kodavimas 15 lygių; *5 psl. 4. Aukštos rezoliucijos kryptinis galios dopleris; *5 psl. 5. Automatinis optimizavimas; *5 psl.
7.3	Spektrinio doplerio režimas	1. Impulsinis dopleris (PW); 2. Didelio impulsų pakartojimo dažnio dopleris (HPRF); 3. Automatinis optimizavimas; 4. Doplerio autotrasavimas realiame laike; 5. Dvigubų vartelių dopleris; 6. Automatinė kampo korekcija; 7. Doplerio vartelių diapazonas ne blogesnis nei (0,5-20,0) mm 8. Kreipiamasis „Steered“ linjinis skenavimas ne blogiau ± 30°; 9. Kampo korekcija ne blogiau 80°;	1. Impulsinis dopleris (PW); *4 psl. 2. Didelio impulsų pakartojimo dažnio dopleris (HPRF); *4 psl. 3. Automatinis optimizavimas *5 psl. 4. Doplerio autotrasavimas realiame laike; *4 psl. 5. Dvigubų vartelių dopleris; *4 psl. 6. Automatinė kampo korekcija; *5 psl. 7. Doplerio vartelių diapazonas (0,5-20,0) mm; *5 psl. 8. Kreipiamasis „Steered“ linjinis skenavimas ± 30°; *5 psl. 9. Kampo korekcija 80°; *5 psl.
7.4	Realaus laiko tūrinis 3D (4D) režimas	1. Pasirinktų 3 sekcijų rodymas vienu metu; 2. Multiplaninė rekonstrukcija MPR; 3. 360 laipsnių kryptinis sukimas; 4. Detalus dominančios srities skenavimas (ROI); 5. Automatinė placentos atskyrimo funkcija; 6. Daugiasluoksnis vaizdavimas (multi slice); 7. Aukštos rezoliucijos funkcija; 8. 4D šešėliavimo funkcija (4D	1. Pasirinktų 3 sekcijų rodymas vienu metu; *13 psl. 2. Multiplaninė rekonstrukcija MPR; *13 psl. 3. 360 laipsnių kryptinis sukimas; *13 psl. 4. Detalus dominančios srities skenavimas (ROI); *13 psl. 5. Automatinė placentos atskyrimo funkcija; *13 psl. 6. Daugiasluoksnis vaizdavimas (multi slice); *13 psl.

		Shading);	7. Aukštos rezoliucijos funkcija; *13 psl. 8. 4D šešėliavimo funkcija (4D Shading); *13 psl.
8.	Reikalavimai komplekte su aparatu pateikiamiems davikliams:		
8.1	Konveksinis daviklis	1. Dažnio diapazonas ne blogesnis kaip nuo 1,0 iki 5,0 MHz; 2. Skenavimo kampas ne mažesnis nei 70°; 3. Konvekso išlenkimas 50 mm ±2 mm; 4. Aukštos raiškos audinių harmoninis vaizdavimas; 5. Plačiajuosčiai harmonikai; 6. Panoraminio vaizdavimo funkcija;	1. Dažnio diapazonas nuo 1,0 iki 5,0 MHz; *17 psl. 2. Skenavimo kampas 70°; *17 psl. 3. Konvekso išlenkimas 50 mm. *25 psl. 4. Aukštos raiškos audinių harmoninis vaizdavimas; *20 psl. 5. Plačiajuosčiai harmonikai; *20 psl. 6. Panoraminio vaizdavimo funkcija; *21 psl.
8.2	Linijinis daviklis	1. Dažnio diapazonas ne blogesnis kaip nuo 5,0 iki 13,0 MHz; 2. Plačiajuosčiai harmonikai; 3. Aukštos raiškos audinių harmoninis vaizdavimas; 4. Skenavimo plotis 50 ±2 mm; 5. Panoraminio vaizdavimo funkcija;	1. Dažnio diapazonas nuo 5,0 iki 13,0 MHz; *18 psl. 2. Plačiajuosčiai harmonikai; *20 psl. 3. Aukštos raiškos audinių harmoninis vaizdavimas; *20 psl. 4. Skenavimo plotis 50 mm; *18 psl. 5. Panoraminio vaizdavimo funkcija; *21 psl.
8.3	Ertminis daviklis	1. Dažnio diapazonas ne blogesnis kaip nuo 2,0 iki 10,0 MHz; 2. Skenavimo kampas ne mažesnis nei 200°; 3. Aukštos raiškos audinių harmoninis vaizdavimas; 4. Specialus ertminio daviklio laikiklis;	1. Dažnio diapazonas nuo 2,0 iki 10,0 MHz; *17 psl. 2. Skenavimo kampas 200°; *17 psl. 3. Aukštos raiškos audinių harmoninis vaizdavimas; *20 psl. 4. Specialus ertminio daviklio laikiklis; *16 psl.
8.4	Tūrinis daviklis	1. Dažnio diapazonas ne blogesnis kaip nuo 2,0 iki 8,0 MHz; 2. Skenavimo kampas ne mažesnis nei 70°; 3. Aukštos raiškos audinių harmoninis vaizdavimas;	1. Dažnio diapazonas nuo 2,0 iki 8,0 MHz; *8 psl. 2. Skenavimo kampas 72°; *18 psl. 3. Aukštos raiškos audinių harmoninis vaizdavimas; *20 psl.
9.	„Cine“ atmintis	1. B režime ne mažiau 60 000 kadrų; 2. M ir D režimuose ne mažiau 15 min.;	1. B režime 63 500 kadrų; *6 psl. 2. M ir D režimuose 15 min.; *6 psl.
10.	Tyrimo duomenų išsaugojimas ir perdavimas	1. Vaizdų archyvavimas DICOM protokolu (aparate turi būti instaliuota DICOM programinė įranga: DICOM structured report, DICOM modality worklist, Storage Media,); 2. Galimybė siųsti vaizdus ir struktūrizuotus duomenis į PACS sistemą; 3. Turi būti galimybė versti	1. Vaizdų archyvavimas DICOM protokolu (aparate turi būti instaliuota DICOM programinė įranga: DICOM structured report, DICOM modality worklist, Storage Media,); *6 psl. 2. Yra galimybė siųsti vaizdus ir struktūrizuotus duomenis į PACS sistemą; *6 lapas

		išsaugotus vaizdus ir vaizdų sekos kilpas į JPEG, RGB (ar analogiškus formatus ir juos išsaugoti; 4. Turi palaikyti duomenų perdavimą LAN tinklais; 5. Ne blogiau nei USB 2,0 4 kanalai; 6. Sistemos kietojo disko talpa ≥ 1 TB; 7. Aparate turi būti instaliuota DICOM 3.0 funkcijas palaikanti programinė įranga;	3. Yra galimybė versti išsaugotus vaizdus ir vaizdų sekos kilpas į JPEG, RGB ir juos išsaugoti; *6 psl. 4. Palaiko duomenų perdavimą LAN tinklais; *14 psl. 5. USB 2,0 5 kanalai; *14 psl. 6. Sistemos kietojo disko talpa 1 TB; *6 psl. 7. Aparate yra instaliuota DICOM 3.0 funkcijas palaikanti programinė įranga; *6 psl.
11.	Skaičiavimų ir matavimų protokolai	1. Specializuoti abdominalinių skaičiavimų ir matavimų protokolai; 2. Specializuoti smulkių kūno dalių skaičiavimų ir matavimų protokolai; 3. Specializuoti ginekologinių skaičiavimų ir matavimų protokolai; 4. Specializuoti urologinių skaičiavimų ir matavimų protokolai; 5. Automatiniai vaisiaus vaizdų matavimai;	1. Specializuoti abdominalinių skaičiavimų ir matavimų protokolai; *9 psl. 2. Specializuoti smulkių kūno dalių skaičiavimų ir matavimų protokolai; *9 psl. 3. Specializuoti ginekologinių skaičiavimų ir matavimų protokolai; *9 psl. 4. Specializuoti urologinių skaičiavimų ir matavimų protokolai; *9 psl. 5. Automatiniai vaisiaus vaizdų matavimai; *11 psl.
12.	Maitinimo šaltinis	200-240V $\pm$ 10%, 50 Hz elektros tinklas.	200-240V $\pm$ 10%, 50 Hz elektros tinklas. *14 psl.
13.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 24 mėn.	24 mėnesiai