

VšĮ Respublikinei Panevėžio ligoninei

**STUBURO KRŪTININĖS – JUOSMENINĖS – DUBENS KAULŲ FIKSATORIŲ, SUBLAMINARINĖS STUBURO FIKSAVIMO SISTEMOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

Pirkimo objekto dalys	Pirkimo objekto dalies pavadinimas ir sudedamųjų dalių techninės specifikacijos	Gamintojas, kilmės šalis. <i>Irašomas tikslios ir konkrečios reikšmės. Nurodomas priedamų katalogų, bukletų ar kt. gamintojo dokumentų puslapis, kuriame aprašytas nurodytas parametras</i>	Mato vnt.	Orientacinis kiekis 12 mėn.	Vnt. kaina be PVM, Eur	Vnt. kaina su PVM, Eur	Bendra kaina be PVM, Eur	Bendra kaina su PVM, Eur
<b>2.</b>	<b>Stuburo krūtininės – juosmeninės – dubens kaulų fiksatoriai</b>							
2.1.	Žemo profilio monoaksialinis sraigtas, pagamintas iš titano. Skirtas atlikti užpakalinę stuburo fiksaciją stuburo krūtininėje, juosmeninėje srityse. Galvutės aukštis ne didesnis 14 mm. Galimybė pasirinkti sraigčių storį nuo 4 iki 7 mm (kas 1 mm) bei sraigčių ilgį nuo 25 iki 55 mm (pasirenkant kas 5 mm). Sraigtas komplektuojamas su veržle strypo fiksavimui.	SpineWay Mont Blanc, Prancūzija - Žemo profilio monoaksialinis sraigtas, pagamintas iš titano. Skirtas atlikti užpakalinę stuburo fiksaciją stuburo krūtininėje, juosmeninėje srityse. Galvutės aukštis 13,25 mm. Galimybė pasirinkti sraigčių storį nuo 4 iki 7 mm (kas 1 mm) bei sraigčių ilgį nuo 25 iki 55 mm (pasirenkant kas 5 mm). Sraigtas komplektuojamas su veržle strypo fiksavimui Prekių aprašymo psl. Nr. 1, 9, 41, 42, 54, 55	vnt.	77	85,00	89,25	6.545,00	6.872,25
2.2.	Žemo profilio poliaksialinis sraigtas, pagamintas iš titano. Skirtas atlikti užpakalinę stuburo fiksaciją stuburo krūtininėje, juosmeninėje srityse. Galvutės aukštis ne didesnis 14 mm. Sraigto galvutė sukasi apie sraigto ašį 360 laipsnių kampų. Galvutės palenkimo į šoną intervalas 25° į visas puses. Galimybė pasirinkti sraigčių storį nuo 4 iki 8 mm (kas 1 mm) bei sraigčių ilgį nuo 25 iki 55 mm (pasirenkant kas 5 mm). Sraigtas komplektuojamas su veržle strypo fiksavimui.	Žemo profilio poliaksialinis sraigtas, pagamintas iš titano. Skirtas atlikti užpakalinę stuburo fiksaciją stuburo krūtininėje, juosmeninėje srityse. Galvutės aukštis 13,94 mm. Sraigto galvutė sukasi apie sraigto ašį 360 laipsnių kampų. Galvutės palenkimo į šoną nuo ašies intervalas iki 30° į visas puses. Galimybė pasirinkti sraigčių storį nuo 4 iki 8 mm (kas 1 mm) bei sraigčių ilgį nuo 25 iki 55 mm (pasirenkant kas 5 mm). Sraigtas komplektuojamas su veržle strypo fiksavimui. Prekių aprašymo psl. Nr. 9, 10, 41, 42, 54, 55	vnt.	140	94,00	98,70	13.160,00	13.818,00
2.3.	Žemo profilio poliaksialinis sraigtas, pagamintas iš titano. Skirtas atlikti užpakalinę stuburo-klubakaulio fiksaciją. Sraigto galvutė sukasi apie sraigto ašį 360 laipsnių kampų. Galvutės palenkimo į šoną nuo ašies intervalas 25° į visas puses. Galimybė pasirinkti sraigčių storį nuo 7 iki 8 mm (kas 1 mm) bei sraigčių ilgį nuo 55 iki 100 mm (pasirenkant kas 5 mm).	Žemo profilio poliaksialinis sraigtas, pagamintas iš titano. Skirtas atlikti užpakalinę stuburo-klubakaulio fiksaciją. Sraigto galvutė sukasi apie sraigto ašį 360 laipsnių kampų. Galvutės palenkimo į šoną nuo ašies intervalas iki 30° į visas puses. Galimybė pasirinkti sraigčių storį nuo 7 iki 8 mm (kas 1 mm) bei sraigčių ilgį nuo 55 iki 100 mm (pasirenkant kas 5 mm).	vnt.	2	214,00	224,70	428,00	449,40

	mm (pasirenkant kas 5 mm). Sraigtas komplektuojamas su veržle strypo fiksavimui.	Sraigtas komplektuojamas su veržle strypo fiksavimui. <i>Prekių aprašymo psl. Nr. 9, 10, 41, 42, 54, 55</i>	vnt.	214,00	224,70	1.070,00	1.123,50	
2.4.	Monoaksialinis redukcinis sraigtas su nulaužiamą paauskštinta galvute, pagamintas iš titano. Skirtas atlikti užpakalinę stuburo fiksaciją stuburo krūtininėje, juosmeninėje srityse. Bendras redukcinės galvutės aukštis 28,25 mm. Galimybė pasirinkti sraigčių storį nuo 4 iki 7 mm (kas 1 mm) bei sraigčių ilgį nuo 25 iki 55 mm (pasirenkant kas 5 mm). Sraigtas komplektuojamas su veržle strypo fiksavimui.	Monoaksialinis redukcinis sraigtas su nulaužiamą paauskštinta galvute, pagamintas iš titano. Skirtas atlikti užpakalinę stuburo fiksaciją stuburo krūtininėje, juosmeninėje srityse. Bendras redukcinės galvutės aukštis 28,25 mm. Galimybė pasirinkti sraigčių storį nuo 4 iki 7 mm (kas 1 mm) bei sraigčių ilgį nuo 25 iki 55 mm (pasirenkant kas 5 mm). Sraigtas komplektuojamas su veržle strypo fiksavimui.	5	214,00	224,70	1.070,00	1.123,50	
2.5.	Poliaksialinis redukcinis sraigtas su nulaužiamą paauskštinta galvute, pagamintas iš titano. Skirtas atlikti užpakalinę stuburo fiksaciją stuburo krūtininėje, juosmeninėje srityse. Bendras redukcinės galvutės aukštis ne mažiau 28 mm Galimybė pasirinkti sraigčių storį nuo 4 iki 7 mm (kas 1 mm) bei sraigčių ilgį nuo 25 iki 55 mm (pasirenkant kas 5 mm). Sraigtas komplektuojamas su veržle strypo fiksavimui.	Poliaksialinis redukcinis sraigtas su nulaužiamą paauskštinta galvute, pagamintas iš titano. Skirtas atlikti užpakalinę stuburo fiksaciją stuburo krūtininėje, juosmeninėje srityse. Bendras redukcinės galvutės aukštis 28,94 mm. Galimybė pasirinkti sraigčių storį nuo 4 iki 7 mm (kas 1 mm) bei sraigčių ilgį nuo 25 iki 55 mm (pasirenkant kas 5 mm). Sraigtas komplektuojamas su veržle strypo fiksavimui.	9	214,00	224,70	1.926,00	2.022,30	
2.6.	Skersinis tvirtinimas užpakalinei fiksacijai atlikti nuo 20 iki 75 mm atstumui tarp strypų. Galimybė rinktis iš 4 dydžių: S (20-30) mm, M (30-45) mm, L (45-60) mm, XL (60-75) mm.	Skersinis tvirtinimas užpakalinei fiksacijai atlikti nuo 20 iki 75 mm atstumui tarp strypų. Galimybė rinktis iš 4 dydžių: S (20-30) mm, M (30-45) mm, L (45-60) mm, XL (60-75) mm.	6	180,00	189,00	1.080,00	1.134,00	
2.7.	Titaninis strypas. Diametras 5,5 mm. Strypo ilgi galima pasirinkti nuo 40 mm iki 500 mm. Būtinai ilgiai – 50mm+/-5mm; 90mm+/-5mm; 120mm+/-5mm; 140mm+/-5mm; 180mm+/-5mm	Titaninis strypas. Diametras 5,5 mm. Strypo ilgi galima pasirinkti nuo 40 mm iki 500 mm. yra būtinai ilgiai 50 mm, 92 mm, 120 mm, 144 mm, 185 mm. <i>Prekių aprašymo psl. Nr. 41, 42</i>	18	43,00	45,15	774,00	812,70	
<b>Pastabos.</b>							<b>Bendra pasiūlymo kaina, Eur</b>	<b>26.232,15</b>

**Pastabos.**

- Komisijai pareikalavus per jos nurodytą terminą (ne mažiau kaip 5 (penkias) darbo dienas) neatlygintinai pateiksime siūlomų Prekių bei instrumentų pavyzdžius originalioje pakuotėje, kurie po pirkimo negrąžinami, neapmokami ir atitiks kokybę tų prekių, kurios bus tiekiamos laimėjus konkursą.
- Laimėjus konkursą, pasirašius sutartį, jos galiojimo laikotarpiu, įsipareigojame pagal panaudą – neatlygintinai suteikti perkancijai organizacijai elektroniniu instrumentų rinkiniu, atitinkančiu konkurso sąlygų 1 priede nustatytus reikalavimus. **Panaudos sutartis** (konkurso sąlygų 4 priedas) bus pasirašoma **2021 m. balandžio 14 d. 09:30:11** perduodami iki užsakytų **Prekių** pristatymo Perkančiajai organizacijai dienos. **GUDONIENE**
- Instrumentai perduodami pasirašant panaudos sutartį ir perdavimo-priėmimo aktus, kuriuose nurodoma perduodamų Instrumentų vertė. **Kaina: 2021 m. balandžio 14 d. 09:30:11** pateikiama Konkurso sąlygose reikalaujama dokumentacija.

Administratorė-viešųjų pirkimų specialistė

Vilma Gudonienė

VšĮ Respublikinei Panevėžio ligoninei