

VIEŠOJO PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

2021- 04-30 Nr. LS- 91

Alytus

Viešoji įstaiga Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninė, juridinio asmens kodas 190272175, kurios registruota buveinė yra Ligoninės g.12, LT-62114 Alytus, Lietuvos Respublika, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Artūro Vasiliausko, iš vienos pusės (toliau - Pirkėjas), ir UAB „B.Braun Avitum“, juridinio asmens kodas 300556854, kurio registruota buveinė yra Miškinių g.6a, LT-04132 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinės direktorės Rasos Narkienės, veikiančios pagal įstatus, iš kitos pusės (toliau - Tiekėjas), toliau kartu šioje viešojo prekių pirkimo–pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, atsižvelgdamos į įvykusio viešosios įstaigos Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės organizuoto medicinos įrangos viešojo atviro konkurso pirkimo (toliau – Pirkimas) rezultatus ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus bei aukščiau nurodyto pirkimo sąlygomis sudarėme šią sutartį (toliau – Sutartis):

I. SUTARTIES DALYKAS

1. Šia Sutartimi Tiekėjas, laimėjęs atvirą konkursą medicinos įrangai, pirkimo Nr.532471) (toliau – Prekės) pirkti, įsipareigoja parduoti, o Pirkėjas priimti užsakytas Prekes ir sumokėti už jas nustatytą kainą šioje Sutartyje nurodytais terminais ir tvarka.

2. Prekių asortimentas, kiekis ir kainos nurodytos Sutarties 1 priede, kuris yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

3. Tiekėjas pareiškia, kad parduodamų Prekių kokybė atitinka techninius reikalavimus, nurodytus Sutarties 2 priede.

4. Jeigu dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių (prekių gamintojas nebegamina, rinkoje pasirodo to paties gamintojo naujos šio modelio prekės, kurių techniniai parametrai yra geresni nei nurodyti pirkimo dokumentuose) Tiekėjas negali pristatyti nurodyto modelio Prekės, Sutarties Šalims raštu susitarus, Tiekėjas gali pristatyti kito modelio Prekę su sąlyga, kad naujas modelis atitiks jam keliamus reikalavimus ir bus pristatomas už tą pačią kainą.

II. KAINODAROS TAISYKLĖS IR ATSISKAITYMŲ TVARKA

5. Sutarties kaina su (21%) PVM yra 59 532,00 EUR (penkiasdešimt devyni tūkstančiai penki šimtai trisdešimt du Eur), tame skaičiuje PVM 10 332,00 EUR. Sutarties kaina be PVM yra 49 200,00 EUR (keturiasdešimt devyni tūkstančiai du šimtai Eur).

6. Į kainą turi būti įskaičiuotos visos išlaidos ir mokesčiai, įskaitant pristatymo, pakrovimo, instaliavimo, apmokymo, garantinio aptarnavimo, sąskaitų pateikimo per E-sąskaitą išlaidas. Pirkėjas įsipareigoja apmokėti už Prekes pavedimu į Tiekėjo atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT452140030000446589, Luminor Bank AB, b/k 21400. Kadangi šią Sutartį numatoma finansuoti iš ES struktūrinių fondų lėšų, naudojant sąskaitų apmokėjimo būdą pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-319, kuriam reikalingi ilgesni nei 30 d. apmokėjimo terminai, Pirkėjas apmoka Tiekėjui už Prekes pagal gautas PVM sąskaitas faktūras mokestiniu pavedimu per banką:

6.1. Su Tiekėju atsiskaitoma per 5 darbo dienas nuo paramos lėšų gavimo į Pirkėjo sąskaitą, bet ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo Prekių priėmimo–perdavimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos-faktūros pateikimo dienos.

7. Perkančioji organizacija numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybę. Subtiekejai, norėdami pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Pirkėjui. Tais atvejais, kai subtiekejai išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Pirkėjo, Tiekėjo ir jo subtiekejo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekeju tvarka, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir subtiekimui sutartyje nustatytus reikalavimus.

8. Sutartyje numatyta Prekių kaina negali būti didinama visą Sutarties galiojimo laikotarpį.
9. Sutarties kaina dėl pasikeitusių mokesčių bus perskaičiuojama tokia tvarka:
 - 9.1. mokestis, kuriam pasikeitus bus perskaičiuojama kaina: pridėtinės vertės mokestis (PVM).
 - 9.2. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui, nepateiktų Prekių kaina keičiama (mažinama ar didinama) proporcingai PVM pasikeitusio tarifo dydžiui.
10. Kainos pakeitimas įforminamas papildomu susitarimu.
11. Perskaičiuotos kainos pradedamos taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme, kuriuo keičiasi šio mokesčio tarifas, pakeisto tarifo įsigaliojimo dienos.

III. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

12. Šalys privalo sąžiningai, protingai, tinkamai, laiku ir kokybiškai įvykdyti savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį.
13. Tiekėjas įsipareigoja:
 - 13.1. pristatyti Prekes į Pirkėjo nurodytą vietą per nustatytą terminą šios Sutarties nustatytais sąlygomis ir tvarka; pristatant prekes pateikti CE sertifikatą.
 - 13.2. per 10 (dešimt) darbo dienų savo sąskaita pakeisti nekokybiškas Prekes kokybiškomis.
 - 13.3. Tiekėjas PVM sąskaitą faktūrą / sąskaitą faktūrą privalo pateikti naudojantis VĮ Registrų centro administruojama elektronine paslauga „E. sąskaita“. Elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu www.esaskaita.eu
14. Tiekėjas turi teisę reikalauti, kad Pirkėjas priimtų kokybiškas Prekes ir už jas sumokėtų Sutartyje nustatytą kainą.
15. Vykdam Sutartį, pasitelkiami šie subtiektėjai [*įvardyti*] šioms Prekėms tiekti [*nurodyti*] (*arba nurodyti, kad subtiektėjai nepasitelkiami*).
16. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Tiekėjas įsipareigoja Pirkėjui pranešti tuo metu žinomų subtiektėjų (jei jie pasitelkiami Sutarties vykdymui) pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Tiekėjas įsipareigoja informuoti Pirkėją apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiektėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.
17. Subtiektimo sutarties sudarymas nekeičia Tiekėjo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.
18. Tiekėjas, raštu kreipdamasis į Pirkėją dėl subtiektėjo keitimo, privalo nurodyti šias aplinkybes, įskaitant, bet neapsiribojant:
 - 18.1. subtiektėjas yra bankrutavęs;
 - 18.2. subtiektėjas yra likviduojamas;
 - 18.3. subtiektėjui yra iškelta restruktūrizavimo byla;
 - 18.4. subtiektėjui yra iškelta bankroto byla;
 - 18.5. subtiektėjui bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka;
 - 18.6. subtiektėjui inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros;
 - 18.7. subtiektėjas su kreditoriais yra sudaręs taikos sutartį;
 - 18.8. subtiektėjas yra sustabdęs ar apribojęs savo veiklą;
 - 18.9. subtiektėjas pakeitė savo veiklą ir nebevykdo veiklos, susijusios su prisiimtomis prievolėmis;
 - 18.10. subtiektėjas nutraukė Prekių tiekimą ir / ar atsisakė tęsti veiklą;
 - 18.11. kitos aplinkybės.
19. Tiekėjas, raštu kreipdamasis į Pirkėją dėl naujo subtiektėjo pasitelkimo, privalo nurodyti šias aplinkybes, įskaitant, bet neapsiribojant:
 - 19.1. subtiektėjo pasitelkimas pagreitintų Prekių pristatymą, instaliavimą / įdiegimą, Pirkėjo personalo apmokymą, kt.;
 - 19.2. Sutarties vykdymo metu paaiškėja aplinkybės, kurios nebuvo žinomos anksčiau ir joms esant Tiekėjas negali vykdyti įsipareigojimų pagal Sutartį, kol nebus pasitelktas naujas subtiektėjas;
 - 19.3. kitos aplinkybės.
20. Tiekėjas, raštu kreipdamasis į Pirkėją dėl sutikimo keisti subtiektėją ir / ar pasitelkti naują

subtiekėją, privalo nurodyti kokias Sutarties dalis ir kokius subtiekėjus jis ketina pasitelkti. Naujas subtiekėjas privalo atitikti visus subtiekėjui Pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus. Tais atvejais, kai Tiekejas remiasi subtiekėjo pajėgumais, Pirkėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, gali patikrinti, ar nėra šio įstatymo nurodytų Tiekejo subtiekėjo pašalinimo pagrindų. Tokiu atveju, jeigu subtiekėjo padėtis atitinka bent vieną pagal šio įstatymo 46 straipsnį nustatytą pašalinimo pagrindą, Pirkėjas reikalaus, kad Tiekejas per Pirkėjo nustatytą terminą pakeistų minėtą subtiekėją reikalavimus atitinkančiu subtiekėju.

21. Pirkėjas ne vėliau kaip per 5 (penkis) darbo dienas nuo Tiekejo rašto gavimo dienos, privalo išnagrinėti tokį Tiekejo raštą bei priimti motyvuotą sprendimą, kurį raštu pateikia Tiekėjui. Šalims nesutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, ginčas sprendžiamas Šalių derybomis. Derybų pradžia laikoma diena, kurią Šalis pateikė prašymą raštu kitai Šaliai su siūlymu dėl ginčo sprendimo pradėti derybas. Šalims nepavykus susitarti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo derybų pradžios, ginčas sprendžiamas kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme. Šalims susitarus, turi būti sudaromas rašytinis Šalių susitarimas dėl Sutarties sąlygų keitimo. Susitarimas įsigalioja nuo jame nurodytos datos ir / ar aplinkybės ir tampa neatsiejama šios Sutarties dalimi.

22. Pirkėjas įsipareigoja:

22.1. sumokėti Tiekėjui per Sutarties 6 punkte nurodytą terminą už kokybiškas ir laiku pristatytas Prekes;

22.2. priimti savo nuosavybėn kokybiškas, atitinkančias Sutartyje nustatytus reikalavimus, nustatytu terminu pateiktas Prekes.

23. Pirkėjas turi teisę:

23.1. reikalauti, kad jam būtų perduotos perkamos Prekės;

23.2. reikalauti, kad Pardavėjas atlygintų nuostolius, padarytus įvykdymo uždelsimu ar atsiradusius pateikus nekokybišką Prekę.

IV. PREKIŲ TIEKIMO TVARKA IR GARANTIJOS

24. Tiekejas Prekes pristato adresu: Ligoninės g.12, Alytus, savo transportu ir savo lėšomis per 3 (tris) kalendorinius mėnesius nuo raštiško pirkėjo užsakymo pateikimo Tiekėjui.

25. Prekių priėmimo faktą patvirtina pasirašytas Prekių perdavimo – priėmimo aktas. Prekių priėmimo – perdavimo aktas pasirašomas tik tada, kai įvykdytos šios sąlygos:

25.1. Prekės pristatytos nurodytu adresu;

25.2. Prekės išpakuotos;

25.3. instaliuota visa būtina techninė ir programinė įranga (*jeigu taikoma*);

25.4. įranga suderinta, nustatyti gamintojo nurodyti reikalaujami parametrai ir išbandytas įrangos veikimas darbinėje aplinkoje (*jeigu taikoma*);

25.5. perduota Pirkėjui vartotojo instrukcija, kita techninė dokumentacija originalo ir lietuvių kalbomis;

25.6. apmokytas ligoninės medicinos ir/ar techninis personalas (pateikiamas įrangos pasas su užpildytomis grafomis) (*jeigu taikoma*).

25.7 Prekių priėmimą perdavimo – priėmimo akte Pirkėjo įgaliotas asmuo patvirtina parašu, nurodydamas vardą, pavardę, pareigas, Prekių priėmimo datą.

26. Pirkėjas Prekių kiekius, kokybę ir komplektiškumą turi tikrinti Prekių perdavimo Pirkėjui metu. Pretenzijas dėl Prekių paslėptų trūkumų Pirkėjas gali pareikšti raštu ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Prekių gavimo. Aktą dėl Prekių trūkumų turi pasirašyti Pirkėjo ir Pardavėjo atstovai.

27. Pirkėjas turi teisę atsisakyti priimti neatitinkančias užsakymo ir/ar nekokybiškas Prekes.

28. Iki užsakytų Prekių priėmimo visa atsakomybė dėl Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo tenka Pardavėjui.

29. Parduodamoms Prekėms yra suteikiama Prekių gamintojo garantija, kurios terminas nurodytas parduodamų prekių techninėje specifikacijoje (Viešojo prekių pirkimo-pardavimo sutarties 2 priede).

30. Garantiniu laikotarpiu paaiškėjus, kad Prekė neatitinka kokybės reikalavimų ar atsiradus Prekių defektams, Tiekėjas turi juos neatlygintinai pašalinti arba Prekes pakeisti naujomis savo lėšomis.

31. Už Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymą atsakingas pardavimų vadybininkas Vincas Vaitiekūnas, tel. 8 5 250 5989, faks. - el. paštas info.lt@bbraun.com.

32. Už Pirkėjo įsipareigojimų vykdymo, prekių pristatymo terminų laikymosi koordinavimą (organizavimą), taip pat prekių atitikties pirkimo sutartyje numatytiems kokybiniais ir kitiems reikalavimams stebėseną atsakingas – Giedrius Maskoliūnas, inžinierius medicinos technikos priežiūrai ir remontui, tel. 8 315 56371, el. paštas: maskoliunas@ligonine.lt.

33. Pirkėjo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas, yra viešųjų pirkimų organizatorė Janina Šileikienė.

V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

34. Jei Tiekėjas vėluoja pristatyti visas ar dalį Prekių Sutartyje ar Sutarties 43 punkte numatytaime papildomame Susitarime numatytais terminais arba įvykdyti garantinius įsipareigojimus Sutartyje numatytais terminais, Pirkėjas turi teisę, pradėti skaičiuoti 0,02 % dydžio delspinigius nuo laiku nepateiktų Prekių kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo dienos, bet ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų, pradedant skaičiuoti nuo termino praleidimo dienos. Praėjus Šalių sutartam 30 dienų terminui ir Tiekėjui per šį terminą nepateikus visų ar dalies prekių Pirkėjas taikys Sutarties 35 punkte numatytą baudą ir gali vienašališkai nutraukti Sutartį.

35. Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdas – bauda. Tiekėjui neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius Sutartyje ar jos prieduose nustatytų įsipareigojimų (pristatytos Prekės neatitinka kokybinių ir kitų reikalavimų nustatytų Sutartyje ar Techninėje specifikacijoje, vieną kartą praleistas Sutartyje (o jei buvo Šalių pasirašytas papildomas susitarimas, tai susitarime) Šalių sutartas prekių pristatymo terminas, neištaisyti nustatyti Prekių trūkumai), Tiekėjas moka Pirkėjui 5 % dydžio baudą nuo neįvykdytos Sutarties sumos. Baudos sumokėjimas neatleidžia Tiekėjo nuo tolimesnio Sutarties vykdymo.

36. Delspinigių ir baudos sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo pareigos įvykdyti šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.

37. Pirkėjas, uždelsęs sumokėti Sutarties 6 punkte numatyta tvarka, įsipareigoja Tiekėjui pareikalavus mokėti Tiekėjui 0,02 % delspinigius nuo neapmokėtos sąskaitos dydžio, už kiekvieną uždelstą dieną.

VI. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

38. Visi ginčai tarp Šalių dėl šios Sutarties vykdymo sprendžiami Šalių susitarimu.

39. Šalims nesusitarus, ginčai nagrinėjami teisme vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

VII. NENUGALIMA JĖGA (*FORCE MAJEURE*)

40. Atsiradus nenugalimos jėgos aplinkybėms, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu bei Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840, ir atleidžiamos nuo atsakomybės dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių buvimo laikotarpiu.

41. Šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių negali vykdyti pagal šią Sutartį prisiimtų įsipareigojimų, privalo nedelsdama raštu pranešti apie tai kitai Šaliai. Išnykus nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms, Šalis, negalėjusi vykdyti pagal šią Sutartį prisiimtų įsipareigojimų, privalo nedelsdama pranešti kitai Šaliai apie nurodytų aplinkybių išnykimą.

VIII. SUTARTIES GALIOJIMAS IR KITOS SĄLYGOS

42. Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai ją pasirašo abi Sutarties šalys. Sutarties trukmė 12 mėn.

43. Numatoma Prekių tiekimo trukmė: Prekės turi būti pristatytos, instaliuotos, įvestos į eksploataciją bei Pirkėjo darbuotojai apmokyti per Sutarties 24 punkte nustatytą terminą.

44. Jeigu dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių objektyvių aplinkybių (gamintojas bankrutuoja, nutraukta/sustabdyta gamyba ir pan.) Tiekėjas negali laiku pristatyti Prekių, Sutarties Šalims susitarus Prekių pristatymo terminas gali būti pratęsiamas 1 mėnesiui. Prekių pristatymo termino pratęsimas įforminamas rašytiniu Šalių susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

45. Sutartis gali būti nutraukta rašytiniu Šalių susitarimu.

46. Tiekėjui nevykdant šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų, Pirkėjas gali vienašališkai nutraukti Sutartį, apie numatomą Sutarties nutraukimą raštu pranešęs Tiekėjui prieš 30 (trisdešimt) dienų.

47. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis ir esant šios sutarties 44 punkte numatytiems aplinkybėms.

48. Jeigu Tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Tiekėjas perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintis asmenys.

49. Vykdant Sutartį, turi būti laikomasi aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, nustatytų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, kolektyvinėse sutartyse ir Viešųjų pirkimų įstatymo 5 priede nurodytose tarptautinėse konvencijose.

50. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

51. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną Tiekėjui ir Pirkėjui.

52. Sutarties dokumentai yra pati Sutartis ir jos priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis. Ant Sutarties ir priedų turi būti Tiekėjo ir Pirkėjo parašai bei antspaudai, kai pareiga turėti antspaudą nustatyta Tiekėjo ir Pirkėjo steigimo dokumentuose arba įstatyme.

53. Sutarties priedai:

53.1. Parduodamų prekių sąrašas (1 priedas);

53.2. Parduodamų prekių techninė specifikacija (2 priedas).

IX. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI:

Pirkėjo

VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė
Ligoninės g. 12, LT-62114 Alytus
Įmonės kodas 190272175

a/s LT737300010091752982

AB Swedbank, b/k 73000

Tel. 8 315 75530, faks. 8 315 75530

Direktorius

Artūras Vasiliauskas



Pardavėjo

UAB „B. Braun Avitum“
Viršuliškių skg. 34 – 1, LT-05132 Vilnius
Įmonės kodas 300556854
PVM mokėtojo kodas LT00002499513
a/s LT452140030000446589
Luminor Bank AB, b/k 21400
Tel. 8 5 2505989, faks. -

Generalinė direktorė

Rasa Narkienė



Parduodamų prekių sąrašas

2021 m. balandžio 30d.

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Gamintojas, modelis	Vnt. kaina EUR su PVM	Bendra suma EUR be PVM	Bendra suma EUR su PVM
1	Hemodializės aparatas	vnt.	4	B.Braun Avitum, Vokietija Dialog+Online	14883,00	49200,00	59532,00

PIRKĖJAS

Direktorius
Artūras Vasiliauskas



TIEKĖJAS

Generalinė direktorė
Rasa Narkienė



Pardavimų vadybininkas
Vincas Vaitiekūnas

Parduodamų prekių techninė specifikacija

1 pirkimo objekto dalis: Hemodializės aparatas – 4 vnt.

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai	Reikalaujama reikšmė	Tiekėjo siūlomos prekės rodiklių reikšmės su nuoroda į gamintojo dokumentaciją (katalogo pav., psl. nr)
	Hemodializės aparatas		(Dialog+ Online, B.Braun Avitum, Vokietija)
1.	15 colių skystųjų kristalų spalvotas monitorius	Būtina	15 colių skystųjų kristalų spalvotas monitorius 2 skyrius 11 psl. ir raštas
2.	Prisilietimui jautrus ekranas	Būtina	Prisilietimui jautrus ekranas 2 skyrius 11 psl.
3.	Lietuviškas meniu	Būtina	Lietuviškas meniu 2 skyrius 11 psl.
4.	Dializato temperatūros nustatymas	Nustatoma ribose ne siauresnėse kaip nuo +33 iki +40°C ±1 °C	+33 iki +40°C 15 skyrius 6 psl.
5.	Bikarbonatinis laidumas	Nustatomas ribose ne siauresnėse kaip nuo 2 iki 4 mS/cm ±0,1 mS/cm arba nuo 4 iki 7 mS/cm ±0,1 mS/cm	nuo 2 iki 4 mS/cm arba nuo 4 iki 7 mS/cm 15 skyrius 6 psl.
6.	Bendras laidumas	Nustatomas ribose ne siauresnėse kaip nuo 12,5 iki 16 mS/cm ±0,1 mS/cm	12,5 iki 16 mS/cm 15 skyrius 6 psl.
7.	Dializato laidumo matavimo tikslumas	±0.2 mS/cm	±0.2 mS/cm 15 skyrius 6 psl.
8.	Dializato tėkmės greitis	Tolygus reguliavimas nuo 300 iki 800 ml/min	nuo 300 iki 800 ml/min 15 skyrius 6 psl.
8.1	Dializato slėgio ribos	Nustatomas ribose nuo +400 iki -450 mmHg ±50 mmHg	Nuo +400 iki -450 mmHg 15 skyrius 7 psl.
9.	Kraujo siurblio greitis	Nustatomas ribose (nuo 50 iki 600 ml/min) ±20 ml	Nuo 50 iki 600 ml/min 15 skyrius 9 psl.
10.	Heparino pompos greitis	Nuo 0,1 iki 10 ml/h	Nuo 0,1 iki 10 ml/h 15 skyrius 9 psl.
10.1	Heparino pompos boliusas	600 ml/h	600 ml/h 15 skyrius 9 psl.
11.	Naudojamų švirkštų dydžiai	10 ml, 20 ml, 30 ml	10 ml, 20 ml, 30 ml 15 skyrius 9 psl.
12.	Kraujo slėgio matavimo ribos:		
12.1.	PBE- prieš dializatorių	Nustatomas ribose ne siauresnėse kaip nuo 0 iki +700 mmHg	Nuo 0 iki +700 mmHg 15 skyrius 10 psl.
12.2.	PA- arterinis prieš kraujo siurblių	Nustatomas ribose ne siauresnėse kaip nuo -400 iki +400 mmHg	Nuo -400 iki +400 mmHg 15 skyrius 10 psl.
12.3.	PV- veninis kraujo spaudimas	Nuo 20 iki +390 mmHg	Nuo 20 iki +390 mmHg 15 skyrius 10 psl.
12.4	TMP- transmembraninis slėgis:		
12.4.1	Ribų diapazonas (maksimalus reguliuojamas TMP)	Nuo +300 iki +700 mmHg	Nuo +300 iki +700 mmHg 15 skyrius 8 psl.
12.4.2	Absoliuti minimali TMP riba	-100 mmHg	-100 mmHg 15 skyrius 8 psl.

13.	Oro detektorius	Ultragarsinis matavimas ne kraujo ampulėje, bet kraujo magistralėje	Ultragarsinis matavimas kraujo magistralėje 15 skyrius 9 psl.
14.	Ultrafiltracijos principas	Balansinės kameros	Balansinės kameros 15 skyrius 7 psl.
15.	Ultrafiltracijos ribos	Nustatomas ribose ne siauresnėse kaip nuo 0 iki 4000 ml/h	Nuo 0 iki 4000 ml/h 15 skyrius 7 psl.
16.	Ultrafiltracijos tikslumas	$\pm 1\%$	$\pm 1\%$ 15 skyrius 9 psl.
17.	Duomenų įvedimas	Per prisilietimui jautrų ekraną	Per prisilietimui jautrų ekraną 2 skyrius 11 psl.
18.	Profiliavimas	Ultrafiltracijos /Natrio/ bikarbonatinio laidumo / bendro laidumo/ dializato temperatūros / heparino greičio / dializato srauto	Ultrafiltracijos /Natrio/ bikarbonatinio laidumo / bendro laidumo/ dializato temperatūros / heparino greičio / dializato srauto 11 skyrius 9 psl.
19.	CE ženklas	Būtina	CE ženklas 2 psl.
20.	Galima atlikti HDF-Online procedūrą	Būtina	Galima atlikti HDF-Online procedūrą 15 skyrius 12 psl.
20.1	Pakaitinio tirpalo greitis HDF režime	Nuo 20 iki 400 ml/min,	Nuo 20 iki 400 ml/min 15 skyrius 12 psl.
20.1.1	Dializato tėkmės greitis HDF režime	Nuo 500 iki 800 ml/min	Nuo 500 iki 800 ml/min 15 skyrius 12 psl.
20.2	Galima atlikti HF procedūrą	Būtina	Galima atlikti HF procedūrą 15 skyrius 12 psl.
20.2.1	Pakaitinio tirpalo greitis HF režime	Nuo 20 iki 400 ml/min	Nuo 20 iki 400 ml/min 15 skyrius 12 psl.
20.2.2	Infuzinis boliusas HF režime	Nuo 50 iki 250 ml	Nuo 50 iki 250 ml 15 skyrius 12 psl.
21.	Naudojami tik 2 daugkartinio naudojimo filtrai (ne mažiau 150 procedūrų), be vienkartinų filtrų.	Būtina	Naudojami tik 2 daugkartinio naudojimo filtrai (ne mažiau 150 procedūrų), be vienkartinų filtrų. 15 skyrius 12 psl.
22.	Automatinis kraujo spaudimo matavimas	Būtina	Automatinis kraujo spaudimo matavimas su AKS stabilizavimo funkcija 15 skyrius 13 psl.
23.	Dezinfekcijos režimai	Karšta dezinfekcija Citroterminė dezinfekcija Cheminė dezinfekcija	Karšta dezinfekcija Citroterminė dezinfekcija Cheminė dezinfekcija 7 skyrius 3 psl.
24.	Paciento kortelių nuskaitymas	Būtina	Tokią funkciją atlikti galimybė yragalimybė yra 10 skyrius 46 psl.
25.	Elektrinis pajungimas	230V , 50/60Hz	230V , 50/60Hz 15 skyrius 3 psl.
26.	Nominalus galingumas	Ne mažiau kaip 2,5 kW	Ne mažiau kaip 2,5 kW 15 skyrius 3 psl.
27.	Galimybė naudoti įvairių gamintojų AV magistrales	Būtina	Galimybė naudoti įvairių gamintojų AV magistrales Pridedamas aiškinamasis raštas
28.	Garantija	Ne mažiau kaip 24 mėn.	24 mėn. Pridedamas aiškinamasis raštas
29.	Dializės efektyvumo (kt/V) tęstiniu matavimu panaudotame dializate procedūros metu ir	Būtinai	Adimea Sistema 10 skyrius 17 psl.

	parodymu ekrane		
30.	Kraujo pumpų darbingumo užtikrinimas, nutrūkus elektros tiekimui	Būtinai	Integruotas akumuliatorius 10 skyrius 37 psl.
31.	Hipotenzinių epizodų prevencija, paremta biologiškai adaptuotu grįžtamuoju ryšiu, matuojant AKS.	Būtinai	Biologic RR funkcija 10 skyrius 10 psl.

Pardavimų
Vincas Vaitis

