

UAB „Vitafarma“, buveinės adresas K.Donelaičio g.62-1, Kaunas, tel. 8 37 22 53 22, faks. 8 37 22 53 35, e-paštas: info@vitafarma.com.
Reg.pažymėjimas Nr. 001723, registro tvarkytojas Valstybės įmonės Registrų centras Kauno filialas, į/k 135915083, PVM mok.kodas LT 359150811

LSMUL Kauno klinikoms
Eivenių g.2, Kaunas

PASIŪLYMAS DĖL MOLIBDENO/TECHNECIO (MO-99/TC-99M) GENERATORIŲ PIRKIMO

2015 m. liepos 31 d.
Kaunas

1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Vitafarma“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	K.Donelaičio g.62/V.Putvinskio g.53, 44248, Kaunas
Įmonės kodas, PVM mokėt. kodas	135915083; PVM mok.kodas LT359150811
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas	Danske Bank A/S Lietuvos filialas, b/k 74000 A/s LT66 7400 0214 8022 3810
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	Vaida Trakimavičienė
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Direktorė Vaida Trakimavičienė
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Direktorė Vaida Trakimavičienė
Telefono numeris	8 37 22 53 22
Fakso numeris	8 37 22 53 35
El. pašto adresas	info@vitafarma.com

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) atviro konkurso skelbime, išspausdintame *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje bei paskelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje*.
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2 lentelė

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dok.p.sk aičius	Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas
1.	VRM išduota pažymos kopija	1	Kvalifikacijos dokumentai
2.	Įmonės registracijos pažymėjimo kopija	1	Kvalifikacijos dokumentai
3.	Radiacinės saugos centro išduotos licencijos (prekiauti radioaktyviomis medžiagomis) kopija	3	Kvalifikacijos dokumentai
4.	Radiacinės saugos centro išduotos licencijos (vežti radioaktyvias medžiagas) kopija	3	Kvalifikacijos dokumentai
5.	Įmonės 2014 m. balanso kopija	2	Kvalifikacijos dokumentai
6.	Tiekėjo pažyma dėl prekių pristatymo	1	Kvalifikacijos dokumentai
7.	Užpildyta prekių specifikacijos lentelė	2	Specifikacija
8.	Gamintojo katalogas	50	Pasiūlymo katalogas
9.	Siūlomos prekės sertifikato kopija	1	Pasiūlymo prekių sertifikatas

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (tiektėjai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali). Konfidencialios informacijos nėra pateikiama.

Direktorė



Vaida Trakimavičienė

Vaida Trakimavičienė

Molibdeno/technecio ($^{99}\text{Mo}/^{99m}\text{Tc}$) generatorių specifikacija						
Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Aprašymas ir techniniai reikalavimai (ne blogesni ar lygiaverčiai)	Kiekis vienetais (lkt)	Tiekėjo siūlomų prekių specifikacijos	Vieneto kaina be PVM Eur	Vieneto kaina su PVM Eur
1.	Molibdeno/technecio ($^{99}\text{Mo}/^{99m}\text{Tc}$) generatorius 30 GBq	$^{99}\text{Mo}/^{99m}\text{Tc}$ generatorius cilindro formos, Skersmuo ≤ 15 cm.	52	Siūlomas $^{99}\text{Mo}/^{99m}\text{Tc}$ generatorius cilindro formos, Skersmuo ≤ 15 cm.	1.150,00	1.207,50
		Kartu su pirmu $^{99}\text{Mo}/^{99m}\text{Tc}$ generatoriumi turi būti pateiktas apsauginis ekranuojantis konteineris, tinkantis $^{99}\text{Mo}/^{99m}\text{Tc}$ generatoriaus eliuato "išplovimui".		Kartu su pirmu $^{99}\text{Mo}/^{99m}\text{Tc}$ generatoriumi bus pateiktas apsauginis ekranuojantis konteineris, tinkantis $^{99}\text{Mo}/^{99m}\text{Tc}$ generatoriaus eliuato "išplovimui".		
		Kartu su kiekvienu $^{99}\text{Mo}/^{99m}\text{Tc}$ generatoriumi turi būti pristatyta ne mažiau nei 10 vnt. vakuuminių buteliukų ir 10 vnt. fiziologinio tirpalo, eliuato išgavimui iš generatoriaus.		Kartu su kiekvienu $^{99}\text{Mo}/^{99m}\text{Tc}$ generatoriumi bus pristatyta ne mažiau nei 10 vnt. vakuuminių buteliukų ir 10 vnt. buteliukų su 10 ml fiziologinio tirpalo, eliuato išgavimui iš generatoriaus.		
		30 GBq aktyvumo $^{99}\text{Mo}/^{99m}\text{Tc}$ generatoriai turi būti pristatyti į LSMU ligoninę Kauno klinikas kiekvieną savaitę iki penktadienio 14:00 val. ar paskutinės savaitės darbo dienos 14:00 val.		30 GBq aktyvumo $^{99}\text{Mo}/^{99m}\text{Tc}$ generatoriai bus pristatyti į LSMU ligoninę Kauno klinikas kiekvieną savaitę iki penktadienio 14:00 val. ar paskutinės savaitės darbo dienos 14:00 val.		
		30 GBq aktyvumo $^{99}\text{Mo}/^{99m}\text{Tc}$ generatorius turi būti sukalibruotas sekančios savaitės po pristatymo pirmadieniui, kalibracijos laikas ne anksčiau kaip 7:00 val.		30 GBq aktyvumo $^{99}\text{Mo}/^{99m}\text{Tc}$ generatorius bus sukalibruotas sekančios savaitės po pristatymo pirmadieniui, kalibracijos laikas ne anksčiau kaip 7:00 val.		
		Panaudotus $^{99}\text{Mo}/^{99m}\text{Tc}$ generatorius tiekėjas privalo atsiimti, juos palaidoti arba išgabenti iš LR savo lėšomis.		Panaudotus $^{99}\text{Mo}/^{99m}\text{Tc}$ generatorius tiekėjas atsiims, juos palaidos arba išgabens iš LR savo lėšomis.		
						62.790,00

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Aprašymas ir techniniai reikalavimai (ne blogesni ar lygiavertėi)	Kiekis vienetais (iki)	Tiekėjo siūlomų prekių specifikacijos	Vieneto kaina be PVM	Vieneto kaina su PVM	Bendra kaina su PVM
2	Molibdeno/technecio (^{99}Tc , $^{99\text{m}}\text{Tc}$) generatorius 15 GBq	$^{99}\text{Mo}/^{99\text{m}}\text{Tc}$ generatorius cilindro formos, skersmuo ≤ 15 cm.	92	Siūlomas $^{99}\text{Mo}/^{99\text{m}}\text{Tc}$ generatorius cilindro formos, skersmuo ≤ 15 cm.	807,00	847,35	77.956,20
		Kartu su pirmu $^{99}\text{Mo}/^{99\text{m}}\text{Tc}$ generatoriumi turi būti pateiktas apsauginis ekranuojantis konteineris, tinkantis Mo-99/Tc-99m generatoriaus eliuato "išplovimui".		Kartu su pirmu $^{99}\text{Mo}/^{99\text{m}}\text{Tc}$ generatoriumi bus pateiktas apsauginis ekranuojantis konteineris, tinkantis Mo-99/Tc-99m generatoriaus eliuato "išplovimui".			
		Kartu su kiekvienu $^{99}\text{Mo}/^{99\text{m}}\text{Tc}$ generatoriumi turi būti pristatyta ne mažiau nei 10 vnt. vakuuminių buteliukų ir 10 vnt. fiziologinio tirpalo, eliuato išgavimui iš generatoriaus.		Kartu su kiekvienu $^{99}\text{Mo}/^{99\text{m}}\text{Tc}$ generatoriumi bus pristatyta ne mažiau nei 10 vnt. vakuuminių buteliukų ir 10 vnt. buteliukų su 10 ml fiziologinio tirpalo, eliuato išgavimui iš generatoriaus.			
		15 GBq aktyvumo $^{99}\text{Mo}/^{99\text{m}}\text{Tc}$ generatoriai turi būti pristatyti į LSMU ligoninę Kauno klinikos ir filialą Onkologijos ligoninė kiekvieną savaitę iki penktadienio 14:00 val. ar paskutinės savaitės darbo dienos 14:00 val.		15 GBq aktyvumo $^{99}\text{Mo}/^{99\text{m}}\text{Tc}$ generatoriai bus pristatyti į LSMU ligoninę Kautro klinikos ir LSMU ligoninės Kauno klinikos filialą Onkologijos ligoninė kiekvieną savaitę iki penktadienio 14:00 val. ar paskutinės savaitės darbo dienos 14:00 val.			
		15 GBq aktyvumo $^{99}\text{Mo}/^{99\text{m}}\text{Tc}$ generatorius turi būti sukalibruotas sekandčios savaitės po pristatymo pirmadieniui, kalibracijos laikas ne anksčiau kaip 7:00 val.		15 GBq aktyvumo $^{99}\text{Mo}/^{99\text{m}}\text{Tc}$ generatorius turi būti sukalibruotas sekandčios savaitės po pristatymo pirmadieniui, kalibracijos laikas ne anksčiau kaip 7:00 val.			
		Panaudotus $^{99}\text{Mo}/^{99\text{m}}\text{Tc}$ generatorius tiekėjas privalo atsiimti, juos palaidoti arba išgabenti iš LR savo lėšomis.		Panaudotus $^{99}\text{Mo}/^{99\text{m}}\text{Tc}$ generatorius tiekėjas atsiims, juos palaidos arba išgabens iš LR savo lėšomis.			