

PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"

FUNKCINĖ LOVA SU ŠONINIU PAVERTIMU IR INTEGRUOTU KINTAMO SLĖGIO ČIUŽINIU

Kam: **Klaipėdos universiteto ligoninė**

Data:	2025.09.26
Nr.:	2025.09.26./001
Vieta:	Vilnius

Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:	Real Fusion UAB
Tiekėjo kodas (-ai):	305575214
Tiekėjo adresas (-ai):	Vaidoto Daunio g. 78, Vilnius
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):	LT100013232318
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):	LT617044090100391331, AB SEB bankas, 70440
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:	Martynas Ruokis
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:	martynas.ruokis@realfusion.eu +37061245879
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:	Direktorius Gediminas Česnavičius
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:	Direktorius Gediminas Česnavičius

(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekejams - subtiekejų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai		Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
--	--	---

Tiekėjo patvirtinimai:

- 1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - 1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
 - 1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- 2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia.
- 3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, sie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai)
- 4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
- 5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
- 6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.

Tiekėjo pasiūlymas:

Nr.	Pavadinimas	Kiekis	Siūloma reikšmė	Mato vnt.	Kaina be PVM, Eur	Suma be PVM, Eur	Gamintojas, modelis	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (dok. pavadinimas, psl. Nr., pabraukiant kiekvienos pozicijos atitikimą pagal specifikacijos reikalavimą)
1.1.	Elekrtinė funkcinė lova: gamintojas, modelis	2		vnt	11955	23910	Linet, modelis Eleganza 5	
1.1.1.	Lovos šoninio pavertimo reguliavimas: atliekamas čiužinio platforma arba čiužiniu.							Atitikimai: Dokumentas "Eleganza 5 Atitikimai", psl.: 60 Lovos šoninio pavertimo reguliavimas: atliekamas čiužinio platforma .
1.1.2.	Šoninis čiužinio platformos pavertimas (lateralinis): maksimalus pavertimas ne mažiau +15°/-15°							Atitikimai: Dokumentas "Eleganza 5 Atitikimai", psl.: 18 Šoninis čiužinio platformos pavertimas (lateralinis): maksimalus pavertimas +15°/-15°

1.1.3.	Maitinimo šaltiniai: 1. Elektros tinklas. 2. Baterija (užtikrina funkcijų valdymą be elektros tinklo).							Atitikimai: Dokumentas "Eleganza 5 Atitikimai", psl.: 10 Maitinimo šaltiniai: 1. Elektros tinklas. 2. Baterija (užtikrina funkcijų valdymą be elektros tinklo).
1.1.4.	Lovos aukščio reguliavimo ribos: ne siauresnės už 450 – 750 mm							Atitikimai: Dokumentas "Eleganza 5 Atitikimai", psl.: 18 Lovos aukščio reguliavimo ribos: ne siauresnės už 435 – 815 mm
1.1.5.	Nugaros sekcijos pasikėlimo kampas: ne mažiau 60°							Atitikimai: Dokumentas "Eleganza 5 Atitikimai", psl.: 18 Nugaros sekcijos pasikėlimo kampas 65°
1.1.6.	Šlaunų sekcijos pasikėlimo kampas: ne mažiau 25°							Atitikimai: Dokumentas "Eleganza 5 Atitikimai", psl.: 60 Lovos šoninio pavertimo reguliavimas: atliekamas čiužinio platforma .
1.1.7.	Blauzdų sekcijos pasikėlimo kampas: ne mažiau 25°							Atitikimai: Dokumentas "Eleganza 5 Atitikimai", psl.: 18 Šoninis čiužinio platformos pavertimas (lateralinis): maksimalus pavertimas +15°/-15°
1.1.8.	Trendelenburgo/antiTrende-lenburgo padėties reguliavimo diapazonas: ne siauresnis kaip +10°/-10°							Atitikimai: Dokumentas "Eleganza 5 Atitikimai", psl.: 10 Maitinimo šaltiniai: 1. Elektros tinklas. 2. Baterija (užtikrina funkcijų valdymą be elektros tinklo).
1.1.9.	Lovos prailginimas: ne mažiau 20 cm į kojūgalio pusę.							Atitikimai: Dokumentas "Eleganza 5 Atitikimai", psl.: 18 Lovos aukščio reguliavimo ribos: ne siauresnės už 435 – 815 mm

1.1.10.	Multifunkcinis lovos funkcijų valdymo skydelis:1. Sumontuotas abiejuose lovos galvūgalio arba kojūgalio dalies apsauginiuose šonuose.2. Parametrai rodomi ekrane – nustatymai atvaizduojami skaitine išraiška.3. Automatinės funkcijos (nustatomos vieno mygtuko paspaudimu):a) Paciento mobilizacijos pozicija.b) Kardiologinės pagalbos pozicija.c) Skubaus gaivinimo pozicija.4. Galima keisi šias lovos funkcijas:a) Nugaros sekcijos kampą.b) Šlaunų sekcijos kampą.c) Blauzdų sekcijos kampą.d) Čiužinio platformos aukštį.e) Šoninį pavertimas- jeigu lova pavertimą keičia platformos pagalba.f) Trendelenburgas g)Antitrendelenburgas 5. Svarstyklių valdymas integruotas skydelyje: a) Ekrane rodoma: Paciento svoris, svarstyklių stabilizavimo piktograma, svorio vienetai.6. Ekrane rodomi informaciniai pranešimai apie lovos būklę.							Atitikimai: Dokumentas "Eleganza 5 Atitikimai", psl.: 17; 34, 38, 62, 64, 65 Multifunkcinis lovos funkcijų valdymo skydelis:1. Sumontuotas abiejuose lovos galvūgalio dalies apsauginiuose šonuose.2. Parametrai rodomi ekrane – nustatymai atvaizduojami skaitine išraiška.3. Automatinės funkcijos (nustatomos vieno mygtuko paspaudimu):a) Paciento mobilizacijos pozicija.b) Kardiologinės pagalbos pozicija.c) Skubaus gaivinimo pozicija.4. Galima keisi šias lovos funkcijas:a) Nugaros sekcijos kampą.b) Šlaunų sekcijos kampą.c) Blauzdų sekcijos kampą.d) Čiužinio platformos aukštį.e) Šoninį pavertimas- jf) Trendelenburgas g)Antitrendelenburgas 5. Svarstyklių valdymas integruotas skydelyje: a) Ekrane rodoma: Paciento svoris, svarstyklių stabilizavimo piktograma, svorio vienetai.6. Ekrane rodomi informaciniai pranešimai apie lovos būklę.
1.1.11.	Apsauginiai šoniniai rėmai:1. Pagaminti iš plastiko. 2. Šoninis rėmas sudarytas iš dviejų atskirai nuleidžiamų/pakeliamų dalių.							Atitikimai: Dokumentas "Eleganza 5 Atitikimai", psl.: 17 Apsauginiai šoniniai rėmai:1. Pagaminti iš plastiko. 2. Šoninis rėmas sudarytas iš dviejų atskirai nuleidžiamų/pakeliamų dalių.
1.1.12.	Lovos galai: 1. Plastikiniai.2. Išimami.							Atitikimai: Dokumentas "Eleganza 5 Atitikimai", psl.: 17 Lovos galai: 1. Plastikiniai.2. Išimami.
1.1.13.	Saugi lovos apkrova (gamintojo numatyta lovos keliamoji galia): ne mažiau 245 kg							Atitikimai: Dokumentas "Eleganza 5 Atitikimai", psl.: 18 Saugi lovos apkrova (gamintojo numatyta lovos keliamoji galia): 250 kg

1.1.14.	Lovos važiuoklė: 1. Su ratais, kurių diametras ≥ 150 mm; 2. Su kojinio valdymo centrine stabdžių sistema						Atitikimai: Dokumentas "Eleganza 5 Atitikimai", psl.: 18 Lovos važiuoklė: 1. Su ratais, kurių diametras 150 mm; 2. Su kojinio valdymo centrine stabdžių sistema
1.1.15.	Išoriniai matmenys, ilgis x plotis: $\leq (2300 \times 1100)$ mm						Atitikimai: Dokumentas "Eleganza 5 Atitikimai", psl.: 18 Išoriniai matmenys, ilgis x plotis: 2190 x 1000 mm
1.1.16.	Svarstyklės: 1. Integruotos į lovą. 2. Valdoma multifunkciniu pultu integruotu apsauginiuose lovos šonuose arba kojūgalyje. 3. Būtina galimybė išsaugoti paciento svorį į vidinę lovos atmintį.						Atitikimai: Dokumentas "Eleganza 5 Atitikimai", psl.: 62. Svarstyklės: 1. Integruotos į lovą. 2. Valdoma multifunkciniu pultu integruotu apsauginiuose lovos šonuose. 3. galimybė išsaugoti paciento svorį į vidinę lovos atmintį.
1.1.17.	Paciento išlipimo iš lovos aliarmas: 1. Būtina garsinė aliarmo indikacija.						Atitikimai: Dokumentas "Eleganza 5 Atitikimai", psl.: 65 Paciento išlipimo iš lovos aliarmas: 1. Būtina garsinė aliarmo indikacija.
1.1.18.	Personalų valdymo pultas (kabinamas kojūgalyje arba sumontuotas lovos šonuose): 1. Su lovos valdymo funkcijų užrakinimo galimybe 2. Baterijos įkrovimo indikatorius. 3. Pultu galima valdyti šias funkcijas: a) Čiužinio platformos aukštį. b) Nugaros sekcijos kampą. c) Šlaunų sekcijos kampą. d) Blauzdų sekcijos kampą. e) Trendelenburgas/Antitrendelenburgas. f) Lateralinį poavertimą (jeigu yra čiužinio platformos pavertimo galimybė) 4. Pulte integruotos vienu mygtuku nustatomos užprogramuotos padėties.						Atitikimai: Dokumentas "Eleganza 5 Atitikimai", psl.: 44 Personalų valdymo pultas (kabinamas kojūgalyje arba sumontuotas lovos šonuose): 1. Su lovos valdymo funkcijų užrakinimo galimybe 2. Baterijos įkrovimo indikatorius. 3. Pultu galima valdyti šias funkcijas: a) Čiužinio platformos aukštį. b) Nugaros sekcijos kampą. c) Šlaunų sekcijos kampą. d) Blauzdų sekcijos kampą. e) Trendelenburgas/Antitrendelenburgas. f) Lateralinį poavertimą 4. Pulte integruotos vienu mygtuku nustatomos užprogramuotos padėties.
1.1.19.	Rankinis lovos funkcijų valdymo pultelis: būtina. Pakabinamas arba integruotas vidiniame lovos šone						Atitikimai: Dokumentas "Eleganza 5 Atitikimai", psl.: 45 Rankinis lovos funkcijų valdymo pultelis: būtina. Pakabinamas arba integruotas vidiniame lovos šone

1.1.20.	Lašinių (infuzinių) stovas: būtina							Atitikimai: Dokumentas "Eleganza 5 Atitikimai", psl.: 82 Lašinių (infuzinių) stovas: būtina
1.1.21.	Kartu su lova komplektuojamas antipragulinis čiužinys: tiekėjas gali rintis vieną iš dviejų čiužinio modelio variantų.							
1.1.22.	Antipragulinis čiužinys Modelis Nr.1: integruotas į funkcinę lovą. Punktuose 1.1.23 - 1.1.34 pateikti reikalavimai pirmajam čiužinio modeliui.							Atitikimai: Dokumentas "Eleganza 5 Atitikimai", psl.: 22 ir 34 Antipragulinis čiužinys Modelis Nr.1: integruotas į funkcinę lovą. Punktuose 1.1.23 - 1.1.34 pateikti reikalavimai pirmajam čiužinio modeliui.
1.1.23.	Čiužinio sandara (neblogesnė už nurodytą): 1. Užvalkalas.2. Papildomas patogumo sluoksnis. 3. Oro celės. 4. Porolono sluoksnis. Pėdų dalis.							Atitikimai: Dokumentas "Čiužinys atitikimai", psl.: 19 Čiužinio sandara: 1. Užvalkalas.2. Papildomas patogumo sluoksnis. 3. Oro celės. 4. Porolono sluoksnis. Pėdų dalis.
1.1.24.	Paskirtis: Atraminis paviršius pacientui, paskirstant slėgį, siekiant valdyti slėgį į kūno paviršių ir koreguoti mikroklimatą.							Atitikimai: Dokumentas "Čiužinys atitikimai", psl.: 18 Paskirtis: Atraminis paviršius pacientui, paskirstant slėgį, siekiant valdyti slėgį į kūno paviršių ir koreguoti mikroklimatą.
1.1.25.	Tvirtinimas: Prie čiužinio platformos tvirtinamas diržais.							Atitikimai: Dokumentas "Čiužinys atitikimai", psl.:21 Tvirtinimas: Prie čiužinio platformos tvirtinamas diržais.
1.1.26.	Skubaus gaivinimo atveju greito oro išleidimo vietos (rankinis variantas): 1. Abejose čiužinio pusėse.Oro išleidimo (CPR metu) iš čiužinio greitis: ne lėčiau kaip per 50s.							Atitikimai: Dokumentas "Čiužinys atitikimai", psl.:21 ir 22 Skubaus gaivinimo atveju greito oro išleidimo vietos (rankinis variantas): 1. Abejose čiužinio pusėse.Oro išleidimo (CPR metu) iš čiužinio greitis: max 30s.
1.1.27.	Mikroklimato valdymas: Būtina							Atitikimai: Dokumentas "Čiužinys atitikimai", psl.: 37 Mikroklimato valdymas: Būtina

1.1.28.	Saugi čiužinio apkrova (numatyta gamintojo): ne mažiau 250 kg.							Atitikimai: Dokumentas "Čiužinys atitikimai", psl.:22. Saugi čiužinio apkrova (numatyta gamintojo): 250 kg.
1.1.29.	Išmatavimai: 210-220 cm x 85-90 cm							Atitikimai: Dokumentas "Čiužinys atitikimai", psl.:22. Išmatavimai: 214 cm x 86 cm
1.1.30.	Aukštis: Ne mažiau 20 cm bet ne daugiau 25 cm.							Atitikimai: Dokumentas "Čiužinys atitikimai", psl.:22. Aukštis: 22cm.
1.1.31.	Pripūtimo greitis (po sandėliavimo): ne ilgiau 15 min.							Atitikimai: Dokumentas "Čiužinys atitikimai", psl.:22. Pripūtimo greitis (po sandėliavimo): max 15 min.
1.1.32.	Veikimo režimai:1. Mikroklimato režimas.2. Automatinis čiužinio optimizavimas pacientui esant lovoje. Maksimalaus pripūtimo režimas							Atitikimai: Dokumentas "Čiužinys atitikimai", psl.: 36 Veikimo režimai:1. Mikroklimato režimas.2. Automatinis čiužinio optimizavimas pacientui esant lovoje. Maksimalaus pripūtimo režimas
1.1.33.	Maksimalaus pripūtimo režimo automatinis išsijungimas: Būtinai. Išsijungia po ne daugiau 30 min.							Atitikimai: Dokumentas "Čiužinys atitikimai", psl.: 36 Maksimalaus pripūtimo režimo automatinis išsijungimas: Būtinai. Išsijungia po 30 min.
1.1.34.	Užvalkalas: Kvėpuojantis- būtina mikroklimato funkcijai. Su užtrauktuku, užtraukiamu ne mažiau 360°.							Atitikimai: Dokumentas "Čiužinys atitikimai", psl.: 20. Užvalkalas: Kvėpuojantis- būtina mikroklimato funkcijai. Su užtrauktuku, užtraukiamu ne mažiau 360°.
1.1.35.	Antipragulinis čiužinys Modelis Nr.2: uždedamas ant lovos čiužinio platformos su pakabinamu kompresoriumi. 1.1.36 - 1.1.41 pateikti reikalavimai antrajam čiužinio modeliui.							
1.1.36.	Čiužinio tinkamumas: siūlomas čiužinys tinkamas naudojimui su siūloma lova.							
1.1.37.	Čiužinio paskirtis: antipragulinis čiužinys skirtas paciento pragulų prevencijai ir gydymui.							

1.1.38.	Čiužinio sudėtis ir funkcija:a) Kombinuotas (gelio ir porolono) čiužinys. b) Čiužinys minimizuoja muskuloskeletinį spaudimą, sumažina šlytį ir kūno odos drėgmės perteklių.c) Oro srauto pagalba valdomas paciento odos mikroklimatas per orui laidžią membraną.d) Gelio struktūros ne mažiau kaip trejose čiužinio dalyse.e) Oro srauto pagalba valdomas paciento odos mikroklimatas per orui laidžią membraną.f) Pučiant orą į čiužinyje esančias oro kameras, pacientas gali būti paverčiamas maksimaliu ne mažesniu kaip 30 laipsnių kampu. Galimybė sustabdyti oro pūtimą norimu pavertimo kampu							
1.1.39.	Maksimalus leistinas paciento svoris: ne mažiau kaip 225kg.							
1.1.40.	Čiužinio užvalkalas:1. Čiužinio užvalkalas padeda pašalinti drėgmės perteklių. 2. Čiužinio užvalkalas kvėpuojantis.3. Čiužinio užvalkalo siūlės sandarios.							
1.1.41.	Čiužinio matmenys:1. Ilgis: 215cm +/- 5cm 2. Plotis: 90cm +/- 5cm 3. Storis: 25cm +/- 5cm							

1.1.42.	Pompa (kompresorius) čiužinio papildomomis funkcijom atlikti (kiekvienai lovai pristatoma po atskirą kompresorių):1. Pompa turi HEPA filtrą2. Pompa su transportavimo rankena, apsauginiais bamperiais ir antivibracinėmis kojėlėmis 3. Su LCD ekranu arba lygiaverčiu4. Pakabiname ant lovos galo su atlenkiamais kabliais 5. Galima užrakinti funkcijų valdymą 6. Ne mažiau kaip trys iš anksto nustatyti paciento laikymo pavertus laikai. Laikas pradedamas skaičiuoti tik po pilno oro pripūtimo 7. Šoninių apsaugų pakėlimo priminimas prieš pradedant paciento pavertimą matomas pompos ekrane 8. Vizualinis pranešimas pompos ekrane, jei paciento pavertimas pavyko.							
1.1.43.	Lovos garantinio aptarnavimo laikotarpis: ne mažiau kaip 24 mėnesiai							Lovos garantinio aptarnavimo laikotarpis: 24 mėnesiai
1.1.44.	Komplektacija: lova, antipragulinis čiužinys, lašinių stovas, pasikėlimo rankena.							Komplektacija: lova, antipragulinis čiužinys, lašinių stovas, pasikėlimo rankena.
1.1.45.	Pavyzdžio pateikimas: ligoninei pareikalavus, tiekėjas privalo pristatyti specifikaciją atitinkantį pavyzdį per 20 kalendorinių dienų.							Pavyzdžio pateikimas: ligoninei pareikalavus, tiekėjas privalo pristatyti specifikaciją atitinkantį pavyzdį per 20 kalendorinių dienų.
1.1.46.	CE sertifikatas turi būti išduotas notifikuotos institucijos pagal MDR (ES) 2017/745 reglamentą: kartu su pasiūlymu privaloma pateikti galiojantį sertifikatą siūlomai komplektacijai.							CE sertifikatas turi būti išduotas notifikuotos institucijos pagal MDR (ES) 2017/745 reglamentą: kartu su pasiūlymu privaloma pateikti galiojantį sertifikatą siūlomai komplektacijai.
1.1.47.	Šešiakampio formos gelio struktūros ne mažiau kaip trijose čiužinio dalyse		ne	Taip/ Ne				

1.1.48.	Pacientas paverčiamas ne mažesniu kaip 30 laipsnių kampu. Pavertimas atliekamas čiužinio ir oro kompresoriaus pagalba		ne	Taip/ Ne				
1.1.49.	Čiužinio kompresorius integruotas į siūlomos funkcinės lovos konstrukciją (nėra atskiras kilnojamas įrangos vienetas)		taip	Taip/ Ne				Atitikimai: Dokumentas "Čiužinys atitikimai", psl.: 18 Čiužinio kompresorius integruotas į siūlomos funkcinės lovos konstrukciją (nėra atskiras kilnojamas įrangos vienetas)
1.1.50.	Čiužinio valdymas integruotas į multifunkcinį lovos valdymo skydelį integruotą galvūgalio dalies šoniniame apsauginiame rėme. Galima valdyti: a) Čiužinio veikimo režimą. b) Slėgio valdymo mygtukai. Multifunkcinio pulto ekrane rodomas čiužinio slėgis, režimas.		taip	Taip/ Ne				Atitikimai: Dokumentas "Čiužinys atitikimai", psl.: 34 Čiužinio valdymas integruotas į multifunkcinį lovos valdymo skydelį integruotą galvūgalio dalies šoniniame apsauginiame rėme. Galima valdyti: a) Čiužinio veikimo režimą. b) Slėgio valdymo mygtukai. Multifunkcinio pulto ekrane rodomas čiužinio slėgis, režimas
1.1.51.	Garantinio aptarnavimo laikotarpis ne mažiau nei 36 mėn.		taip	Taip/ Ne				Garantinio aptarnavimo laikotarpis 36 mėn.
Suma be PVM					23910			
Taikomas PVM dydis (%)			21	PVM suma	5021,1			
Suma su PVM					28931,1	Dalies biudžetas su PVM: 29040 Eur		