

**DIDELĖS DEGUONIES TĖKMĖS SISTEMOS SU VIENKARTINIAIS PRIEDAIS
VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR. SLP-21-1516**

PIRKIMO NR. 539317

Du tūkstančiai dvidešimt pirmų metų 05 mėnesio 20 diena
Kaunas

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, juridinio asmens kodas 135163499, kurių registruota buveinė yra Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus prof. habil. dr. Renaldo Jurkevičiaus, veikiančio pagal įstatus (toliau – Pirkėjas) iš vienos pusės, ir

Uždaroji akcinė bendrovė „AMI sprendimai“, juridinio asmens kodas 125456226, kurios registruota buveinė yra Nemenčinės pl. 15A, LT-10105 Vilnius, veiklos buveinė - Laisvės pr. 77 B, LT-06122 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Vytauto Dambravos, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau – Tiekėjas) iš kitos pusės,

toliau kartu šioje prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties dalykas naujų prekių – **didelės deguonies tėkmės sistemos su vienkartiniais priedais** (toliau – Prekės), įskaitant pristatymą, instaliavimą, išbandymą, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimą (utilizavimą), Pirkėjo specialistų apmokymą naudotis Prekėmis, pirkimas atviro konkurso būdu, kurių techninės charakteristikos nurodytos Sutarties 1 priede, Techninėje specifikacijoje.

1.2. Prekės turi būti pristatytos:

Prekių pristatymo vietos adresas	Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas	Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 1 mėnuo nuo Prekių užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos. Prieš pristatydamas Prekes Pirkėjui, Tiekėjas privalo suderinti tikslų Prekių pristatymo laiką ir vietą su Pirkėjo atstovu. Užsakyta prekes Tiekėjas pristato savo transportu ir išlaidomis. Prekių instaliavimas, išbandymas, Pirkėjo specialistų apmokymas naudotis Prekėmis, turi būti atliktas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prekių pristatymo dienos. Pirkėjas gali užsakyti prekes dalimis pagal poreikį.

1.3. Tiekėjas įsipareigoja pristatyti ir perduoti Pirkėjui nuosavybės teise Sutarties specialiuųjų sąlygų 1.1 punkte nurodytas Prekes, o Pirkėjas įsipareigoja priimti tvarkingas ir kokybiškas Prekes ir sumokėti Tiekėjui pagal nurodytus įkainius Sutartyje numatytais sąlygomis ir terminais.

2. SUTARTIES KAINOS APSKAIČIAVIMO BŪDAS, PRADINĖS SUTARTIES VERTĖ IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

2.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. IS-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika (toliau – Metodika), taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotas įkainis su peržiūra (toliau – įkainis). Peržiūros atvejis numatytas Sutarties bendrųjų sąlygų 7.2 punkte.

2.2. Pradinės Sutarties vertė:

Pradinės Sutarties vertė be PVM	73.690,00 Eur (septyniasdešimt trys tūkstančiai šeši šimtai devyniasdešimt eurų, 00 ct)
PVM	12.066,90 Eur (dvylika tūkstančių šešiasdešimt šeši eurai, 90 ct)
Pradinės Sutarties vertė su PVM	85.756,90 Eur (aštuoniasdešimt penki tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt šeši eurai, 90 ct)

Detali sutarties kaina ir prekių sąrašas nurodyti sutarties 2 priede „Prekių žiniaraštis“.

2.3. Pirkėjas negali daugiau pirkti pagal Sutartį, kai pasiekiamas bent vienas iš numatytų kriterijų – maksimalūs Prekių kiekiai, nurodyti Sutarties 2 priede, arba maksimali lėšų suma, nurodyta Sutarties specialiųjų sąlygų 2.2 punkte, priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau.

2.4. Sutarties vykdymo metu įsigijami Prekių kiekiai, taip pat Sutarties kaina, kurią Pirkėjas turės sumokėti Tiekėjui, priklauso nuo faktinių užsakymų, t. y. įsigijami Prekių kiekiai negali viršyti Sutartyje pagal Metodikos taisyklės nustatytos Prekių kiekio viršutinės ribos (nurodytos vienetais arba suma) (žr. Sutarties 2 priedą), o išpirkti mažesnę kiekį (tačiau ne mažiau nei nustatyta apatinė riba (jei nustatyta)) Pirkėjas gali.

2.5. Prekių užsakymų teikimas Tiekėjui priklauso nuo Pirkėjo poreikio ir valios, todėl Sutartimi Pirkėjas neįsipareigoja teikti Tiekėjui užsakymų, kad būtų pasiekta Pradinės Sutarties vertė, nurodyta Sutarties specialiųjų sąlygų 2.2 punkte. Sutarties kaina priklauso nuo Prekių kiekių pokyčių, nurodytų Sutarties 2 priede, tačiau neviršys Pradinės Sutarties vertės, nurodytos Sutarties specialiųjų sąlygų 2.2 punkte.

2.6. Mokėjimo sąlygos:

2.6.1. Vykdam Sutartį, sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašą paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Tiekėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (informacinės sistemos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu <https://www.esaskaita.eu>). Jeigu mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties atveju yra informacinės sistemos „E. sąskaita“ pažeidimų, dėl kurių negalimas Pirkėjo ir Tiekėjo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis šia sistema, vykdam Sutartį sąskaitos faktūros gali būti teikiamos ne elektroninėmis priemonėmis.

2.6.2. Avansinis mokėjimas: nenumatomas.

2.6.3. Pirkėjas mokėjimus už perduotas Prekes atlieka ne vėliau kaip:

2.6.3.1. per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po prekių pristatymo bei „Ilgalaikio turto – medicininės aparatūros naudojimo pradžios nustatymo akto“ pasirašymo, Pirkėjui gavus sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą;

2.6.3.2. jeigu sąskaitos faktūros arba lygiavertio dokumento gavimo diena neaiški, – per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių gavimo dienos. Sąskaitos faktūros arba lygiavertio dokumento gavimo diena yra laikoma neaiškia, jeigu sąskaita faktūra arba lygiavertis dokumentas Pirkėjui išrašytas ir išsiųstas nesinaudojant elektroninėmis priemonėmis;

2.6.3.3. kai Pirkėjas sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą gauna anksčiau, negu jam pristatytos Prekės, – per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių gavimo dienos.

2.6.4. Prekių pristatymo/gavimo diena laikytina Prekių perdavimo Pirkėjui, t. y. Ilgalaikio turto – medicininės aparatūros naudojimo pradžios nustatymo ir perdavimo–priėmimo aktų pasirašymo, diena.

2.6.5. Pirkėjas Tiekėjui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Tiekėjo šioje Sutartyje nurodytą banko sąskaitą.

2.6.6. Mokėjimai atliekami Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta.

2.6.7. Apmokėjimas pagal šią Sutartį laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Tiekėjo šios Sutarties specialiųjų sąlygų 10 straipsnyje nurodytą sąskaitą.

2.6.8. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybė: yra.

3. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

3.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas, t. y. banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas, šiai Sutarčiai netaikomas.

4. PREKIŲ KOKYBĖ

4.1. Prekės, jų kokybė, kiekis, kiti kriterijai privalo atitikti Pirkimo dokumentuose, Sutartyje, Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus ir teisės aktų, reglamentuojančių Prekių kokybės, tiekimo ir saugos reikalavimus.

4.1.1. Parduotoms prekėms tiekėjas suteikia ne trumpesnę kaip (žr. Sutarties 1 priedą „Techninė specifikacija“) garantiją, skaičiuojant nuo prekių pristatymo bei „Ilgalaikio turto – medicininės aparatūros naudojimo pradžios nustatymo akto“ pasirašymo ir garantinio laikotarpio metu garantuoja nemokamą prekių remontą, įskaitant, bet neapsiribojant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas. Laikotarpis tarp pranešimo apie gedimą ir jo pašalinimo į garantinį laikotarpį neįskaitomas.

4.1.2. Garantiniame laikotarpyje Tiekėjui gavus iškvietimą dėl naudojamos Prekės gedimo, Tiekėjo reakcijos į iškvietimą (iškvietimo gavimo patvirtinimo) laikas turi būti ne ilgesnis kaip 1 darbo diena, o gedimas turi būti pašalintas per ne ilgesnį kaip 15 darbo dienų terminą, skaičiuojant nuo iškvietimo gavimo.

4.1.3. Jei Tiekėjas nepašalina Prekės gedimo per 4.1.2 punkte nurodytą terminą, Tiekėjas, Pirkėjui raštu pareikalavus, moka 0,06 % nuo sugedusios Prekės pradinės įsigijimo kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

4.2. Iki Prekės naudojimo pradžios („Ilgalaikio turto – medicininės aparatūros naudojimo pradžios nustatymo akto“ pasirašymo) pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 10 darbo dienų terminas, skaičiuojant nuo pranešimo apie pastebėtus Prekės trūkumus gavimo.

4.3. Jei Tiekėjas nepašalina Prekės trūkumų per Sutarties specialiuųjų sąlygų 4.2 punkte nurodytą terminą, Tiekėjas, Pirkėjui raštu pareikalavus, moka Pirkėjui 0,06 % nuo trūkumų turinčios Prekės kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

5. NETESYBŲ DYDIS

5.1. Jei Tiekėjas nepristato prekių Sutartyje nustatytu terminu, Tiekėjas privalo sumokėti Pirkėjui 0,06 % nuo laiku nepristatytų Prekių bendros kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

5.2. Jei Tiekėjas atsisako pristatyti Prekes (jų dalį) arba pašalinti Prekių trūkumus, Pirkėjas taiko 30 % dydžio baudą nuo nepristatytų ar nuo pristatytų trūkumų turinčių Prekių bendros kainos.

5.3. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais už priimtas kokybiškas Prekes, Tiekėjo pareikalavimu Pirkėjas privalo sumokėti Tiekėjui 0,06 % delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą mokėti dieną. Jei viešasis pirkimas yra finansuojamas iš biudžeto, finansavimo vėlavimas yra sąlyga, visiškai atleidžianti Pirkėją nuo civilinės atsakomybės ir netesybų mokėjimo Tiekėjui už pavėluotą atsiskaitymą.

6. SUBTIEKIMAS

6.1. Kai Sutarties vykdymui Tiekėjas pasitelks subtiekęją (-us), tokiu atveju bus taikomi Sutarties bendrųjų sąlygų 15.1-15.8 punktai.

6.2. Sutarties vykdymui bet kuriuo Sutarties vykdymo metu Tiekėjo pasitelkiami subtiekėjai nurodomi Sutarties priede.

7. SUTARTIES GALIOJIMAS

7.1. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys ir Tiekėjas pateikia tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą (jei taikomas). Tiekėjui nepateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimo (kai taikomas), Sutartis neįsigalioja ir Šalių nesaisto jokie sutartiniai įsipareigojimai. Tokiu atveju Pirkėjas siūlo sudaryti Sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po Tiekėjo, nepateikusio Sutarties įvykdymo užtikrinimo.

7.2. Sutarties trukmė – 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Sutarties galiojimo terminas rašytiniu Šalių susitarimu gali būti pratęstas 1 (vieną) kartą ne ilgesniam kaip 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiui Pradinės Sutarties vertės ribose.

8. ATSAKINGI ASMENYS IR SUSIRAŠINĖJIMAS

8.1. Asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą:

	Tiekėjas	Pirkėjas
Vardas, pavardė	Vilma Dambravienė	Joana Čeponienė
Adresas	Laisvės pr. 77 B, 06122 Vilnius	Eivenių g. 2, 50161 Kaunas
Telefonas	+370 52375675	+370 37326418
Faksas	-	-
El. paštas	info@amis.lt	joana.ceponiene@kaunoklinikos.lt

Pirkėjo asmuo atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas - viešųjų pirkimų specialistė Vaida Juodrienė.

8.2. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) toliau nurodytais kontaktais, arba kitais kontaktais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą:

	Tiekėjas	Pirkėjas
Vardas, pavardė	Vilma Dambravienė	Joana Čeponienė
Adresas	Laisvės pr. 77 B, 06122 Vilnius	Eivenių g. 2, 50161 Kaunas
Telefonas	+370 52375675	+370 37326418
Faksas	-	-
El. paštas	info@amis.lt	joana.ceponiene@kaunoklinikos.lt

9. KITOS NUOSTATOS

9.1. Šią Sutartį sudaro Sutarties specialiosios sąlygos, jų priedai ir Sutarties bendrosios sąlygos. Jeigu Sutarties specialiųjų sąlygų ir (ar) jų priedų nuostatos neatitinka Sutarties bendrųjų sąlygų nuostatų, pirmenybė yra teikiama Sutarties specialiųjų sąlygų bei jų priedų nuostatomis.

9.2. Taikomos tos Sutarties bendrosios sąlygos, kurios yra patvirtintos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų generalinio direktoriaus 2019 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. 653 „Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų viešojo pirkimo - pardavimo sutarčių rengimo, vykdymo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ svetainė pasiekama adresu <https://www.kaunoklinikos.lt/apie-mus/viesieji-pirkimai/>.

9.3. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Sutarties Šaliai.

9.4. Šiuo Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė Sutartyje nurodyta data.

9.5. Sutartį sudaro šie eilės tvarka pagal pirmumą išvardyti dokumentai:

9.5.1. Sutarties specialiosios sąlygos;

9.5.2. Sutarties priedai:

9.5.2.1. Tiekėjo pasiūlymas, pateiktas CVP IS (atskirai nepridedamas);

9.5.2.2. Pirkimo sąlygos (įskaitant Pirkimo sąlygų paaiškinimus, patikslinimus, pan., jei tokių bus Pirkimo procedūrų metu) (atskirai nepridedama);

9.5.2.3. Techninė specifikacija (1 priedas);

9.5.2.4. Prekių žiniaraštis (2 priedas);

9.5.2.5. Kiti dokumentai (jei tokių yra);

9.5.3. Sutarties bendrosios sąlygos.

9.6. Laikoma, kad Sutartį sudarantys dokumentai vienas kitą paaiškina. Kiekvienas paskesnis eilės dokumentas turi žemesnę juridinę galią nei prieš jį nurodytas dokumentas. Neaiškumo ar prieštaravimo atveju vadovaujasi Sutarties specialiųjų sąlygų 9.5. punkte nurodyta eilės tvarka.

10. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI:

Tiekėjas

UAB „AMI sprendimai“

Laisvės pr. 77B, LT-06122 Vilnius
Juridinio asmens kodas 125456226
PVM mokėt. kodas LT254562219
A.s. LT64 7300 0100 3690 2263
Banko kodas 73000
AB Swedbank

Direktorius
Vytautas Dambrava
Parašas:

Data:

A.V.



Pirkėjas

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
ligoninė Kauno klinikos
Eivenių g. 2, 50161 Kaunas
Juridinio asmens kodas 135163499
PVM mokėt. kodas LT351634917
A.s. LT21 7300 0100 0222 6410
Banko kodas 73000
AB Swedbank

Generalinis direktorius
prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius
Parašas:

Data:

A.V.



2021-05-20

Didelės deguonies tėkmės sistemos su vienkartiniais priedais techninė specifikacija

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametru reikšmės	Siūlomos parametru reikšmės
1.	Didelės deguonies tėkmės sistema	13 vnt.	
1.1.	Paskirtis	Invaziniam pašildyto ir sudrėkinto oro ir deguonies mišinio tiekimui teigiamu slėgiu	Invaziniam pašildyto ir sudrėkinto oro ir deguonies mišinio tiekimui teigiamu slėgiu
1.2.	Oro ir deguonies maišytuvas		Oro ir deguonies maišytuvas
1.2.1.	Maišytuvo tvirtinimas	Universalus (galimybė tvirtinti maišytuvą tiek prie bėgelio, tiek prie stovo)	Universalus (galimybė tvirtinti maišytuvą tiek prie bėgelio, tiek prie stovo)
1.2.2.	Oro ir deguonies mišinio tėkmės reguliavimo diapazonas, įvertinant galimą nuosrūvį (ne siauresnis už nurodytą)	3 - 80 l/min	Oro ir deguonies mišinio tėkmės reguliavimo diapazonas, įvertinant galimą nuosrūvį 3 - 85 l/min
1.2.3.	Galimas nuosrūvis	≤ 3 l/min, esant slėgiui 3,4 bar (arba lygiaverčiai)	Galimas nuosrūvis ≤ 3 l/min, esant slėgiui 3,4 bar
1.2.4.	Avarinė dujų tėkmė, užtikrinama sutrikus oro arba deguonies tiekimui	≥ 50 l/min	Avarinė dujų tėkmė, užtikrinama sutrikus oro arba deguonies tiekimui > 50 l/min
1.2.5.	Deguonies koncentracijos reguliavimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą)	21 - 100%	Deguonies koncentracijos reguliavimo ribos 21 - 100%
1.2.6.	Darbinis oro/deguonies tiekimo slėgio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą)	3,5 - 6,5 bar	Darbinis oro/deguonies tiekimo slėgio diapazonas 3,2 - 6,5 bar
1.2.7.	Deguonies koncentracijos tiekiamame oro ir deguonies mišinyje tikslumas	$\leq \pm 3\%$	Deguonies koncentracijos tiekiamame oro ir deguonies mišinyje tikslumas $\pm 3\%$
1.2.8.	Aliarmas	Garsinis aliarmas, suveikiantis susidarius per dideliu skirtumui tarp oro ir deguonies tiekimo slėgių	Garsinis aliarmas, suveikiantis susidarius per dideliu skirtumui tarp oro ir deguonies tiekimo slėgių
1.2.9.	Maišytuvo veikimo garso mažinimas	Būtinis techninė (-ės) priemonė (-ės), sumažinanti (-čios) maišytuvo veikimo garsą	Garsą mažinanti priemonė
1.3.	Deguonies monitorius, sudarytas iš matavimo prietaiso ir deguonies jutiklio, skirtas nustatyti ir stebėti deguonies koncentraciją kvėpuojamųjų dujų mišinyje		
1.3.1.	Jutiklio veikimas	Dujos matuojamos difuziškai per sintetinę membraną ir ištirpsta deguonies jutiklio elektrolite	Jutiklio veikimas: Dujos matuojamos difuziškai per sintetinę membraną ir ištirpsta deguonies jutiklio elektrolite
1.3.2.	Ekranas	Skaitmeninis, skystųjų kristalų	Ekranas skaitmeninis, skystųjų kristalų
1.3.3.	Kalibravimo funkcija	Oro, deguonies	Kalibravimo funkcija:

			Oro, deguonies
1.3.4.	Deguonies koncentracijos matavimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą)	0 - 100%	Deguonies koncentracijos matavimo diapazonas 0-100%
1.3.5.	Rodomas deguonies koncentracijos tikslumas (diskretiškumas)	$\leq 0,1\%$	Rodomas deguonies koncentracijos tikslumas (diskretiškumas) 0,1%
1.3.6.	Deguonies koncentracijos matavimo paklaida	$\leq 1\%$ vol. O ₂ , kai kalibruota 100 % vol. O ₂	Deguonies koncentracijos matavimo paklaida $< 1\%$ vol. O ₂ , kai kalibruota 100 % vol. O ₂
1.3.7.	Temperatūros kompensavimas	Įdiegta NTC (elektrinė varža su neigiamais temperatūros koeficientais) kompensacija	Temperatūros kompensavimas Įdiegta NTC (elektrinė varža su neigiamais temperatūros koeficientais) kompensacija
1.4.	Automatinis drėkintuvas - šildytuvas	1. Skirtas tiekiamo oro - deguonies mišinio pašildymui ir drėkinimui; 2. Su automatinio temperatūros palaikymu pagal pasirinktą režimą.	Automatinis drėkintuvas – šildytuvas MR850 1. Skirtas tiekiamo oro - deguonies mišinio pašildymui ir drėkinimui; 2. Su automatinio temperatūros palaikymu pagal pasirinktą režimą.
1.4.1.	Temperatūros valdymo režimai:	1. Invazinis režimas: a) kameros temperatūra 36- 42 °C, b) oro-deguonies mišinio temperatūra 34,5 – 40,5 °C; 2. Neinvazinis režimas: a) kameros temperatūra 31 – 36 °C, b) oro-deguonies mišinio temperatūra 27,5 – 34,5 °C.	Temperatūros valdymo režimai 1. Invazinis režimas: a) kameros temperatūra 35,5- 42 °C, b) oro-deguonies mišinio temperatūra 35 – 40 °C; 2. Neinvazinis režimas: a) kameros temperatūra 31 – 36 °C, b) oro-deguonies mišinio temperatūra 28 – 34 °C.
1.4.2.	Darbinių parametrų atvaizdavimas	Būtinas ekranas darbinių parametrų atvaizdavimui	Ekranas darbinių parametrų atvaizdavimui yra
1.4.3.	Aliarmai	1. Per aukšta temperatūra; 2. Per žema temperatūra.	1.Per aukštos temperatūros aliarmas: kai rodoma temperatūra viršija 41°C ar kontūre temperatūra viršija 43°C 2.Per žemos temperatūros aliarmas: 10 min., kai temperatūra 29,5°C; 60 min., kai temperatūra 34,5°C (tik invaziniame režime)
1.4.4.	Drėgmės našumas	1. Invaziniame režime: ≥ 33 mg/l 2. Neinvaziniame režime: ≥ 10 mg/l	Drėgmės našumas 1. Invaziniame režime: > 33 mg/l 2. Neinvaziniame režime: > 10 mg/l
1.4.5.	Išilimo iki darbinės temperatūros laikas	Ne daugiau kaip 30 min	Išilimo iki darbinės temperatūros laikas mažiau nei 30 min
1.4.6.	Svoris (be priedų)	≤ 3 kg	Svoris be priedų 2,8 kg

1.5.	Pateikiami didelės deguonies tėkmės sistemai skirti priedai:		Pateikiami didelės deguonies tėkmės (CPAP) sistemai skirti priedai:
1.5.1.	Temperatūros/tėkmės srauto daviklis	1 vnt. Tinkamas automatiniam drėkintuvui - šildytuvui, jungtis stačiu kampu, daviklio su jungiamuoju laidu ilgis $\geq$ 1850 mm	Temperatūros/tėkmės srauto daviklis (1 vnt.) 900MR869 1. Tinkamas automatiniai drėkintuvui/ šildytuvui ; 2. Jungtis stačiu kampu, 3. Daviklio su jungiamuoju laidu ilgis 1850 mm.
1.5.2.	Kaitinimo laidas	1 vnt. Tinkamas automatiniam drėkintuvui – šildytuvui ir komplektuojamiems kvėpavimo kontūrams.	Kaitinimo laidas (1 vnt.) Nr. 900MR806 Tinkamas automatiniam drėkintuvui – šildytuvui ir komplektuojamiems kvėpavimo kontūrams.
1.5.3.	Aukšto slėgio žarna sistemos pajungimui prie centralizuoto suspausto oro tiekimo magistralinio vamzdymo	1 vnt. Ne trumpesnė kaip 1,5 m, su greitos fiksacijos jungtimi – kištuku (<i>jungties tipas suderinamas užsakymo metu</i>)	Aukšto slėgio žarna sistemos pajungimui prie centralizuoto suspausto oro tiekimo magistralinio vamzdymo 1 vnt. 1,5 m ilgio, su greitos fiksacijos jungtimi – kištuku (<i>jungties tipas bus suderinamas užsakymo metu</i>);
1.5.4.	Aukšto slėgio žarna sistemos pajungimui prie centralizuoto deguonies tiekimo magistralinio vamzdymo	1 vnt. Ne trumpesnė kaip 1,5 m, su greitos fiksacijos jungtimi – kištuku (<i>jungties tipas suderinamas užsakymo metu</i>)	Aukšto slėgio žarna sistemos pajungimui prie centralizuoto suspausto oro tiekimo magistralinio vamzdymo 1 vnt. 1,5 m ilgio, su greitos fiksacijos jungtimi – kištuku (<i>jungties tipas bus suderinamas užsakymo metu</i>);
1.5.5.	Mobilus stovas, ant kurio tvirtinama didelės deguonies tėkmės sistemos įranga	1 vnt. Pritaikytas vandens maišui pakabinti 1,65 -170 cm aukštyje	Mobilus stovas, ant kurio tvirtinama didelės deguonies tėkmės sistemos įranga 1 vnt. Pritaikytas vandens maišui pakabinti 1,65 cm aukštyje
1.5.6.	Bendri reikalavimai sistemos komplektacijai (neskaitant 2 punkte aprašytų vienkartinį eksploatacinių priedų)	Tiekiamą sistemą turi būti sukomplektuota visais priedais (ne tik nurodytais 1.5.1 - 1.5.5 punktuose), reikalingais normaliam sistemos darbui užtikrinti (<i>būtinai tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinamas, kad tiekiamą sistemą bus sukomplektuota visais priedais, reikalingais normaliam sistemos darbui užtikrinti</i>)	Patvirtiname, kad tiekiamą sistemą bus sukomplektuota su visais priedais, reikalingais normaliam sistemos darbui užtikrinti.
1.6.	Įrangos pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir vartotojų apmokymas	Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) ir vartotojų apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.	Patvirtiname, kad įrangos pristatymas į Kauno klinikų medicininės technikos sandėlį, iškrovimas, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po

			instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir vartotojų apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.
1.7.	Pristatoma įranga paženklinta atitikties ženklu CE	Būtina (<i>būtinasis tiekėjo patvirtinimas, kad pristatyta įranga bus paženklinta atitikties ženklu CE</i>)	Patvirtiname, kad pristatyta įranga bus paženklinta atitikties ženklu CE.
1.8.	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija	1. Vartotojo instrukcija lietuvių kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija 1. Vartotojo instrukcija lietuvių kalba; 2. Serviso dokumentacija anglų kalba.
1.9.	Įrangos garantinio aptarnavimo laikotarpis	≥ 36 mėnesiai	Įrangos garantinio aptarnavimo laikotarpis 36 mėnesiai
2.	Vienkartiniai priedai darbui su didelės deguonies tėkmės sistema:		Vienkartiniai priedai darbui su didelės deguonies tėkmės sistema:
2.1.	Didelės tėkmės kaniulės	Orientacinis kiekis 500 vnt.	Didelės tėkmės kaniulės orientacinis kiekis 500 vnt.
2.1.1.	Reikalavimai didelės tėkmės kaniulėms	1. Anatomiškai išlenktos, minkštos; 2. Nuo kondensato susidarymo apsaugančios technologijos; 3. Su reguliuojamu galvos dirželiu; 4. Su fiksavimo klipsu, fiksuojančiu kaniulių vamzdelį, kad kaniulės neišsitrauktų iš nosies; 5. Maksimalus srauto pralaidumas ≥ 50 l/min; 6. Skirtos suaugusiems, ne mažiau kaip trijų pagal poreikį pasirenkamų dydžių (pasirenkama užsakymo metu); 7. Gamintojo deklaruojama maksimali kaniulių naudojimo vienam pacientui trukmė ≥ 7 dienos.	1. Anatomiškai išlenktos, minkštos; 2. Nuo kondensato susidarymo apsaugančios technologijos; Evaqua technologijos; 3. Su reguliuojamu galvos dirželiu; 4. Su fiksavimo klipsu, fiksuojančiu kaniulių vamzdelį, kad kaniulės neišsitrauktų iš nosies; 5. Maksimalus srauto pralaidumas 50 l/min; 6. Skirtos suaugusiems, trijų pagal poreikį pasirenkamų dydžių (patvirtiname, kad bus galima pasirinkti užsakymo metu) 7. Gamintojo deklaruojama maksimali kaniulių naudojimo vienam pacientui trukmė 14 dienų
2.2.	Didelės tėkmės kvėpavimo kontūrai	Orientacinis kiekis 500 vnt.	
2.2.1.	Reikalavimai didelės tėkmės kontūrams	1. Su automatiškai pasipildančiu bei reikiamą vandens lygį palaikančiu vandens rezervuaru (drėkinimo indu), turinčiu užpildymo vandeniui lygio atžymą, sukomplektuotu ≥ 50 cm ilgio vandens paėmimo žarnele su adata; 2. Su kaitinimo sistema - kontūre integruotu (-ais) spiraliniu (-iais) kaitinimo laidu (-ais); 3. Pagal poreikį pasirenkamų dydžių,	1. Su automatiškai pasipildančiu bei reikiamą vandens lygį palaikančiu vandens rezervuaru (drėkinimo indu), turinčiu užpildymo vandeniui lygio atžymą, sukomplektuotu 50 cm ilgio vandens paėmimo žarnele su adata 2. Su kaitinimo sistema - kontūre integruotais

		suderintų su 2.1.1 punkte nurodytomis skirtingų dydžių kaniulėmis (<i>pasirenkama užsakymo metu</i>), arba universalūs, tinkami naudoti su visų 2.1.1 punkte nurodytų dydžių kaniulėmis; 4. Gamintojo deklaruojama maksimali kontūro rinkinio naudojimo vienam pacientui trukmė ≥ 7 dienos.	spiraliniais kaitinimo laidais; 3.Universalūs, tinkami naudoti su visų 2.1.1 punkte nurodytų dydžių kaniulėmis 4.Gamintojo deklaruojama maksimali kontūro rinkinio naudojimo vienam pacientui trukmė 7 dienos.
--	--	---	---

PREKIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Pavadinimas	Modelis, gamintojo pavadinimas	Mato vnt.	Orientac. kiekis, vnt.	Vieneto kaina Eur (be PVM)	Kaina viso Eur (be PVM)	Kaina viso Eur (su PVM)
1	Didelės deguonies tėkmės sistema	Sistemos komplektas D-DR-B-HF-SET, Gamintojas DEHAS Medizintechnik& Projektierung GmbH ir drėkintuvas -šildytuvas MR850, gamintojas Fisher&Paykel Healthcare	vnt.	13	4 030.00	52 390.00	63 391.90
2	Vienkartiniai priedai darbui su didelės deguonies tėkmės sistema:	x	x	x	x	x	x
2.1.	Didelės tėkmės kaniulės	Optiflow + nasal cannula Nr.94x, gamintojas Fisher&Paykel Healthcare	vnt.	500	18.60	9 300.00	9 765.00
2.2.	Didelės tėkmės kvėpavimo kontūrai	Adult breathing circuit inspiratory heated RT202, gamintojas Fisher&Paykel Healthcare	vnt.	500	24.00	12 000.00	12 600.00
Pradinės sutarties vertė EUR (su PVM):							85 756.90

Tiekėjas

UAB „AMI sprendimai“

Laisvės pr. 77B, LT-06122 Vilnius
Juridinio asmens kodas 125456226
PVM mokėt. kodas LT254562219
A.s. LT64 7300 0100 3690 2263
Banko kodas 73000
AB Swedbank

Direktorius
Vytautas Dambrava
Parašas
Data:
A.V.



Pirkėjas

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
ligoninė Kauno klinikos
Eivenių g. 2, 50161 Kaunas
Juridinio asmens kodas 135163499
PVM mokėt. kodas LT351634917
A.s. LT21 7300 0100 0222 6410
Banko kodas 73000
AB Swedbank

Generalinis direktorius
prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius
Parašas
Data:



2021-05-20

Didelės deguonies tiekės sistema su vienkartiniais priedais/6546 Nr.: SUTP-
695 *seifas-1566*

Nr	Pareigų pavadinimas	Vardas ir Pavardė	Data	Komentarai	Rezultatas
1.	vyresnysis juristas	Diana Armalienė	2021-04-02 10:12:02		Vizavo
2.	Medicininės technikos tarnybos vadovė	Joana Čeponienė	2021-05-14 15:40:59		Vizavo
3.	Tarnybos vadovė	Vaida Koniuchovienė	2021-05-14 16:43:17		Vizavo
4.	vyresnysis juristas	Diana Armalienė	2021-05-14 17:14:40		Vizavo
5.	Direktorė ekonomikai ir infrastruktūrai	Gintarė Bagdonaitė	2021-05-14 20:40:18		Vizavo

