

**UAB „Sormedica”**  
(Tiekėjo pavadinimas)

**(Uždara akcinė bendrovė, V. Kuzmos g. 28, LT-08431 Vilnius, El.p. info@sormedica.lt,  
Juridinių asmenų registras, 123961895, LT239618917)**

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos  
(Adresatas (perkančioji organizacija))

## PASIŪLYMAS

### DĖL KRAUJO VAMZDELIŲ UŽLYDymo PRIETAISO PIRKIMO

2021-05-04 Nr. \_\_\_\_\_  
(Data)  
Vilnius  
(Sudarymo vieta)

1 lentelė

## TIEKĖJO REKVIZITAI

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Sormedica“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	V. Kuzmos g. 28, LT-08431 Vilnius
Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas	123961895, LT239618917
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas	A/S LT36 7300 0101 5538 1477 Swedbank AB Banko kodas: 73000
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	Direktorė Živilė Filatovaitė
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Vadybininkas Giedrius Foktas
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Vadybininkas Giedrius Foktas
Telefono numeris	(8 5) 219 5710
Fakso numeris	(8 5) 219 5439
El. pašto adresas	info@sormedica.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) Atviro konkurso (supaprastinto pirkimo) skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

2 lentelė

## SUBTIEKĖJO REKVIZITAI

Eil. Nr.	Subtiekėjo pavadinimas (-ai), adresas (-ai)

--	--

***\*Pastaba:*** Lentelė pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją.

3 lentelė

### **PASIŪLYMO KAINA**

Kainų pasiūlymą užpildyti pirkimo dokumentų 5 priede „Kainų pasiūlymo lentelė“  
(dokumentas turi būti pateikiamas redaguojamu formatu)



## Kraujo vamzdelių užlydymo prietaiso techninė specifikacija (Kiekis 3 vnt.)

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametų reikšmės	Siūlomi parametrai ir siūlomos parametų reikšmės
1.	Paskirtis	Portatyvinis prietaisas, skirtas bet kokio gamintojo ir bet kokio tipo kraujo maišelių PVC (arba lygiavertės medžiagos) vamzdeliams užlydyti, su viena užlydimo rankena.	Portatyvinis prietaisas, skirtas bet kokio gamintojo ir bet kokio tipo kraujo maišelių PVC vamzdeliams užlydyti, su viena užlydimo rankena.
2.	Reikalavimai prietaiso funkcionalumui	1. Galimybė užlydyti kraujo maišelių PVC (arba lygiavertės medžiagos) vamzdelius, kurių išorinis diametras ne didesnis kaip 6 mm ir maksimalus vidinis diametras ne didesnis kaip 0,6 mm; 2. Vamzdelių užlydymo laikas ne ilgesnis kaip 2,5 sekundės; 3. Automatinis vamzdelio užspaudimas (užspaudimas automatiškai reguliuojamas priklausomai nuo vamzdelio diametro); 4. Prietaisas su užlydymo būsenos spalviniais indikatoriais ant užlydymo rankenos ir užlydymo stotelės; 5. Prietaisas su įkraunamu akumuliatoriumi.	1. Gali užlydyti kraujo maišelių PVC vamzdelius, kurių išorinis diametras iki 6 mm ir maksimalus vidinis diametras iki 0,6 mm; 2. Vamzdelių užlydymo laikas iki 2,5 sekundės priklausomai nuo vamzdelio storio; 3. Automatinis vamzdelio užspaudimas (užspaudimas automatiškai reguliuojamas priklausomai nuo vamzdelio diametro); 4. Prietaisas su užlydymo būsenos spalviniais indikatoriais ant užlydymo rankenos ir užlydymo stotelės; 5. Prietaisas su įkraunamu akumuliatoriumi.
3.	Reikalavimai akumuliatoriui	1. Akumuliatorius įkraunamas ne ilgiau kaip per 2,5 valandas; 2. Pilnai įkrautas akumuliatorius užtikrina ne mažiau kaip 350 užlydymų.	1. Akumuliatorius įkraunamas per 2,5 valandas; 2. Pilnai įkrautas akumuliatorius užtikrina 350 užlydymų.
4.	Prietaiso svoris	≤ 1,5 kg	Prietaiso svoris - 1 kg. Prietaiso svoris su užlydymo rankena 1 kg 350 g.
5.	Kartu su kraujo vamzdelių užlydymo prietaisu komplektuojami priedai	1. Įkrovimo kabelis ne trumpesnis kaip 2 m; 2. Prietaiso transportavimo krepšys.	1. Įkrovimo kabelis 2 m; 2. Prietaiso transportavimo krepšys.
6.	Prietaiso žymėjimas CE ženklu	Būtinai. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją.	Pateikiamas CE sertifikatas
7.	Kartu su prietaisu pateikiami dokumentai	1. Vartotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.	1. Bus pateikiamas vartotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Bus pateikiamas serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.

8.	Garantinio aptarnavimo laikotarpis	≥ 24 mėnesiai	Garantija 24 mėnesiai
9.	Prietaiso pristatymas į Kauno klinikų medicininės technikos sandėlį, iškrovimas, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas	Prietaiso pristatymo į Kauno klinikų medicininės technikos sandėlį, iškrovimo, pervežimo iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) ir personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.	Prietaiso pristatymo į Kauno klinikų medicininės technikos sandėlį, iškrovimo, pervežimo iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) ir personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.

## PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius	Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas
1.	UAB „Sormedica“ įgaliojimas (konfidencialu)	1	UAB „Sormedica“ įgaliojimas (konfidencialu)
2.	UAB „Sormedica“ Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (toliau - EBVPD)	13	UAB „Sormedica“ EBVPD
3.	Gamintojo dokumentai (konfidencialu)	4	Gamintojo dokumentai (konfidencialu)

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

**Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro:** (tiekejai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali) (žr. Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimą (<http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/priminimas-del-konfidencialumo-viesuosiuose-pirkimuose>), kuriame nurodoma, kad pasiūlyme nurodytos kainos bei įkainiai, taip pat nuolaidos dydis ar įkainio bazė, tiekėjo siūlomų prekių gamintojai, pavadinimai, modeliai, tiekėjo siūlomų prekių techninės specifikacijos, nurodomos užpildant perkančiosios organizacijos pateiktas lenteles, tiekėjo siūlomų prekių atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai - brošiūros, aprašymai, instrukcijos - nėra konfidenciali informacija.

Viešųjų pirkimų tarnyba atkreipia Tiekėjų dėmesį, kad negalima piktnaudžiauti „konfidencialumo“ sąvoka ir šių duomenų nurodyti esant konfidencialiais).

**Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (nurodyti):** UAB „Sormedica“ įgaliojimas (konfidencialu), gamintojo dokumentai (konfidencialu).

**Pastaba.** Jei pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos, tiekėjas turi nurodyti, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Rinkodaros ir marketingo  
asistentė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens  
pareigų pavadinimas)



(Parasas)

Justė Paulauskaitė

Vardas, pavardė