

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

TRAUMATOLOGINIAI IMPLANTAI

Eil. Nr.	Pavadinimas	Techniniai reikalavimai	Mato vnt.	Maksimalus numatomas kiekis 36 mėn
1	2	3	4	5
1.	KOMPRESINĖS PLOKŠTELĖS OSTEOSINTEZEI			
1.1	Distalinio šlaunikaulio rakinama plokštelė	Anatomiškai adaptuota kairei/dešinei pusėms, 5–13 rakinamų kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje (visos kiaurymės dvigubos), ne mažiau 7 kiaurymių plokštelės galvoje, su papildomomis kiaurymėmis vieloms. Plokštelės storis 5.5 mm (± 0.1 mm), plotis 16.0 mm (± 0.5 mm), atstumas tarp kiaurymių 20 mm (± 2 mm). Plokštelės naudojamos su 5.0 mm rakinamais sraigtais bei 4.5 mm kortikaliniais sraigtais. Pagaminta iš titano arba titano lydinio. Kiaurymių skaičius/ilgis, mm (± 2 mm): 5/160, 6/180, 7/200, 8/220, 9/240, 10/260, 11/280, 12/300, 13/320.	vnt.	15
1.2	Distalinio blauzdikaulio lateralinės pusės plokštelė, L formos	Anatomiškai adaptuota kairei/dešinei pusėms, 3–17 rakinamų kiaurymių ilgojoje plokštelės dalyje (visos kiaurymės dvigubos, iš kurių viena pailga kompresinė), ne mažiau 4 kiaurymių plokštelės galvoje rakinamų $6^\circ (\pm 1^\circ)$ kampu ir ne mažiau 3 kiaurymių vieloms proksimalinėje plokštelės dalyje. Plokštelės storis nuo 4 mm (± 0.1 mm) laipsniškai pereina prie 2 mm (± 0.1 mm), plokštelės plotis 13 mm (± 0.5 mm), atstumas tarp kiaurymių 16 mm (± 1 mm). Plokštelės naudojamos su 3.5 mm rakinamais sraigtais bei 3.5 mm kortikaliniais sraigtais. Pagaminta iš titano arba titano lydinio. Kiaurymių skaičius/ilgis, mm (± 2 mm): 3/90, 5/125, 7/155, 9/190, 11/220, 13/250, 15/285, 17/315.	vnt.	10
1.3	Proksimalinio blauzdikaulio galo medialinės pusės kompresinė plokštelė, T formos	Anatomiškai adaptuota kairei/dešinei pusėms, 4-16 rakinamų kiaurymių ilgojoje plokštelės dalyje (iš kurių viena pailga kompresinė ir viena dviguba), ne mažiau 3 kiaurymių trumpojoje plokštelės dalyje ir ne mažiau 2 kiaurymių vieloms proksimaliniame plokštelės gale. Plokštelės storis 3.5 mm (± 0.1 mm), plotis 12.5 mm (± 0.5 mm), atstumas tarp kiaurymių 13 mm (± 1 mm). Plokštelės naudojamos su 3.5 mm rakinamais sraigtais bei 3.5 mm kortikaliniais sraigtais. Pagaminta iš titano arba titano lydinio. Kiaurymių skaičius/ilgis, mm (± 2 mm): 4/85, 6/110, 8/135, 10/160, 12/185, 14/215, 16/240.	vnt.	15

1.4	Proksimalinio blauzdikaulio galo užpakalinės medialinės pusės rakinama plokštelė, T/L formos	Anatomiškai adaptuota kairei/dešinei pusėms, 4-6 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje (viena pailga kompresinė), ne mažiau 7 kiaurymių plokštelės galvoje ir ne mažiau 4 kiaurymių vieloms proksimaliniame plokštelės gale. Plokštelės galva anatomiškai išgaubta. Plokštelės storis 4 mm (± 0.1 mm), plotis 12 mm (± 0.5 mm), atstumas tarp kiaurymių 12 mm (± 1 mm). Plokštelės naudojamos su 5.0 mm rakinamais sraigtais, 3.5 mm rakinamais sraigtais bei 4.5 mm kortikaliniais sraigtais. Pagaminta iš titano arba titano lydinio. Kiaurymių skaičius/ilgis, mm (± 2 mm): 4/95, 6/120.	vnt.	5
1.5	Distalinio blauzdikaulio galo medialinės pusės kompresinė plokštelė	Žemo profilio, anatomiškai adaptuota kairei/dešinei pusėms, 4–14 rakinamų kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje (visos kiaurymės dvigubos, iš kurių viena pailga kompresinė), ne mažiau 9 kiaurymių plokštelės galvoje (iš kurių dvi dvigubos) ir ne mažiau 4 kiaurymių vieloms proksimaliniame plokštelės gale. Plokštelės storis 4.0 mm (± 0.1 mm), plotis 13.5 mm (± 0.5 mm), atstumas tarp kiaurymių 13 mm (± 1 mm). Plokštelės naudojamos su 3.5 mm rakinamais sraigtais bei 3.5 mm kortikaliniais sraigtais. Pagaminta iš titano arba titano lydinio. Kiaurymių skaičius/ilgis, mm (± 2 mm): 4/110, 6/135, 8/160, 10/185, 12/215, 14/240.	vnt.	15
1.6	Šeivikaulio dorso-lateralinės pusės rakinama plokštelė	Anatomiškai adaptuota kairei/dešinei pusėms, 3-8 rakinamų kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje (visos kiaurymės dvigubos, bent viena pailga kompresinė), ne mažiau 8 kiaurymių plokštelės galvoje. Plokštelė anatomiškai išgaubta ir išlenkta. Plokštelės storis 2.3 mm (± 0.1 mm), plotis 10 mm (± 1 mm), atstumas tarp kiaurymių 12 mm (± 1 mm). Plokštelės naudojamos su 3.5 mm rakinamais sraigtais, 2.7 mm rakinamais sraigtais, 2.4 mm rakinamais sraigtais bei 3.5 mm kortikaliniais sraigtais. Pagaminta iš titano arba titano lydinio. Kiaurymių skaičius/ilgis, mm (± 2 mm): 3/75, 4/90, 5/105, 6/115, 7/130, 8/140.	vnt.	5
1.7	Proksimalinio žastikaulio rakinama plokštelė	Universali plokštelė kairei/dešinei pusėms, 3-13 rakinamų kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje (visos kiaurymės dvigubos), bent viena pailga kiaurymė plokštelės pozicionavimui, ne mažiau 9 kiaurymių plokštelės galvoje, bent viena iš jų dviguba, su papildomomis kiaurymėmis vieloms bei siūlams. Plokštelės storis 4.2 mm (± 0.1 mm), plotis 12.5 mm (± 0.5 mm), atstumas tarp kiaurymių 13 mm (± 1 mm). Plokštelės naudojamos su 3.5 mm rakinamais sraigtais bei 3.5 mm kortikaliniais sraigtais. Pagaminta iš titano arba titano lydinio. Kiaurymių skaičius/ilgis, mm (± 2 mm): 3/95, 4/110, 5/125, 6/135, 7/150, 8/165, 9/180, 10/195, 11/205, 12/220, 13/235.	vnt.	15

1.8	Distalinio žastikaulio lateralinės pusės rakinama plokštelė	Anatomiškai išgaubta ir išlenkta, adaptuota kairei/dešinei pusėms, 3-8 rakinamų kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje 3.5 mm sraigtams (visos kiaurymės dvigubos), bent viena pailga kiaurymė plokštelės pozicionavimui, ne mažiau 5 kiaurymių plokštelės galvoje 2.7 mm sraigtams. Plokštelės storis 2.5 mm (± 0.1 mm), plotis 11 mm (± 0.5 mm), atstumas tarp kiaurymių 13 mm (± 1 mm). Plokštelės naudojamos su 3.5 mm rakinamais sraigtais, 3.5 mm kortikaliniais sraigtais bei 2.7 mm rakinamais sraigtais. Pagaminta iš titano arba titano lydinio. Kiaurymių skaičius/ilgis, mm (± 2 mm): 3/75, 4/90, 5/100, 6/115, 7/130, 8/140, 9/145	vnt.	15
1.9	Distalinio žastikaulio medialinės pusės rakinama plokštelė	Anatomiškai išgaubta ir išlenkta, adaptuota kairei/dešinei pusėms, 3-8 rakinamų kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje 3.5 mm sraigtams (visos kiaurymės dvigubos), bent viena pailga kiaurymė plokštelės pozicionavimui, ne mažiau 3 kiaurymių plokštelės galvoje 2.7 mm sraigtams. Plokštelės storis 2.5 mm (± 0.1 mm), plotis 11 mm (± 0.5 mm), atstumas tarp kiaurymių 13 mm (± 1 mm). Plokštelės naudojamos su 3.5 mm rakinamais sraigtais, 3.5 mm kortikaliniais sraigtais bei 2.7 mm rakinamais sraigtais. Pagaminta iš titano arba titano lydinio. Kiaurymių skaičius/ilgis, mm (± 2 mm): 3/60, 4/70, 5/85, 6/95, 7/110, 8/125, 9/135,	vnt.	15
1.10	Rakinama plokštelė alkūnkauliui	Anatomiškai išgaubta ir išlenkta, adaptuota kairei/dešinei pusėms, 3-7 rakinamų kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje (visos kiaurymės dvigubos), bent viena pailga kiaurymė plokštelės pozicionavimui, ne mažiau 6 kiaurymių plokštelės galvoje, su papildomomis kiaurymėmis vieloms. Plokštelės storis 3.0 mm (± 0.2 mm), plotis 10 mm (± 0.5 mm), atstumas tarp kiaurymių 13 mm (± 1 mm). Plokštelės naudojamos su 3.5 mm rakinamais sraigtais, 3.5 mm kortikaliniais sraigtais. Pagaminta iš titano arba titano lydinio. Kiaurymių skaičius/ilgis, mm (± 2 mm): 3/100, 4/110, 5/125, 6/138, 7/150, 8/165	vnt.	15
1.11	Rakinama plokštelė alkūnkauliui, U formos	Žemo profilio, anatomiškai išgaubta ir išlenkta, adaptuota kairei/dešinei pusėms, ne mažiau 12 rakinamų kiaurymių, su papildomomis kiaurymėmis plokštelės centre. Plokštelės storis 1.8 mm (± 0.2 mm), plotis 6 mm (± 0.5 mm), atstumas tarp kiaurymių 6 mm (± 1 mm). Plokštelės naudojamos su 2.7 mm rakinamais sraigtais. Pagaminta iš titano arba titano lydinio. Kiaurymių skaičius/ilgis, mm (± 2 mm): 12/60.	vnt.	5

1.12	Tiesi rakinama plokštelė	Tiesi plokštelė, 4-14 rakinamų kiaurymių, visos kiaurymės dvigubos. Plokštelės storis 3.0 mm (± 0.2 mm), plotis 11 mm (± 0.5 mm), atstumas tarp kiaurymių 13 mm (± 1 mm). Plokštelės naudojamos su 3.5 mm rakinamais sraigtais ir 3.5 mm nerakinamais sraigtais. Pagaminta iš titano arba titano lydinio. Kiaurymių skaičius/ilgis, mm (± 2 mm): 4/60, 5/75, 6/90, 7/100, 8/115, 9/125, 10/140, 11/155, 12/165, 13/180, 14/190.	vnt.	15
1.13	1/3 tubuliarinė rakinama plokštelė	1/3 tubuliarinė rakinama tiesi plokštelė, 4-12 rakinamų kiaurymių, visos kiaurymės dvigubos. Plokštelės storis 1.0 mm (± 0.2 mm), plotis 10 mm (± 0.5 mm), atstumas tarp kiaurymių 12 mm (± 1 mm). Plokštelės naudojamos su 3.5 mm rakinamais sraigtais ir 3.5 mm nerakinamais sraigtais. Pagaminta iš titano arba titano lydinio. Kiaurymių skaičius/ilgis, mm (± 2 mm): 4/50, 5/65, 6/75, 7/90, 8/100, 9/110, 10/125, 11/135, 12/150.	vnt.	15
1.14	Tiesi rakinama rekonstrukcinė plokštelė	Tiesi plokštelė, 4-14 rakinamų kiaurymių (visos kiaurymės dvigubos), išdėstytų simetriškai vienoje linijoje. Plokštelės storis 3.0 mm (± 0.1 mm), plotis 10.0 mm (± 0.5 mm), atstumas tarp kiaurymių 13 mm (± 1 mm). Plokštelės naudojamos su 3.5 mm rakinamais sraigtais bei 3.5 mm kortikaliniais sraigtais. Pagaminta iš titano arba titano lydinio. Kiaurymių skaičius/ilgis, mm (± 2 mm): 4/50, 5/65, 6/75, 7/90, 8/100, 9/115, 10/130, 11/140, 12/155, 13/165, 14/180.	vnt.	15
1.15	Distalinio stipinkaulio rakinama plokštelė	Anatomiškai išgaubta ir išlenkta, adaptuota kairei/dešinei pusėms, įgalinanti atlikti riešo skeveldrinių lūžių fiksaciją iš delninės pusės. 3-4 rakinamų kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje (visos kiaurymės dvigubos), bent viena pailga kiaurymė plokštelės pozicionavimui, ne mažiau 8 kiaurymių plokštelės galvoje. Plokštelės storis 1.7 mm (± 0.1 mm), plotis 9 mm (± 0.5 mm). Plokštelės naudojamos su 2.4 mm rakinamais sraigtais bei 2.7 mm kortikaliniais sraigtais. Pagaminta iš titano arba titano lydinio. Kiaurymių skaičius/ilgis, mm (± 2 mm): 3/50, 4/60, 5/70.	vnt.	15

1.16	Distalinio stipinkaulio rakinama plokštelė	Anatomiškai išgaubta ir išlenkta, adaptuota kairei/dešinei pusėms, įgalinanti atlikti riešo skeveldrinių lūžių fiksaciją iš dorsalinės pusės. 2-8 rakinamų kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje (visos kiaurymės dvigubos), bent viena pailga kiaurymė plokštelės pozicionavimui, ne mažiau 8 kiaurymių plokštelės galvoje. Su papildomomis kiaurymėmis vieloms. Plokštelės storis 1.7 mm (± 0.1 mm), plotis 9 mm (± 0.5 mm), atstumas tarp kiaurymių 8 mm (± 1 mm). Plokštelės naudojamos su 2.4 mm rakinamais sraigtais, 2.7 mm rakinamais sraigtais bei 2.7 mm kortikaliniais sraigtais. Pagaminta iš titano arba titano lydinio. Kiaurymių skaičius/ilgis, mm (± 2 mm): 2/55, 3/65, 4/75, 5/80, 7/100, 9/115.	vnt.	15
1.17	Rakinama raktikaulio plokštelė	Anatomiškai išgaubta ir išlenkta, raktikaulio viršutinės priekinės pusės rakinama plokštelė, adaptuota kairei/dešinei pusėms. Visos kiaurymės dvigubos. Plokštelės storis 3.2 mm (± 0.1 mm), plotis 10 mm (± 0.5 mm), atstumas tarp kiaurymių 13 mm (± 1 mm). Plokštelės naudojamos su 3.5 mm rakinamais bei 3.5 mm kortikaliniais sraigtais. Pagaminta iš titano arba titano lydinio. Kiaurymių skaičius/ilgis, mm (± 2 mm): 6/85, 7/95, 8/110, 9/125, 10/140, 11/150, 12/160.	vnt.	10
1.18	Rakinama raktikaulio plokštelė su kabliu	Anatomiškai išgaubta ir išlenkta, adaptuota kairei/dešinei pusėms. Visos kiaurymės dvigubos. Ne mažiau 2 aukščio pasirinkimų: tarp 15 ir 18 mm. Plokštelės storis 3.5 mm (± 0.1 mm), plotis 10 mm (± 0.5 mm). Plokštelės naudojamos su 3.5 mm kortikaliniais sraigtais bei 3.5 mm rakinamais sraigtais. Pagaminta iš titano arba titano lydinio. Kiaurymių skaičius/ilgis, mm (± 3 mm): 3/60, 4/70, 5/80, 6/90, 7/100, 8/110.	vnt.	10
1.19	$\varnothing 5.0$ mm (± 0.1 mm) rakinami sraigčiai	$\varnothing 5.0$ mm (± 0.1 mm) rakinami savisriegiai sraigčiai, sriegis per visą sraigto ilgį, užsriegta $\varnothing 6.5$ mm (± 0.1 mm) konusinė galvutė. Sraigto ilgis nuo 16 iki 50 mm imtinai (žingsnis 2 mm), nuo 55 iki 90 mm imtinai (žingsnis 5 mm), ne mažiau 26 skirtingų ilgių. Sriegiami 3.5 mm (± 0.1 mm) heksagonaliniu atsuktuvu. Pagaminti iš titano arba titano lydinio.	vnt.	100
1.20	$\varnothing 4.5$ mm (± 0.1 mm) kortikaliniai sraigčiai	$\varnothing 4.5$ mm (± 0.1 mm) kortikaliniai savisriegiai sraigčiai, sriegis per visą sraigto ilgį, su 3-4 ištisinėm rievėm. Sraigto galvutė 8 mm (± 0.1 mm). Sraigto ilgis nuo 18 iki 76 mm imtinai (žingsnis 2-4 mm), ne mažiau 29 skirtingų ilgių. Sriegiami 3.5 mm (± 0.1 mm) heksagonaliniu atsuktuvu. Pagaminti iš titano arba titano lydinio.	vnt.	100

1.21	ø 3.5 mm (±0.1 mm) rakinami sraigtai	ø 3.5 mm (±0.1 mm) rakinami savisriegiai sraigtai, sriegis per visą sraigto ilgį, užsriegta konusinė galvutė. Sraigtų ilgis nuo 10 iki 60 mm imtinai (žingsnis 2 mm), nuo 65 iki 95 mm imtinai (žingsnis 5 mm), ne mažiau 33 skirtingų ilgių. Sriegiami heksagonaliniu atsuktuvu. Pagaminti iš titano arba titano lydinio.	vnt.	600
1.22	ø 3.5 mm (±0.1 mm) kortikaliniai sraigtai	ø 3.5 mm (±0.1 mm) kortikaliniai savisriegiai sraigtai, sriegis per visą sraigto ilgį, su 3-4 ištisinėmis rievėmis. Sraigto galvutė 6 mm (±0.1 mm). Sraigtų ilgis nuo 8 iki 40 mm imtinai (žingsnis 2 mm), nuo 45 iki 75 mm imtinai (žingsnis 5 mm), ne mažiau 24 skirtingų ilgių. Sriegiami 2.5 mm (±0.1 mm) hexagonaliniu atsuktuvu. Pagaminti iš titano arba titano lydinio.	vnt.	600
1.23	ø 2.7 mm (±0.1 mm) rakinami sraigtai	ø 2.7 mm (±0.1 mm) rakinami savisriegiai sraigtai, sriegis per visą sraigto ilgį, užsriegta konusinė galvutė. Sraigto galvutė 3.5 mm (±0.1 mm). Sraigtų ilgis nuo 6 iki 30 mm imtinai (žingsnis 1-2 mm), nuo 35 iki 50 mm imtinai (žingsnis 5 mm), ne mažiau 24 skirtingų ilgių. Sriegiami T8 atsuktuvu. Pagaminti iš titano arba titano lydinio.	vnt.	100
1.24	ø 2.7 mm (±0.1 mm) kortikaliniai sraigtai	ø 2.7 mm (±0.1 mm) kortikaliniai savisriegiai sraigtai, sriegis per visą sraigto ilgį. Sraigto galvutė 5.0 mm (±0.1 mm). Sraigtų ilgis nuo 6 iki 20 mm imtinai (žingsnis 1 mm), nuo 22 iki 30 mm imtinai (žingsnis 2 mm), ne mažiau 20 skirtingų ilgių. Sriegiami T8 atsuktuvu. Pagaminti iš titano arba titano lydinio.	vnt.	100
1.25	ø 2.4 mm (±0.1 mm) rakinami sraigtai	ø 2.4 mm (±0.1 mm) rakinami savisriegiai sraigtai, sriegis per visą sraigto ilgį, užsriegta konusinė galvutė. Sraigtų ilgis nuo 6 iki 20 mm imtinai (žingsnis 1 mm), nuo 22 iki 30 mm imtinai (žingsnis 2 mm), ne mažiau 20 skirtingų ilgių. Sriegiami T8 atsuktuvu. Pagaminti iš titano arba titano lydinio.	vnt.	50
1.26	Instrumentai panaudai	Visi implantai ir instrumentai pagaminti to paties gamintojo sudaro vieningą sistemą. Perkamoms priemonėms implantuoti panaudai pateikiami pilni to paties gamintojo instrumentariumai.	-	-
1.27	Žymėjimas CE ženklu	Kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio sertifikato kopiją bei EB atitikties deklaracijas visiems siūlomiems produktams (tiek implantams, tiek panaudai teikiamiems instrumentams).	-	-
1.28	Garantinis terminas	Instrumentams suteikiamas ne mažiau kaip 36 mėnesių garantinis terminas (būtinai tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas).	-	-
2	PĖDOS IMPLANTAI OSTEOSINTEZEI			

2.1	Kulnaukaulio rakinama plokštelė	Anatomiškai adaptuota kairei/dešinei pusėms, įgalinanti atlikti kulnaukaulio skeveldrinių lūžių fiksaciją. Plokštelės storis 2.0 mm (± 0.2 mm), Pagaminta iš titano arba titano lydinio. Plokštelės naudojamos su 3.5 mm rakinamais sraigtais. Kiaurymių skaičius/ilgis, mm (± 2 mm): 8/60, 10/75, 15/70, 15/75.	vnt.	10
2.2	$\varnothing 3.5$ mm (± 0.1 mm) rakinami sraigčiai	$\varnothing 3.5$ mm (± 0.1 mm) rakinami savisriegiai sraigčiai, sriegis per visą sraigto ilgį, užsriegta konusinė galvutė. Sraigtų ilgis nuo 10 iki 60 mm imtinai (žingsnis 2 mm), nuo 65 iki 95 mm imtinai (žingsnis 5 mm), ne mažiau 33 skirtingų ilgių. Sriegiami heksagonaliniu atsuktuvu. Pagaminti iš titano arba titano lydinio. Sraigčiai suderinami su 2.2 pozicijoje perkamomis plokštelėmis.	vnt.	100
2.3	Penkto padikaulio rakinama plokštelė	Anatomiškai išgaubta ir išlenkta, adaptuota kairei/dešinei pusėms. Ne mažiau 6 kiauřymų, bent viena pailga kompresinė, ne mažiau 2 kiauřymų vieloms. Plokštelės storis 1.5 mm (± 0.1 mm), plotis 7 mm (± 0.5 mm). Plokštelės naudojamos su 2.7 mm rakinamais sraigtais bei 2.7 mm kortikaliniais sraigtais. Pagaminta iš titano arba titano lydinio.	vnt	10
2.4	$\varnothing 2.7$ mm (± 0.1 mm) rakinami sraigčiai	$\varnothing 2.7$ mm (± 0.1 mm) rakinami savisriegiai sraigčiai, sriegis per visą sraigto ilgį, užsriegta konusinė galvutė. Sraigto galvutė 3.5 mm (± 0.1 mm). Sraigtų ilgis nuo 6 iki 30 mm imtinai (žingsnis 1-2 mm), nuo 35 iki 50 mm imtinai (žingsnis 5 mm), ne mažiau 24 skirtingų ilgių. Sriegiami T8 atsuktuvu. Pagaminti iš titano arba titano lydinio. Sraigčiai suderinami su 2.3 pozicijoje perkamomis plokštelėmis.	vnt.	50
2.5	$\varnothing 2.7$ mm (± 0.1 mm) kortikaliniai sraigčiai	$\varnothing 2.7$ mm (± 0.1 mm) kortikaliniai savisriegiai sraigčiai, sriegis per visą sraigto ilgį. Sraigto galvutė 5.0 mm (± 0.1 mm). Sraigtų ilgis nuo 6 iki 20 mm imtinai (žingsnis 1 mm), nuo 22 iki 30 mm imtinai (žingsnis 2 mm), ne mažiau 20 skirtingų ilgių. Sriegiami T8 atsuktuvu. Pagaminti iš titano arba titano lydinio. Sraigčiai suderinami su 2.3 pozicijoje perkamomis plokštelėmis.	vnt.	50
2.6	Plantar Lapidus rakinama plokštelė	Anatomiškai išgaubta ir išlenkta, adaptuota kairei/dešinei pusėms. Plokštelės storis 1.5 mm (± 0.1 mm), plotis 7 mm (± 0.5 mm). Plokštelės naudojamos su 2.7 mm rakinamais sraigtais bei 2.7 mm kortikaliniais sraigtais. Pagaminta iš titano arba titano lydinio. Ne mažiau 5 kiauřymų, bent viena pailga kompresinė. Ne mažiau dviejų dydžių pasirinkimų.	vnt	5

2.7	Rakinama padikaulio plokštelė, L formos	Anatomiškai adaptuota kairei/dešinei pusėms. 4-5 kiaurymių, bent viena pailga kompresinė. Plokštelės galva lenkta daugiau nei 90 laipsnių kampu. Plokštelės storis 1.5 mm (± 0.1 mm), plotis 8 mm (± 0.5 mm). Plokštelės naudojamos su 2.7 mm rakinamais sraigtais bei 2.7 mm kortikaliniais sraigtais. Pagaminta iš titano arba titano lydinio.	vnt	40
2.8	Rakinama tiesi plokštelė artrodezei	2 rakinamų kiaurymių. Plokštelės storis 1.5 mm (± 0.1 mm), plotis 7 mm (± 0.5 mm), ilgis 18 mm (± 1 mm). Plokštelės naudojamos su 2.7 mm rakinamais sraigtais bei 2.7 mm kortikaliniais sraigtais. Pagaminta iš titano arba titano lydinio.	vnt	10
2.9	Rakinama tiesi plokštelė artrodezei	4 rakinamų kiaurymių, bent viena kiaurymė kompresinė. Plokštelės storis 1.5 mm (± 0.1 mm), plotis 7 mm (± 0.5 mm), ilgis 35 mm (± 2 mm). Plokštelės naudojamos su 2.7 mm rakinamais sraigtais bei 2.7 mm kortikaliniais sraigtais. Pagaminta iš titano arba titano lydinio.	vnt	10
2.10	Pirmo padikaulio artrodezinė plokštelė	Anatomiškai adaptuota kairei/dešinei pusėms. Ne mažiau 7 kiaurymių, bent viena kiaurymė kompresinė. Plokštelės storis 1.5 mm (± 0.1 mm). Plokštelės naudojamos su 2.7 mm rakinamais sraigtais bei 2.7 mm kortikaliniais sraigtais. Pagaminta iš titano arba titano lydinio. Ne mažiau dviejų dydžių pasirinkimui.	vnt	20
2.11	Rakinama plokštelė, X formos	4 simetriškai išdėstytos rakinamos kiaurymės, bent dvi papildomos kiaurymės vielai. Plokštelės storis 1.5 mm (± 0.1 mm), plotis 20 mm (± 1 mm), ilgis 30 mm (± 2 mm). Plokštelės naudojamos su 2.7 mm rakinamais sraigtais bei 2.7 mm kortikaliniais sraigtais. Pagaminta iš titano arba titano lydinio.	vnt	10
2.12	Rakinama plokštelė, T formos	2-6 rakinamų kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, bent viena kiaurymė kompresinė. Plokštelės storis 1.5 mm (± 0.1 mm), plotis 7 mm (± 0.5 mm). Plokštelės naudojamos su 2.7 mm rakinamais sraigtais bei 2.7 mm kortikaliniais sraigtais. Pagaminta iš titano arba titano lydinio. Kiaurymių skaičius/ilgis, mm (± 3 mm): 2/30, 3/35, 4/40, 5/50, 6/55.	vnt	10
2.13	$\varnothing$ 2.7 mm (± 0.1 mm) rakinami sraigčiai	$\varnothing$ 2.7 mm (± 0.1 mm) rakinami savisriegiai sraigčiai, sriegis per visą sraigto ilgį, užsriegta galvutė. Sraigtų ilgis nuo 10 iki 50 mm imtinai, ne mažiau 21 skirtingų ilgių. Sriegiami T15 atsuktuvu. Pagaminti iš titano arba titano lydinio. Sraigčiai suderinami su 2.6-2.12 pozicijoje perkamomis plokštelėmis.	vnt.	200

2.14	ø 2.7 mm (±0.1 mm) kortikaliniai sraigtai	ø 2.7 mm (±0.1 mm) nerakinami savisriegiai kortikaliniai sraigtai, sriegis per visą sraigto ilgį, sraigto galvutė konusinė. Sraigtų ilgis nuo 10 iki 50 mm imtinai, ne mažiau 21 skirtingų ilgių. Sriegiami kvadratinio atsuktuvu. Pagaminti iš titano arba titano lydinio. Sraigtai suderinami su 2.6-2.12 pozicijoje perkamomis plokštelėmis.	vnt.	200
2.15	Rakinama plokštelė, X formos	Anatomiškai adaptuota kairei/dešinei pusėms. 4 įstrižai išdėstytos rakinamos kiaurymės, bent dvi papildomos kiaurymės vielai. Plokštelės storis 1.5 mm (±0.1 mm), plotis 15 mm (± 1 mm), ilgis 25 mm (± 1 mm). Plokštelės naudojamos su 3.0 mm bei 3.5 mm kortikaliniais sraigtais. Pagaminta iš titano arba titano lydinio.	vnt	10
2.16	ø 3.0 mm (±0.1 mm) rakinami sraigtai	ø 3.0 mm (±0.1 mm) rakinami savisriegiai sraigtai, sriegis per visą sraigto ilgį, užsriegta galvutė. Sraigtų ilgis nuo 10 iki 50 mm imtinai, ne mažiau 21 skirtingų ilgių. Sriegiami T15 atsuktuvu. Pagaminti iš titano arba titano lydinio. Sraigtai suderinami su 2.15 pozicijoje perkamomis plokštelėmis.	vnt.	30
2.17	ø 3.5 mm (±0.1 mm) rakinami sraigtai	ø 3.5 mm (±0.1 mm) rakinami savisriegiai sraigtai, sriegis per visą sraigto ilgį, užsriegta galvutė. Sraigtų ilgis nuo 10 iki 50 mm imtinai, ne mažiau 21 skirtingų ilgių. Sriegiami T15 atsuktuvu. Pagaminti iš titano arba titano lydinio. Sraigtai suderinami su 2.15 pozicijoje perkamomis plokštelėmis.	vnt.	30
2.18	Rakinama tiesi dviejų eilių plokštelė	6-14 rakinamų kiaurymių, simetriškai išdėstytų dviejose eilėse. Plokštelės storis 1.5 mm (±0.1 mm). Plokštelės naudojamos su 3.5 mm rakinamais sraigtais bei 3.5 mm kortikaliniais sraigtais. Pagaminta iš titano arba titano lydinio. Kiaurymių skaičius/ilgis, mm (±2 mm): 6/35, 8/50, 14/65.	vnt	20
2.19	ø 3.5 mm (±0.1 mm) rakinami sraigtai	ø 3.5 mm (±0.1 mm) rakinami sraigtai, sriegis per visą sraigto ilgį, užsriegta konusinė galvutė. Sraigtų ilgis nuo 8 iki 32 mm imtinai (žingsnis 2 mm), nuo 35 iki 60 mm imtinai (žingsnis 5 mm), ne mažiau 19 skirtingų ilgių. Sriegiami TX8 atsuktuvu. Pagaminti iš titano arba titano lydinio. Suderinami su dviejų eilių plokštelėmis. Sraigtai suderinami su 2.18 pozicijoje perkamomis plokštelėmis.	vnt.	100
2.20	ø 3.5 mm (±0.1 mm) kortikaliniai sraigtai	ø 3.5 mm (±0.1 mm) nerakinami kortikaliniai sraigtai, sriegis per visą sraigto ilgį. Sraigtų ilgis nuo 8 iki 32 mm imtinai (žingsnis 2 mm), nuo 35 iki 60 mm imtinai (žingsnis 5 mm), ne mažiau 19 skirtingų ilgių. Sriegiami TX8 atsuktuvu. Pagaminti iš titano arba titano lydinio. Suderinami su dviejų eilių plokštelėmis. Sraigtai suderinami su 2.18 pozicijoje perkamomis plokštelėmis.	vnt.	100

2.21	Kulnakaulio osteotominė plokštė	Plokštelės storis 1.5 mm (± 0.1 mm). Plokštelė pasagos formos, ne daugiau 2 kiaurymių skirtingose plokštumose: viena rakinama, kita kompresinė nerakinamam sraigtui. Plokštelės naudojamos su 4.0 mm rakinamais sraigtais bei 4.0 mm kortikaliniais sraigtais. Pagaminta iš titano arba titano lydinio. Tiekiami steriliame įpakavime.	vnt	5
2.22	$\varnothing$ 4.0 mm (± 0.1 mm) rakinami sraigčiai kulnakaulio osteotomijoms	$\varnothing$ 4.0 mm (± 0.1 mm) rakinami sraigčiai, sriegis per visą sraigto ilgį, užsriegta konusine galvute. Sraigtų ilgis nuo 8 iki 32 mm imtinai (žingsnis kas 2 mm), nuo 35 mm iki 60 mm (žingsnis 5 mm), ne mažiau 19 skirtingų ilgių. Sriegiami TX10 atsuktuvu. Pagaminti iš titano arba titano lydinio. Tiekiami steriliame įpakavime. Sraigčiai suderinami su 2.21 pozicijoje perkamomis plokštelėmis.	vnt	10
2.23	$\varnothing$ 4.0 mm (± 0.1 mm) kortikaliniai sraigčiai kulnakaulio osteotomijoms	$\varnothing$ 4.0 mm (± 0.1 mm) nerakinami kortikaliniai sraigčiai, sriegis per visą sraigto ilgį. Sraigtų ilgis nuo 8 iki 32 mm imtinai (žingsnis kas 2 mm), nuo 35 mm iki 60 mm imtinai (žingsnis 5 mm), ne mažiau 19 skirtingų ilgių. Sriegiami TX10 atsuktuvu. Pagaminti iš titano arba titano lydinio. Tiekiami steriliame įpakavime. Sraigčiai suderinami su 2.21 pozicijoje perkamomis plokštelėmis.	vnt	10
2.24	Sinus tarsi sraigtas	Sinus tarsi sraigtas, kaniuliuotas, pagamintas iš titano arba titano lydinio. Implantų dydžiai: $\varnothing$ 7-12 mm, ilgis 11.5-18 mm imtinai (ne mažiau 12 skirtingų pasirinkimų). Pagaminti iš titano arba titano lydinio. Sriegiami su TX25 atsuktuvu. Tiekiami steriliame įpakavime.	vnt.	5
2.25	Padikaulio raspatorius	Instrumentas padikaulio operacijoms. Darbinė dalis 10 mm (± 1 mm), lenkta, bendras instrumento ilgis 200-210 mm.	vnt.	3
2.26	Kaniuliuotos frezos	"Concave" tipo kaniuliuotos 1MTP frezos. Frezų dydžiai: $\varnothing$ 14-24 mm imtinai (ne mažiau 6 skirtingų pasirinkimų), ilgis 80 mm (± 5 mm). Naudojamos su 1.5 mm kreipiančiąja viela.	vnt.	10
2.27	Kaniuliuotos frezos	"Convex" tipo kaniuliuotos 1MTP frezos. Frezų dydžiai: $\varnothing$ 14-24 mm imtinai (ne mažiau 6 skirtingų pasirinkimų), ilgis 80 mm (± 5 mm). Naudojamos su 1.5 mm kreipiančiąja viela.	vnt.	10
2.28	Instrumentai panaudai	Visi implantai ir instrumentai sudaro vieningą sistemą. Perkamoms priemonėms implantuoti panaudai pateikiami pilni to paties gamintojo instrumentariumai.	-	-
2.29	Žymėjimas CE ženklu	Kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio sertifikato kopiją bei EB atitikties deklaracijas visiems siūlomiems produktams (tiek implantams, tiek instrumentams).	-	-

2.30	Garantinis terminas	Instrumentams suteikiamas ne mažiau kaip 36 mėnesių garantinis terminas (būtinai tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas).	-	-
------	---------------------	---	---	---

3	KANIULIUOTI SRAIGTAI			
3.1	Ø 4.0 mm (±0.1 mm) kaniuliuoti sraigtai	Ø 4.0 mm (±0.1 mm) kaniuliuoti sraigtai, dalinio sriegio. Sraigto galvutė 6.0 mm (±0.1 mm). Sraigtų ilgis nuo 12 iki 75 mm imtinai, ne mažiau 24 skirtingų ilgių. Sriegiami 2.5 mm (±0.1 mm) heksagonaliniu atsuktuvu. Pagaminti iš titano arba titano lydinio.	vnt.	50
3.2	Poveržlė Ø 4.0 mm (±0.1 mm) sraigtams	Poveržlės Ø 4.0 mm (±0.1 mm) sraigtams. Poveržlės storis 1.0-1.1 mm, plotis 7-8 mm. Pagamintos iš titano arba titano lydinio.	vnt.	20
3.3	Poveržlė Ø 4.0 (±0.1 mm) sraigtams	Poveržlės Ø 4.0 mm (±0.1 mm) sraigtams. Poveržlės su dantukais, poveržlės storis 3.3-3.5 mm, plotis 7-8 mm. Pagamintos iš titano arba titano lydinio.	vnt.	10
3.4	Ø 6.5 mm (±0.1 mm) kaniuliuoti sraigtai	Ø 6.5 mm (±0.1 mm) kaniuliuoti sraigtai, pilno sriegio. Sraigto galvutė 8 mm (±0.1 mm). Sraigtų ilgis nuo 40 iki 110 mm imtinai (žingsnis 5 mm), ne mažiau 15 skirtingų ilgių. Sriegiami 4.0 mm (±0.1 mm) heksagonaliniu atsuktuvu. Pagaminti iš titano arba titano lydinio.	vnt.	30
3.5	Ø 6.5 mm (±0.1 mm) kaniuliuoti sraigtai	Ø 6.5 mm (±0.1 mm) kaniuliuoti sraigtai, dalinio sriegio. Sraigto galvutė 8 mm (±0.1 mm). Sraigtų ilgis nuo 45 iki 110 mm imtinai (žingsnis 5 mm), ne mažiau 14 skirtingų ilgių. Sriegiami 4.0 mm (±0.1 mm) heksagonaliniu atsuktuvu. Pagaminti iš titano arba titano lydinio.	vnt.	30
3.6	Ø 7.3 mm (±0.1 mm) kaniuliuoti sraigtai	Ø 7.3 mm (±0.1 mm) kaniuliuoti sraigtai, sriegis 32 mm (±1 mm). Sraigto galvutė 8 mm (±0.1 mm). Sraigtų ilgis nuo 50 iki 110 mm imtinai (žingsnis 5 mm), ne mažiau 13 skirtingų ilgių. Sriegiami 4.0 mm (±0.1 mm) heksagonaliniu atsuktuvu. Pagaminti iš titano arba titano lydinio.	vnt.	30
3.7	Ø 7.3 mm (±0.1 mm) kaniuliuoti sraigtai	Ø 7.3 mm (±0.1 mm) kaniuliuoti sraigtai, sriegis 16 mm (±1 mm). Sraigto galvutė 8 mm (±0.1 mm). Sraigtų ilgis nuo 50 iki 110 mm imtinai (žingsnis 5 mm), ne mažiau 13 skirtingų ilgių. Sriegiami 4.0 mm (±0.1 mm) heksagonaliniu atsuktuvu. Pagaminti iš titano arba titano lydinio.	vnt.	30
3.8	Poveržlė Ø 6.5 mm/7.3 mm (±0.1 mm) sraigtams	Universalios poveržlės Ø 6.5 mm/7.3 mm (±0.1 mm) sraigtams. Poveržlės storis 1.4-1.5 mm, plotis 13-14 mm. Pagaminti iš titano arba titano lydinio.	vnt.	20
3.9	Poveržlė Ø 6.5 mm/7.3 mm (±0.1 mm) sraigtams	Universalios poveržlės su dantukais Ø 6.5 mm/7.3 mm (±0.1 mm) sraigtams. Poveržlės storis 5.3-5.5 mm, plotis 13-14 mm. Pagaminti iš titano arba titano lydinio.	vnt.	10

3.10	Herberto sraigtai	ø2.5 mm (±0.1 mm) kanuliuotas kompresinis sraigtas su galvute, sraigto vidurinė dalis be sriegio. Sraigto galvutė ø3.2 mm (±0.1 mm), užsriegta, pilnai panyranti į kaulą. Sraigtų ilgis 10-34 mm imtinai (ne mažiau 13 dydžių). Sriegiami TX6 atsuktuvu, naudojami su 0.9 mm (±0.1 mm) viela, tiekiami sterilioje pakuotėje. Pagaminti iš titano arba titano lydinio.	vnt.	50
3.11	Herberto sraigtai	ø3.0 mm (±0.1 mm) kanuliuotas kompresinis sraigtas su galvute, sraigto vidurinė dalis be sriegio. Sraigto galvutė ø3.9 mm (±0.1 mm), užsriegta, pilnai panyranti į kaulą. Sraigtų ilgis 10-36 mm imtinai (ne mažiau 14 dydžių). Sriegiami TX8 atsuktuvu, naudojami su 0.9 mm (±0.1 mm) viela, tiekiami sterilioje pakuotėje. Pagaminti iš titano arba titano lydinio.	vnt.	50
3.12	Herberto sraigtai	ø3.5 mm (±0.1 mm) kanuliuotas kompresinis sraigtas su galvute, sraigto vidurinė dalis be sriegio. Sraigto galvutė ø4.5 mm (±0.1 mm), užsriegta, pilnai panyranti į kaulą. Sraigtų ilgis 18-90 mm imtinai (ne mažiau 22 dydžių). Sriegiami TX10 atsuktuvu, naudojami su 1.4 mm (±0.1 mm) viela, tiekiami sterilioje pakuotėje. Pagaminti iš titano arba titano lydinio.	vnt.	50
3.13	Herberto sraigtai, pilno sriegio	ø2.7 mm (±0.1 mm) kanuliuotas kompresinis sraigtas su galvute bei pastoviu ø2.7 mm (±0.1 mm) sriegiu per visą sraigto ilgį. Sraigto galvutė ø3.7 mm (±0.1 mm), užsriegta, pilnai panyranti į kaulą. Sraigtų ilgis 8-36 mm imtinai (ne mažiau 15 dydžių). Sriegiami TX8 atsuktuvu, naudojami su 0.9 mm (±0.1 mm) viela, tiekiami sterilioje pakuotėje. Pagaminti iš titano arba titano lydinio.	vnt.	20
3.14	Herberto sraigtai, pilno sriegio	ø3.0 mm (±0.1 mm) kanuliuotas kompresinis sraigtas su galvute bei pastoviu ø3.0 mm (±0.1 mm) sriegiu per visą sraigto ilgį. Sraigto galvutė ø4.0 mm (±0.1 mm), užsriegta, pilnai panyranti į kaulą. Sraigtų ilgis 8-36 mm imtinai (ne mažiau 15 dydžių). Sriegiami TX8 atsuktuvu, naudojami su 0.9 mm (±0.1 mm) viela, tiekiami sterilioje pakuotėje. Pagaminti iš titano arba titano lydinio.	vnt.	20
3.15	Konusinės formos sraigtai	Konusinės formos sraigtai su progresiniu sriegiu per visą sraigto ilgį. Sraigtas be galvutės. Sraigtų dydžiai distaliniaame gale/proksimaliniame gale (±0.1 mm): ø2.3/2.8 mm (ilgis 8-30mm imtinai, ne mažiau 12 dydžių), ø2.5/3.5 mm (ilgis 8-30mm imtinai, ne mažiau 12 dydžių), ø3.0/4.0 mm (ilgis 12-50 mm imtinai, ne mažiau 17 dydžių), ø3.5/4.5 mm (ilgis 16-50 mm imtinai, ne mažiau 15 dydžių), ø4.0/5.0 mm (ilgis 16-60 mm imtinai, ne mažiau 17 dydžių). Pagaminti iš titano arba titano lydinio.	vnt.	40

3.16	Konusinės formos sraigtai	Konusinės formos sraigtai su progresiniu sriegiu per visą sraigto ilgį. Sraigtas be galvutės. Sraigtų dydžiai distaliniam gale/proksimaliniam gale (± 0.1 mm): $\varnothing 5.0/6.0$ mm (ilgis 25-100 mm imtinai, ne mažiau 16 dydžių), $\varnothing 6.5/7.3$ mm (ilgis 25-100 mm imtinai, ne mažiau 16 dydžių). Pagaminti iš titano arba titano lydinio.	vnt.	20
3.17	Sraigtai osteotomijoms	Sraigtai osteotomijoms su nulaužiama proksimaline dalimi. Sraigtų dydžiai (± 0.1 mm): $\varnothing 2.0$ mm, $\varnothing 2.5$ mm, $\varnothing 2.7$ mm, $\varnothing 3.0$ mm (ilgis 11-30 mm imtinai, ne mažiau 16 dydžių). Pagaminti iš titano arba titano lydinio.	vnt.	60
3.18	Kabutės	Pagamintos iš medicininio plieno, lenktos $90^\circ (\pm 1^\circ)$ ir $26^\circ (\pm 1^\circ)$ kampu. Dydžiai (± 0.5 mm): 8x8, 8x10, 10x8, 10x10, 12x10 mm	vnt.	100
3.19	Titaninės kabutės	Pagamintos iš titano arba titano lydinio, lenktos $90^\circ (\pm 1^\circ)$ ir $26^\circ (\pm 1^\circ)$ kampu. Dydžiai (± 0.5 mm): 8x8, 8x10, 10x8, 10x10, 12x10 mm	vnt.	100
3.20	Vielos kaniuliuotiems sraigtams	Pravedimo vielos kaniuliuotiems sraigtams. Pagamintos iš nerūdijančio plieno. Vielų diametrai: 0.9 mm (± 0.1 mm), 1.0 mm (± 0.1 mm), 1.1 mm (± 0.1 mm), 1.2 mm (± 0.1 mm), 1.3 mm (± 0.1 mm), 1.4 mm (± 0.1 mm), 1.6 mm (± 0.1 mm), 2.5 mm (± 0.1 mm).	vnt.	100
3.21	Instrumentai panaudai	Visi implantai ir instrumentai sudaro vieningą sistemą. Perkamoms priemonėms implantuoti panaudai pateikiami pilni to paties gamintojo instrumentariumai.	-	-
3.22	Žymėjimas CE ženklu	Kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio sertifikato kopiją bei EB atitikties deklaracijas visiems siūlomiems produktams (tiek implantams, tiek panaudai teikiamiems instrumentams).	-	-
3.23	Garantinis terminas	Instrumentams suteikiamas ne mažiau kaip 36 mėnesių garantinis terminas (būtinai tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas).	-	-

PASTABA:

1. Pirkimui taikomi aplinkos apsaugos reikalavimai. Aplinkosauginiai kriterijai prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011m. Birželio 28 d. įsakymu D1-508 "Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo" 4 punkto 4.4.4. papunkčiu:

1.1. Tiekėjas privalo prekes atvežti pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 09:00 iki 11:00 val., ir nuo 13:00 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 9:00 iki 11:00 val., ir nuo 13:00 iki 15:00 val., ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už prekių priėmimą atsakingas pirkėjo atstovas, priimdamas prekes fiziškai įsitikina ar tiekėjas prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Pirkėjas turi teisę sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų.

2. Su prekių pakuotėmis susiję aplinkosauginiai kriterijai: jei prekės supakuojamos į antrinę ir (ar) tretinę (transportavimo) pakuotę, ji turi būti perdirbamoji pakuotė pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Tiekėjas pateikdamas prekes pirkėjui, pateikia prekės antrinės ir (ar) tretinės (transportavimo) pakuotės tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) patvirtinančius dokumentus (pavyzdžiui, pakuotės aprašymo dokumentą, techninį dokumentą, dokumentą iš akredituotų laboratorijų ar pakuočių atliekų perdirbėjų, ar eksportuotojų iš tvarkytojų sąrašo, ar kitus lygiaverčius objektyvius įrodymus).

Traumatologijos ortopedijos poskyrio vedėjas

Juozas Bartusevičius

TVIRTINA:

Vyriausiasis gydytojas

Romaldas Sakalauskas

