

**Šaldymo čiuzinėlio naujagimiams techninė specifikacija (kiekis 1 vnt.)**

| <b>Eil. Nr.</b> | <b>Parametrai (specifikacija)</b> | <b>Reikalaujamos parametru reikšmės</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Siūlomos parametru reikšmės</b>                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.              | Techninis suderinamumas           | 1. Tinkamas naudoti su LSMU ligoninės Kauno klinikose naudojama gamintojo „Inspiration healthcare“ naujagimių šaldymo aparato „Tecotherm Neo“;<br>2. Išmatavimai (ilgis x plotis): (44 x 65) ± 1 cm;<br>3. Pajungimas – „male QDC“ (arba lygiavertė) jungtis;<br>4. Garantinis terminas ne mažiau kaip 12 mėnesių. | 1. Tinkamas naudoti su LSMU ligoninės Kauno klinikose naudojama gamintojo „Inspiration healthcare“ naujagimių šaldymo aparato „Tecotherm Neo“;<br>2. Išmatavimai (ilgis x plotis): (44 x 65);<br>3. Pajungimas – „male QDC“ jungtis;<br>4. Garantinis terminas 24 mėnesiai. |

**Pastabos, papildomi reikalavimai:**

1. Pirkimo organizatoriui pareikalavus, įvertinimui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

