

SUTARTIS Nr.S1-127/2021

2021-05-26

Prienai

Viešoji įstaiga **Prienų ligoninė**, juridinio asmens kodas 190160991, kurios registruota buveinė yra Pušyno g.2, LT-59115 Prienai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktorės Jūratės Milaknienės veikiančios pagal ligoninės įstatus (toliau tekste "Pirkėjas") ir

Pardavėjas **Olympus Sverige Aktiebolag** (Lietuvoje veikianti per filialą „Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvos filialas“), juridinio asmens kodas 556189-2794, mokesčių mokėtojo kodas 9000273809, kurio registruota buveinė yra adresu P/d 1816, 171 23 Solna, Švedija, veiklos buveinė L. Zamenhofo g. 3, LT-06332, Vilnius, Lietuva, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Švedijos juridinių asmenų registre, atstovaujama įgalioto atstovo Andriaus Simonaičio, veikiančio (-ios) pagal 2020 m. birželio 1 d. įgaliojimą (toliau-Pardavėjas)

Sudarė šią prekių viešojo pirkimo – pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“ ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

1. Sutarties turinys:

Remiantis Mažos vertės skelbiamo pirkimo (pirkimo numeris CVP IS 545916) „**Medicinos priemonių pirkimas**“ apklausos procedūros rezultatais:

Pardavėjas įsipareigoja teikti **Pirkėjui**, o pastarasis įsipareigoja pirkti šias prekes:

2. Perkamos prekės – „Elektrochirurginės įrangos komplektas polipektomijos procedūrai su endoterapiniais priedais“ **nurodyta sutarties priede Nr.1, kuri yra neatskiriama šios sutarties dalis.**

1.1. Prekes **Pardavėjas** pristato ir sumontuoja savo lėšomis **Pirkėjo** nurodytu adresu:(VšĮ Prienų ligoninė, Pušyno g.2, Prienai), per 30 d. po užsakymo priėmimo.

3. Prekių kokybė:

3.1. **Pardavėjas** garantuoja pristatomų prekių kokybę.

3.2. Prekes pagal apimtį ir kokybę **Pardavėjo** atstovas perduoda, o **Pirkėjo** atstovas priima prekių pristatymo vietoje, pasirašydami įskaitomai pavardę, vardą ir pareigas perdavimo – priėmimo akte ar važtaraštyje.

3.3. Pretenzijos **Pardavėjui** dėl paslaugų/prekės kokybės pateikiamos tuoj pat jas konstatavus, tačiau ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.

3.4. **Pirkėjui** nustačius paslaugų trūkumus ar radus nekokybiškas prekes (ar jų dalis), **Pardavėjas** per 3 d. įsipareigoja trūkumus pašalinti, o negalint to padaryti - grąžina už juos gautas lėšas.

4. Prekių kaina ir atsiskaitymai:

4.1. **Pirkėjas** apmoka **Pardavėjui** už prekes pagal gautas PVM sąskaitas faktūras per 30 (trisdešimt) darbo dienų, pateiktas elektroniniu būdu „E sąskaita.“

4.2. Prekių kainos nustatytos vadovaujantis konkurso sąlygomis ir yra 8506,30 Eur (Aštuoni tūkstančiai penki šimtai šeši EUR trisdešimt ct), kur PVM – 1476,30 (tūkstantis keturi šimtai septyniasdešimt šeši Eur trisdešimt ct.).

4.3. Sutartyje nustatyta fiksuota prekių kaina, kuri sutarties vykdymo laikotarpiu negali būti keičiama, išskyrus atvejus, kai pasikeičia mokesčiai. Mokestis, kuriam pasikeitus gali būti perskaičiuojama kaina – pridėtinės vertės mokestis (PVM). Perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, paskelbimo leidinyje „Valstybės žinios“ arba jį pakeisiančiame leidinyje dienos. Pasikeitus PVM tarifo dydžiui, nepateiktų paslaugų kaina keičiama (mažinama ar didinama) proporcingai PVM pasikeitusio tarifo dydžiui. Kainos pakeitimas įforminamas papildomu susitarimu.

5. Šalių atsakomybė ir papildomi įsipareigojimai:

5.1. Pagrindu atsisakyti priimti prekes gali būti jų kokybės neatitikimas nurodytiems reikalavimams.

5.2. Už atsisakymą teikti prekes sutartu laiku **Pardavėjas** moka **Pirkėjui** baudą: 5,0 % nuo sutarties vertės be PVM. Už pakartotiną atsisakymą **Pirkėjas** turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, laikantis šios sutarties 7.3. ir 7.4. punktuose nurodytų reikalavimų.

5.3. Pasikeitus vienos iš šalių adresui ar rekvizitams, šalis privalo apie tai pranešti kitai šaliai nedelsiant, bet ne vėliau, kaip per 1 darbo dieną. To nepadarius, kalta šalis padengia kitai šaliai su tuo susijusius nuostolius.

5.4. Abi sutarties šalys įsipareigoja laikyti paslapyje kitos šalies sutartyje pateiktas komercines žinias.

5.5. **Pardavėjas** privalo laikytis įsipareigojimų, kurie yra pateikti raštu.

6. Ginčų sprendimo tvarka:

6.1. Ginčai tarp **Pardavėjo** ir **Pirkėjo**, kylantys dėl šios sutarties vykdymo, sprendžiami tarpusavio susitarimu.

6.2. Nepavykus išspręsti ginčo tarpusavio susitarimu, jis sprendžiamas Lietuvos Respublikos Įstatymu nustatyta tvarka.

7. Sutarties galiojimas:

7.1. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet neilgiau 3 mėnesiai.

7.2. Sutartis gali būti nutraukta prieš laiką šalių susitarimu bet kuriuo metu.

7.3. Vienašališkai, prieš laiką sutartis gali būti nutraukta vienai iš šalių nevykdant sutarties reikalavimų arba įsipareigojimų, raštu įspėjus antrąją šalį apie tai ne mažiau kaip prieš 30 dienų, o taip pat 5.2. p. nurodytais atvejais.

7.4. Sutarties nutraukimas prieš laiką neatleidžia nuo pareigos įvykdyti įsipareigojimus už laikotarpį iki šios sutarties nutraukimo.

7.5. Sutartis laikoma įvykdyta, kai šalys pilnai įvykdo šioje sutartyje numatytas sąlygas.

7.6. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už dalies arba visų sutartyje numatytų įsipareigojimų neįvykdymą, jei tai atsitiko susidarius ypatingoms aplinkybėms (Force majeure), apibrėžtoms Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-07-15 nutarimu Nr. 840. Tokiu atveju sutartyje nurodytu įsipareigojimų įvykdymo terminai yra pratęsiami priklausomai nuo ypatingų aplinkybių trukmės.

7.7. Susidarius ypatingoms aplinkybėms, šalys apie tai turi pranešti viena kitai ne vėliau kaip per 10 d. nuo ypatingų aplinkybių susidarymo.

7.8. Sutartis surašyta lietuviu kalba. Ją sudaro du identiški sutarties originalai, skirti po vieną kiekvienai šaliai.

8. Asmenys atsakingi už sutarties vykdymą:

	Pirkėjo atstovas	Pardavėjo atstovas
Vardas, pavardė	Loreta Šiugždinienė	Laima Valė
Pareigos	Ligoninės slaugos administratorė	Med. įrangos pardavimų vadybininkė
Adresas	Pušyno g.2, Prienai	L. Zamenhofo g. 3, LT-06332, Vilnius
Telefonas	8-319- 60465	8 5 2330021
Faksas	8-319-60462	8 5 2395468
Elektroninio pašto adresas	info@prienuligonine.lt	laima.vale@olympus.lt

Šalių juridiniai rekvizitai:

PIRKĖJAS:

VšĮ Prienų ligoninė
Pušyno g. 2, LT-59115, Prienai
Tel. 8-319-60465, faks. 8-319-60462
El. paštas info@prienuligonine.lt
Im..kodas 19016 0991
A/s LT 954010041100050743
AB Luminor bankas, banko kodas 40100
Direktorė

Jūratė Milaknienė



PARDAVĖJAS:

Olympus Sverige Aktiebolag
L. Zamenhofo g. 3, LT-06332, Vilnius
Mokesčių mokėtojo kodas: 9000273809
Tel. (8 5) 2330021, faksas (8 5) 2395468
A/s: LT LT077044060008063000
AB SEB bankas,
Banko kodas 70440

Igaliotas atstovas
Andrius Simonaitis

Pasiūlymo lentelė								
Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Reikala vimai	Kiekis	Vnt pasiūlymo be PVM	Vnt pasiūlymo su PVM	Bendra pasiūlymo be PVM	Bendra pasiūlymo kaina su PVM
IV PIRKIMO DALIS Elektrochirurginės įrangos komplektas polipektomijos procedūrai su endoterapiniais priedais atlikti								
1	Elektrochirurginė įrangos komplektas polipektomijos procedūrai su endoterapiniais priedais	Kom pl.	*	1	7030,00	8506,30	7030,00	8506,30
Viso IV pirkimo dalies suma be PVM ir su PVM žodžiais Septyni tūkstančiai trisdešimt EUR be PVM Aštuoni tūkstančiai penki šimtai šeši EUR trisdešimt ct. Su PVM								

PIRKĖJAS:

VšĮ Prienu ligoninė
 Pušyno g. 2, LT-59115, Prienai
 Tel. 8-319-60465, faks. 8-319-60462
 El. paštas info@prienuligone.lt
 Im.kodas 19016 0991
 A/s LT 954010041100050743
 AB Luminor bankas, banko kodas 40100
 Direktorė



PARDAVĖJAS:

Olympus Sverige Aktiebolag
 L. Zamenhofo g. 3, LT-06332, Vilnius
 Mokesčių mokėtojo kodas: 9000273809
 Tel. (8 5) 2330021, faksas (8 5) 2395468
 A/s: LT LT077044060008063000
 AB SEB bankas,
 Banko kodas 70440

Igaliotas atstovas
 Andrius Simonaitis

Techninė specifikacija

Eil. Nr.	Techniniai parametrai	Parametro reikšmė	Tiekėjo siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės
1	Elektrochirurginės įrangos komplektas		
1.1	Elektrochirurginis generatorius	Pavadinimą ir gamintoją įrašo tiekėjas	ESG-150, OLYMPUS
1.1.1	Tinkamas endoskopinei elektrochirurgijai su monopolinio pjovimo ir koaguliacijos bei bipolinio pjovimo ir koaguliacijos režimais	Būtina	Tinkamas endoskopinei elektrochirurgijai su monopolinio pjovimo ir koaguliacijos bei bipolinio pjovimo ir koaguliacijos režimais
1.1.2	Jutiklinis ekranas, kuriame rodoma prie elektrochirurginio generatoriaus prijungtų priedų ir periferinės įrangos prijungimo būseną. Jis taip pat skirtas išvesties būsenoms (pvz. režimui, išvesties galiai, efektui) rodyti bei keisti ir kitoms funkcijoms valdyti (pvz. procedūroms išsaugoti, ištrinti)	Būtina	Jutiklinis ekranas, kuriame rodoma prie elektrochirurginio generatoriaus prijungtų priedų ir periferinės įrangos prijungimo būseną. Jutiklinis ekranas skirtas išvesties būsenoms (pvz. režimui, išvesties galiai, efektui) rodyti bei keisti ir kitoms funkcijoms valdyti (pvz. procedūroms išsaugoti, ištrinti)
1.1.3	Turi turėti du skirtingus pagrindinio ekrano rodinius: pagrindinio naudotojo lygio (basic) ir aukštesnio naudotojo lygio (advance)	Būtina	Turi du skirtingus pagrindinio ekrano rodinius: pagrindinio naudotojo lygio (basic) ir aukštesnio naudotojo lygio (advance)
1.1.4	Prietaiso valdymo kalba	Lietuvių	Prietaisas gali būti valdomas 29 kalbomis, tame tarpe ir lietuvių kalba
1.1.5	Išėjimo signalo dažnis	355±20 kHz ribose	356±20 kHz ribos
1.1.6	Monopolinis pjovimas	galingumas reguliuojamas ne mažiau 120W	Monopolinis pjovimas, galingumas 120W
1.1.7	Endoskopinis monopolinis impulsinis pjovimas lėtas/greitas	galingumas reguliuojamas ne mažiau 120W	Monopolinis impulsinis pjovimas lėtas /greitas, galingumas 120W
1.1.8	Monopolinė minkšta koaguliacija	galingumas reguliuojamas ne mažiau 120W	Monopolinė minkšta koaguliacija, galingumas 120W
1.1.9	Monopolinė forsuta koaguliacija	galingumas reguliuojamas ne mažiau 120W	Monopolinė forsuta koaguliacija, galingumas 120W
1.1.10	Bipolinis pjovimas	galingumas reguliuojamas ne mažiau 100W	Bipolinis pjovimas, galingumas 100W
1.1.11	Bipolinė „minkšta“ koaguliacija	galingumas reguliuojamas ne mažiau 120W	Bipolinė minkšta koaguliacija, galingumas 120W
1.1.12	Neutralaus elektrodo elektrinio kontakto kontrolės sistema	Būtina	Yra neutralaus elektrodo elektrinio kontakto kontrolės sistema

1.1.13	Klaidos atveju aparatas turi indikuoti klaidos kodą arba kita forma pateikiamą pranešimą apie gedimo pobūdį	Būtina	Klaidos atveju aparatas indikuoja klaidos kodą apie gedimo pobūdį
1.1.14	Pateikti CE atitiktį 93/42/EEC direktyvai	Būtina	CE atitiktis 93/42/EEC direktyvai pateikta faile "Deklaracija ESG-150"
1.1.15	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija: Vartotojo instrukcija lietuvių ir originalo kalbomis; Pilnai užpildytas prietaiso pasas	Būtina	Kartu su įranga bus pateikiama dokumentacija: Vartotojo instrukcija lietuvių ir originalo kalbomis; Pilnai užpildytas prietaiso pasas
1.1.16	Garantiniu laikotarpiu nemokama techninė priežiūra	Būtina	Garantiniu laikotarpiu nemokama techninė priežiūra
1.1.17	Garantija	≥ 24 mėn.	24 mėn.
1.2	Prietaiso komplektacija		
1.2.1	Neutralus paciento elektrodas, vienkartinis, ne mažiau dviejų kontaktinių zonų, 100 vnt.	Būtina	Neutralus paciento elektrodas, vienkartinis, dviejų kontaktinių zonų, 100 vnt.
1.2.2	Neutralaus paciento elektrodo laidas, skirtas daugartiniam naudojimui, suderinamas su 1.1 siūlomu generatoriumi, 1 vnt.	Būtina	Neutralaus paciento elektrodo laidas, skirtas daugartiniam naudojimui, suderinamas su 1.1 siūlomu generatoriumi, 1 vnt.
1.2.3	Laidas monopolinio elektrodo pajungimui: skirtas daugartiniam naudojimui, suderinamas su 1.1. siūlomu generatoriumi, 1 vnt.	Būtina	Laidas monopolinio elektrodo pajungimui: skirtas daugartiniam naudojimui, suderinamas su 1.1. siūlomu generatoriumi, 1 vnt.
1.2.4	Kojinio valdymo pedalas, ne mažiau dviejų jungiklių, skirtų: pasirinktam pjovimo režimui aktyvuoti; darbo režimų perjungimui; pasirinktam koaguliacijos režimui aktyvuoti, 1 vnt.	Būtina	Kojinio valdymo pedalas, dviejų jungiklių, skirtų: pasirinktam pjovimo režimui aktyvuoti; darbo režimų perjungimui; pasirinktam koaguliacijos režimui aktyvuoti, 1 vnt.
1.2.5	Elektrochirurginė kilpa, vienkartinio naudojimo, 10 mm diametro, darbinis ilgis 2300 ±10 mm, šalto/karšto pjovimo, vielos diametro 0,3±0,05 mm, tinkama kanalui Ø 2,8 mm, 10 vnt. Sterili pakuotė.	Būtina	Elektrochirurginė kilpa, vienkartinio naudojimo, 10 mm diametro, darbinis ilgis 2300 mm, šalto/karšto pjovimo, vielos diametro 0,3 mm, tinkama kanalui Ø 2,8 mm, 10 vnt. Sterili pakuotė.

1.2.6	Distalinis antgalis kolonoskopui, vienkartinio naudojimo. Plastikinis. Veleno tipo antgalis, distaliniame gale turintis plastikinius, lanksčius, atraumatinius, spyglio formos pirštelius. Turi spalvų koduotę. Pateikti ne mažiau kaip trijų klinikinių studijų rezultatus, 8 vnt. Sterili pakuotė.	Būtina	Distalinis antgalis kolonoskopui, vienkartinio naudojimo. Plastikinis. Veleno tipo antgalis, distaliniame gale turintis plastikinius, lanksčius, atraumatinius, spyglio formos pirštelius. Turi spalvų koduotę. Pateikti trijų klinikinių studijų rezultatus, 8 vnt. Sterili pakuotė.
1.2.7	Klipavimo sistema Sistema su fiksavimo įrenginiu, rotuojama, patologiniams gleivinės defektams, hemostazei. Darbinis ilgis 2300±10 mm, tinkama kanalui Ø 2,8 mm. Kabutės nasrų ilgis 10 ± 0,5mm, atidarymo plotis ne mažiau 11 mm, su uždarymo /atidarymo funkcija, 5 vnt. Sterili pakuotė.	Būtina	Klipavimo sistema Sistema su fiksavimo įrenginiu, rotuojama, patologiniams gleivinės defektams, hemostazei. Darbinis ilgis 2300 mm, tinkama kanalui Ø 2,8 mm. Kabutės nasrų ilgis 10 mm, atidarymo plotis ne mažiau 11 mm, su uždarymo /atidarymo funkcija, 5 vnt. Sterili pakuotė.
1.2.8	Polypų gaudyklė Vienkartinio naudojimo, vienos talpos, 25 vnt. Sterili pakuotė.	Būtina	

PIRKĖJAS:

VšĮ Prienų ligoninė
Pušyno g. 2, LT-59115, Prienai
Tel. 8-319-60465, faks. 8-319-60462
El. paštas info@prienuligonine.lt
Im..kodas 19016 0991
A/s LT 954010041100050743
AB Luminor bankas, banko kodas 40100
Direktore

Jūratė Milaknienė



PARDAVĖJAS:

Olympus Sverige Aktiebolag
L. Zamenhofo g. 3, LT-06332, Vilnius
Mokesčių mokėtojo kodas: 9000273809
Tel. (8 5) 2330021, faksas (8 5) 2395468
A/s: LT LT077044060008063000
AB SEB bankas,
Banko kodas 70440

Įgaliotas atstovas
Andrius Simonaitis