

UAB "Linea libera"

(Uždaroji akcinė bendrovė, Akademijos g. 2, LT-08412 Vilnius, tel.: +370 5 2638748, faks.: +370 5 2638749, el. paštas: info@linealibera.lt, juridinio asmens kodas: 122145775, PVM kodas: LT221457716. Duomenys kaupiami ir saugomi Valstybinės įmonės Registrų centras registre)

PASIŪLYMAS**PASTATOMA CENTRIFUGA SU ROTORIUMI I IR ROTORIUMI II**

2021-06-07 Nr. 1-77097408-2

Vilnius

GAMTOS TYRIMŲ CENTRUI

(Adresatas)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

Tiekėjo pavadinimas	UAB "Linea libera"
Tiekėjo adresas	Akademijos g. 2, LT-08412 Vilnius
Tiekėjo įmonės kodas	122145775
PVM mokėtojo kodas	LT221457716
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Produktų specialistas Evaldas Burbulis
Telefono numeris	+370 5 2638748
El. pašto adresas	info@linealibera.lt

2. INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS*(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)*

Eil. Nr.	Pirkimo sutarties dalies (Pirkimo objekto dalies sutarties dalies), perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas	Subtiekėjo pavadinimas (jeigu žinomas)
1.	-	-

3. PASIŪLYMO KAINA

3.1. Pasiūlymo kaina nurodoma užpildant pateiktą lentelę:

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Kiekis	Kaina, EUR be PVM	PVM, EUR	Kaina, EUR su PVM
1	2	3	4	5	6
1.	Pastatoma centrifuga su rotoriumi I ir rotoriumi II	1	5.900,00	1.239,00	7.139,00

Kaina pateikiama, nurodant 2 (du) skaičius po kablelio.

Jei 5 stulpelis „PVM, EUR“ nepildomas, nurodomos priežastys, dėl kurių PVM nemokamas: _____.

Pagalbinę informaciją, kaip turėtų būti vertinami tiekėjų pasiūlymai, kai Perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja ir (ar) tiekėjams taikomi skirtingi Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo reikalavimai, rasite [ČIA](#).**Pasiūlymo kaina (su PVM) žodžiais:**

Septyni tūkstančiai vienas šimtas trisdešimt devyni Eur, 00ct.

3.2. Kartu su pasiūlymu atskiru priedu pateikiama **užpildyta Techninė specifikacija**.

4. SU PASIŪLYMU PATEIKIAMAI DOKUMENTAI

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Lapų skaičius
1.	Igaliojimas pasirašyti ir pateikti pasiūlymą	1
2	Gamintojo techniniai dokumentai, CE deklaracijos	17

5. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (nurodomi visi dokumentai pagal Sąlygų 5.7 punkto nuostatas)
1.	Igaliojimas pasirašyti ir pateikti pasiūlymą

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- 1) pasiūlymas galioja Sąlygų 5.9 punkte nurodytą terminą;
- 2) sutinku su visomis Pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis;
- 3) pasiūlyme pateikti duomenys yra tikri.

Produktų specialistas (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(pasirašyta saugiu elektroniniu parašu) (Parašas)	Evaldas Burbulis (Vardas ir pavardė)
---	---	---

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pastatoma centrifuga su rotoriumi I ir rotoriumi II

1. Pirkimo objektas - pastatoma šaldanti centrifuga (1 vnt.) ir centrifugai tinkantis rotorius (2 vnt.) (toliau – Prekė). Prekė turi būti pristatoma ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos adresu Akademijos g. 2, Vilnius.
2. Pirkimas numatomas vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuojamą projektą „Parazitų ir taršos sąveikos poveikis vandens organizmams“, MULTIS, Sut. Nr. S-MIP-21-10.
3. Į prekės kainą turi būti įskaičiuoti visos išlaidos ir mokesčiai, tame tarpe įtraukti visi pristatymo, suderinimo ir paleidimo mokesčiai.
4. Pirkimo objekto minimaliuose techniniuose rodikliuose, jei nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkrečiam tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, kai pirkimo objekto yra neįmanoma tiksliai ir suprantamai apibūdinti, laikoma, kad nurodymas apima žodžius „arba lygiavertis“.

Prekės minimalūs techniniai rodikliai ir reikalaujami parametrai

Eil. Nr.	Prekės techninė specifikacija	Reikalavimai	Atitiktis reikalavimams
1. Pastatoma centrifuga:			
1.1	Gamintojas, modelis	Nurodyti gamintoja modelį, pridėti pilną aprašymą su galimų rotorių spektru	Thermo Fisher Scientific Megafuge 8R
1.2	Maksimali išvystoma išcentrinė jėga	Galima išcentrinė jėga ne mažesnė nei 30.000 xg su fiksuoto kampo rotoriumi ir jėga ne mažesnė nei 3.250 xg su kintamo kampo rotoriumi	Galima išcentrinė jėga 30.279 xg su fiksuoto kampo rotoriumi ir jėga 3.260 xg su kintamo kampo rotoriumi
1.3	Maksimalus išvystomas greitis	Galimas maksimalus greitis ne mažesnis nei 17.500aps/min su fiksuoto kampo rotoriumi ir ne mažesnis nei 4.500 aps/min su kintamo kampo rotoriumi	Galimas maksimalus greitis 17.850aps/min su fiksuoto kampo rotoriumi ir 4.500 aps/min su kintamo kampo rotoriumi
1.4	Maksimalus pakrovimas, talpa	Ne mažiau 4 pozicijų po 140 ml	4 pozicijų po 145 ml
1.5	Keičiamų rotorių pasirinkimas:	Ne mažiau 9 vnt.	Galimi 13 vnt rotorių.
1.5.1	Fiksuoto kampo rotorius	Privalomas	Yra galimybė rinktis iš 8 rotorių
1.5.2	Plokštelėms skirtas rotorius	Neprivalomas, skaitoma kaip privalumas	Yra galimybė rinktis rotorį, skirtą darbui su mikroplokštelėmis
1.5.3	„Swing–bucket“ tipo rotorius	Privalomas	Yra galimybė rinktis iš 4 „swing-out“ rotorių.
1.6	Temperatūros palaikymo ribos:	Nuo -(minus)10° iki +(plus)40° ±5°C	Nuo -10° iki +40°
1.7	Darbinio ciklo nustatymai:		
	1.7.1. Laikmačio funkcija	Privaloma	Integruotas laikmatis

	1.7.2. Nepertraukiamo sukimosi galimybė	Privaloma	Galimas nepertraukiamas sukimas
	1.7.3. Apsisukimų nustatymo galimybė	Privaloma, ne didesniu kaip 100 aps./min. žingsniu)	100aps/min žingsnis
	1.7.4. Trumpo centrifugavimo funkcija (Short-spin)	Neprivaloma, laikoma kaip privalumas	Galima trumpo centrifugavimo
1.8. Papildomos funkcijos:			
	1.8.1. Automatinis dangčio atidarymas pasibaigus centrifugavimui	Neprivaloma, laikoma kaip privalumas	Dangtis atsidaro tik naudotojui paspaudus dangčio atidarymo mygtuką
	1.8.2. Automatinis rotoriaus atpažinimo ir disbalanso detekcijos funkcija	Privaloma	Centrifuga automatiškai atpažysta rotorį, aptinka disbalansą
1.9	Bendroji galia/energijos vartojimas	Ne didesnė kaip 800 W	750W
1.10	Garantinis laikotarpis: (įrangos garantija turi apimti nemokamą remontą ir neveikiančių dalių arba viso prietaiso pakeitimą)	ne mažiau 12 mėn.	12mėn
1.11	Bendroji įrenginio masė	Ne mažesnė kaip 70 kg	71kg
1.12	Pajungimas prie elektros lizdo	230V/ 50-60 Hz	230V/ 50-60 Hz
2. Centrifugos rotorius I			
2.1	Gamintojo kodas – modelis	Privalo atitikti siūlomos centrifugos gamintojo rotorių sąrašui	MicroClick 18 x 5
2.2	Pakrovimas, talpa, našumas	Ne mažiau 15 pozicijų ne mažesniems kaip 5 ml mėgintuvėliams kiekvienoje pozicijoje	15 pozicijų 5 ml mėgintuvėliams kiekvienoje pozicijoje
2.3	Maksimalus išvystomas rotoriaus greitis	Ne mažiau 14000 (14 tūkst.) aps./min.	14000 (14 tūkst.) aps./min.
2.4	Maksimali išvystoma rotoriaus	Ne mažiau 20000 (20 tūkst.) × g	22351 × g

	išcentrinė jėga		
2.5	Galimybė įsigyti papildomų adapterių siūlomam rotoriumi	Privaloma	Galima įsigyti adapterius 1,5/2ml mėgintuvėliams sukti
3. Centrifugos rotorius II			
3.1	Gamintojo kodas – modelis	Privalo atitikti siūlomos centrifugos gamintojo rotorijų sąrašui	MicroClick 30 x 2
3.2	Pakrovimas, talpa, našumas	Ne mažiau 30 pozicijų po 1.5/2 ml kiekvienoje pozicijoje.	30 pozicijų po 1.5/2 ml kiekvienoje pozicijoje.
3.3	Maksimalus išvystomas rotoriaus greitis	Ne mažiau 14000 (14 tūkst.) aps./min.	14000 (14 tūkst.) aps./min.
3.4	Maksimali išvystoma rotoriaus išcentrinė jėga	Ne mažiau 20000 (20 tūkst.) × g	21.694 × g