

UAB "Linea libera"

(Uždaroji akcinė bendrovė, Akademijos g. 2, LT-08412 Vilnius, tel.: +370 5 2638748, faks.: +370 5 2638749, el. paštas: info@linealibera.lt, juridinio asmens kodas: 122145775, PVM kodas: LT221457716. Duomenys kaupiami ir saugomi Valstybinės įmonės Registrų centras registre)

PASIŪLYMAS**PLOKŠTELINIS SKAITYTUVAS KOMPLEKTACIJOJE SU PROGRAMINE ĮRANGA IR KOMPIUTERINE SISTEMA**

2021-06-10 Nr. 1-77121794

Vilnius

GAMTOS TYRIMŲ CENTRUI

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

Tiekėjo pavadinimas	UAB "Linea libera"
Tiekėjo adresas	Akademijos g. 2, LT-08412 Vilnius
Tiekėjo įmonės kodas	122145775
PVM mokėtojo kodas	LT221457716
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Evaldas Burbulis
Telefono numeris	+370 5 2638748
El. pašto adresas	info@linealibera.lt

2. INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS*(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)*

Eil. Nr.	Pirkimo sutarties dalies (Pirkimo objekto dalies sutarties dalies), perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas	Subtiekėjo pavadinimas (jeigu žinomas)
1.	-	-

3. PASIŪLYMO KAINA

3.1. Pasiūlymo kaina nurodoma užpildant pateiktą lentelę:

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Kiekis	Kaina, EUR be PVM	PVM, EUR	Kaina, EUR su PVM
1	2	3	4	5	6
1.	Plokštelinis skaitytuvas kompleksijoje su programine įranga ir kompiuterine sistema	1	8.280,00	1.738,80	10.018,80

Kaina pateikiama, nurodant 2 (du) skaičius po kablelio.

Jei 5 stulpelis „PVM, EUR“ nepildomas, nurodomos priežastys, dėl kurių PVM nemokamas: _____

Pagalbinę informaciją, kaip turėtų būti vertinami tiekėjų pasiūlymai, kai Perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja ir (ar) tiekėjams taikomi skirtingi Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo reikalavimai, rasite [ČIA](#).

Pasiūlymo kaina žodžiais: Dešimt tūkstančių aštuoniolika Eur, 80ct.

3.2. Kartu su pasiūlymu pateikiama užpildyta Techninė specifikacija.

4. SU PASIŪLYMU PATEIKIAMİ DOKUMENTAI

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Lapų skaičius
1.	Igaliojimas pasirašyti ir pateikti pasiūlymą	1
2.	Techninė dokumentacija ir CE deklaracija	10

5. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (nurodomi visi dokumentai pagal Sąlygų 5.7 punkto nuostatas)
1.	Igaliojimas pasirašyti ir pateikti pasiūlymą

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- 1) pasiūlymas galioja Sąlygų 5.9 punkte nurodytą terminą;
- 2) sutinku su visomis Pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis;
- 3) pasiūlyme pateikti duomenys yra tikri.

Produktų specialistas (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(pasirašyta saugiu elektroniniu parašu) (Parašas)	Evaldas Burbulis (Vardas ir pavardė)
---	---	---

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Plokštelinis skaitytuvas komplektacijoje su programine įranga ir kompiuterine sistema

1. Pirkimo objektas - plokštelinis skaitytuvas komplektacijoje su programine įranga ir kompiuterine sistema (toliau – Prekė). Prekė turi būti pristatyta ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos adresu Akademijos g. 2, Vilnius.
2. Pirkimas numatomas vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuojamą projektą „Parazitų ir taršos sąveikos poveikis vandens organizmams“, MULTIS, Sut. Nr. S-MIP-21-10.
3. Į Prekės kainą turi būti įskaičiuoti visos išlaidos ir mokesčiai, tame tarpe įtraukti visi pristatymo, suderinimo ir paleidimo mokesčiai.
4. Pirkimo objekto minimaliuose techniniuose rodikliuose, jei nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkrečiam tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, kai pirkimo objekto yra neįmanoma tiksliai ir suprantamai apibūdinti, laikoma, kad nurodymas apima žodžius „arba lygiavertis“.

Prekės minimalūs techniniai rodikliai ir reikalaujami parametrai

Eil. Nr.	Prekės techninė specifikacija	Reikalavimai	Atitiktis reikalavimams
1	Plokštelinis skaitytuvas:		
1.1	Gamintojas, modelis	Nurodyti gamintoja modelį, pridėti pilną aprašymą	Thermo Fisher Scientific Multiskan SKY
1.2	Paskirtis	UV/VIS spektrofotometras	UV/VIS spektrofotometras
1.3	Matavimo formatai	96-ių, 384-ių mikroplokštelės Galimybė dirbti su mažų kiekių plokštele (µ drop)	96-ių, 384-ių mikroplokštelės Galimybė dirbti su mažų kiekių plokštele (µ drop)
1.4	Šviesos šaltinis	Ksenono arba lygiavertė lempa	Ksenono lempa
1.5	Bangos ilgio pasirinkimas	Bangos ilgis turi būti pasirenkamas monochromatoriumi	Bangos ilgis yra pasirenkamas monochromatoriumi
1.6	Bangos ilgio intervalas	Ne mažesniame intervale nei nuo 200 iki 1000 nm.	Intervale nuo 200 iki 1000 nm.
1.7	Bangos pasirinkimo žingsnis	Bangos pasirinkimo žingsnis ne didesnis nei 1 nm	Bangos pasirinkimo žingsnis 1 nm
1.8	Šviesos plyčio dydis	Ne didesnis nei 2,5 nm.	2,5 nm.
1.9	Matavimų linijškumas	Ne didesnis nei ±2% intervale 0 - 2,5 Abs., esant 450 nm.	±2% intervale 0 - 2,5 Abs., esant 450 nm.
1.10	Matavimų tikslumas	Tikslumo skaitinė reikšmė ne didesnė nei 1 % intervale 0 - 2 Abs.; ne didesnė nei ±2% intervale 2 - 2,5 Abs	Tikslumo skaitinė reikšmė 1 % intervale 0 - 2 Abs.; ±2% intervale 2 - 2,5 Abs
1.11	Mikroplokštelių purtymas	Integruotas mikroplokštelių linijinis purtymas	Integruotas mikroplokštelių linijinis purtymas
1.12	Matavimo greitis	Ne didesnis nei 8 s, matuojant 96-ių šulinėlių plokštelėje esančius visus mėginius Ne didesnis nei 12s, matuojant 384-ių šulinėlių plokštelėje esančius visus mėginius	6 s, matuojant 96-ių šulinėlių plokštelėje esančius visus mėginius 10s, matuojant 384-ių šulinėlių plokštelėje esančius visus mėginius

1.13	Valdymas	Išoriniu kompiuteriu	Išoriniu kompiuteriu
1.14	Termostatavimas	Mikroplokštelės termostatuojamos ne siauresniame intervale nuo 2 laipsniai virš aplinkos temp iki 45 laipsnių.	Mikroplokštelės termostatuojamos intervale nuo 2 laipsniai virš aplinkos temp iki 45 laipsnių.
1.15	Jungtys	Spetrofotometre yra inetgruotos ne mažiau nei 4 USB jungtys ir 1 Ethernet jungtis	Spetrofotometre yra inetgruotos 4 USB jungtys ir 1 Ethernet jungtis
1.16	Komplektacija	Su spektrofotometru pateikiama programinė įranga ir kompiuteris (procesorius ne mažiau nei I5, ne mažiau nei 4GB RAM ir 500 GB SSD, Windows Pro programinė įranga)	Su spektrofotometru bus pateikta programinė įranga ir kompiuteris (procesorius I5, 4GB RAM ir 500 GB SSD, Windows Pro programinė įranga)
1.17	Garantija	Ne mažiau nei 12 mėn	12 mėn
1.18	Paslaugos	Prietaisas turi būti pristatytas į kliento nurodytą vietą, instaliuotas ir apmokytas personalas.	Prietaisas bus pristatytas į kliento nurodytą vietą, instaliuotas ir apmokytas personalas.
1.19	Maitinimas	200-240V, 50/60HZ	200-240V, 50/60HZ