

UAB „VIJUS“

Juridinis asmuo, Nevėžio g. 29, Panevėžiukas, Kauno r. LT-54287, Tel./faks.: (8 37) 562222,
VĮ Registrų centro Kauno filialas, į.k. 159792479, PVM kodas LT597924716

VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninei

PASIŪLYMAS

DĖL RENTGENO JUOSTŲ IR CHEMIKALŲ PIRKIMO

2021 m. gegužės 18 d.
Kaunas

1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

Tiekėjo pavadinimas	UAB „VIJUS“
Tiekėjo adresas /	Nevėžio g. 29, Panevėžiukas, Kauno r.
Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas	159792479, LT597924716
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas	LT697300010002267741, AB Swedbank, banko kodas 73000
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Juozas Filipavičius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Juozas Filipavičius
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Juozas Filipavičius
Telefono numeris	(8 37) 562222
Fakso numeris	—
El. pašto adresas	info@vijus.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) atviro konkurso (supaprastinto pirkimo) skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

2 lentelė

SUBTIEKĖJO REKVIZITAI

Eil. Nr.	Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai), adresas (-ai)

**Pastaba: pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us)*

PASIŪLYMO KAINA

Pirkimo dalies Nr.	Prekės pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.	Pirkimo vnt. Eur (be PVM)	Pirkimo vnt. Eur (su PVM)	Viso kaina, Eur (su PVM)
1	Rentgeno juostos ir chemikalai juostoms ryškinti					
	Rentgeno juosta 18×24 cm (mamografijoms)/100 lapų	dėž.	200	48,00	50,40	10080,00
	Rentgeno juosta 24×30 cm (mamografijoms)/100 lapų	dėž.	70	62,00	65,10	4557,00
	Rentgeno juosta 24×30 cm /100 lapų	dėž.	4	35,00	36,75	147,00
	Rentgeno juosta 30×40 cm /100 lapų	dėž.	5	49,00	51,45	257,25
	Rentgeno juosta 35×35 cm /100 lapų	dėž.	4	55,00	57,75	231,00
	Rentgeno juosta 35×43 cm /100 lapų	dėž.	8	62,85	65,99	527,94
	Ryškintojas automatiniam ryškintojui 2x20 l	pak.	30	42,00	44,10	1323,00
	Fiksažas automatiniam fiksavimui 2x20 l	pak.	40	34,00	35,70	1428,00
				Bendra 1 dalies kaina:18551,19		
2	Juostos darbui su spausdintuvu Horizon®GS					
	Juostos skaidraus pagrindo 14x17“(35x43 cm)/100 lapų	dėž.	40	230,00	241,50	9660,00
	Juostos skaidraus pagrindo 8x10“(20x25 cm) /100 lapų	dėž.	10	120,00	126,00	1260,00
	Juostos neskaidraus pagrindo 14x17“(35x43 cm) /80 lapų	dėž.	10	155,00	162,75	1627,50
	Juostos neskaidraus pagrindo A4/80 lapų	dėž.	5	74,00	77,70	388,50
				Bendra 2 dalies kaina:		12936,00
3	Juostos darbui su spausdintuvu DRY PRO 832					
	Juostos skaidraus pagrindo 14x17“(35x43 cm) /125 lapai	dėž.	10	210,80	221,34	2213,40
	Juostos skaidraus pagrindo 8x10“(20x25 cm) /125 lapai	dėž.	5	90,00	94,50	472,50
				Bendra 3 dalies kaina:		2685,90

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

4 lentelė

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius	Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas
1.	EBVPD	13	Prisegti dokumentai
2.	Rentgeno prekių dokumentai	41	Prisegti dokumentai

Direktorius

Juozas Filipavičius

Specialieji reikalavimai rentgeno juostoms ir cheminiams reagentams

Eil. Nr.	Parametras	Parametro reikšmė	Siūloma techninė charakteristika, gamintojas (su nuoroda į puslapį pasiūlyme, kur gamintojo originalo techniniame lape nurodytas parametras)
1.	Rentgeno juostos ir cheminiai reagentai		Gamintojas FUJI Medical
1.1.	Mamografinės rentgeno juostos		Žr. FUJI mamografiniai filmai, 1-2 p.
	Optinis tankis (D maks.)	4,30 – 4,40	4,40
	Vidutinis gradientas	3,50 – 3,60	3,50-3,55
	Santykinis jautrumas	1,55 – 1,65	1,60
	Ryškinimo būdas	automatinis	automatinis
	Apdorojimo ciklas	≤ 90 sek.	90 s
	Ryškinimo temperatūra	34 – 35° C	35° C
1.2.	Rentgeno juosta jautri žaliai šviesai		Žr. FUJI žali filmai, 2 p.
	Optinis tankis (D maks.)	3,10 – 3,20	3,1-3,2
	Vidutinis gradientas	2,80 – 2,90	2,9
	Santykinis jautrumas	1,55 – 1,65	1,60
	Ryškinimo būdas	automatinis	automatinis
	Apdorojimo ciklas	≤ 90 sek.	90 s
	Ryškinimo temperatūra	34 – 35° C	35° C
1.3.	Ryškintojas automatiniam apdorojimui		Žr. FUJI chemijos aprašymas, 1 p.
	Ryškintojo reagentų pakuotė 2 x 20 l.	būtina	2 x 20 l
	Apdorojimo ciklas	≤ 90 sek.	90 s
	Minimalus ryškintojo papildymas 1 vnt. 35 x 35cm filmui	≤ 50 ml	50 ml
1.4.	Fiksažas automatiniam apdorojimui		Žr. FUJI chemijos aprašymas, 1 p.
	Fiksažo reagentų pakuotė 2 x 20 l.	būtina	2 x 20 l
	Minimalus fiksažo papildymas 1 vnt. 35 x 35cm filmui	≤ 70 ml	70 ml
	Siūlomos prekės turi būti vieno gamintojo	būtina	Gamintojas FUJI Medical
2.	Juostos darbui su spausdintuvu HORIZON GS		Gamintojas CODONICS
2.1.	Sauso apdorojimo	būtina	Žr. Horizon GS aprašymas, 2 p.
	Poliestero pagrindo spalva	melsva	melsva
	Optinis tankis (D maks)	≥ 3,00	3,00
	Galimi formatai: 14x17“ (35x43cm) 8x10” (20x25cm)	būtina	14 x 17 8 x 10
	Supakuota firminėse kasetėse po 100 lapų	būtina	100 l.

	Kasetės su individualiu BAR kodu	būtina	Kasetė turi atskirą BAR kodą
2.2	Sauso apdorojimo	būtina	Žr. CODONICS brošiūra, 1 p.
	Pagrindo spalva	balta	balta
	Galimi formatai: 14x17“ (35x43cm) A 4	būtina	14 x 17, A4
	Supakuota firminėse kasetėse po 80 lapų	būtina	Pakuotėje 80 l.
	Kasetės su individualiu BAR kodu	būtina	Kasetė turi atskirą BAR kodą
3	Juostos darbui su spausdintuvu DRY PRO 832		Gamintojas Conica Minolta. Žr. DryPro832, 2 p. SD-Q
	Sauso apdorojimo	būtina	Sauso apdorojimo
	Minimalus optinis tankis (D min.)	0,20±1%	0,2
	Maksimalus optinis tankis (D maks.)	≥ 3,00	3,00
	Vidutinis gradientas	≥ 3,30±1%	3,30
	Filmo pagrindo storis	≤ 175 μm	175 μm
	Galimi formatai: 14x17“ (35x43cm) 8x10” (20x25cm)	būtina	8 x 10, 10 x12, 11 x 14, 14 x 17
	Supakuotos firminėse kasetėse po 125 lapus	būtina	Supakuota originalioje pakuotėje po 125 l.

Pastabos: privalo būti suteikta galimybė pirkti atskirai, nepriklausomais kiekiais ryškalus ir fiksažą (ne komplekte)