

BOKANG bekontaktis infraraudonųjų spindulių termometras BK8005

Pavadinimas: Bekontaktis infraraudonųjų spindulių termometras

Modelis: BK8005

Gamintojas: Wenzhou Bokang Instruments Co., Ltd.

Kilmės šalis: Kinija

Katalogas: pridedamas (dok. pav. "Brošiura")

1.15 CE :atitiktis Medicinos prietaisų direktyvos 93/42/EEB reiklavimus (dok. pav. CE sertifikatas)

Savybės:

- Matavimas nesiliečiant prie kūno.
- Paciento kūno temperatūros (aktos srityje) matavimas. 1.2
- Aplinkos paviršių temperatūros matavimas (opcija).
- Skysčių temperatūros matavimas (pav. buteliuke esančio pieno) (opcija)
- Kreipiantysis šviesos spindulys. (Galima išjungti)
- Matavimo laikas per 1 sekundę. 1.4
- Didelis šviečiantis LCD ekranas.
- 32 matavimų atmintis.
- Baterijos indikatorius (senkantis).
- Nešiojamas : 85g (svoris), dėklas prietaiso saugiam nešiojimui.
- Kompaktiškas: 95mm x 42mm x 139 (I x P x A)
- Kliniškai testuotas (tinkantis naudoti gydymo įstaigoje)
- Gydymo įstaigoms parduodamas su metrologine patikra
- Paprastas naudotis- vieno mygtuko valdymas

- CE ženklavimas: CE 0197 1.1, 1.16

Techninė specifikacija:

- 1.5 Kūno temperatūros matavimas režimas: 34,0°C - 42,0°C (93.2°F - 107.6°F)
- Paviršių aplinkos temperatūros matavimo režimas: 5,0°C - 80,0°C (41,0°F - 176,0°F) (opcija) 1.7
- 1.6 Matavimo tikslumas +/- 0,2°C intervale 34,0°C - 42,0°C, kitur +/- 0,3°C 1.8
- 1.11.1 "Lo" per žema matuojama temperatūra < 34,0°C;
- 1.11.2 "HI" per aukšta matuojama temperatūra > 42,0°C;
- Gradacija: 0,1°C (0,1°F)
- 1.13 Matavimo nuotolis: 3-5 cm nuo matuojamos vietos.
- 1.12 Baterijų darbas: užtikrina >2000 temperatūros matavimų atlikimą - (1,5 V 2 vnt AA tipo baterijos komplekte yra)
- Automatinis išsijungimas: po 7 sek.
- Matavimo vienetų perjungimas: °C/°F. 1.3
- Karščiavimo (pavojaus) indikatorius: indikacija rodoma pakilusios žmogaus kūno temperatūros virš 38,0°C
- 1.10 Garsiniai signalai: pypteli įjungiamas ir kai matavimas baigtas. (Galima išjungti)
- Termometro naudojimo aplinka: naudoti 10°C - 40°C temperatūroje, santikinė drėgmė ≤ 85%
- Laikyti termometrą atokiau nuo vandens, bei karščio, įskaitant tiesioginius saulės spindulius.
- Matavimo srities trugdžiai: prakaito lašeliai, plaukai, oro srauto trugdžiai IR spinduliams

Garantija: 3 metai



BOKANG

WENZHOU BOKANG INSTRUMENTS CO., LTD

Address: #1500 Haining Rd Haibin Longwan Wenzhou Zhejiang province P.R.CHINA

Arvydas Katalinas
direktorius



[Handwritten signature]