

# PREKĖS VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

2021 m. liepos 14 d. Nr. S6-147

Klaipėda

**Viešoji įstaiga Jūrininkų sveikatos priežiūros centras**, atstovaujama vyriausiojo gydytojo Sauliaus Dabravalskio, veikiančio pagal įstaigos įstatus (toliau – Pirkėju), ir **UAB „Vilimekso servisas“**, atstovaujama generalinio direktoriaus Žydrūno Gavėnio, veikiančio pagal įmonės įstatus, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Tiekėjas), toliau kartu vadinami Šalimis, sudarė šią Odontologinės įrangos pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – Sutartis):

## 1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties dalykas – Odontologinė įranga (Eurus, Belmont, Japonija), 3 kompl. (toliau – Prekės), kurios techniniai parametrai nurodyti Sutarties 1 priede, pirkimas – pardavimas.

1.2. Tiekėjas įsipareigoja perduoti Pirkėjui nuosavybės teise priklausančią Prekę Pirkėjo nuosavybėn, o Pirkėjas įsipareigoja priimti šią Prekę ir sumokėti už ją Sutartyje nustatytą kainą Sutartyje aptartomis sąlygomis ir tvarka.

1.3. Tiekėjas garantuoja, kad Prekė yra nauja, nenaudota, kokybiška, neturi paslėptų trūkumų ir defektų (dizaino, medžiagų, gamybos ir/ar kt.), tinkama naudoti pagal jos paskirtį, atitinka Sutarties 1 priede nustatytus reikalavimus, Tiekėjo pasiūlymą bei kitus Sutarties reikalavimus, taip pat atitinka visus su jų tiekimu ir kokybe susijusių Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus.

## 2. PREKĖS PRISTATYMAS IR PRIĖMIMAS

2.1. Prekė turi būti pristatyta iš anksto Šalių suderintu laiku per 4 mėn. nuo Sutarties pasirašymo dienos. Per šį laikotarpį Prekė turi būti pristatyta, instaliuota/įdiegta, sumontuota taip, kad pilnai funkcionuotų, personalas turi būti apmokytas naudotis įranga. Tiekėjas pasirūpina visa būtina įranga, darbų sauga ir darbo jėga, reikalinga Sutarties vykdymui. Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, Sutartis gali būti pratęsiama 2 mėn.

2.2. Prekių pristatymo vieta – Taikos pr. 46, Klaipėda.

2.3. Iki Prekės priėmimo visa atsakomybė dėl Prekės atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo tenka Tiekėjui.

2.4. Tiekėjas turi pasirūpinti, kad Prekė būtų pristatyta į priėmimo vietą suderinus su Pirkėju, kad pastarasis galėtų Prekę patikrinti, įsitikinti jų tinkamumu ir įforminti Prekės priėmimą.

2.5. Prekė turi būti pateikta gamyklinėje pakuotėje. Su Preke turi būti pateikti visi Sutarties 1 priede reikalaujami dokumentai (darbo, eksploatavimo, priežiūros instrukcijos ir pan.).

2.6. Pardavėjas garantuoja, kad parduodamos Prekės yra be defektų ir jų kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui atitinka ES Tarybos Direktyvos 93/42/EEB reikalavimus.

2.7. Prietaisas turi turėti CE ženklą su identifikavimo numeriu.

2.8. Pristatant prekes Pardavėjas pateikia Prekės vartotojo instrukciją lietuvių kalba. Prekių žymėjimas ant pakuotės turi būti valstybine kalba (jei prekės gamintojo nėra žymimos valstybine kalba – pasitelkiant lipdukus ar kt. priemones).

2.9. Prekės priėmimas įforminamas pasirašant priėmimo-perdavimo aktą ar kitą priėmimą-perdavimą patvirtinantį dokumentą ir sąskaitą-faktūrą, po to, kai Tiekėjas pristato, sumontuoja, įdiegia Prekę ir apmoko Pirkėjo darbuotojus naudotis Preke. Nuo šio dokumento pasirašymo momento Prekė tampa Pirkėjo nuosavybe.

2.10. Jei Tiekėjas pristato Sutarties reikalavimų neatitinkančią Prekę ar atsisako įvykdyti kitus savo sutartinius įsipareigojimus (*sumontuoti, įdiegti Prekę, apmokyti Pirkėjo darbuotojus naudotis Preke ir pan.*) Pirkėjas turi teisę nepasirašyti priėmimo-perdavimo akto ar kito priėmimo-perdavimo patvirtinančio dokumento (pvz. sąskaitos-faktūros), reikalauti pristatyti tinkamą Prekę ir įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.

2.11. Prekės pristatymo ar garantinio laikotarpio metu, nustačius Prekės kokybės trūkumus ar gedimus ir negalint atkurti Prekės techninių galimybių, Tiekėjas įsipareigoja savo sąskaita pakeisti nebetinkamą naudoti Prekę analogiška nauja Preke.

2.12. Atsiradus nenumatytoms, nuo Šalių valios nepriklausančioms aplinkybėms (pavyzdžiui, Prekės tapo nebegaminamos: užsitęsė teisminiai ginčai: Prekės tapo neatitinkančios Sutartyje nustatytų Prekės keliamų reikalavimų dėl ne nuo Tiekėjo priklausančių aplinkybių ar kt.), kurių Šalys negalėjo numatyti pasirašydamos Sutartį, dėl kurių Tiekėjas negali pristatyti pirkimo sutartyje nurodyto (-ų) modelio (-ių) Prekės (-ių) ir pateikia tai pagrindžiančius dokumentus, Pirkėjui raštu išreiškus sutikimą, nekeičiant Sutarties 4.1. punkte nurodytos Prekės kainos, Tiekėjas gali pristatyti kito modelio, Sutarties 1 priede įtvirtintus reikalavimus atitinkančią ir ne blogesnių nei Tiekėjo pasiūlyme nurodytoji techninių charakteristikų Prekę.

## 3. GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

3.1. Tiekėjas suteikia Prekei Sutarties 1 priede nurodytą garantiją, kuri pradedama skaičiuoti nuo Prekės perdavimo-Pirkėjui dienos.

3.2. Garantinio laikotarpio metu Tiekėjas turi užtikrinti nemokamą Prekės dalių nupirkimą ir pakeitimą naujomis bei nustatytų techninių galimybių atkūrimą arba nemokamą Prekės pakeitimą nauja analogiška Preke.

3.3. Garantinis terminas stabdomas nuo Pirkėjo pranešimo Tiekėjui apie gedimą iki kol Tiekėjas pašalina gedimą ir atitinkamai pratęsiamas tokiam laikotarpiui, per kurį Pirkėjas negalėjo naudotis Preke.

3.4. Jei Tiekėjas pakeičia Prekę ar Prekių dalis naujomis, tai naujai Prekei ar jos dalims taikomas toks pats Sutarties 1 priede nurodytas garantinis terminas.

#### 4. KAINODAROS TAISYKLĖS, ATSISKAITYMO IR MOKĖJIMO TVARKA

4.1. Sutarties kaina yra:

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas  | Prekės modelis, gamintojo pavadinimas | Mato vnt. | Kie kis | Vnt. kaina, Eur |          | PVM | Bendra pasiūlymo kaina, Eur |          |
|----------|---------------------|---------------------------------------|-----------|---------|-----------------|----------|-----|-----------------------------|----------|
|          |                     |                                       |           |         | Be PVM          | Su PVM   |     | Be PVM                      | Su PVM   |
| 1.       | Odontologinė įranga | Eurus (Belmot, Japonija)              | kompl.    | 3       | 18989,00        | 22976,69 | 21  | 56967,00                    | 68930,07 |

Bendra pasiūlymo kaina, Eur: šešiasdešimt aštuoni tūkstančiai devyni šimtai trisdešimt Eur ir 07 ct.)

4.2. Į Sutarties kainą yra įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos Tiekėjo išlaidos, būtinos Sutarties įvykdymui.

4.3. Sutartyje nustatyta Prekės kaina per visą Sutarties galiojimo laikotarpį nebus keičiama (nei pasikeitus kainų lygiui, nei mokesčiams, išskyrus PVM. Pasikeitus Prekėms taikomam PVM tarifui (įsigaliojus tą patvirtinantiems Lietuvos Respublikos teisės aktams), Sutartyje nustatyta Prekės kaina perskaičiuojami tokia tvarka: kaina Eur be PVM nekeičiama, o prie jos pridedamas naujas PVM tarifas. Kainos perskaičiavimas įforminamas Šalims pasirašius papildomą susitarimą prie Sutarties.

4.4. Vykdam sutartį, PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kiti atsiskaitymo dokumentai bus teikiami naudojant informacinę sistemą „E. sąskaita“.

4.5. Pirkėjas apmoka Tiekėjui už laiku pristatytą kokybišką, Sutartyje ir pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus atitinkančią prekę pagal gautą PVM sąskaitą faktūrą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos. Sąskaita faktūra išrašoma pasirašius Prekės priėmimo-perdavimo aktą.

4.6. Pirkėjas turi teisę tiesiogiai atsiskaityti su subtiekejais. Tokio atsiskaitymo tvarka nustatoma trišalėje sutartyje, kurią sudaro Pirkėjas, Tiekėjas ir jo subtiekejais (-ai).

4.7. Jei Pirkėjas naudoja Sutarties 4.6 papunktyje įtvirtinta tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybę, Tiekėjas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekejams.

#### 5. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1. Jeigu Tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas Pirkėjui įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

5.2. Tiekėjas įsipareigoja remtis specialistais, kurie nurodyti Pasiūlyme bei tais, kurie papildomai įtraukti Sutarties vykdymo metu arba yra pakeisti, laikantis šios Sutarties reikalavimų;

5.3. Tiekėjas įsipareigoja remtis subtiekejais, kurie nurodyti Pasiūlyme, jeigu vykdant Sutartį jie pasitelkiami: /nurodyti/; taip pat tais subtiekejais, kurie pakeisti ar pasitelkti naujai Sutarties vykdymo metu, laikantis šios Sutarties reikalavimų;

5.4. Jei Tiekėjas dėl savo kaltės vėluoja pristatyti Prekę bei įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus per Sutartyje numatytą terminą, Pirkėjas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir neprarasdamas kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,03 proc. dydžio delspinigius nuo Prekės kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną.

5.5. Be pateisinamų priežasčių Pirkėjui laiku nesumokėjus už priimtą tinkamą, atitinkančią Sutartyje nustatytus reikalavimus Prekę per Sutartyje nustatytą terminą, Tiekėjas gali pareikalauti mokėti 0,03 proc. dydžio delspinigius nuo vėluojamos sumokėti sumos už kiekvieną termino praleidimo dieną.

5.6. Netesybos gali būti išskaičiuojamos iš Tiekėjui pagal Sutartį mokėtinų sumų.

5.7. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo pareigos vykdyti šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.

#### 6. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

6.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas netaikomas.

#### 7. NENUGALIMA JĖGA

7.1. Nė viena Šalis nėra laikoma pažeidusia šią Sutartį arba nevykdančia savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį, jei įsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, atsiradusios po

Sutarties įsigaliojimo dienos. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Šalių teisės, pareigos ir atsakomybė esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse“ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 840 “Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo”).

## 8. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

8.1. Sutartis aiškinama, visi joje neaptarti klausimai ir visi ginčai, kylantys iš Sutarties ar su ja susiję, sprendžiami remiantis Lietuvos Respublikos teise.

8.2. Visi ginčai, kylantys iš Sutarties ar su ja susiję, sprendžiami derybų būdu. Jei Šalims nepavyksta išspręsti ginčo derybų būdu, ginčas sprendžiamas kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

## 9. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

9.1. Sutartis gali būti nutraukta bet kuriuo metu bendru Sutarties Šalių susitarimu arba vienos iš Šalių iniciatyva, jei keičiasi kitos Šalies organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui.

9.2. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį šiais atvejais:

9.2.1. jei Tiekėjas sudaro subtiekinimo sutartį be Pirkėjo sutikimo;

9.2.2. jei tiekėjas nesilaiko Sutarties įvykdymo terminų ar pristato Sutarties reikalavimų neatitinkančias Prekes.

9.3. Šalys žino ir supranta, kad jei Sutartis bus nutraukta dėl Tiekėjo esminio Sutarties pažeidimo, Pirkėjas, vadovaudamasis VPĮ 91 straipsnio 1 dalimi, privalės viešai paskelbti apie Sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą. Esminiu Sutarties pažeidimu bus laikomas Tiekėjo sutartinių prievolių įvykdymo terminų nesilaikymas, Sutarties reikalavimų neatitinkančios Prekės pristatymas.

9.4. Sutarties nutraukimas nepanaikina nė vienos iš Sutarties Šalių teisės reikalauti sumokėti netesybas, numatytas šioje Sutartyje už sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą iki Sutarties nutraukimo.

## 10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10.1. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo.

10.2. Jei pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip prieš 10 dienų. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliėpimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

10.3. Už Sutarties vykdymo koordinavimą atsakingi asmenys:

|                 | Pirkėjo atstovas     | Tiekėjo atstovas             |
|-----------------|----------------------|------------------------------|
| Vardas, pavardė | Jūratė Beinorienė    | Povilas Purtokas             |
| Telefonas       | (8 46) 38 32 59      | +370 630 11 555              |
| El. paštas      | j.beinoriene@jspc.lt | povilas@vilimeksoservisas.lt |

10.4. Sutartis sudaryta lietuvių kalba, dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

10.5. Sutarties priedas Nr. 1 „Techninė specifikacija“ yra neatskiriama Sutarties dalis.

## 10. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

### Pirkėjas

VšĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centras

Įmonės kodas 241976120

Taikos pr. 46, 91213 Klaipėda

Tel. (8 46) 34 07 09, faksas (8 46) 38 34 25

El. p.: info@jspc.lt

A. s. LT89 7300 0100 0230 7054

„Swedbank“, AB, banko kodas 73000

Vyriausiasis gydytojas

Saulius Dabravalskis

A.V.

### Tiekėjas

UAB „Vilimekso servisas“

Įmonės kodas 123055213, PVM mok. kodas LT230552113

Visorių g. 8, 08300 Vilnius

Tel.: (8 5) 279 6709


El. p.: info@vilimeksoservisas.lt

A/s LT267044060001109310

AB SEB bankas, banko kodas 70440

Generalinis direktorius

Zydrūnas Gavėnis



**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**  
**Odontologinės įrangos pirkimas**

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai                                                                                                          | Būtinios charakteristikos ir reikalavimai                                                                          | Atitikimas reikalaujamiems parametrams (nurodyti tiksliai siūlomus parametrus su nuoroda į katalogo/ bukletą/brošiūros/ aprašo puslapio Nr. *) |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <b>Odontologinė įranga (3 komplektai)</b>                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                                                |
| <b>1</b> | <b>Paciento kėdė:</b>                                                                                                          |                                                                                                                    | <b>Paciento kėdė:</b>                                                                                                                          |
| 1.1      | Maitinimas                                                                                                                     | Elektros tinklas, nominalios vertės 230 V, 50 Hz.                                                                  | Elektros tinklas, nominalios vertės 230 V, 50 Hz.<br>Bukletai.pdf; 27 psl.                                                                     |
| 1.2      | Kėdės valdymas ir kėlimo principas                                                                                             | Elektrinis – hidraulinis                                                                                           | Elektrinis – hidraulinis<br>Bukletai.pdf; 29 psl.                                                                                              |
| 1.3      | Sėdimoji dalis                                                                                                                 | Paminkštinta                                                                                                       | Paminkštinta<br>Bukletai.pdf; 8-9 psl.                                                                                                         |
| 1.4      | Kėdės kėlimo galia                                                                                                             | Ne mažiau kaip 170 kg                                                                                              | 200 kg<br>Bukletai.pdf; 29 psl.                                                                                                                |
| 1.5      | Sėdimosios dalies, nugaros atlošo ir ištraukto galvos atlošo bendras ilgis                                                     | Ne mažiau kaip 1850 mm                                                                                             | 1975 mm<br>Bukletai.pdf; 12 psl.                                                                                                               |
| 1.6      | Galvos atlošo ištraukimas ir pasvirimo kampas reguliuojamas                                                                    | Gydytojo instrumentų dalyje ir pedalu arba prie kėdės pado iš gydytojo pusės pritvirtinta kojinių valdymo svirtimi | Gydytojo instrumentų dalyje ir prie kėdės pado iš gydytojo pusės pritvirtinta kojinių valdymo svirtimi<br>Bukletai.pdf; 33, 37 psl.            |
| 1.7      | Kėdės aukščio ir nugaros atlošo kėlimo valdymas                                                                                | Gydytojo instrumentų dalyje ir pedalu arba prie kėdės pado iš gydytojo pusės pritvirtinta kojinių valdymo svirtimi | Gydytojo instrumentų dalyje ir prie kėdės pado iš gydytojo pusės pritvirtinta kojinių valdymo svirtimi<br>Bukletai.pdf; 33, 35 psl.            |
| 1.8      | Galvos atlošas išsitraukia ir reguliuojamas                                                                                    | Išsitraukia ne mažiau kaip 120 mm, pasvirimo kampas reguliuojamas ne mažiau kaip 50° ribose                        | Išsitraukia 120 mm, pasvirimo kampas reguliuojamas 50° ribose<br>Bukletai.pdf; 2, 31 psl.                                                      |
| 1.9      | Įrangos darbui reikalingos komunikacijos (oro padavimo trasa, oro išsiurbimo trasa, vanduo, kanalizacija, elektros pajungimai) | Visos komunikacijos susiveda į komunikacijoms skirtą vietą kėdės gale.                                             | Visos komunikacijos susiveda į komunikacijoms skirtą vietą kėdės gale.<br>Bukletai.pdf; 12, 33 psl.                                            |
| 1.10     | Kėdės kėlimo ribos                                                                                                             | Maksimalus kėdės pakilimo aukštis ne mažiau 800 mm. Maksimalus kėdės nusileidimo aukštis ne daugiau 420 mm.        | Maksimalus kėdės pakilimo aukštis 800 mm. Maksimalus kėdės nusileidimo aukštis 420 mm.<br>Bukletai.pdf; 29 psl.                                |
| 1.11     | Nugaros atlošo plotis                                                                                                          | Ne mažiau kaip 600 mm                                                                                              | 600 mm<br>Bukletai.pdf; 31 psl.                                                                                                                |

|          |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.12     | Porankiai, jų reguliavimas                                                                                                                                 | Kairysis ir dešinysis porankiai. Dešinį porankį galima nusukti ne mažiau kaip 135° kampu                                                                                                                                                                                  | Kairysis ir dešinysis porankiai. Dešinį porankį galima nusukti 135° kampu<br>Bukletai.pdf; 29 psl.                                                                                                                                                                                               |
| 1.13     | Programuojamos kėdės pozicijos                                                                                                                             | Ne mažiau 2 programuojamos darbo pozicijos;                                                                                                                                                                                                                               | 2 programuojamos darbo pozicijos;<br>Bukletai.pdf; 35 psl.                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>2</b> | <b>Gydytojo instrumentų dalis:</b>                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Gydytojo instrumentų dalis:</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.1      | Iš viršaus paguldomi ( <i>Rod</i> ) gydytojo instrumentai:                                                                                                 | 1) ne mažiau 3-jų funkcijų pūtiklis (oras, vanduo, oras + vanduo);<br>2) rankovė turbinai su šviesa;<br>3) rankovė elektriniam mikrovarikliui su šviesa (poz. 5);<br>4) rankovė elektriniam mikrovarikliui su šviesa (poz. 5);<br>5) paruošimas ultragarsiniam skaleriui. | 1) 3-jų funkcijų pūtiklis (oras, vanduo, oras + vanduo);<br>2) rankovė turbinai su šviesa;<br>3) rankovė elektriniam mikrovarikliui su šviesa (poz. 5);<br>4) rankovė elektriniam mikrovarikliui su šviesa (poz. 5);<br>5) paruošimas ultragarsiniam skaleriui.<br>Bukletai.pdf; 10, 13, 39 psl. |
| 2.2      | Stalio valdymas                                                                                                                                            | Gydytojo pusėje turi būti rankena jo pozicionavimui. Rankenos išorinė dalis turi būti nuimama ir sterilizuojama 134°C.                                                                                                                                                    | Gydytojo pusėje yra rankena jo pozicionavimui. Rankenos išorinė dalis yra nuimama ir sterilizuojama 134°C.<br>Bukletai.pdf; 71 psl.                                                                                                                                                              |
| 2.3      | Instrumentai turi būti paguldomi ant silikoninio (ar lygiavertės medžiagos) paminkštinimo. Šis paminkštinimas turi būti nuimamas ir sterilizuojamas 134°C. | Būtina                                                                                                                                                                                                                                                                    | Instrumentai yra paguldomi ant silikoninio paminkštinimo. Šis paminkštinimas yra nuimamas ir sterilizuojamas 134°C.<br>Bukletai.pdf; 69 psl.                                                                                                                                                     |
| 2.3      | Instrumentų pasiekiamumas                                                                                                                                  | Instrumentas turi atsilenkti iš gydytojo stalo ir pasiekti ne mažiau kaip 900 mm. Instrumentų laikiklis turi turėti galimybę pasukti instrumentą į kairę / dešinę lengvesniam pozicionavimui.                                                                             | Instrumentas atsilenkia iš gydytojo stalo ir pasiekia 900 mm. Instrumentų laikiklis turi galimybę pasukti instrumentą į kairę / dešinę lengvesniam pozicionavimui.<br>Bukletai.pdf; 3-4 psl.                                                                                                     |
| 2.4      | Padėklas instrumentams susidėti.                                                                                                                           | Stalio apačioje yra padėklas gydytojo instrumentams susidėti. Ant jo turi būti galima padėti ne mažiau kaip 1,5 kg svorį.                                                                                                                                                 | Stalio apačioje yra padėklas gydytojo instrumentams susidėti. Ant jo galima padėti 1,5 kg svorį.<br>Bukletai.pdf; 10, 29 psl.                                                                                                                                                                    |
| 2.5      | Instrumentų praplovimo sistema                                                                                                                             | Integruota 2.1 p. nurodytų 2), 3), 4) ir 5) instrumentų praplovimo sistema. Praplovimo nustatymai                                                                                                                                                                         | Integruota 2.1 p. nurodytų 2), 3), 4) ir 5) instrumentų praplovimo sistema. Praplovimo nustatymai                                                                                                                                                                                                |

|      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                     | turi būti pasirenkami 2.09 p. nurodytame ekrane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | pasirenkami 2.09 p. nurodytame ekrane.<br>Bukletai.pdf; 61, 63 psl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.6  | Pedalas instrumentų valdymui su prapūtimo funkcija. | Belaidis kojinis pedalas instrumentų valdymui su prapūtimo funkcija. Komplekte turi būti atsarginis laidas, kurį būtų galima įjungti baterijų išsikrovimo atveju                                                                                                                                                                                                                           | Belaidis kojinis pedalas instrumentų valdymui su prapūtimo funkcija. Komplekte yra atsarginis laidas, kurį galima įjungti baterijų išsikrovimo atveju<br>Bukletai.pdf; 55, 57 psl.                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.7  | USB jungtis                                         | Būtina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | USB jungtis<br>Bukletai.pdf; 65 psl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2.8  | Kėdės, nugaros atlošo ir galvos atlošo valdymas     | Kėdės, nugaros atlošo ir galvos atlošo valdymas stalelyje esančiais mygtukais. Taip pat atskiri mygtukai programuojamų kėdės padėčių (ne mažiau kaip 2 programuojamos kėdės padėties), paciento išlaipinimui ir paskutinei dirbtai pozicijai.                                                                                                                                              | Kėdės, nugaros atlošo ir galvos atlošo valdymas stalelyje esančiais mygtukais. Taip pat atskiri mygtukai programuojamų kėdės padėčių (2 programuojamos kėdės padėties), paciento išlaipinimui ir paskutinei dirbtai pozicijai.<br>Bukletai.pdf; 25, 47 psl.                                                                                                                                                               |
| 2.9  | Stalelyje integruotas ekranas                       | Ne mažesnis kaip 5 colių jutiklinis ekranas ( <i>touch screen</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 colių jutiklinis ekranas ( <i>touch screen</i> )<br>Bukletai.pdf; 13 psl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.10 | Ekrane pateikiama informacija ir valdymas           | Ekrane turi būti valdoma:<br>- elektrinio mikrovariklio apsisukimai,<br>- mikrovariklio reversas,<br>- mikrovariklio lemputės ryškumas,<br>- skalerio dažnis,<br>- šviestuvo įjungimas/išjungimas,<br>- šviestuvo kompozitų režimo įjungimas/išjungimas,<br>- spaudyklės apiplovimas,<br>- stiklinės pripildymas,<br>- laikmatis,<br>- instrumentų apšvietimas,<br>- instrumentų aušinimas | Ekrane valdoma:<br>- elektrinio mikrovariklio apsisukimai,<br>- mikrovariklio reversas,<br>- mikrovariklio lemputės ryškumas,<br>- skalerio dažnis,<br>- šviestuvo įjungimas/išjungimas,<br>- šviestuvo kompozitų režimo įjungimas/išjungimas,<br>- spaudyklės apiplovimas,<br>- stiklinės pripildymas,<br>- laikmatis,<br>- instrumentų apšvietimas,<br>- instrumentų aušinimas<br>Bukletai.pdf; 39, 41, 43, 51, 67 psl. |
| 2.11 | Indikatoriai ekrane                                 | Kojinio pedalo (2.6 p.) baterijos ir žemo vandens lygio švaraus vandens sistemoje (3.8 p.) indikatoriai                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kojinio pedalo (2.6 p.) baterijos ir žemo vandens lygio švaraus vandens sistemoje (3.8 p.) indikatoriai<br>Bukletai.pdf; 39 psl.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.12 | Darbinių parametrų ekrane išsaugojimas              | Ne mažiau kaip 4 atminties pozicijas elektrinio mikrovariklio (5 p.) ir turbininio antgalio darbinių parametrų.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 atminties pozicijos elektrinio mikrovariklio (5 p.) ir turbininio antgalio darbinių parametrų.<br>Bukletai.pdf; 49, 53 psl.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 3.   | Vandens blokas/asistento instrumentų dalis: |                                                                                                                                                                                                                                                                              | Vandens blokas/asistento instrumentų dalis:                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1  | Vieta, mobilumas                            | Vandens blokas/asistento instrumentų dalis tvirtinasi prie kėdės ir kartu su kėde kilnojasi                                                                                                                                                                                  | Vandens blokas/asistento instrumentų dalis tvirtinasi prie kėdės ir kartu su kėde kilnojasi<br>Bukletai.pdf; 10 psl.                                                                                                                                                             |
| 3.2  | Instrumentų stalėlis                        | Ne mažiau 4 lizdų asistento instrumentų stalėlis                                                                                                                                                                                                                             | 4 lizdų asistento instrumentų stalėlis<br>Bukletai.pdf; 6 psl.                                                                                                                                                                                                                   |
| 3.3  | Pūtiklis asistentui                         | Būtina                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pūtiklis asistentui<br>Bukletai.pdf; 5 psl.                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3.4  | Seilių bei dulkių nusiurbimo rankovės.      | Būtina                                                                                                                                                                                                                                                                       | Seilių bei dulkių nusiurbimo rankovės.<br>Bukletai.pdf; 5 psl.                                                                                                                                                                                                                   |
| 3.5  | Instrumentų lizdai                          | Lizdai, į kuriuos įsistato pūtiklis ir seilių bei dulkių nusiurbimo rankovės, turi būti lengvai išimami išvalymui                                                                                                                                                            | Lizdai, į kuriuos įsistato pūtiklis ir seilių bei dulkių nusiurbimo rankovės, yra lengvai išimami išvalymui<br>Bukletai.pdf; 73 psl.                                                                                                                                             |
| 3.6  | Spjaukyklė                                  | Keramikinė, išimama išvalymui                                                                                                                                                                                                                                                | Keramikinė, išimama išvalymui<br>Bukletai.pdf; 7 psl.                                                                                                                                                                                                                            |
| 3.7  | Spjaukyklės reguliavimas                    | Spjaukyklės dalis kartu su stiklinės pripildymo kraneliu pasisuka ne mažiau kaip 90° kampu nuo/link paciento                                                                                                                                                                 | Spjaukyklės dalis kartu su stiklinės pripildymo kraneliu pasisuka 170° kampu nuo/link paciento<br>Bukletai.pdf; 13 psl.                                                                                                                                                          |
| 3.8  | Švaraus vandens sistema                     | Indo talpa ne mažiau kaip 1,5 L                                                                                                                                                                                                                                              | Indo talpa 2 L<br>Bukletai.pdf; 13 psl.                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.9  | Stiklinės pripildymas                       | Automatinis stiklinės vandeniu pripildymas, kai padedama stiklinė. Turi būti galimybė pripildymą sustabdyti.                                                                                                                                                                 | Automatinis stiklinės vandeniu pripildymas, kai padedama stiklinė. Yra galimybė pripildymą sustabdyti.<br>Bukletai.pdf; 59 psl.                                                                                                                                                  |
| 3.10 | Padėklas                                    | Asistento instrumentų stalyje turi būti padėklas, ant kurio galima padėti ne mažiau kaip 1,5 kg. svorį.                                                                                                                                                                      | Asistento instrumentų stalyje yra padėklas, ant kurio galima padėti 1,5 kg. svorį.<br>Bukletai.pdf; 29 psl.                                                                                                                                                                      |
| 3.11 | Stalėlio kilnojimo ribos                    | Instrumentų stalėlio aukščio kilnojimo ir fiksavimo ribos - ne mažiau kaip 150 mm.                                                                                                                                                                                           | Instrumentų stalėlio aukščio kilnojimo ir fiksavimo ribos - 170 mm.<br>Bukletai.pdf; 6 psl.                                                                                                                                                                                      |
| 3.12 | Asistento valdymo pultas                    | Asistento valdymo pulte turi būti ne mažiau kaip šie mygtukai:<br>- programuojamų kėdės padėčių,<br>- paciento išlaipinimo,<br>- paskutinės dirbtos pozicijos,<br>- stiklinės pripildymo,<br>- spjaukyklės praplovimo,<br>- šviestuvo ir kompozitų režimo įjungimo/išjungimo | Asistento valdymo pulte yra šie mygtukai:<br>- programuojamų kėdės padėčių,<br>- paciento išlaipinimo,<br>- paskutinės dirbtos pozicijos,<br>- stiklinės pripildymo,<br>- spjaukyklės praplovimo,<br>- šviestuvo ir kompozitų režimo įjungimo/išjungimo<br>Bukletai.pdf; 45 psl. |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                                                                                                                                                                      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.13 | Įmontuotas oro – vandens separatorius sausam siurbimui                                                                                                                                                                                                                                             | Būtina                                                        | Įmontuotas oro – vandens separatorius sausam siurbimui<br>Bukletai.pdf; 13 psl.                                                                                                                      |
| 4.   | <b>Apšvietimo sistema:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | <b>Apšvietimo sistema:</b>                                                                                                                                                                           |
| 4.1  | LED arba lygiaverčio tipo, su ne mažiau kaip 10 LED lempučių                                                                                                                                                                                                                                       | Būtina                                                        | LED tipo, su 10 LED lempučių<br>Bukletai.pdf; 17 psl.                                                                                                                                                |
| 4.2  | Apšvietimo lempa montuojama prie vandens bloko                                                                                                                                                                                                                                                     | Būtina                                                        | Apšvietimo lempa montuojama prie vandens bloko<br>Bukletai.pdf; 10 psl.                                                                                                                              |
| 4.3  | Šviesos srauto stiprumas reguliuojamas rankenėle, be iš anksto nustatytų padėčių                                                                                                                                                                                                                   | Būtina                                                        | Šviesos srauto stiprumas reguliuojamas rankenėle, be iš anksto nustatytų padėčių<br>Bukletai.pdf; 19, 21 psl.                                                                                        |
| 4.4  | Maksimalus apšvietimo intensyvumas – ne mažiau 35000 Lux                                                                                                                                                                                                                                           | Būtina                                                        | Maksimalus apšvietimo intensyvumas – 35.500 Lux<br>Bukletai.pdf; 17 psl.                                                                                                                             |
| 4.5  | Valdymo rankenos iš abiejų lempos pusių                                                                                                                                                                                                                                                            | Būtina                                                        | Valdymo rankenos iš abiejų lempos pusių<br>Bukletai.pdf; 19 psl.                                                                                                                                     |
| 4.6  | Apšvietimo lempa turi įsijungti ir išsijungti judesio daviklio pagalba                                                                                                                                                                                                                             | Būtina                                                        | Apšvietimo lempa įsijungia ir išsijungia judesio daviklio pagalba<br>Bukletai.pdf; 21 psl.                                                                                                           |
| 4.7  | Specialus kompozitų režimas su ne daugiau kaip 6000 Lux arba su specialiu geltonos spalvos filtru. Įjungiamas / išjungiamas judesio daviklio pagalba                                                                                                                                               | Būtina                                                        | Specialus kompozitų režimas su 5500 Lux. Įjungiamas / išjungiamas judesio daviklio pagalba<br>Bukletai.pdf; 17, 21 psl.                                                                              |
| 5.   | <b>Elektrinis bešepetėlinis mikrovariklis (2 vnt.):</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               | <b>Elektrinis bešepetėlinis mikrovariklis (2 vnt.):</b>                                                                                                                                              |
| 5.1  | Sukimo momentas                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ne mažiau 3.5 Ncm                                             | 3.5 Ncm<br>Bukletai.pdf; 77 psl.                                                                                                                                                                     |
| 5.2  | Svoris                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ne daugiau kaip 100 g.                                        | 90 g.<br>Bukletai.pdf; 77 psl.                                                                                                                                                                       |
| 5.3  | Apsisukimų skaičius                                                                                                                                                                                                                                                                                | Reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip 100 - 40000 aps/min. | Reguliuojamas ribose 100 - 40000 aps/min.<br>Bukletai.pdf; 77 psl.                                                                                                                                   |
| 5.4  | Su LED pašvietimu                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Būtina                                                        | Su LED pašvietimu<br>Bukletai.pdf; 77 psl.                                                                                                                                                           |
| 5.5  | Su vidiniu aušinimu                                                                                                                                                                                                                                                                                | Būtina                                                        | Su vidiniu aušinimu<br>Bukletai.pdf; 77 psl.                                                                                                                                                         |
| 6.   | <b>Antgaliai mikrovarikliui:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               | <b>Antgaliai mikrovarikliui:</b>                                                                                                                                                                     |
| 6.1  | Kampinis antgalis:<br>1) su vidiniu aušinimu ir vandens – oro mišinio padavimu;<br>2) perdavimo santykis 1:1;<br>3) grąžto fiksacija mygtuku;<br>4) sterilizuojamas;<br>5) su pašvietimu iš ne mažiau kaip 2 taškų;<br>6) atskiri purkštukai orui ir vandeniui, kiekvieno ne mažiau kaip po 3 vnt. | Būtina                                                        | Kampinis antgalis:<br>1) su vidiniu aušinimu ir vandens – oro mišinio padavimu;<br>2) perdavimo santykis 1:1;<br>3) grąžto fiksacija mygtuku;<br>4) sterilizuojamas;<br>5) su pašvietimu iš 2 taškų; |

|     |                                                                          |        |                                                                                               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                          |        | 6) atskiri purkštukai orui ir vandeniui, kiekvieno po 3 vnt.<br>Bukletai.pdf; 82, 83, 84 psl. |
| 6.2 | Tiesus antgalis:<br>1) sterilizuojamas;<br>2) su vidiniu aušinimu.       | Būtina | Tiesus antgalis:<br>1) sterilizuojamas;<br>2) su vidiniu aušinimu.<br>Bukletai.pdf; 85 psl.   |
| 7.  | <b>Turbininis antgalis:</b>                                              |        | <b>Turbininis antgalis:</b>                                                                   |
| 7.1 | Su greita jungtimi                                                       | Būtina | Su greita jungtimi<br>Bukletai.pdf; 80 psl.                                                   |
| 7.2 | Su LED šviesa, iš ne mažiau kaip 2 taškų                                 | Būtina | Su LED šviesa, iš 2 taškų<br>Bukletai.pdf; 79, 80 psl.                                        |
| 7.3 | atskiri purkštukai orui ir vandeniui, kiekvieno ne mažiau kaip po 3 vnt. | Būtina | atskiri purkštukai orui ir vandeniui, kiekvieno po 3 vnt.<br>Bukletai.pdf; 80 psl.            |
| 7.4 | Keramikiniai guoliai                                                     | Būtina | Keramikiniai guoliai<br>Bukletai.pdf; 80 psl.                                                 |
| 7.5 | Sterilizuojamas                                                          | Būtina | Sterilizuojamas<br>Bukletai.pdf; 80 psl.                                                      |
| 7.6 | Garantinis terminas ne mažiau 2 metai                                    | Būtina | Garantinis terminas 2 metai                                                                   |
| 8.  | <b>Ultragarsinis skaleris:</b>                                           |        | <b>Ultragarsinis skaleris:</b>                                                                |
| 8.1 | Įmontuojamas instrumentų valdymo bloke                                   | Būtina | Įmontuojamas instrumentų valdymo bloke<br>Bukletai.pdf; 86 psl.                               |
| 8.2 | Komplekte ne mažiau kaip 5 vnt skalerio antgaliukų                       | Būtina | Komplekte 5 vnt skalerio antgaliukų<br>Bukletai.pdf; 87 psl.                                  |
| 8.3 | Garantinis terminas – ne mažiau 2 metai                                  | Būtina | Garantinis terminas – 2 metai                                                                 |

**Pirkėjas**

VšĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centras

Vyriausiasis gydytojas

Saulius Dabravalskis

**Tiekėjas**

UAB „Vilimekso servisas“

Generalinis direktorius

Žydrūnas Gavėnis

