

SUTARTIS Nr. VP-92/MLT

14-21-0063

Klaipėda,

2021 m.

04

mėn. 29 d.

1. Sutarties esmė

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė atstovaujama vyriausiojo gydytojo V. Janušonio (toliau vadinama "Pirkėju") ir UAB „Laborama“ atstovaujama direktoriaus Mariaus Savicko (toliau vadinama "Pardavėju") sudarėme šią sutartį.

"Pardavėjas" įsipareigoja sutartyje numatytomis sąlygomis, pristatyti atvira tarptautiniame konkurse (550061) laimėtą anaerobinių, mikroaerofilinių, kapnofilinių sąlygų generavimo sistemą Anoxamat III Jar Systems, kurios vnt. kaina yra 16.335,00 Eur (šešiolika tūkstančių trys šimtai trisdešimt penki eurai 00 cnt.) ir pateikti "Pirkėjui" pagal šią specifikaciją:

Anaerobinių, mikroaerofilinių, kapnofilinių sąlygų generavimo sistema Anoxamat III Jar Systems

Eil. Nr.	Techninis parametras	Reikalaujama techninio parametro reikšmė
Bendrieji reikalavimai		
1.	CE ženklėjimas pagal in-vitro diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79 /EC	Yra CE sertifikatas.
2.	Sistemos instaliacija	Taip, yra. Pristatymas į numatytą darbo vietą, išpakavimas, instaliavimas, detalus funkcionalumo patikrinimas. Instaliaciją turi atlikti gamintojo apmokytas atstovas.
3.	Personalo mokymai	Apmokymas dirbti darbo vietoje.
4.	Sistemos garantinio aptarnavimo laikotarpis	12 mėn.
5.	Sistemos naudojimo/priežiūros dokumentacija	Taip, yra. Dokumentacija pristatoma, kaip komplekto dalis. Yra pateiktas detalus, laboratorijos personalui priskirtas atlikti, sistemos priežiūros planas, atliekamos procedūros - kasdieninės, savaitinės, mėnesinės, kitos ir joms atlikti sunaudojamos priemonės (pagal gamintojo instrukcijas) bei joms atlikti nustatytas/skiriamas laikas.
6.	Patirtis Lietuvos ASP mikrobiologijos laboratorijose	Taip, yra
7.	Sistemos naudojimo instrukcijos	Lietuvių ir anglų kalbomis.
Specialieji reikalavimai		
1.	Sistemos paskirtis	Sistema skirta: 1. Anaerobinėms sąlygoms sudaryti griežtiems anaerobinėms bakterijoms (pvz. <i>Bacteroides spp.</i>, <i>Clostridium spp.</i>, kt.), deguonies koncentracija ne daugiau 0,2 %. 2. Mikroaerofilinėms sąlygoms sudaryti, deguonies koncentracija ne daugiau 6%. 3. Kapnofilinėms sąlygoms sudaryti, anglies dioksido (CO2) koncentracija ne mažiau 5 %
2.	Sistemos veikimo principas	Sistema išpumpuoja orą iš indo su Petri lėkštelėmis ir įpumpuoti į indą reikalingos koncentracijos (anaerobinėms, mikroaerofilinėms, kapnofilinėms sąlygoms sudaryti) dujų mišinį.
3.	Sistemos komplektacija	Anaerobinių, mikroaerofilinių, kapnofilinių sąlygų sukūrimo instrukcijos/procedūros, visos reikalingos papildomos priemonės pagal gamintojo rekomendacijas (inkubavimo indai ne mažiau 10 vnt., skirti ne mažiau 12 vnt. Petri lėkštelėms, Petri lėkštelių stovai, popierius spausdinimui, kt.), visos reikalingos jungtys anaerobinėms, mikroaerofilinėms, kapnofilinėms sąlygoms sudaryti, katalizatoriai likutiniam deguonės pašalinimui (pagiedaujama), brūkšninių kodų skaitytuvas, spausdintuvas, UPS'as"-elektros srovės palaikymas, išlyginimas, elektros srovės dingimo arba sutrikimo atveju, atitinkamos galios.

[Signature]

4.	Sistemos veikimo kokybės kontrolė	Kokybės kontrolės testai: dujų nutėkėjimo (sandarumas tarp sistemos ir dujų baliono, tarp indo su Petri lėkštelėmis ir sistemos, tarp dangčio ir indo), katalizatorių darbo efektyvumo, sugeneruotų dujų sudėties atitikimo reikalavimus, dujų išpumpavimo ir slėgio palaikymo, ciklo efektyvumo. Kokybės kontrolės testai atliekami prieš kiekvieną ciklą. Kokybės testų rezultatai turi būti matomi ekrane.
5.	Dujų tiekimas	Pateikti 2-ų skirtingos sudėties dujų mišinio balionų specifikaciją (jungtys, galimų talpų variantai, slėgis, dujų koncentracijos švarumas, kt.).
6.	Sugeneruotų dujų sudėties atitikimas reikalavimus	Sugeneruotų dujų sudėties paklaida ne daugiau 0,5%.
7.	Darbo procesai	Taip, yra 5.1 Inde sudaromas atmosferinis slėgis 5.2 Išpumpuojamas oras 5.3 Indas užpildomas nustatytos koncentracijos dujomis 5.4 Esant likutiniai deguonies koncentracijai, yra galimybė naudoti katalizatorių
8.	Darbo procesų vizualizacija	Informacija apie sistemos darbo procesus realiu laiku ekrane.
9.	Sistemos moduluojami perspėjimo/pranešimo signalai (aliarmai)	Vizualinis arba lygiavertis signalas esant įvairiems trikdžiams/klaidoms darbo metu.
10.	Valdymas, ekranas	Valdymas per prisilietimui jautrų ekraną.
11.	Maitinimo tinklas	230V, 50/60Hz.
12.	Triukšmo lygis	Ne daugiau 50 dB.
13.	Duomenų saugojimas	Yra galimybė kaupti duomenis išorinėje laikmenoje (USB)

2. Sutarties vertė

Sutarties (1 vnt.) vertė – 16.335,00 Eur (šešiolika tūkstančių trys šimtai trisdešimt penki eurai 00 cent.).

Į sutartyje nurodytą kainą įskaityta:

- 2.1. Pervežimo į pirkėjo nurodytą vietą Lietuvos Respublikos teritorijoje išlaidos.
- 2.2. Draudimo pervežant išlaidos.
- 2.3. Garantinio laikotarpio (12 mėnesių) turėtos išlaidos.
- 2.4. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba 2 egzemplioriai.
- 2.5. Techninė dokumentacija lietuvių kalba medicinos technikui.
- 2.6. Išlaidos, susijusios su personalo apmokymu, tame tarpe ir medicinos techniko.
- 2.7. Pridėtinės vertės mokestis.
- 2.8. Įvedimas į eksploataciją.
- 2.9. Informacinės sistemos E.sąskaita naudojimo išlaidos.

3. Apmokėjimo sąlygos

3.1. „Pirkėjas“ sumoka už pateiktas prekes per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai užsakovas gauna prekes arba paslaugas bei sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą. Mokėjimo terminas gali būti pratęsimas dar 30 dienų, jeigu vėluojama atsiskaityti ligoninei už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, tačiau mokėjimo laikotarpis negali viršyti 60 kalendorinių dienų nuo prekių gavimo dienos.

3.2. Jeigu „Pirkėjas“ neatsiskaito per minėtą laiką po prekių pristatymo, „Pardavėjas“ gali reikalauti 0,02% netesybų už kiekvieną uždelstą dieną nuo neapmokėtos sumos.

3.3. Atsiskaitymas vykdomas naudojantis tik informacinės sistemos „E.sąskaita“ priemonėmis.

4. Garantijos

4.1. „Pardavėjas“ garantuoja, kad prekės, nepriklausomai nuo joms būdingos išvaizdos ar pagaminimo būdo yra tikrai naujos ir pagamintos iš reikalingų medžiagų bei pilnai atitinka techniniuose dokumentuose numatytus reikalavimus.

4.2. „Pardavėjas“ įsipareigoja pataisyti ar pakeisti defektines prekes (ar jų dalis) per 1 mėnesį, garantinio remonto trukmė iki 1 mėnesio nuo defekto nustatymo. „Pardavėjas“, jei tas būtina, atsiunčia savo specialistus pas „Pirkėją“, kad išsiaiškintų sutrikimo priežastis, ar pataisytų

defektą. Pataisytos arba naujos dalys bus pristatytos "Pirkėjui" nemokamai ir joms bus suteiktas naujas garantinis laikotarpis.

4.3. Jeigu firmos specialistai nustatys, kad gedimo negalima pašalinti "Pardavėjas" įsipareigoja pakeisti visą aparatą.

4.4. Garantinis laikotarpis prasideda nuo įrangos perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos.

5. Prekių pristatymas

5.1. "Pardavėjas" pristato "Pirkėjui" nurodytas prekes į jo buveinę laike 30 (trisdešimt) dienų nuo užsakymo pateikimo dienos.

5.2. Pristatyta įranga laikoma nuo to momento, kai yra pasirašyta įrangos priėmimo-perdavimo aktas, sąskaita-faktūra, kai apmokytas personalas, pateikta naudojimo instrukcija lietuvių kalba ir užpildytas įrangos techninis pasas.

5.3. Prekių pervežimą, draudimą, pervežimo metu organizuoja ir apmoka "Pardavėjas".

5.4. Jeigu "Pardavėjas" per minėtą laikotarpį nepateikia prekių, "Pirkėjas" gali reikalauti 0,02% netesybų nuo netiekiamų prekių sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

6. Prekių įpakavimas

6.1. Prekės supakuotos atsižvelgiant į jų pobūdį ir transportavimo saugumo reikalavimus.

6.2. "Pardavėjas" garantuoja, kad prekės nebus pažeistos transportavimo metu.

7. Sutarties nutraukimas

7.1. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos ir galioja 12 mėnesių.

7.1. Sutartis gali būti nutraukta vienu iš šių būdų:

7.1.1. šalių susitarimu;

7.1.2. vienos iš šalių iniciatyva, apie tai raštu informavus kitą šalį ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

7.2. Pirkėjas turi teisę, įspėjęs Pardavėją prieš 30 (trisdešimt) dienų, vienašališkai nutraukti šią Sutartį dėl esminio jos pažeidimo. Esminiu šios Sutarties pažeidimu bus laikomas bet kurio įsipareigojimo pagal Sutartį neįvykdymas arba netinkamas įvykdymas.

7.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį apie tai prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų raštu pranešdama kitai sutarties šaliai.

7.4. Sutarties nutraukimas neatleidžia vienos šalies nuo įsipareigojimų kitai šaliai, kuriuos ji prisiėmė pagal sutartį iki sutarties nutraukimo dienos.

8. Ginčai

8.1. Ginčo ir nesutarimo atveju, sutarties rėmuose abi pusės stengiasi susitarti taikiu būdu. Nepavykus susitarti derybų keliu, ginčas nagrinėjamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

9. Baigiamosios nuostatos

9.1. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios Sutarties ar susijusį su šia Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, Šalys spręs derybomis. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus sprendžiamas teisme pagal Užsakovo buveinės vietą.

9.2. Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu.

9.3. Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai Šaliai.

9.4. Bet kokie pranešimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dėl Sutarties nevykdymo ar jos vykdymo turi būti įforminta raštu lietuvių kalba ir išsiųsta registruotu paštu per kurjerį, faksu ar elektroniniu paštu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu paštu, ji laikoma tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Šalis, kuriai skirta tokia informacija, faksu arba elektroniniu paštu patvirtina jos gavimo faktą.

9.5. Pasikeitus Šalies buveinės adresui, banko sąskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Šalis privalo apie tai pranešti kitai Šaliai. Neįvykdžius šių reikalavimų Šalis neturi teisės reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti, vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties sąlygų, arba kad ji negavo pranešimų, siųstų pagal paskutinius turimus rekvizitus.

9.6. Sutarčiai ir iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

9.7. Sutarties Šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus joje esančią konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams. Šalys neskelbia tretiesiems asmenims informacijos apie konfidencialias sutarties sąlygas ir vykdymą, taip pat užtikrina, kad minėta informacija bei visi perduoti duomenys ir dokumentai nepateks tretiesiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytas išimtis.

9.8. Tiekėjas negali perleisti tretiesiems asmenims visų ar dalies savo teisių, susijusių su Sutartimi, įskaitant reikalavimo teisę į Pirkėjo mokėtinas sumas, be išankstinio rašytinio Pirkėjas sutikimo. Be Pirkėjo išankstinio rašytinio sutikimo sudaryti sandoriai dėl teisių ar pareigų pagal šią Sutartį perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojančiais nuo jų sudarymo momento.

10. Šalių rekvizitai ir juridiniai adresai

“Pirkėjas”

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė
Liepojos g. 41,
92288 Klaipėda
A/S LT 827180500000120325
AB "Šiaulių bankas"
Klaipėdos filialas
Banko kodas 71805
Įmonės kodas 190468035



“Pardavėjas”

UAB „Laborama“
V. Kuzmos g. 26,
Vilnius LT-08431
A/S LT577044060008202168
AB SEB bankas
Lietuvos filialas
Banko kodas 70440
Įmonės kodas 302818839

Direktorius
Marius Savickas



UAB „Laborama“

**Uždaroji akcinė bendrovė, V. Kuzmos g. 26, LT-08431 Vilnius, Tel.: (8~5) 265 7222,
el. paštas info@laborama.lt, Juridinių asmenų registras, įmonės kodas: 302818839,
PVM mokėtojo kodas LT100007020611**

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė

PASIŪLYMO FORMA

**DĖL ANAEROBINIŲ, MIKROAEROFILINIŲ, KAPNOFILINIŲ SĄLYGŲ
GENERAVIMO SISTEMOS PIRKIMO**

2021-07-13

Vilnius

Tiekėjo pavadinimas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	UAB „Laborama“
Tiekėjo adresas	V. Kuzmos g. 26, LT-08431 Vilnius
Įmonės kodas	302818839
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Vadybininkas Petras Kavaliauskas
Telefono numeris	8 5 265 7222
Fakso numeris	-
El. pašto adresas	info@laborama.lt
Atsiskaitomoji sąskaita, banko rekvizitai	A/s LT57 7044 0600 0820 2168, AB SEB bankas, banko kodas 70440

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us), ar subteikėją (-us)/

Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	UAB „Interlux“
Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	Aviečių g. 16, LT-08418 Vilnius
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) ar subteikėją (-us)	50%

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Konkurso sąlygomis, nustatytomis:

- tarptautinio atviro Konkurso skelbime;
- tarptautinio atviro Konkurso sąlygose;
- kituose pirkimo dokumentuose.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	UAB „Laborama” įgaliojimas (konfidencialu)	1
2.	UAB „Interlux” įgaliojimai (konfidencialu)	2
3.	Laborama Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)	13
4.	Interlux Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)	13
5.	UAB „Laborama” išplėstinis Registrų centro išrašas (konfidencialu)	2
6.	UAB „Laborama” Registrų centro pažyma (konfidencialu)	2
7.	UAB „Interlux” išplėstinis Registrų centro išrašas (konfidencialu)	2
8.	UAB „Interlux” Registrų centro pažyma (konfidencialu)	2
9.	Ketinimų protokolai (konfidencialu)	1
10.	Gamintojo dokumentai (konfidencialu)	8
11.	Patvirtinimas dėl priemonių pateikimo	1

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Viso pasiūlymo kaina EUR su PVM
1	<i>ANAEROBINIŲ, MIKROAEROFILINIŲ, KAPNOFILINIŲ SĄLYGŲ GENERAVIMO SISTEMA Anoxomat III Jar Systems</i>	16335,00

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)
1.	UAB „Laborama” įgaliojimas (konfidencialu)	„Prisegti dokumentai”
2.	UAB „Interlux” įgaliojimai (konfidencialu)	„Prisegti dokumentai”
3.	UAB „Laborama” išplėstinis Registrų centro išrašas (konfidencialu)	„Prisegti dokumentai”
4.	UAB „Laborama” Registrų centro pažyma (konfidencialu)	„Prisegti dokumentai”
5.	UAB „Interlux” išplėstinis Registrų centro išrašas (konfidencialu)	„Prisegti dokumentai”
6.	UAB „Interlux” Registrų centro pažyma (konfidencialu)	„Prisegti dokumentai”

7.	Ketinių protokolai (konfidencialu)	„Prisegti dokumentai”
8.	Gamintojo dokumentai (konfidencialu)	„Prisegti dokumentai”

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Asistentė
(Tiekėjo arba jo įgalioto
asmens pareigų pavadinimas*)

(Parašas*)

Aurelija Baranauskaitė
(Vardas ir pavardė*)

Pasirašoma atskirai elektroniniu parašu tuo atveju, kai dokumente nurodytas kitas nei visą pasiūlymą pasirašantis asmuo.

TECHNINIAI REIKALAVIMAI ANAEROBINIU, MIKROAEROFILINIŲ, KAPNOFILINIŲ SĄLYGŲ GENERAVIMO SISTEMAI

Eil. Nr.	Techninis parametras	Reikalaujama techninio parametro reikšmė	Sinlogo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiulytme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomos specifikacijas)
Bendrieji reikalavimai			
1.	CE ženklintas pagal in-vitro diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79 /EC	Būtina. Pateikti CE sertifikata.	Bus pateiktas CE sertifikatas. Psl.: 3
2.	Sistemos instaliacija	Būtina. Pristatymas į numatytą darbo vietą, išpakavimas, instaliavimas, detalus funkcionalumo patikrinimas. Instalaciją turi atlikti gamintojo apmokytas asmuo.	Pristatymas į numatytą darbo vietą, išpakavimas, instaliavimas, detalus funkcionalumo patikrinimas. Instalaciją atliks gamintojo apmokytas asmuo.
3.	Personalo mokymai	Apmokymas dirbti darbo vietoje.	Apmokymas dirbti darbo vietoje.
4.	Sistemos garantinio aptarnavimo laikotarpis	Būtina. Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
5.	Sistemos naudojimo/priežiūros dokumentacija	Būtina. Dokumentacija pristatoma, kaip komplekto dalis. Turi būti pateiktas detalus, laboratorijos personalui priskirtas atlikti, sistemos priežiūros planas, atliekamos procedūros - kasdieninės, savaitinės, mėnesinės, kitos ir joms atlikti sunaudojamos priemonės (pagal gamintojo instrukcijas) bei joms atlikti nustatytas/skiriamas laikas.	Dokumentacija pristatoma, kaip komplekto dalis. Bus pateiktas detalus, laboratorijos personalui priskirtas atlikti, sistemos priežiūros planas, atliekamos procedūros - kasdieninės, savaitinės, mėnesinės, kitos ir joms atlikti sunaudojamos priemonės (pagal gamintojo instrukcijas) bei joms atlikti nustatytas/skiriamas laikas.
6.	Pairtis Lietuvos ASPJ mikrobiologijos laboratorijoje.	Pageidaujama (nurodyti konkrečias įsivaigas).	VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė
7.	Sistemos naudojimo instrukcijos	Būtina. Lietuvių ir anglų kalbomis.	Lietuvių ir anglų kalbomis.
Specialieji reikalavimai			
1.	Sistemos paskirtis	Būtina. Sistema skirta: 1. Anaerobiniams sąlygoms sudaryti griežtiems anaerobiniams bakterijoms (pvz. <i>Bacteroides spp.</i>, <i>Clostridium spp.</i>, kt.), deguonies koncentracija ne daugiau 0,2 %. 2. Mikroaerofiliniams sąlygoms sudaryti, deguonies koncentracija ne daugiau 6 %. 3. Kapnofiliniams sąlygoms sudaryti, anglies dioksido (CO₂) koncentracija ne mažiau 5 %	Sistema skirta: 1. Anaerobiniams sąlygoms sudaryti griežtiems anaerobiniams bakterijoms. Psl.: 5 (pvz. <i>Bacteroides spp.</i>, <i>Clostridium spp.</i>, kt.), deguonies koncentracija ne daugiau 0,2 %. 2. Mikroaerofiliniams sąlygoms sudaryti, deguonies koncentracija ne daugiau 6 %. 3. Kapnofiliniams sąlygoms sudaryti, anglies dioksido (CO₂) koncentracija ne mažiau 5 %.
2.	Sistemos veikimo principas	Būtina. Sistema turi išpumpuoti orą iš indo su Petri lėkštelėmis ir įpumpuoti į indą reikalingos koncentracijos (anaerobiniams, mikroaerofiliniams, kapnofiliniams sąlygoms sudaryti) dujų mišinį.	Sistema išpumpuoja orą iš indo su Petri lėkštelėmis ir įpumpuoti į indą reikalingos koncentracijos (anaerobiniams, mikroaerofiliniams, kapnofiliniams sąlygoms sudaryti) dujų mišinį. Psl.: 5
3.	Sistemos kompleksacija	Būtina. Anaerobinių, mikroaerofilinių, kapnofilinių sąlygų sukūrimo reikalingos papildomos priemonės pagal gamintojo rekomendacijas (inkubavimo indai ne mažiau 10 vnt., skirti ne mažiau 12 vnt. Petri lėkštelėms, Petri lėkštelėms reikalingos jungtys anaerobiniams, mikroaerofiliniams, kapnofiliniams sąlygoms sudaryti: katalizatoriai likitiniams deguonies pašalinimui (pagal gamintojo), brūkšnių kodų skaitytuvas, spausdintuvas, UPS as*-elektrinės stovės palaikymas, išlyginimas, elektros stovės dingimo arba sutrikimo atveju, atitinkamos galios.	Anaerobinių, mikroaerofilinių, kapnofilinių sąlygų sukūrimo instrukcijos/procedūros, visos reikalingos papildomos priemonės pagal gamintojo rekomendacijas (inkubavimo indai ne mažiau 10 vnt., skirti ne mažiau 12 vnt. Petri lėkštelėms, Petri lėkštelėms reikalingos jungtys anaerobiniams, mikroaerofiliniams, kapnofiliniams sąlygoms sudaryti: katalizatoriai likitiniams deguonies pašalinimui, brūkšnių kodų skaitytuvas, spausdintuvas, UPS as*-elektrinės stovės palaikymas, išlyginimas, elektros stovės dingimo arba sutrikimo atveju, atitinkamos galios.

4.	Sistemos veikimo kokybės kontrolė	Būrina. Kokybės kontrolės testai: dujų nutėkėjimo (sandarumas tarp sistemos ir dujų baliono, tarp indo su Petri lėkštelėmis ir sistemos, tarp dangčio ir indo), katalizatorių darbo efektyvumo, sugeneruotų dujų sudėties atitikimo reikalavimams, dujų išpumpavimo ir slėgio palaikymo ciklo efektyvumo. Kokybės kontrolės testai atliekami prieš kiekvieną ciklą. Kokybės testų rezultatai turi būti matomi ekrane. Psl.: 5, 7	Kokybės kontrolės testai: dujų nutėkėjimo (sandarumas tarp sistemos ir dujų baliono, tarp indo su Petri lėkštelėmis ir sistemos, tarp dangčio ir indo), katalizatorių darbo efektyvumo, sugeneruotų dujų sudėties atitikimo reikalavimams, dujų išpumpavimo ir slėgio palaikymo ciklo efektyvumo. Kokybės kontrolės testai atliekami prieš kiekvieną ciklą. Kokybės testų rezultatai matomi ekrane. Psl.: 5, 7
5.	Dujų tiekimas	Būrina. Pateikti 2-4 skirtingos sudėties dujų mišinio balionų specifikaciją (jungtys, galimų talpų variantai, slėgis, dujų koncentracijos švarumas, kt.).	Bus pateiktas 2-4 skirtingos sudėties dujų mišinio balionų specifikacijos (jungtys, galimų talpų variantai, slėgis, dujų koncentracijos švarumas, kt.).
6.	Sugeneruotų dujų sudėties atitikimas reikalavimams	Būrina. Sugeneruotų dujų sudėties paklaida ne daugiau 0.5%.	Sugeneruotų dujų sudėties paklaida ne daugiau 0.5%. Psl.: 5
7.	Darbo procesai	Būrina.	
		5.1 Inde sudaromas atmosferinis slėgis	Inde sudaromas atmosferinis slėgis
		5.2 Išpumpuojamas oras	Išpumpuojamas oras
		5.3 Indas užpildomas nustatytos koncentracijos dujomis	Indas užpildomas nustatytos koncentracijos dujomis
8.	Darbo procesi vizualizacija	Pageidaujama.	
		5.4 Esant likutiniai deguonies koncentracijai, galimybė naudoti katalizatorių	Esant likutiniai deguonies koncentracijai, galimybė naudoti katalizatorių
		Būrina. Informacija apie sistemos darbo procesus realiu laiku ekrane.	Informacija apie sistemos darbo procesus realiu laiku ekrane.
9.	Sistemos moduluojami perspėjimo/pranešimo signalai (aliarmai)	Būrina. Vizualinis arba lygiavertis signalas esant įvairiems trikdžiams/klaidoms darbo metu.	Vizualinis arba lygiavertis signalas esant įvairiems trikdžiams/klaidoms darbo metu.
10.	Valdymas, ekranas	Būrina. Valdymas per prisilietimui jautrų ekraną.	Būrina. Valdymas per prisilietimui jautrų ekraną. Psl.: 7
11.	Maitinimo tinklas	Būrina. 230V, 50/60Hz.	230V, 50/60Hz. Psl.: 8
12.	Triukšmo lygis	Būrina. Ne daugiau 50 dB.	Ne daugiau 50 dB.
13.	Duomenų saugojimas	Būrina. Su galimybe kaupti duomenis išorinėje laikmenoje (USB)	Yra galimybė kaupti duomenis išorinėje laikmenoje (USB). Psl.: 7
14.	Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekes atitinkančią konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrėžtas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabrėžti kiekvienos pozicijos pozicijos kiekvieną atitikiną, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba.	Būrina	Bus pateikta
15.	Perkamas kiekis	1 vnt.	1 vnt.
16.	PVM arifas procentais		21 %
17.	Viso kaina Eur su PVM		16335,00
18.	Firminis pavadinimas, gamintojas		Anoxomat III Jar Systems, Advanced Instruments, www.aicompanies.com