

Specialiajai priešgaisrinei gelbėjimo valdybai

(Adresatas)

PASIŪLYMAS DĖL STACIONARAUS ELEKTRINIO AUKŠTO SLĖGIO KOMPRESORIAUS

2015-10-12, Nr. 03-352

Vilnius

Tiekėjo pavadinimas, įmonės kodas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai, įmonių kodai/</i>	UAB „Iksados“ gamybinis ir techninis centras, įm.kodas 126319814
Tiekėjo adresas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	Savanorių pr. 219, LT-02300 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Vidmantas Astrauskas
Telefono numeris	8-5 2640626
Fakso numeris	8-5 2642999
El. pašto adresas	info@iksadosgtc.lt

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis.

2. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

3. Mes siūlome:

Prekės pavadinimas (nurodyti markę, modelį, modifikaciją)	Mato vnt.	Kiekis	Kaina (be PVM) Eur	Kaina (su PVM)* Eur	Viso (be PVM) Eur (3x4)	Viso (su PVM)* Eur (3x5)
1	2	3	4	5	6	7
STACIONARUS ELEKTRINIS AUKŠTO SLĖGIO KOMPRESORIUS Bauer Poseidon Edition Mod. PE-300VE (Silent)	vnt.	1	13.090,00	15.838,90	13.090,00	15.838,90
Pasiūlymo kaina:						15.838,90

Pasiūlymo kaina (su PVM), Eur: Penkiolika tūkstančių aštuoni šimtai trisdešimt aštuoni eurai, 90 ct.

(kaina žodžiais)

***Pastabos:**

1) Kainos pasiūlyme suapvalinamos, paliekant du skaičius po kablelio

2) Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 5 ir 7 skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: _____

Su pasiūlymu pateikiama užpildyta „Stacionaraus elektrinio aukšto slėgio kompresoriaus techninę specifikaciją“ pagal pirkimo sąlygų 2 priedą.

3. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Techninė specifikacija	3
2.	Registru centro jungtinė pažyma	2
3.	Informatikos ir ryšių departamento pažyma	1
4.	Aprašymas (konfidencialu)	6
5.	EB Atitikties deklaracija originalo kalba (konfidencialu)	1
6.	EB Atitikties deklaracija lietuvių kalba (konfidencialu)	1
7.	Gamintojo atitikties deklaracija originalo kalba (konfidencialu)	1
8.	Gamintojo atitikties deklaracija lietuvių kalba (konfidencialu)	1
9.	Bauer deklaracija dėl dėl žarnos jungčių atitikimo EN 144-2 originalo kalba (konfidencialu)	1
10.	Bauer deklaracija dėl dėl žarnos jungčių atitikimo EN 144-2 lietuvių kalba (konfidencialu)	1
11.	Patikrinimo ir kokybės sertifikatas originalo kalba (konfidencialu)	1
12.	Patikrinimo ir kokybės sertifikatas lietuvių kalba (konfidencialu)	1

4. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)
1	Aprašymas (konfidencialu)	5
2	EB Atitikties deklaracija originalo kalba (konfidencialu)	6
3	EB Atitikties deklaracija lietuvių kalba (konfidencialu)	7
4	Gamintojo atitikties deklaracija originalo kalba (konfidencialu)	8
5	Gamintojo atitikties deklaracija lietuvių kalba (konfidencialu)	9
6	Bauer deklaracija dėl dėl žarnos jungčių atitikimo EN 144-2 originalo kalba (konfidencialu)	10
7	Bauer deklaracija dėl dėl žarnos jungčių atitikimo EN 144-2 lietuvių kalba (konfidencialu)	11
8	Patikrinimo ir kokybės sertifikatas originalo kalba (konfidencialu)	12
9	Patikrinimo ir kokybės sertifikatas lietuvių kalba (konfidencialu)	13

Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina, pasiūlymo kainos sudedamosios dalys ir jų vertės, arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

5. Pasiūlymas galioja tiek kiek nurodyta pirkimo dokumentuose.

Direktorius
(Tiekėjo pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Vidmantas Astrauskas
(Vardas ir pavardė)

STACIONARAUS ELEKTRINIO AUKŠTO SLĖGIO KOMPRESORIAUS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai	Faktiniai ir deklaruojami siūlomo mobilus benzininio aukšto slėgio kompresoriaus duomenys [Tiekėjas turi įrašyti kur reikia konkrečią reikšmę arba trumpą aprašymą, arba išsipareigojimą patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar „pan., negalimi)].
1.	Aukšto slėgio kompresoriaus (toliau – kompresorius) paskirtis – autonominių kvėpavimo aparatų suslėgtojo oro balionų (toliau – oro balionai) pildymas oru.	Aukšto slėgio kompresoriaus mod. PE-300 VE (toliau – kompresorius) paskirtis – autonominių kvėpavimo aparatų suslėgtojo oro balionų (toliau – oro balionai) pildymas oru.
2.	Kompresorius turi būti stacionarus, su elektriniu varikliu. Elektros tiekimas 3 fazių, ne mažiau kaip 380 V AC 50 Hz	Kompresorius stacionarus, su elektriniu varikliu. Elektros tiekimas 3 fazių, 400 V AC 50 Hz (pridedamas aprašymas)
3.	Kompresorius ir jį komplektuojantys mazgai bei detalės turi būti nauji, neeksploatuoti, pagaminti 2015 m.	Kompresorius ir jį komplektuojantys mazgai bei detalės yra nauji, neeksploatuoti, pagaminti 2015 m. (pridedamas gamintojo kokybės deklaracija)
4.	Kompresorius turi būti pažymėtas CE atitikties žyma.	Kompresorius pažymėtas CE atitikties žyma (EB Atitikties deklaracija ir gamintojo atitikties deklaracija)
5.	Kompresoriaus apsaugos klasė turi būti ne žemesnė kaip IP55.	Kompresoriaus apsaugos klasė IP55 (pridedamas aprašymas)
6.	Kompresoriaus elektromagnetinis suderinamumas turi būti pagal LST EN 55011:2010 (arba lygiavertį) standartą.	Kompresoriaus elektromagnetinis suderinamumas pagal EB Direktyvą 2004/108/EC ir pagal LST EN 55011:2010 (pridedama EB Atitikties deklaracija ir aprašymas)
7.	Kompresorius turi turėti išorinę oro balionų užpildymo panelę, montuojamą atskirai nuo kompresoriaus prie sienos ar kitos konstrukcijos ir susidedanti iš:	Kompresorius turi išorinę oro balionų užpildymo panelę, montuojamą atskirai nuo kompresoriaus prie sienos ar kitos konstrukcijos ir susidedanti iš:
7.1.	oro balionų užpildymo vožtuvų (mazgų), 6 vnt. po 300 bar, kurie turi atitikti LST EN 144-2 standarto (arba lygiavertį) reikalavimus;	6 vnt. po 300 bar oro balionų užpildymo vožtuvų (mazgų), kurie atitinka LST EN 144-2 standarto reikalavimus (pridedama Bauer deklaracija dėl žarnos jungčių atitikimo EN 144-2)
7.2.	ne mažesnį kaip 350 bar slėgio, atsparaus vibracijai, skysčiais užpildyto slėgio manometro (slėgmačio).	350 bar slėgio atsparaus vibracijai, skysčiais užpildyto slėgio manometro (slėgmačio).

8.	Kompresorius turi turėti lanksčią, 3 m ilgio, 450 bar slėgio, aukšto slėgio žarną, skirtą sujungti oro balionų užpildymo panelę su kompresoriumi. Žarna turi turėti jungtis, atitinkančias LST EN 144-2 standarto (arba lygiaverčio) reikalavimus.	Kompresorius turi lanksčią 3 m ilgio, 450 bar darbinio slėgio, 635 bar bandymo slėgio žarną, skirtą sujungti oro balionų užpildymo panelę su kompresoriumi. Žarna turi jungtis, atitinkančias LST EN 144-2 standarto reikalavimus. (pridedama Bauer deklaracija dėl žarnos jungčių atitikimo EN 144-2)
9.	Kompresorius turi turėti oro pertekliaus vožtuvą, kad pildymo metu pildomuose balionuose slėgis neviršytų nustatytos normos.	Kompresorius turi oro pertekliaus vožtuvą.
10.	Kompresoriaus išmatavimai turėtų būti ne didesni kaip 150 x 85 x 155 cm	Kompresoriaus išmatavimai 148 x 83 x 151,50 cm (pridedamas aprašymas)
11.	Kompresoriaus svoris turi būti ne didesnis kaip 400 kg	Svoris 389 kg (pridedamas aprašymas)
12.	Pildomo oro kokybė turi atitikti LST EN 12021:2014 (arba lygiaverčio) reikalavimus.	Pildomo oro kokybė atitinka LST EN 12021:2014 reikalavimus (pridedama EB Atitikties deklaracija ir aprašymas)
13.	Kompresoriaus našumas turi būti ne mažesnis kaip 300 l/min.	Kompresoriaus našumas 300 l/min. (pridedamas aprašymas)
14.	Kompresoriaus darbinis maksimalus slėgis turi būti ne mažesnis kaip 350 bar	Kompresoriaus leistinas darbinis maksimalus slėgis 365 bar (pridedama gamintojo atitikties deklaracija)
15.	Kompresorius turi turėti dvi lanksčias žarnas, ne mažesnio 330 bar slėgio, 1 m ilgio, nestandartinių (narų) balionų užpildymui. Žarnos turi turėti jungtis, atitinkančias LST EN 144-2 standarto (arba lygiaverčio) reikalavimus.	Kompresorius turės dvi lanksčias žarnas po 330 bar slėgio, 1 m ilgio, nestandartinių (narų) balionų užpildymui. Žarnos turės jungtis, atitinkančias LST EN 144-2 standarto reikalavimus. (pridedama Bauer deklaracija dėl žarnos jungčių atitikimo EN 144-2)
16.	Kompresorius turi turėti nuotolinio valdymo įjungimo/išjungimo funkciją (valdymo bloką).	Kompresorius turi nuotolinio valdymo įjungimo/išjungimo funkciją (valdymo bloką).
17.	Kompresorius turi turėti automatinį kondensato šalinimą ir išjungimą prie galutinio slėgio bei ne mažesne kaip 10 l talpą kondensatui.	Kompresorius turi automatinį kondensato šalinimą ir išjungimą prie galutinio slėgio bei 10 l talpą kondensatui.
18.	Kompresorius turi turėti avarinio išjungimo mygtuką.	Kompresorius turi avarinio išjungimo mygtuką.
19.	Kompresorius turi turėti laikmatį, kuris skaičiuotų kompresoriaus darbo valandas ir smulkaus valymo filtro kasetės (kartridžo) naudojimo laiką.	Kompresorius turi laikmatį B-SECURUS, kuris skaičiuoja kompresoriaus darbo valandas ir smulkaus valymo filtro kasetės (kartridžo) naudojimo laiką. (pridedamas aprašymas)
20.	Smulkaus valymo filtro kasetės (kartridžo) darbo laikas, kompresoriui orą pildant 300 bar slėgiu ir esant aplinkos temperatūrai 20°	Smulkaus valymo filtro kasetės Nr. 061686 su pajėgumu 1590 Nm ³ darbo laikas kompresoriui orą pildant 300 bar

	C, turi būti ne trumpesnis kaip 80 h.	slėgiu ir esant aplinkos temperatūrai 20° C yra 80 h. (pridedamas aprašymas)
21.	Pasibaigus nustatytam smulkaus valymo filtro kasetės (kartridžo) naudojimo laikui, kompresorius turi išsijungti automatiškai.	Pasibaigus nustatytam smulkaus valymo filtro kasetės (kartridžo) naudojimo laikui, kompresorius išsijungia automatiškai dėka B-Securus. (pridedamas aprašymas)
22.	Kompresoriaus skleidžiamo garso triukšmo lygis neturėtų būti didesnis kaip 72 db(A) – 1 m atstumu (pagal LST EN ISO 3744 arba lygiavertį standartą).	Kompresoriaus skleidžiamo garso triukšmo lygis 72 db(A) – 1 m atstumu (pagal LST EN ISO 3744 standartą, 7,5 kW) (pridedamas aprašymas)
23.	Kompresoriaus aukšto slėgio žarnų darbo laikas neturi būti ribojamas.	Kompresoriaus aukšto slėgio žarnų darbo laikas neribojamas. Rekomenduojame žarnas keisti kas 10 metų.
24.	Kompresoriui turi būti suteikta ne mažesnė kaip 24 mėnesių garantija.	Kompresoriui bus suteikta 24 mėnesių garantija.
24.	Kartu su kompresoriumi turi būti pateikiamas tepalo bei smulkaus ir grubaus valymo filtrų rezervas pakeitimui.	Deklaruojame, kad kartu su kompresoriumi bus pateikiamas tepalo bei smulkaus ir grubaus valymo filtrų rezervas pakeitimui.
25.	Tiekėjai turės neatlygintinai apmokyti perkančiosios organizacijos darbuotojus (iki 5 žmonių) dirbti kompresoriumi ir atlikti techninę priežiūrą.	Deklaruojame, kad neatlygintinai apmokysime perkančiosios organizacijos darbuotojus (iki 5 žmonių) dirbti kompresoriumi ir atlikti techninę priežiūrą.
26.	Kartu su kompresoriumi tiekėjas turi pateikti instrukciją ir remonto žinyną (katalogą) lietuvių ir originalo arba anglų kalbomis. Jeigu atliekamas instrukcijos vertimas iš užsienio kalbos jis turi būti patvirtintas vertėjo parašu ir vertimų biuro antspaudu.	Deklaruojame, kad kartu su kompresoriumi pateiksime instrukciją ir remonto žinyną (katalogą) lietuvių ir originalo arba anglų kalbomis. Instrukcijos vertimas iš užsienio kalbos bus patvirtintas vertėjo parašu ir vertimų biuro antspaudu.

Direktorius
(Tiekėjo pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Vidmantas Astrauskas
(Vardas ir pavardė)