

ODONTOLOGINĖS ĮRANGOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR REMONTO PASLAUGŲ SUTARTIS

Nr. SR- 60 / 04-78-2021

Alytus
2021 m. liepos 21 d.

VšĮ Alytaus poliklinika (toliau – Užsakovas), juridinio asmens kodas 190272218, atstovaujama direktoriaus pavaduotojos medicinai, pavaduojančios direktorių Elvinos Machankovienės – viena šalis, ir UAB „Vilimekso servisas“ (toliau – Vykdytojas), juridinio asmens kodas 123055213, atstovaujama technikos priežiūros skyriaus vadovo Vaclovo Ignatavičiaus – kita šalis, toliau kartu šioje sutartyje vadinami Šalimis, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis):

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Pagal šią Sutartį Vykdytojas įsipareigoja Užsakovui teikti medicinos prietaisų techninės priežiūros ir remonto paslaugas šios sutarties Prieduose nurodytose vietose ir šios sutarties prieduose nurodytomis kainomis, o Užsakovas įsipareigoja sumokėti už atliktas paslaugas sutartyje ir sutarties Prieduose nustatytais sąlygomis ir kainomis.

1.2. Tikslus aptarnaujamos įrangos sąrašas, įkainiai ir kita informacija nurodoma sutarties Prieduose, kurie yra neatskiriama šios sutarties dalis ir yra suderinti, sudaryti raštu ir pasirašyti Šalių įgaliotų atstovų.

1.3. Maksimali sutarties suma **2900,00 Eur (du tūkstančiai devyni šimtai eurų, 00 ct)**, įskaitant visus mokesčius, galiojančius Lietuvoje pasiūlymų pateikimo dieną.

2. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

2.1. Vykdytojas įsipareigoja:

2.1.1. atlikti medicinos prietaisų techninę priežiūrą, techninį aptarnavimą, remontą (toliau tekste – techninis aptarnavimas), detalių keitimą tokiomis sąlygomis, kokios yra nurodytos sutarties Prieduose;

2.1.2. atlikti medicinos prietaisų techninį aptarnavimą iš anksto su Užsakovu suderintu laiku, laikantis konkrečiam prietaisui sutarties Prieduose nurodyto periodiškumo;

2.1.3. užsakovui užregistravus gedimą ir nepavykus problemos išspręsti nuotoliniu būdu, vykdytojas įsipareigoja kaip galima greičiau atvykti ir atlikti remonto darbus. Atvykimo terminas priklauso nuo žmoniškųjų veiksnių, tokių kaip kvalifikuotų inžinierių užimtumo grafikas, tačiau bet kokių atveju šis terminas negali būti ilgesnis negu 2 (dvi) darbo dienos;

2.1.4. atliktiems remonto darbams suteikti 30 (trisdešimt) dienų garantiją;

2.1.5. pakeistoms detalėms suteikti gamintojo nustatytą garantiją, bet ne mažesnę negu 3 (trijų) mėnesių

2.2. Užsakovas įsipareigoja:

2.2.1. užtikrinti, kad būtų laikomasi sutarties Prieduose konkrečiam prietaisui nurodyto techninio aptarnavimo periodiškumo, iš anksto informuoti vykdytoją apie pageidaujamą planuojamo periodinio techninio aptarnavimo datą ir laiką bei sudaryti sąlygas Vykdytojui atlikti techninį aptarnavimą;

2.2.2. užtikrinti, kad medicinos prietaisai būtų naudojami pagal šių prietaisų naudojimo instrukcijos nurodytus reikalavimus. Tik tokiu atveju taikomi garantiniai įsipareigojimai pagal Sutarties 2.1.4. ir 2.1.5. punktus;

2.2.3. šios Sutarties galiojimo laikotarpiu užtikrinti, kad Sutarties Prieduose įrašytų medicinos prietaisų techninės priežiūros ir remonto darbai nebūtų atliekami trečiųjų šalių;

2.2.4. apmokėti už paslaugas. Neapmokėjus sąskaitos joje nustatytu terminu, Vykdytojui pareikalavus Užsakovas turės sumokėti 0,05% nuo neapmokėtos sumos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

3. SUTARTIES GALIOJIMAS IR KITOS SĄLYGOS

3.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja 24 mėn.

3.2. Visi Sutarties ir priedų pakeitimai ir papildymai atliekami šalių susitarimu arba vienai iš sutarties šalių informavus kitą sutarties šalį ir šalims neprieštaraujant.

3.3. Sutartis gali būti nutraukta abiejų Šalių susitarimu arba vienai iš sutarties šalių raštu informavus kitą sutarties šalį ne mažiau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų.

3.4. Sutarties šalys susitaria, kad laiku nesumokėjus už paslaugas ir prekes šios sutarties 2.2.4. punkte nustatytais terminais arba nesilaikant šios sutarties 2.2.3. punkto reikalavimų, Sutarties 2.1.4. ir 2.1.5. punktuose nustatyti garantiniai įsipareigojimai nėra taikomi.

3.5. Užsakovas sutinka, kad vykdytojas teisės aktų nustatyta tvarka pateiktą informaciją apie Sutarties vykdymą radiacinės saugos priežiūros institucijoms, akreditavimo tarnybai ir kitoms susijusioms institucijoms.

3.6. Nė viena iš Šalių neturi teisės perduoti trečiajai šaliai savo sutartinių įsipareigojimų ir teisių be kitos Šalies sutikimo.

3.7. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

4. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

4.1. Vykdydamos šią sutartį Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais ir šios sutarties nuostatomis.

4.2. Kilus ginčams ar nesutarimams dėl Sutarties vykdymo, Šalys imsis visų priemonių taikiai juos sureguliuoti tarpusavio derybose.


4.3. Šalims nepavykus sureguliuoti tarpusavio ginčų, visi ginčai ir nesutarimai dėl sutarties, ar susiję su sutartimi, yra nagrinėjami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

5. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI

VšĮ Alytaus poliklinika
Naujoji g. 48, LT – 62381 Alytus
Įmonės kodas: 190272218
Telefonas: 8 (315) 36603
El. paštas: alytus@apoliklinika.lt

UAB "Vilimekso servisas"
Įmonės kodas 123055213
Visorių g. 8, Vilnius LT 08300
Telefonas: **(8 630) 11555**
A/s LT267044060001109310
AB "SEB bankas", B/k 70440

Direktoriaus pavaduotoja medicinai
pavadojanti direktorių
Elvina Machankovienė



Technikos priežiūros skyriaus vadovas
Vaclovas Ignatavičius



ODONTOLOGINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS IR PASLAUGŲ ĮKAINIAI

Eil. Nr.	Medicininis įrenginys	Prietaisų skaičius	Techninio aptarnavimo periodiškumas per 24 mėn.	Vieno įrenginio periodinio techninio aptarnavimo kaina be PVM, Eur	Vieno įrenginio periodinio techninio aptarnavimo kaina su PVM, Eur	Viso, su PVM (EUR)
1	Odontologinės įrangos komplektas <i>Clesta eIII*</i>	5	2 kartai	90,00	108,90	1089,00
2	Dantų rentgeno aparatas** <i>PHOT-X II 303</i> (s/n EX07D0354)	1	2 kartai	50,00	60,50	121,00
3	Panoraminio dantų vaizdo rentgeno aparatas*** <i>Kodak 8000, (s/n AAAI542)</i>	1	2 kartai	120,00	145,20	290,40
VISO:						1500,40

MEDICINOS PRIETAISŲ REMONTO DARBŲ ĮKAINIAI

Mato vienetas	Kaina be PVM, Eur	Kaina su PVM, Eur
Vienos valandos remonto darbų kaina	45,00	54,45

Kitos sąlygos:

1. Remonto darbų trukmė skaičiuojama: nuo 1 iki 60 min. - kaip 1 valanda, po to - intervalu kas 0,5 val.
2. Atsarginės dalys į remonto ir techninio aptarnavimo darbų kainą neįskaičiuotos.
3. Vykdytojo darbo laikas:
pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 val. iki 15.45 val.;
išėiginėmis ir švenčių dienomis – nedirbame.
4. Vykdytojas teiks paslaugas *Naujoji g. 48, LT – 62381 Alytuje* esančiose Užsakovo veiklai naudojamose patalpose.

Pastaba:

*** DARBAI, ATLIEKAMI ODONTOLOGINIO ĮRENGINIO TECHNINĖS PROFILAKTIKOS METU :**

1. Kompresoriaus, sausintuvo, siurblio darbo patikrinimas, kondensato pašalinimas.
2. Seilių atsiurbimo sistemos valymas, darbo patikrinimas.
3. Kėdės tvirtinimo, valdymo, alyvos nuotekio, apsaugos patikrinimas.
4. Komunikacijų pajungimo būklės patikrinimas.
5. Instrumentų valdymo pedalo darbo patikrinimas.
6. Šviestuvo darbo patikrinimas.
7. Gydytojo instrumentų valdymo stalelio patikrinimas.
8. Mechaninių dalių sutepimas, optikos valymas.
9. Medicinos prietaiso paso (žurnalo) užpildymas.

**** DARBAI, ATLIEKAMI DANTŲ RENTGENO APARATO TECHNINĖS PROFILAKTIKOS METU:**

1. Generatoriaus patikrinimas ar nėra alyvos nuotėkio.
2. Elektrinės dalies patikrinimas (jungčių, kontaktų).
3. Tvirtinimo prie sienos, korpuso dalių patikrinimas.
4. Alkūnių vertikalės, horizontalės, slankiojimo patikrinimas (įtempimo reguliavimas).
5. Valdymo pultelio patikrinimas.
6. Rentgeno nuotraukos atlikimas, vaizdo gavimo patikra.
7. Medicinos prietaiso paso (žurnalo) užpildymas.

**** DARBAI, ATLIEKAMI PANORAMINIO RENTGENO APARATO TECHNINĖS PROFILAKTIKOS METU:**

1. Generatoriaus patikrinimas ar nėra alyvos nuotėkio.
2. Tvirtinimo prie grindų /sienos, korpuso dalių patikrinimas.
3. Mechanškai judančių dalių patikrinimas.
4. Elektrinės dalies patikrinimas (jungčių, kontaktų).
5. Korpuso dalių, laidų nusidėvėjimo patikrinimas
6. Vaizdo gavimo patikra, fantomo pagalba padarant bandomąją ekspoziciją.
7. Vaizdo apdorojimo programos darbo patikrinimas.
8. Medicinos prietaiso paso (žurnalo) užpildymas.

Direktoriaus pavaduotoja medicinai
pavaduojanti direktorių
Elvina Machankovienė

(parašas)



Technikos priežiūros skyriaus vadovas
Vaclovas Ignatavičius

(parašas)

