

**RADIOLOGIJOS ĮRANGOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR REMONTO PASLAUGŲ
SUTARTIS Nr. 191/ST21-53**

2021 m. rugpjūčio 10 d.

Tauragė

Viešoji įstaiga Tauragės ligoninė, atstovaujama direktoriaus Liutauro Indriuškos, veikiančio pagal įstaigos įstatus, toliau sutartyje „Pirkėjas“ ir **UAB „Graina“**, atstovaujama direktoriaus Arūno Padvariškio, toliau sutartyje „Pardavėjas“ iš kitos pusės sudarėme šią sutartį:

1. Sutarties objektas

- 1.1. Pardavėjas teikia šios sutarties 1-ame priede, kuris yra neatskiriama sutarties dalis, išvardintos medicinos įrangos periodinės techninės priežiūros (TP) ir remonto (nenumatytais gedimo atvejais) paslaugas, o Pirkėjas priima suteiktas paslaugas ir už jas sumoka.

2. Sutarties vykdymo sąlygos:

- 2.1. Paslaugos teikiamos Pirkėjo buveinėje arba, jei tai būtina, kitoje vietoje (Pardavėjo nuožiūra). Paslaugos pradamos teikti ne vėliau kaip per 24 valandas po Pirkėjo (ar jo atstovo) užsakymo, perduoto Pardavėjui telefonu arba išsiųsto faksu, reikalingai paslaugai atlikti gavimo. Jei dėl kokių nors priežasčių nėra sąlygų suremontuoti aparatą iš karto, Pardavėjas informuoja apie remonto užbaigimo terminus.
- 2.2. Med. įrangos techninę priežiūrą Pardavėjas atlieka laikantis gamintojo nustatytos TP periodiškumo, pakeičiant susidėvėjusias dalis, atliekant prietaisų suderinimą ir galutinę funkcinių patikrinimą pagal abiejų šalių suderintą grafiką. TP periodiškumas nurodytas šios sutarties 1-ame priede.
- 2.3. Įrangos remontas atliekamas pagal atskirą iškvietimą ir apmokamas pagal faktines sunaudotas medžiagas ir atsargines dalis bei atlikto darbo sąnaudas pagal valandinį įkainį.
- 2.4. Pirkėjas įsipareigoja leisti dirbti su medicinos įranga tik apmokytam personalui.
- 2.5. Pirkėjas įsipareigoja leisti atlikti techninę priežiūrą ir remontą tik Pardavėjo personalui.
- 2.6. Pardavėjas įrangos remonto darbams suteikia garantiją. Garantinio termino laikotarpiu atsiradę, nesant Pirkėjo kaltės, įrangos funkciniai trūkumai šalinami Pardavėjo sąskaita. Pakeistų detalių garantija turi būti ne mažesnė kaip gamyklos-gamintojos.
- 2.7. Apie atliktą TP, remontą ir įrangos būklę, jos tinkamumą tolimesnei eksploatacijai Pardavėjas pažymi (padaro būtinus įrašus) med. įrangos techninės priežiūros žurnale.
- 2.8. Atlikti techninės priežiūros ir remonto darbai įforminami atliktų darbų priėmimo aktu, kurį pasirašo šalių įgaliotieji atstovai, kartu su sąskaita-faktūra iki sekančio mėnesio 1 dienos.
- 2.9. Sutarties galiojimo metu nepataisomai sugedus med. įrangai, ji išbraukiama iš sutarties priedo bei minusuojama TP ir remonto suma. Apie tai yra informuojamas Pardavėjas.
- 2.10. Paslaugų teikimo vieta – Viešoji įstaiga Tauragės ligoninė (V. Kudirkos g. 2, LT-72214, Tauragė).

3. Med. įrangos techninės priežiūros ir remonto kainos

- 3.1. Med. įrangos techninės priežiūros ir remonto darbų kainos nurodytos sutarties priede Nr. 1, kuris yra neatskiriama sutarties dalis.
- 3.2. Už med. įrangos remonto metu pakeistas atsargines dalis Pirkėjas apmoka papildomai prieš tai susiderėjus dėl atsarginių dalių kainos bei tai patvirtinus įstaigos atsakingo asmens parašu. Jei remontui reikalingos atsarginės detalės kaina viršija 3000 eurų be PVM, Pirkėjas turi teisę atlikti nepriklausomą rinkos tyrimą (konsultaciją) ir vykdyti derybas.
- 3.3. Keičiantis Lietuvos Respublikos įstatymams sutartyje nurodytų paslaugų ir prekių atžvilgiu, prekių kaina gali būti keičiama dydžiu, kurį reglamentuoja įstatymo pakitimas. Pasikeitus PVM tarifui, kainos bus perskaičiuojamos pagal Lietuvos Vyriausybės patvirtintą PVM tarifą.

4. Apmokėjimo sąlygos

- 4.1. Pirkėjas apmoka Pardavėjui už atliktą med. įrangos techninę priežiūrą, remontą ir jo metu

pakeistas atsargines dalis per maksimalų 60 kalendorinių dienų terminą po PVM sąskaitos-faktūros pateikimo dienos, kurioje nurodomos remonto metu faktiškai sunaudotos medžiagos ir atsarginės dalys bei atlikto darbo sąnaudos, pateikimo.

Pirkėjas įsipareigoja pagal šią sutartį mokėtinas sumas už prekes mokėti bankiniu pavedimu į Pardavėjo atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT587181500044467652, esančią AB Šiaulių banke.

4.2. Uždelsus Pirkėjui apmokėjimą už paslaugas ne dėl Pardavėjo kaltės ir ne dėl priežasčių, atleidžiančių Pirkėją nuo atsakomybės, Pardavėjas turi teisę gauti 0,02% dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną nuo pradelstos sumos.

4.3. Visi delspinigiai, baudos ir nuostolių atlyginimai, nurodyti šioje sutartyje, mokami ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pareikalavimo dienos.

4.4. Jei Tiekėjas nesuteikia paslaugos nustatytu terminu, įskaitant pratėsimus (jei tokių buvo), Pirkėjas turi teisę, be oficialaus įspėjimo pradėti skaičiuoti 0,02 % dydžio delspinigius nuo laiku nesuteiktų paslaugų kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną, delspinigiai negali viršyti 10 % (dešimt procentų) bendros Sutarties kainos. Pirkėjui raštu pareikalavus, Tiekėjas privalo sumokėti Pirkėjui iki prekės pristatymo arba Sutarties nutraukimo apskaičiuotus delspinigius.

4.5. Tiekėjui atsisakius vykdyti sutartį, Pirkėjo raštišku reikalavimu gali būti skaičiuojama 5 proc. sumos bauda nuo bendros sutarties kainos be PVM.

4.6. Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Mokėjimo dokumentų nepateikus „E. sąskaita“ priemonėmis, Pirkėjas turi teisę neatlikti mokėjimo.

5. Šalių ginčų reguliavimo tvarka

5.1. Bet koks Pirkėjo atsiskaitymo sąlygų pažeidimas laikomas esminiu sutarties pažeidimu ir Pardavėjas turi teisę be papildomo įspėjimo sustabdyti prekių pardavimą ir nutraukti šią sutartį.

5.2. Papildomos Pardavėjo išlaidos, susijusios su susidariusio įsiskolinimo susigrąžinimu, yra dengiamos Pirkėjo sąskaita. Pardavėjas turi teisę skolos susigrąžinimui pasitelkti trečiuosius asmenis, kuriems turėtas išlaidas apmoka Pirkėjas, jei nustatoma pirkėjo kaltė.

5.3. Šalys bandys susitarti dėl visų ginčų, kurie gali kilti dėl šios sutarties vykdymo, papildymo, patikslinimo, pakeitimo, nutraukimo ar atnaujinimo.

5.4. Nesusitarusios šalys ginčą spręs Lietuvos Respublikos teisme, pagal Pardavėjo buveinės vietą, kurio sprendimas privalomas abiem šalims.

6. Neįveikiama jėga (Force Majeure)

6.1. Taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. nuostatos.

7. Kitos sąlygos

7.1. Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja 12 mėnesių, o atsiskaitymuose iki visiško atsiskaitymo tarp šalių.

7.2. Sutarties pakeitimai ir papildymai galimi raštu, pasirašant abiejų šalių įgaliotiems asmenims.

7.3. Nė viena iš šalių neturi teisės be raštiško kitos šalies sutikimo perduoti trečiajai šaliai savo teisių ir įsipareigojimų pagal šią sutartį.

7.4. Sutartis galioja tik abiem šalims pasirašius Priedą Nr.1.

7.5. Vienai iš šalių nevykdant sutartyje numatytų įsipareigojimų, kita šalis turi teisę neteismine tvarka nutraukti sutartį, parnešus apie tai raštu ne vėliau kaip prieš 15 kalendorinių dienų iki numatomo nutraukimo termino.

7.6. Sutartį nutraukus dėl vienos šalies kaltės, kita šalis turi teisę į išlaidų ir patirtų nuostolių kompensavimą įstatymuose bei sutartyje numatyta tvarka.

7.7. Vienašališkai nutraukti Sutartį šalis gali, jei informuoja kitą šalį prieš 30 dienų.

7.8. Paskirtas už sutarties vykdymą atsakingas asmuo i.snarskyte@tauragesligonine.lt, tel. 844662718.

7.9. Už sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą atsakingas asmuo Regina Gudjonienė, r.gudjoniene@tauragesligonine.lt.

7.10. Sutartis sudaroma ir pasirašoma lietuvių kalba, dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai su priedais, kurie yra neatsiejama sutarties dalis.

Pirkėjas:

Viešoji įstaiga Tauragės ligoninė
V. Kudirkos g. 2, 72214 Tauragė
Įmonės kodas 179761936
PVM mokėtojo kodas nėra
A. s. LT477181300007700689
AB Šiaulių bankas
Banko kodas 47718
Tel. (8 446) 62700
Faks. (8 446) 62700
El. p. info@tauragesligonine.lt

Direktorius
Liutauras Indriūška



Paslaugos Teikėjas:

UAB „Graina“
Dūrpyno g. 22, LT-36237 Panevėžys
Įmonės kodas 147736647
PVM mokėtojo kodas LT477366410
A.s. LT58 7181 5000 4446 7652
AB Šiaulių bankas Panevėžio KAC
Banko kodas 71815
Tel. (8 45) 570605
Faks. (8 45) 433540
El. p. info@tauragesligonine.lt

Direktorius
Arūnas Padvariškis



2021 m. rugpjūčio 10 d. sutarties Nr. 191/ST21-53 priedas Nr. 1

MEDICINOS ĮRANGOS SĄRAŠAS IR TECHNINĖS PRIEŽIŪROS KAINOS

Eil. Nr.	Įrangos pavadinimas, Modelis	Techninės priežiūros periodiškumas	Vieno TA kaina Eur be PVM	Vieno TA kaina Eur su PVM	TA metinio kiekio kaina Eur be PVM	TA metinio kiekio kaina Eur su PVM
1.	Trijų darbo vietų skaitmeninė rentgeno diagnostikos sistema Shimadzu Flexavision	4 k/metus	956,00	1.156,76	3.824,00	4.627,04
2.	Medicininis lazerinis spausdintuvas Konica Minolta DryPro 771	4 k/metus	152,00	183,92	608,00	735,68
	Oro filtro keitimas	1 k/metus			299,00	361,79
3.	Remonto darbų kaina	60 val. per metus	10,00	12,10	600,00	726,00
Viso:						6.450,51

Iš viso (TA vienerių metų kiekio kaina Eur su 21 % PVM): 6450,51 Eur.

Remonto darbų valandos kaina: 12,10 Eur.

ATLIEKAMŲ PRIEŽIŪROS DARBŲ SĄRAŠAS BEI PERIODIŠKUMAS
Trijų darbo vietų skaitmeninė rentgeno diagnostikos sistema Shimadzu Flexavision

Eil. Nr.	Darbų turinys	Darbų atlikimo periodiškumas
	Kolimatorius R – 30H	
1.	Šviesos ir rentgeno spindulių laukų sutapimo patikra.	1 kartą per 3 mėn.
2.	Rentgeno lauko ir vaizdo imtuvo (stalo ir stovo) centrų sutapimo patikrinimas.	1 kartą per 3 mėn.
3.	Diafragmos sklendžių judėjimo patikrinimas ir profilaktika	1 kartą per 6 mėn.
4.	Šviesos lauko lempos maitinimo įtampos patikra.	1 kartą per 6 mėn.
5.	Laikančiųjų varžtų laisvumo patikrinimas ir profilaktika	1 kartą per 3 mėn.
6.	Veidrodžio patikrinimas ir profilaktika	1 kartą per 3 mėn.
7.	Apšvietos patikra	1 kartą per 3 mėn.
8.	Kolimatoriaus atsidarymo pagal įdėtą kasetę patikra	1 kartą per 3 mėn.
9.	Užduoto dydžio išlaikymo patikra	1 kartą per 3 mėn.
10.	Rentgeno spindulių – kasetės centro – vaizdo stiprintuvo ekrano sutapimų patikra	1 kartą per 3 mėn.
11.	Diafragmos sklendžių patikra skopijos metu	1 kartą per 3 mėn.
	Rentgenografinis stalas ZS – 5DS	
1.	Visų stalo judėjimo funkcijų patikra.	1 kartą per 3 mėn.
2.	Guolių, bėgelių, besisukančių dalių, dantračių patikrinimas ir profilaktika	1 kartą per 3 mėn.
3.	Aukštos įtampos, signalinių kabelių patikra	1 kartą per 3 mėn.
4.	Kasetės įvežimo/išvežimo mechanizmo patikra	1 kartą per 3 mėn.
5.	Kasečių išdalavimo mechanizmo patikra	1 kartą per 3 mėn.
6.	Stalą laikančių ankerinių varžtų patikra	1 kartą per 3 mėn.
7.	Ekspozimetrų optinių tankių skirtumo patikra	1 kartą per 3 mėn.

Eil. Nr.	Darbų turinys	Darbų atlikimo periodiškumas
8.	Ekspozimetrų optinių tankių skirtumo atsižvelgiant į anodinę įtampą patikra	1 kartą per 3 mėn.
9.	Ekspozimetrų dozės išlaikymo nekeičiant kV, keičiant mA patikra	1 kartą per 3 mėn.
10.	Kabelių jungčių patikra	1 kartą per 6 mėn.
	Generatorius ZUD – L41DS	
1.	Maitinimo įtampų patikra	1 kartą per 3 mėn.
2.	Generatoriaus profilaktika	1 kartą per 3 mėn.
3.	Tepalo lygio patikra	1 kartą per 6 mėn.
4.	mA patikra	1 kartą per 3 mėn.
5.	kV patikra	1 kartą per 3 mėn.
6.	Signalinių, maitinimo, įžeminimo kabelių, elektromagnetų patikra ir profilaktika	1 kartą per 3 mėn.
7.	Inverterio darbo patikra	1 kartą per 6 mėn.
8.	IGBT tranzistorių valdymo signalų patikra	1 kartą per 6 mėn.
	Valdymo skydelis	
1.	Patikra ir profilaktika	1 kartą per 3 mėn.
2.	Valdymo mygtukų patikra	1 kartą per 3 mėn.
3.	Vietinio valdymo skydelio svirtelių ir klavišų patikra	1 kartą per 3 mėn.
4.	Vietinio ir nuotolinio monitorių patikra ir profilaktika	1 kartą per 3 mėn.
5.	Maitinimo transformatorių išeinančių ir įeinančių įtampų matavimas	1 kartą per 3 mėn.
	Kompiuterinės radiografijos sistema Konica-Minolta „Regius 190“	
1.	Išorinių kasetės padavimo ir išdavimo mechanizmų profilaktikos ir priežiūros darbai	1 kartą per 3 mėn.
2.	Oro išmetimo angų profilaktika ir priežiūra	1 kartą per 6 mėn.
3.	Magneto plokštės profilaktika ir priežiūra	1 kartą per 6 mėn.
4.	Kasetės išdavimo mechanizmo profilaktika ir priežiūra	1 kartą per 6 mėn.
5.	Kasetės kreipiančiųjų profilaktika ir priežiūra	1 kartą per 12 mėn.
6.	Kasetės transportavimo mechanizmo profilaktika ir priežiūra	1 kartą per 12 mėn.
7.	Kasetės išdavimo mechanizmo profilaktika ir priežiūra	1 kartą per 12 mėn.
8.	Maitinimo bloko ventiliatoriaus profilaktika ir priežiūra	1 kartą per 12 mėn.
9.	Laboranto darbo vietos aparatinės ir programinės įrangos priežiūra (operacinės sistemos atnaujinimai, programinės įrangos vartotojo klaidų prevencija ir sutrikimų šalinimas nuotoliniu būdu, konsolės programinės įrangos priežiūra ir sutrikimų šalinimas, vartotojų konsultavimas)	1 kartą per 3 mėn. Telefonu ir nuotolinio prisijungimo būdu – pagal poreikį.
	Kompiuterizuota gydytojo radiologo darbo vieta Merge Healthcare/Cedara Software, I-Softview (I-Read)	
1.	Gydytojo radiologo darbo stoties operacinės sistemos ir programinės įrangos priežiūra (operacinės sistemos atnaujinimai, sutrikimų prevencija ir šalinimas nuotoliniu būdu, diagnostinės programinės įrangos priežiūra ir sutrikimų šalinimas, vartotojų konsultavimas bei jų sukeltų sutrikimų šalinimas)	1 kartą per 3 mėn. Telefonu ir nuotolinio prisijungimo būdu – pagal poreikį.
2.	Gydytojo radiologo darbo stoties aparatinės dalies priežiūra	1 kartą per 6 mėn.
3.	Aukštos raiškos medicininių monitorių kalibravimas	1 kartą per 6 mėn.
	Skaitmeninių vaizdų apdorojimo, saugojimo ir paskirstymo kompiuterinė sistema Merge Healthcare/Cedara Software, I-Reach	
1.	Sukauptų vaizdų rezervinių kopijų rašymo į tinklinę talpyklą patikra	1 kartą per 3 mėn.
2.	Pacientų duomenų bazės rezervinės kopijos darymas	1 kartą per 3 mėn.
3.	Vaizdų serverio operacinės sistemos ir programinės įrangos priežiūra (operacinės sistemos atnaujinimai, sutrikimų prevencija ir šalinimas,	1 kartą per 3 mėn. Telefonu ir

Eil. Nr.	Darbų turinys	Darbų atlikimo periodiškumas
	archyvavimo sistemos programinės įrangos priežiūra ir sutrikimų šalinimas, vartotojų konsultavimas bei jų sukeltų sutrikimų šalinimas)	nuotolinio prisijungimo būdu – pagal poreikį.
4.	Vaizdų serverio aparatūrinės dalies profilaktika ir priežiūra	1 kartą per 3 mėn.
	Medicininis lazerinis spausdintuvas Konica Minolta DryPro 873	
1.	Filmų išėjimo stalčiaus profilaktika	1 kartą per 3 mėn.
2.	Filmų padavimo stalčiaus profilaktika	1 kartą per 3 mėn.
3.	Oro paėmimo ir išėjimo angų profilaktika	1 kartą per 6 mėn.
4.	Oro filtro keitimas	Kas 10 000 kopijų arba ne rečiau kaip 1 kartą per 2 metus
5.	Valymo volelio profilaktika	Kas 2 000 kopijų
6.	Terminio apdorojimo mechanizmo priešpriešinių volelių valymas alkoholiu ir profilaktika	Kas 50 000 kopijų
7.	Terminio apdorojimo mechanizmo valymo nukreipėjo valymas alkoholiu ir profilaktika	Kas 50 000 kopijų
8.	Valdymo bloko oro paėmimo angos filtro profilaktika	Kas 50 000 kopijų
9.	Maitinimo šaltinio elemento oro paėmimo angos filtro profilaktika	Kas 50 000 kopijų

Medicininis lazerinis spausdintuvas Konica Minolta DryPro 771

Darbai\Techninio aptarnavimo periodiškumas	Kas 3 mėn.	Kas 6 mėn.
Filmų išdavimo angos profilaktika	✓	
Filmų padavimo skyriaus profilaktika	✓	
Oro padavimo/išmetimo angų profilaktika		✓
Oro filtro keitimas	Kas 10 000 kopijų arba kas 6 mėn.	
Kaitinimo įrenginio prispaudimo velenų valymas spiritu	Kas 20 000 kopijų	
Kaitinimo įrenginio būgno valymas spiritu	Kas 20 000 kopijų	
Aušinimo įrenginio antrinio aušinimo kreipiklio valymas spiritu	Kas 20 000 kopijų	
Aušinimo įrenginio oro išmetimo angos profilaktika	Kas 20 000 kopijų	
Aušinimo įrenginio oro filtro periferijos profilaktika	Kas 20 000 kopijų	
Transportavimo mechanizmo adhezinio veleno profilaktika	Kas 20 000 kopijų	
Filmų užgriebimo mechanizmo valymas spiritu	Kas 20 000 kopijų	
Viso įrenginio išorės profilaktika	Kas 20 000 kopijų	

Pirkėjas

VšĮ Tauragės ligoninė

Direktorius Liutauras Indriuska

A.V.



Paslaugos Teikėjas

UAB „Graina“

Direktorius Arūnas Padvariškis

