

Uždaroji akcinė bendrovė „GRAINA“

Įmonės kodas 1477 36647, PVM mokėtojo kodas LT477366410, Durpyno g. 22, LT-36237 Panevėžys, A.s. LT587181500044467652, AB Šiaulių bankas, Panevėžio KAC, Banko kodas 71815, Tel.845 57 06 05
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

VšĮ Respublikinei Panevėžio ligoninei

PASIŪLYMAS DĖL RENTGENODIAGNOSTINIO APARATO DETEKTORIAUS PIRKIMO

Pirkimo Nr. 555049

2021-07-21 Nr. KD21-196
Panevėžys

Tiekėjo pavadinimas ir juridinio asmens kodas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai ir kodai/</i>	UAB "Graina" 147736647
Tiekėjo adresas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	Durpyno g. 22, LT-36237 Panevėžys
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Arūnas Padvariškis
Asmens, atsakingo už pasiūlymo pateikimą, vardas, pavardė, pareigos	
Telefono numeris	(8 45) 507798
Fakso numeris	(8 45) 433540
El. pašto adresas	

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekęją (-us), arba gali būti ištrinama:

Subtiekęjo (-ų) pavadinimas (-ai) ir kodas (-ai)	NEPASITELKIAMI
Subtiekęjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimai, kuriems ketinama pasitelkti subtiekęją (-us) ir jų vertės nuo bendros pasiūlymo kainos dalis (procentais)	

1. Pateikdami pasiūlymą sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis skelbime apie pirkimą ir kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose), ir patvirtiname, kad pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia, norint tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį.

2. Siūloma įranga:

<i>Įrangos pavadinimas, modelis</i>	<i>Gamintojas, kilmės šalis</i>	<i>Kiekis</i>	<i>Bendra kaina be PVM, Eur</i>	<i>Bendra kaina su PVM, Eur</i>
RENTGENODIAGNOSTINIO APARATO DETEKTORIUS	Samsung Electronics, P. Korėja	1	58.540,00	70.833,40

Bendra pasiūlymo kaina su PVM – 70.833,40 Eur (septyniasdešimt tūkstančių aštuoni šimtai trisdešimt trys eurai 40 ct).

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės skilčių dėl PVM nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: *(įrašyti)*

3. Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo sąlygose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios: **pateikiamos užpildytos techninių specifikacijų lentelės (konkurso sąlygų 1 priedas).**

**Žiūrėti CVP IS sistemoje prisegtą dokumentą pavadinimu:
„Techninė specifikacija“**

4. Pasiūlymas galioja ne mažiau kaip 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

5. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Pasiūlymas	2
2.	Techninė specifikacija	2
3.	Prekių aprašymas KONF	3
4.	Gamintojo įgaliojimas KONF	2
5.	Įgaliojimas pasirašyti dokumentus	1
6.	EBVPD	13

6. Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali*:

Pateikto dokumento pavadinimas CVP IS sistemoje, kuris yra KONFIDENCIALUS
Prekių aprašymas KONF
Gamintojo įgaliojimas KONF

*Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Atkreipiame dėmesį, kad, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 dalimi, Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį, preliminarnią sutartį ir šių sutarčių pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo ar jų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal ją pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, todėl prašome aiškiai nurodyti, kurios pasiūlymo dalys yra konfidencialios.

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

VšĮ Respublikinei Panevėžio ligoninei

***TECHNINIAI SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
RENTGENODIAGNOSTINIO APARATO DETEKTORIUI***

Eil. Nr.	Minimalūs techniniai reikalavimai	Reikalavimo aprašymas	Siūlomų Prekių/Įrangos gamintojo techninės charakteristikos (įrašomos tikslios ir konkrečios reikšmės)
1.	Detektoriaus suderinamumas	Būtina. Pilnai suderinamas su Samsung XGEO GC 80 s.n. 5070M3CF600001Z rentgenografinė sistema.	Taip, pilnai suderinamas su Samsung XGEO GC 80 s.n. 5070M3CF600001Z rentgenografinė sistema. <u>Prekės aprašymo psl. Nr. 1</u>
2.	Detektoriaus tipas	Būtina. Bevielės nešiojamas detektorius S4343-W	Taip, bevielės nešiojamas detektorius S4343-W <u>Prekės aprašymo psl. Nr. 1</u>
3.	Detektoriaus matmenys	Būtina. 460 x 460 x 15 mm	Taip, 460 x 460 x 15 mm <u>Prekės aprašymo psl. Nr. 3</u>
4.	Aktyvi detektoriaus matrica (efektyvi pikselių matrica)	Būtina. 3036 x 3040 pikselių (PxA)	Taip, 3036 x 3040 pikselių (PxA) <u>Prekės aprašymo psl. Nr. 1</u>
5.	Efektyvus plotas	Būtina. 425,04 × 425,60 mm (PxA)	Taip, 425,04 × 425,60 mm (PxA) <u>Prekės aprašymo psl. Nr. 3</u>
6.	Pikselių žingsnis (angl. pixel pitch)	Būtina 140 µm.	Taip, 140 µm. <u>Prekės aprašymo psl. Nr. 1</u>
7.	Analoginio/skaitmeninio (A/D) Rentgeno spindulių konversija (Pikselių gylis)	Būtina. 16 bitų	Taip, 16 bitų <u>Prekės aprašymo psl. Nr. 1</u>
8.	Erdvinė skiriamoji geba	Būtina. 3,57 lp/mm	Taip, 3,57 lp/mm <u>Prekės aprašymo psl. Nr. 1</u>
9.	Detektoriaus kvantinis efektyvumas (angl. DQE)	Būtina. 80 % (0,1 lp/mm, tipinis)	Taip, 80 % (0,1 lp/mm, tipinis) <u>Prekės aprašymo psl. Nr. 1</u>
10.	Moduliacijos perdavimo funkcija (MTF)	Būtina. 85 % (0,5 lp/mm, tipinis)	Taip, 85 % (0,5 lp/mm, tipinis) <u>Prekės aprašymo psl. Nr. 1</u>
11.	Montavimas	Bevielės / pajungiamas stovė (pririštas)	Taip, bevielės / pajungiamas stovė (pririštas) <u>Prekės aprašymo psl. Nr. 1</u>
12.	Svoris	Būtina. ≤3,7 kg.	Taip, 3,7 kg. <u>Prekės aprašymo psl. Nr. 1</u>
13.	Maksimali apkrova	Būtina. • 150 kg tolygiai apkrovai per detektoriaus plotą; • 100 kg lokaliai apkrovai (40 mm skersmens diskas centre).	Taip, • 150 kg tolygiai apkrovai per detektoriaus plotą; • 100 kg lokaliai apkrovai (40 mm skersmens diskas centre). <u>Prekės aprašymo psl. Nr. 1</u>
14.	Darbas iš vidinio detektoriuje įmontuoto akumuliatoriaus	Būtina. ≥160 nuotraukų arba 4 darbo valandos.	Taip, 160 nuotraukų arba 4 darbo valandos. <u>Prekės aprašymo psl. Nr. 1</u>

Eil. Nr.	Minimalūs techniniai reikalavimai	Reikalavimo aprašymas	Siūlomų Prekių/Įrangos gamintojo techninės charakteristikos (įrašomos tikslios ir konkrečios reikšmės)
15.	Detektoriuje įmontuoto akumuliatoriaus įkrovimo laikas	Būtina. ≤6 valandos iš stovo (pririštas); ≤3 valandos iš akumuliatoriaus įkroviklio.	Taip, 6 valandos iš stovo (pririštas); 3 valandos iš akumuliatoriaus įkroviklio. <u>Prekės aprašymo psl. Nr. 1</u>
16.	Detektoriaus keitimo ir derinimo darbai	Būtina.	Taip, detektoriaus keitimo ir derinimo darbai
17.	Garantinis laikotarpis	Būtina. ≥24 mėnesiai.	Taip, 24 mėnesiai.