

ELEKTROKARDIOGRAFO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Perkančioji organizacija - Kauno miesto savivaldybės administracija (toliau – Pirkėjas).

2. Pirkimo objektas: elektrokardiografas, įskaitant jo pristatymą ir darbuotojų apmokymą juo naudotis (toliau – prekė, įrenginys). Kiekis – 1 vnt.

3. Bendrieji reikalavimai prekei

3.1. Prekė turi būti nauja, nenaudota, be paslėptų trūkumų ir defektų.

3.2. Prekė turi būti pristatyta į VŠĮ K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninę adresu: Raudonojo Kryžiaus g. 1, Kaunas, per 60 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie laimėjimą išsiuntimo dienos. Jei Tiekėjas negali pristatyti prekės per nurodytą 60 kalendorinių dienų terminą dėl ne nuo Tiekėjo priklausančių aplinkybių (priežasčių), tokių kaip dėl Covid-19 pandemijos ar kitų pan. nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių: sutrikusi gamyba ar tiekimas ir pan., ir Tiekėjas pateikia tai pagrindžiančius įrodymus, šis terminas rašytiniu šalių susitarimu gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 30 (trisdešimčiai) kalendorinių dienų.

3.3. Prekė turi būti komplektuojama su visais techninėje specifikacijoje reikalaujama ir tinkamam jos veikimui reikalingais ir numatyta prekės funkcionalumą užtikrinančiais priedais bei pateikiama su visais prekės techniniais dokumentais, instrukcijomis ir (ar) dokumentais.

3.4. Tiekėjas, pristatęs prekę, privalo supažindinti darbuotojus su preke ir jos veikimu bei juos apmokyti dirbti su preke.

4. Reikalavimai prekei:

Būtina užpildyti lentelės 4 stulpelį, nurodant siūlomos prekės gamintoją, modelį, pateikiant nuorodą į gamintojo internetinį tinklalapį (jei ten galima rasti atitinkamą informaciją be papildomų paieškų lietuvių arba anglų kalba) ir (arba) gamintojo dokumentus (katalogų, brošiūrų kopijas ir pan.) lietuvių arba anglų kalba, kuriuose būtų galima rasti tikslias atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams patvirtinančias reikšmes. Tuo atveju, jeigu pateiktoje nuorodoje arba gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti gamintojo (arba jo įgalioto atstovo) raštiškus patvirtinimus, kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi keliamiems reikalavimams.

Eil. Nr.	Techninis parametras (charakteristika)	Reikalaujamo parametro (charakteristikos) reikšmė	Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas (siūlomos prekės parametro konkretus aprašymas), patvirtinantis 3 stulpelyje nurodytus reikalavimus, nurodant reikalaujamas parametrų reikšmes arba galimybių patvirtinimas (jei nėra specifikacijos reikšmių) (užpildo tiekėjas)
1	2	3	4
1.	Elektrokardiografas, 1 vnt <i>Gamintojas ar prekės ženklas (būtina įrašyti) Schiller ir modelis (jeigu yra) Cardiovit AT-102 G2, nuoroda į prekės aprašymą internetiniame tinklapyje (jeigu yra), kuriame būtų nurodyta prekės atitiktį patvirtinanti informacija nurodyta lentelės 3 stulpelyje (įrašyti) https://www.schiller.ch/lt/en/product/cardiovit-102-g2 ir failas Konfidencialu.Atitikimas reikalavimams. pdf</i>		

2.	Paskirtis	2. EKG užrašymui ramybės būsenoje;	2. atitinka (įrašyti taip/ne): Taip 3p.*
3.	Ekrano dydis	3. Ne mažiau nei 7 "(colių)	3. Ekrano dydis (<i>įrašyti</i>) 8 colių 5p.
4.	Elektrokardiografo ekrane turi būti rodoma:	4.1. 12 derivacijų 4.2. filtro būklė; 4.3. data ir laikas; 4.4. paciento vardas, numeris	4.1. atitinka (įrašyti taip/ne): Taip 7p. 4.2. atitinka (įrašyti taip/ne): Taip 7p. 4.3. atitinka (įrašyti taip/ne): Taip 7p. 4.4. atitinka (įrašyti taip/ne): Taip 7p.
5.	Elektrokardiografo svoris	5. Ne daugiau 4,5 kg	5. Svoris (<i>įrašyti</i>) 4,5 kg 5p.
6.	Elektrokardiografo maitinimo šaltiniai	6.1. elektros tinklas 6.2. kraunama Ličio jonų baterija arba lygiavertė	6.1. atitinka (taip/ne) taip 5p. 6.2. įrašyti ličio jonų baterija 5p.
7.	Elektrokardiografo veikimo trukmė naudojant integruotą bateriją	7. Ne trumpiau 6 valandų įprasto darbo režimo	7. veikimo trukmė (įrašyti) 8,5 val. 5p.
8.	Klaviatūra	8. raidinė ir skaitinė klaviatūra	8. atitinka (įrašyti taip/ne): taip 2p.
9.	Atmintis	9. Nuo 100 iki 350 įrašų	9. įrašų kiekis (įrašyti): 350 įrašų 6p.
10.	Duomenų perkėlimas iš elektrokardiografo	10.1. į USB 10.2. Wifi ryšiu	10.1. atitinka (įrašyti taip/ne): Taip 4p. 10.2. atitinka (įrašyti taip/ne): Taip 4p.
11.	EKG interpretacija suaugusiems	11. Būtina	11. atitinka (įrašyti taip/ne) Taip 7p.
12.	EKG aparato priedai	12.1. standartinis paciento laidas 12.2. EKG elektrodų komplektas 12.3. maitinimo kabelis 12.4. EKG gelis 12.5. pakuotė terminio popieriaus	12.1. atitinka (įrašyti taip/ne): Taip 8p. 12.2. atitinka (įrašyti taip/ne): Taip 8p. 12.3. atitinka (įrašyti taip/ne): Taip 8p. 12.4. atitinka (įrašyti taip/ne): Taip 8p. 12.5. atitinka (įrašyti taip/ne): Taip 8p.
13.	Garantinio aptarnavimo laikotarpis	13. Ne mažiau 12 mėn.	13. įrašyti 12 mėn. 9p.
14.	Vartotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis	14. Būtina	14. atitinka (įrašyti taip/ne): Taip 9p.

*** Nurodomas failo Konfidencialu atitikimas reikalavimams.pdf puslapis**

Pastaba. Jei iš techninėje specifikacijoje pateiktų duomenų (reikalavimų) būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius prekių modelius ar šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiavertčius (lygiavertiškumą privalo įrodyti tiekėjas).