

Klaipėda,

2021 m.

09

mėn. 06 d.

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė atstovaujama vyriausiojo gydytojo Vinso Janušonio (toliau vadinama "Užsakovu") ir UAB „Diamedica“ atstovaujama generalinio direktoriaus Stasio Križanausko (toliau vadinama "Tiekėju"), vadovaujantis atviro tarptautinio konkurso rezultatais sudarome šią sutartį:

1. Bendroji dalis:

1.1 Tiekėjas įsipareigoja parduoti ir pateikti prekes, o Užsakovas įsipareigoja priimti šias prekes ir apmokėti. Perkamų prekių kiekis užsakomas pagal ligoninės reikmes. Pagal šią sutartį parduodamų prekių asortimentas, kaina bei kokybė nustatomi pasirašymo metu sutarties priede, kuris yra neatskiriama šios sutarties dalis. Prekių asortimentas, kaina bei kokybė nustatomi vadovaujantis Klaipėdos universitetinės ligoninės atviro tarptautinio konkurso „Diagnosticiniai reagentai, priemonės ir eksploatacinės medžiagos mikroorganizmų identifikacijai ir minimalios slopinamosios koncentracijos (MSK) nustatymui, automatizuotu būdu, įsigyjant automatinį analizatorių panaudai“ (552499) pirkti rezultatais.

2. Tiekimo sąlygos ir terminai:

2.1. Prekės tiekiamos pagal užsakovo užsakymą, tiekėjo transportu. Prekės užsakomos elektroniniu paštu orders@diamedica.lt, prekės pristatomos per 10 darbo dienų po užsakovo paraiškos eilinei partijai pateikimo Tiekėjui. Tiekėjas pilnai garantuoja sutarties priede nurodytų prekių tiekimą. Reagentų galiojimo terminas pristatymo metu - ne mažesnis nei 6 mėnesiai.

2.2. Užsakovas prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognazuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu išskylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui). Užsakovas pasilieka teisę prekių kiekį didinti arba mažinti, tačiau tokiu atveju, perkamų prekių kiekis negali būti viršytas daugiau kaip 30 procentų techninėje specifikacijoje nurodyto maksimalaus prekių kiekio. Užsakovas neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio.

2.3. Su kiekviena pristatomų prekių siunta tiekėjas pateikia:

a) sąskaitą – faktūrą, nurodant prekių asortimentą ir kainą.

b) kokybės sertifikatą.

c) su etiketėmis ir instrukcija lietuvių kalba.

2.4. Jeigu Tiekėjas dėl priežasties, nepriklausančios nuo jo, ir dėl kurios jis negali Užsakovui pateikti sutarties priede numatytų prekių, Tiekėjas pateikia prekes, kurios yra lygiavertės ar geresnės už sutarties priede nurodytas prekes, nekeičiant kainos.

3. Prekių kaina

3.1. Pirkimui taikoma fiksuoto įkainio kainodara.

3.2. Užsakovas sumoka Tiekėjui už faktiškai pateiktas prekes pagal priede Nr. 1 nurodytus įkainius.

3.3. Sutartyje nurodyti prekės (-ių) kaina/įkainiai dėl bendro kainų lygio kitimo perskaičiuojami nebus. Įkainiai nurodyti Sutarties priede Nr. 1., yra galutiniai ir apima visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, susijusias su prekių pateikimu. Visą riziką dėl įkainių padidėjimo prisiima Tiekėjas.

3.4. Prekių įkainiui įtakos negali turėti terminų pažeidimas, medžiagų, įrengimų, darbo užmokesčio ir kitų panašių išlaidų padidėjimas.

3.5. Pasikeitus PVM dydžiui Sutarties prekių pateikimo įkainis keičiamas proporcingai PVM pasikeitimo dydžiui. Įkainis perskaičiuojamas per 1 darbo dieną po Lietuvos Respublikos PVM įstatymo pakeitimo įsigaliojimo dienos. Perskaičiuotas įkainis taikomas po perskaičiavimo pateiktai prekei apmokėti. Pasikeitus kitiems mokesčiams įkainis nebus perskaičiuojamas.

3.6. Tiekėjas negali perleisti tretiesiems asmenims visų ar dalies savo teisių, susijusių su Sutartimi, įskaitant reikalavimo teisę į Užsakovo mokėtinas sumas, be išankstinio rašytinio Užsakovo sutikimo. Be Užsakovo išankstinio rašytinio sutikimo sudaryti sandoriai dėl teisių ar pareigų pagal šią Sutartį perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojančiais nuo jų sudarymo momento.

4. Atsiskaitymo sąlygos:

4.1. Užsakovas sumoka už pateiktas prekes per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai užsakovas gauna prekes arba paslaugas bei sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą. Mokėjimo terminas gali būti pratęsimas dar 30 dienų, jeigu vėluojama atsiskaityti ligoninei už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, tačiau mokėjimo laikotarpis negali viršyti 60 kalendorinių dienų nuo prekių gavimo dienos.

5. Sutarties įsigaliojimas:

5.1. Sutartis įsigalioja nuo sutarties pasirašymo dienos ir galioja 24 mėnesius su galimybe pratęsti dar 36 mėnesius.

6. Užsakovo įsipareigojimai:

- 6.1. Tiekėjui suteikti visą reikiamą informaciją Sutartyje numatytoms prekėms pateikti.
- 6.2. Apmokėti Tiekėjui už tinkamai ir laiku pateiktas prekes šioje Sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais pagal pateiktą (PVM) sąskaitą – faktūrą.
- 6.3. Užsakovas turi teisę nemokėti už nekokybiškai ir ne laiku pateiktas prekes.

7. Tiekėjo įsipareigojimai:

- 7.1. Pateikti Sutartyje numatytas prekes, nurodytas sutarties priede, sutartyje nustatytomis sąlygomis ir terminais.
- 7.2. Tiekėjas atsako už šioje Sutartyje numatytų prekių pateikimą.
- 7.3. Prekes pateikti nepažeidžiant Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų.
- 7.4. Turėti visus leidimus, reikalingus vykdyti Sutartyje numatytą veiklą. Jeigu Tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Tiekėjas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintis asmenys.
- 7.5. Savo sąskaita atlyginti Užsakovui ir tretiesiems asmenims visus nuostolius, kurie atsirado dėl netinkamo Sutarties vykdymo ar jos nevykdymo.
- 7.6. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subtiekejai: nėra.
- 7.7. Subtiekejų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subtiekejų ar didesnės (mažesnės) prekių dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subtiekeiui galimas tik tų prekių pateikimui, kurių pateikimas per subtiekejus buvo numatytas Tiekėjo pasiūlyme ir tik gavus Užsakovo sutikimą. Sutarties galiojimo metu ketinant pasitelkti papildomus subtiekejus, pastarieji turi būti ne mažesnės kvalifikacijos nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.
- 7.8. Sutarties galiojimo metu subtiekejų keitimas ir (ar) papildomų subtiekejų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subtiekejų atsisakymas galimas, tik gavus Užsakovo sutikimą ir esant vienai iš šių priežasčių:
 - 7.8.1. Sutartyje numatytas subtiekejas yra likviduojamas, bankrutavęs arba jam yra iškelta bankroto byla;
 - 7.8.2. subtiekejas Tiekėjui atsisako teikti jam Sutartyje numatytą prekių dalį;
 - 7.8.3. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį dėl pagrįstų aplinkybių būtina padidinti prekių tiekimo spartą.
- 7.9. Sutarties 7.7 ir 7.8 punktuose nurodytais atvejais Užsakovui pateikiamas pagrįstas prašymas, pridedant jį pagrindžiančius dokumentus. Subtiekejas gali pradėti tiekti prekes, tik Tiekėjui gavus Užsakovo sutikimą.
- 7.10. Sutarties 7.7 ir 7.8 punktuose nurodytais atvejais naujas subtiekejas privalo Užsakovui pateikti dokumentus, įrodančius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus subtiekejams.

8. Sutarties užtikrinimas ir atsakomybė

- 8.1. Pirkimo Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas: iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo dienos.
- 8.2. Neapmokėjęs laiku už pateiktas prekes, Tiekėjui pareikalavus Užsakovas moka delspinigius 0,02% nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.



8.3. Tiekėjas pavėlavęs pateikti sutartyje nurodytas prekes numatytu laiku, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 0,02% dydžio delspinigius už kiekvieną vėluojamą suteikti prekę dieną nuo vėluojamos suteikti prekęs vertės ir atlyginti Užsakovui dėl to patirtus nuostolius.

8.4. Jei Tiekėjas Sutarties galiojimo metu pateikia nekokybiškas Sutartyje numatytas prekes, tai Užsakovas, surašo Sutarties pažeidimo aktą. Sutarties pažeidimo akte nurodoma, per kiek laiko turi būti pateiktos kokybiškos Sutartyje numatytos prekės, taip pat Tiekėjas privalo atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius, kurie atsirado dėl pateiktų nekokybiškų prekių.

9. Ginčai:

9.1. Ginčo ar nesutarimo atveju sutarties rėmuose abi pusės stengiasi susitarti taikiu būdu. Nepavykus susitarti derybų keliu, ginčas nagrinėjamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

10. Nenugalimos jėgos aplinkybės

10.1. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už sutarties neįvykdymą, jeigu įrodo, kad sutartis neįvykdyta, dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar pasekmių atsiradimui. Sutarties neįvykdžiusi šalis privalo pranešti kitai šaliai apie nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės atsiradimą bei jos įtaką sutarties įvykdymui per 5 (penkias) dienas nuo jų atsiradimo.

11. Sutarties nutraukimas

11.1. Sutartis gali būti nutraukta vienu iš šių būdų:

11.1.1. šalių susitarimu;

11.1.2. vienos iš šalių iniciatyva, apie tai raštu informavus kitą šalį ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

11.2. Užsakovas turi teisę, įspėjęs Tiekėją prieš 30 (trisdešimt) dienų, vienašališkai nutraukti šią Sutartį dėl esminio jos pažeidimo. Esminiu šios Sutarties pažeidimu bus laikomas bet kurio įsipareigojimo pagal Sutartį neįvykdymas arba netinkamas įvykdymas.

11.3. Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį apie tai prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų raštu pranešdama kitai sutarties šaliai.

11.4. Sutarties nutraukimas neatleidžia vienos šalies nuo įsipareigojimų kitai šaliai, kuriuos ji prisiėmė pagal sutartį iki sutarties nutraukimo dienos.

12. Baigiamosios nuostatos

12.1. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios Sutarties ar susijusį su šia Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, Šalys spręs derybomis. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus sprendžiamas teisme pagal Užsakovo buveinės vietą.

12.2. Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu.

12.3. Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai Šaliai.

12.4. Bet kokie pranešimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dėl Sutarties nevykdymo ar jos vykdymo turi būti įforminta raštu lietuvių kalba ir išsiųsta registruotu paštu per kurjerį, faksu ar elektroniniu paštu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu paštu, ji laikoma tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Šalis, kuriai skirta tokia informacija, faksu arba elektroniniu paštu patvirtina jos gavimo faktą.

12.5. Pasikeitus Šalies buveinės adresui, banko sąskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Šalis privalo apie tai pranešti kitai Šaliai. Neįvykdžius šių reikalavimų Šalis neturi teisės reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti, vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties sąlygų, arba kad ji negavo pranešimų, siųstų pagal paskutinius turimus rekvizitus.

12.6. Sutarčiai ir iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

12.7. Sutarties Šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus joje esančią konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams. Šalys neskelbia tretiesiems asmenims informacijos apie konfidencialias sutarties sąlygas ir vykdymą, taip pat užtikrina, kad minėta informacija bei visi perduoti duomenys ir dokumentai nepateks tretiesiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytas išimtis.

13. Sutarties priedai

- 13.1. Sutarties priedai:
- Perkamų prekių sąrašas

14. Šalių rekvizitai ir juridiniai adresai

“Užsakovas”

„Tiekėjas”


VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė
Liepojos 41,
LT-92288 Klaipėda
A/S LT827180500000120325
AB "Šiaulių bankas", Klaipėdos filialas
Banko kodas 71805
Įmonės kodas 190468035

UAB „Diamedica“
Gėlių g. 2, Avižienių km.,
LT-14184 Vilniaus r.
A/S LT492140030002131892
AB Luminor Bank
Banko kodas 21400
Įmonės kodas 111768155

Vyriausiojo gydytojo
pavadootoja infrastruktūrai
Nijolė Motužienė



Generalinis direktorius Stasys Križanauskas



SUTARTIES 2021 m. 09 mėn. d.
PRIEDAS Nr. 15-21-0290

PERKAMŲ PREKIŲ SĄRAŠAS

DIAGNOSTINIAI REAGENTAI, EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS MIKROORGANIZMŲ IDENTIFIKACIJOS IR MINIMALIOS SLOPINAMOSIOS KONCENTRACIJOS (MSK) NUSTATYMU, ATLIEKANT AUTOMATIZUOTU BŪDU

Eil. Nr.	Techninis parametras	Reikalaujama techninio parametro reikšmė	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
1	2	3	4
1	Reagentai ir priemonės	Būtina. Turi būti tinkami automatiniam analizatoriui, rekomenduojami gamintojo, atitinkantys tyrimo metodą. Turi būti vieno tiekėjo ir vieno gamintojo (arba analizatoriaus gamintojo rekomenduoti ir adaptuoti, pateikti tai įrodančius dokumentus).	Reagentai ir priemonės - skirti automatiniam analizei, atitinkantys tyrimo metodą. Vieno tiekėjo ir vieno gamintojo
2	Reagentai ir priemonės	Būtina. Pasiūlyme turi būti pateiktos visos tyrimui atlikti būtinoms priemonėms: reagentai ir visos kitos reikalingos eksploatacinės medžiagos, pagal numatytas gamintojo rekomendacijas.	Pasiūlyme pateiktos visos tyrimui atlikti būtinoms priemonėms: reagentai ir visos kitos reikalingos eksploatacinės medžiagos, pagal numatytas gamintojo rekomendacijas.
3	CE ženklavimas pagal in-vitro diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79/EC	Būtina. Visi reagentai ir priemonės turi būti sertifikuoti naudojimui Europos sąjungoje, ženklinami CE žyme, skirti in-vitro naudojimui (pateikti tai įrodantį dokumentą).	Visi reagentai ir priemonės sertifikuoti naudojimui Europos sąjungoje, ženklinami CE žyme.
4	In-vitro diagnostinis naudojimas	Būtina. (Pateikti tai įrodantį dokumentą).	Skirta in vitro diagnostiniam naudojimui (pateikiamas EU Declaration of Conformity)
5	Reagentų, eksploatacinių medžiagų galiojimo pristatymo metu	Būtina. Ne mažesnis nei 6 mėn.	Galiojimas pristatymo metu - ne trumpesnis nei 6 mėn.
6	Naudojimo instrukcijos, darbo metodikos bei saugos duomenų lapai	Būtina. Turi būti pateiktos lietuvių ir anglų kalbomis reagentų ir kitų priemonių naudojimo instrukcijos, darbo metodikos bei saugos duomenų lapai. Galima pateikti elektroninėje laikmenoje.	Taip, išipareigojame pateikti
7	Prekių tiekimo sistema	Būtina. Turi būti garantuota lanksti nepertraukiama reagentų tiekimo pagal poreikį sistema (iš karto gavus užsakymą ar pagal iš anksto nurodytą tikslių grafiką, bei galimybę gauti skubų užsakymą).	Garantuojame lankstią nepertraukiamą reagentų tiekimo pagal poreikį sistemą (iš karto gavus užsakymą ar pagal iš anksto nurodytą tikslių grafiką, yra galimybė gauti skubų užsakymą).
8	Prekių pirkimas	Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognuojuojamų pirkimo metu (perkamu prekių kiekiu priklauso nuo sutarties vykdymo metu išsylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų	

[Signature]

[Signature]

			skaičiui). Perkančioji organizacija pasilieka teisę prekių kiekį didinti arba mažinti, tačiau tokiu atveju, perkamų prekių kiekis negali būti viršytas daugiau kaip 30 procentų. Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio.	
9	Lygiavertės prekės atitikimas		Būtina. Visiems nurodytiems tyrimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis ir objektyviomis priemonėmis (aukšto citavimo indekso specializuoti moksliniai straipsniai, publikacijos, mokslinės studijos ir kt.) įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninę specifikaciją keliamus reikalavimus.	
10	Elektroninių ir/ar popierinių dokumentų kopijų pateikimas		Būtina. Pateikti elektronines ir/arba popierines dokumentų kopijas. Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrūgtas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabrūgti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba ir/arba anglų kalba vertimo netikslumams išsiaiškinti.	

Eil. Nr.	Produkto pavadinimas	Minimali rodiklio reikšmė	Preliminarus tyrimų skaičius per (2 +3m) 60 mėn.	Siūloma fasuotė (nurodant, kiek tyrimų galima atlikti iš siūlomos fasuotės)	Reagentų ir priemonių kiekis nurodytam tyrimų skaičiui atlikti per (2+3m) 60 mėn.	Reagentų ir priemonių reikalingų vienam tyrimui atlikti, kaina, EUR su PVM	PVM tarifas %	Siūlomos fasuotės kaina EUR su PVM	Suma, EUR su PVM (2+3m) 60 mėn.	Gamintojas, komercinis siūlomos prekės pavadinimas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Reagentai, eksploatacinės medžiagos, bei papildomos priemonės, skirtos darbui su automatiniais mikroorganizmų identifikacijos ir minimalios slopinamosios koncentracijos (MSK) nustatymo analizatoriumi									
1	Gramteigiamų mikroorganizmų identifikacija	Metodo jautrumas ne mažiau 96 % Tyrimo atlikimo laikas ne ilgesnis nei 10 val.	Iki 400 tyrimų							
	Gramteigiamų mikroorganizmų identifikavimo kortelės			20 kortelių (20 tyr.)	20	10,50	5	210,00	4200,00	BioMerieux, 21342 VITEK GP cards
		Bendra vieno tyrimo kaina*:							20,73	
2	Gramteigiamų mikroorganizmų MSK nustatymas	<i>Staphylococcus</i> gentis/rūšis, <i>Enterococcus</i>	Iki 400 tyrimų							

627

[illegible]

5

Mieliagybių identifikavimo kortelės			20 kortelių (20 tyr.)	10	10,50	5	210,00	2100,00	BioMerieux, 21343 VITEK YST TEST KIT
	Bendra vieno tyrimo kaina*:							20,73	
8	Mieliagybių MSK nustatymas	Iki 600 tyrimų							
	Mieliagybių MSK nustatymo kortelės		20 kortelių (20 tyr.)	30	9,45	5	189,00	5670,00	BioMerieux, 420739 AST-YS08
	Bendra vieno tyrimo kaina*:							19,68	
9	Anaerobų identifikacija	Iki 400 tyrimų							
	Anaerobų ir kornebakterijų identifikavimo kortelės		20 kortelių (20 tyr.)	20	9,14	5	182,70	3654,00	BioMerieux, 21347 VITEK ANC TEST KIT
	Bendra vieno tyrimo kaina*:							19,37	
	Optikos kalibratorius		4 vnt. (tyr. skč - netaikoma)	4		21	7865,00	31460,00	BioMerieux, srv-v2 Optikos kalibratorius
	Suspensijų mėgintuvėliai		2000 vnt. (2000 tyr.)	2		21	169,40	338,80	BioMerieux, 69285 Unsensitized tubes
	Suspensijų tirpalas		3 x 500 ml (500 tyr.)	9 pak.		5	105,00	945,00	BioMerieux, V1204 Suspensijų tirpalas (3 x 500 ml)
Viso pasiūlymo kaina Eur su PVM									61282,80

„Užsakovas“

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė
Liepojos 41,
LT-92288 Klaipėda
A/S LT82718050000120325
AB "Šiaulių bankas", Klaipėdos filialas
Banko kodas 71805
Įmonės kodas 190468035
Vyniausiojo gydytojo
pavardutotija infrastruktūrai
V. V. V. Motužienė



„Tiekėjas“

UAB „Diamedica“
Gėlių g. 2, Avižienių km.,
LT-14184 Vilniaus r.
A/S LT492140030002131892
AB Luminor Bank
Banko kodas 21400
Įmonės kodas 111768155
Joint Stock

Generalinis direktorius Stasys Krizanauskas
A.V.

PANAUDOS SUTARTIS Nr. 04.4-21-0047

2021 m. 09 06, Klaipėda

UAB „Diamedica“ (toliau - Panaudos davėjas),
adresas: Gėlių g. 2, Avižienių km., LT-14184 Vilniaus r., tel. 8 5 2790080, įmonės kodas 111768155,
atstovaujama generalinio direktoriaus Stasio Križanausko - viena šalis,

ir

VŠĮ KLAIPĖDOS UNIVERSITETINĖ LIGONINĖ, (toliau - Panaudos gavėjas),
adresas: Liepojos g. 41, LT-92288 Klaipėda, Tel. (8 46) 39 65 02, Faks. (8 46) 39 66 25,
Įm. kodas 190468035, PVM mokėtojo kodas LT9046803514,
atstovaujama vyriausiojo gydytojo Vinso Janušonio - kita šalis,

toliau kartu šioje sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai - „Šalimi“, sudarė šią panaudos sutartį
(toliau - Sutartis)/ Panaudos davėjas ir Panaudos gavėjas kiekvienas atskirai toliau Sutartyje
gali būti vadinami „Šalimi“, o abu kartu - „Šalimis“.

1. Sutarties objektas

1.1. Panaudos davėjas perduoda neatlygintinai valdyti ir naudotis nuosavybės teise jam priklausančią įrangą (toliau - Įranga), o Panaudos gavėjas įsipareigoja priimti ir naudoti Įrangą pagal paskirtį (įrašyti paskirtį ir skyriaus pavadinimą) ir grąžinti ją tokios būklės, kokios ji jam buvo perduota atsižvelgiant į natūralų nusidėvėjimą. Įrangos rinkos vertė

2. Panaudos davėjo įsipareigojimai:

2.1. Panaudos davėjas įsipareigoja perduoti įvesti į eksploataciją Įrangą Panaudos gavėjui per 45 dienas nuo sutarties pasirašymo dienos. Įrangą perduoda kartu su jos naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis.

2.2. Panaudos davėjas įsipareigoja supažindinti Panaudos gavėją (skyriaus, kuriam perduodama Įranga personalą) su Įrangos naudojimo specifiką, apmokyti dirbti personalą per 3 darbo dienas nuo įrangos instaliavimo. Panaudos davėjas įsipareigoja visą sutarties galiojimo laikotarpį teikti konsultacijas visais su įrangos naudojimu susijusiais klausimais.

2.3. Pasibaigus Sutarties terminui atsiimti Įrangą iš Panaudos gavėjo per 14 darbo dienų.

2.4. Panaudos davėjas įsipareigoja nemokamai atlikti Įrangos remonto ir priežiūros darbus (įskaitant detalių keitimą) pagal gamintojo nurodytas rekomendacijas. Jei tokių darbų neįmanoma atlikti skubiai, panaudos davėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 2 darbo dienas pateikti neatlygintinam naudojimui analogišką įrangą iki bus sutaisyta.

3. Panaudos gavėjo įsipareigojimai

3.1. Panaudos gavėjas įsipareigoja perduotą Įrangą naudoti pagal tiesioginę jos paskirtį (nurodyta 1.1. punkte), remiantis naudojimo instrukcijomis bei visais Panaudos davėjo nurodymais ir apmokymais.

3.2. Panaudos gavėjas įsipareigoja išlaikyti ir saugoti jam pagal šią Sutartį perduotą Įrangą.

3.3. Pasibaigus Sutarties terminui grąžinti Įrangą Panaudos davėjui tos būklės, kurios ji buvo perduodant, atsižvelgiant į natūralų nusidėvėjimą. Panaudos gavėjas priima ir grąžina Įrangą Panaudos davėjui pagal abiejų šalių pasirašytą priėmimo-perdavimo aktą.

3.4. Panaudos gavėjas įsipareigoja neperduoti Įrangos tretiesiems asmenims be išankstinio rašytinio Panaudos davėjo sutikimo.

3.5. Informuoti panaudos davėją apie įrangos gedimą.

4. Sutarties galiojimas

- 4.1. Sutartis įsigalioja nuo sutarties pasirašymo dienos ir galioja 24 mėnesius su galimybe pratęsti dar 24 mėnesius, kol galioja reagentų tiekimo sutartis.
- 4.2. Sutartis gali būti keičiama tik abiejų Šalių bendru sutarimu. Visi sutarties pakeitimai ir priedai galios, jeigu jie bus sudaryti raštu ir tinkamai pasirašyti visų Šalių ar jų įgaliotų atstovų.
- 4.3. Kiekviena Šalis turi teisę vienašališkai be priežasties nutraukti šią Sutartį raštu pranešus kitai Šaliai prieš 60 kalendorinių dienų. Kiekviena Šalis, prieš nutraukdama sutartį, privalo pilnai įvykdyti sutartinius įsipareigojimus kitai Šaliai.

5. Nenugalima jėga (Force majeure)

- 5.1. Esant nenugalimai jėgai (force majeure) arba kitoms aplinkybėms (pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-07-15 nutarimą Nr. 840 (1996, Žin. 68-1652), kurios nepriklauso nuo sutarties šalių valios, šalys privalo nedelsdamos, bet ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas apie tai viena kitą informuoti raštu. Jei šalys viena kitos neinformuos, bus laikoma, kad tokių aplinkybių nebuvo ir šalis laiku nepranešusi apie neįveikiamos jėgos aplinkybes, tampa atsakinga už nuostolių, kurių galima buvo išvengti, atlyginimą kitai šaliai.

6. Ginčų sprendimo tvarka

- 6.1. Visi iš šios sutarties kylantys arba su ja susiję ginčai sprendžiami derybomis tarp Šalių. Nepavykus ginčo išspręsti derybomis, jis perduodamas spręsti kompetentingam Lietuvos Respublikos teismui pagal Panaudos gavėjo buveinės adresą.

7. Kitos sąlygos

- 7.1. Visus klausimus, susijusius su informacijos apie Panaudos gavėją pateikimu, Panaudos davėjas privalo iš anksto suderinti su Panaudos gavėjo atstovu.
- 7.2. Jeigu keičiasi Šalių buveinės ar Sutartyje nurodytų Šalių banko sąskaitų rekvizitai, tai ši Šalis privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo atitinkamo duomens pasikeitimo informuoti apie tai kitą Šalį.

8. Baigiamosios nuostatos

- 8.1. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, turinčiais vienodą juridinę galią. Kiekviena Šalis gauna po vieną Sutarties egzempliorių.

9. Priedai:

- 9.1. Įrangos techninė specifikacija

PANAUDOS GAVĖJAS


VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė



PANAUDOS DAVĖJAS

UAB „Diamedica“

Generalinis direktorius
Stasys Križanauskas



**PIRKIMO OBJEKTO DALIS - DIAGNOSTINIAI REAGENTAI, PRIEMONĖS IR EKSPLOATACINĖS
MEDŽIAGOS MIKROORGANIZMŲ IDENTIFIKACIJAI IR MINIMALIOS SLOPINAMOSIOS
KONCENTRACIJOS (MSK) NUSTATYMO, AUTOMATIZUOTŲ BŪDU, ĮSIGYJANT AUTOMATINĮ
ANALIZATORIŲ PANAUDAI**

**I. PERKAMI REAGENTAI, PRIEMONĖS IR EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS MIKROORGANIZMŲ
IDENTIFIKACIJAI IR MINIMALIOS SLOPINAMOSIOS KONCENTRACIJOS (MSK) NUSTATYMO SU
AUTOMATINIO ANALIZATORIAUS PANAUDA**

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Modelis: Vitek 2 Compact

Gamintojas: BioMerieux

Kilmės šalis: Prancūzija

Eil. Nr.	Techninis parametras	Reikalaujama techninio parametro reikšmė	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
	Automatinis analizatorius mikroorganizmų identifikacijai ir minimalios slopinamosios koncentracijos (MSK) nustatymui - 1 vnt. (Vitek 2 Compact, BioMerieux (Prancūzija))		
1	Analizatorius paskirtis	Skirtas mikroorganizmų identifikacijai ir minimalios slopinamosios koncentracijos (MSK) nustatymui.	Skirtas mikroorganizmų identifikavimui ir minimalios slopinamosios koncentracijos (MSK) nustatymui. Žr. Naudotojo vadovas, psl. Nr. 7; atitikties dokumentai, psl. Nr. 1
2	Tyrimo metodas	Mikroorganizmų identifikacijai- optinis arba lygiavertis. MSK nustatymui- turbidimetrinis arba lygiavertis	Identifikavimas: optinis-kolorimetrinis; AST: turbidimetrinis. Žr. Naudotojo vadovas, psl. Nr. 23; atitikties dokumentai, psl. Nr. 2
3	Jei yra siūlomas lygiavertis tyrimo metodas automatiniam analizatoriui	Jei yra siūlomas lygiavertis tyrimo metodas, automatinis analizatorius turi pilnai atitikti visus techninius parametrus, pajėgus atlikti visus išvardintus tyrimus. Tiekėjai, teikiantys lygiavertį pasiūlymą, privalo numatyti ir pasirūpinti visomis papildomomis eksploatacinėmis medžiagomis, priemonėmis, kad būtų užtikrintas numatytų tyrimų atlikimas.	Nėra siūlomas lygiavertis tyrimo metodas
4	Automatinio analizatoriaus komplektacija	Būtina. Kartu su automatinio analizatoriumi turi būti pateiktas suspensijos drumstumo matuoklis, suspensijos drumstumo standartų rinkinys (nuolat atnaujinamas esant pasibaigusiam galiojimo laikui), kompiuteris su programine įranga, klaviatūra, pele, spausdintuvas (ar lygiavertė analizatoriaus valdymo įranga, integruota analizatoriuje), UPS'as"-elektros srovės palaikymas, išlyginimas, elektros srovės dingimo arba sutrikimo atveju, atitinkamos galios.	Kartu su automatinio analizatoriumi pateikiame suspensijos drumstumo matuoklį, suspensijos drumstumo standartų rinkinį (neturintį galiojimo termino), kompiuterį su programine įranga, klaviatūrą, pelę, spausdintuvą, UPS'ą"(elektros srovės palaikymas, išlyginimas, elektros srovės dingimo arba sutrikimo atveju, atitinkamos galios)
5	Tyrimų spektras (privalomų tyrimų atlikimas automatinio analizatoriumi)	Būtina. Automatinis analizatorius privalo atlikti šiuos tyrimus: mikroorganizmų identifikacija iki genties/rūšies (gramteigiamiems/gramneigiamiems mikroorganizmams, anaerobams, neiserijoms, hemofilams,	Atlieka mikroorganizmų identifikaciją iki genties/ rūšies (gramteigiami/gramneigiami mikroorganizmai, anaerobai, korinebakterijos - žr. Naudotojo vadovo 7 psl., neiserijos, hemofilai - žr. Naudotojo vadovo 25 psl., mieliagrybiai - žr. Naudotojo vadovo 25 psl.);

		mieliagrybiams); minimalios slopinamosios koncentracijos nustatymas (gramteigiamiems/gramneigiamiems, liepiams mikroorganizmams, mieliagrybiams).	minimalios slopinamosios koncentracijos nustatymas (gramteigiamiems/gramneigiamiems mikroorganizmams (įsk. liepius), mieliagrybiams - žr. Naudotojo vadovo 7 psl.); atitikties dokumentai, psl. Nr. 9,10
6	Analizatoriaus pagaminimo metai ir techninė būklė	Būtina. Automatinio analizatoriaus pagaminimo metai turi būti ne vėlesni nei 2017 m; analizatorius turi būti naujas arba techniškai atnaujintas, griežtai pagal gamintojo reikalavimus (pateikti tai įrodantį įrangos gamintojo dokumentą-gamintojo nurodytų privalomų techninių priežiūrų protokolus, įrangos tinkamumą darbui).	Analizatorius yra naujas, pagamintas ne anksčiau kaip 2020 m.
7	Automatizavimas	Būtina. Visos procedūros analizatoriuje, susijusios su mikroorganizmų identifikacija ir minimalios slopinamosios koncentracijos nustatymu turi būti atliekamos automatinio būdu (be papildomo rankinio darbo). Plokštelių inkubacija-automatinė.	Visos procedūros, susijusios su mikroorganizmų identifikavimu ir minimalios slopinamosios koncentracijos nustatymu, yra atliekamos automatinio būdu (be papildomo rankinio darbo). Plokštelių inkubacija-automatinė žr. Naudotojo vadovo 24 psl.; ; atitikties dokumentai, psl. Nr. 3
8	IN VITRO diagnostinis naudojimas	Būtina.(Pateikti tai įrodantį dokumentą).	Pateikiame CE sertifikatą žr. CE sertifikatas
9	Inkubuojamų plokštelių skaičius	Būtina. Inkubuojamų plokštelių skaičius ne mažiau 30	Siūlome instrumentą, kurio inkubuojamų plokštelių skaičius - 30, Atitikties dokumentai 9 punkto, psl. Nr. 1
10	Analizatoriaus nepertraukiamo darbo proceso užtikrinimas	Būtina.Naujų plokštelių įdėjimas/išėmimas/automatinis išmetimas iš analizatoriaus bet kuriuo metu, nepertraukiant analizatoriaus darbo.	Naujų plokštelių įdėjimas bet kuriuo metu nepertraukiant analizatoriaus darbo (kai baigtas vieno padėklo kortelių užpildymas), išėmimas - bet kuriuo metu nepertraukiant analizatoriaus darbo (kai tik kortelės atsiduria inkubatoriuje - galima išimti, kai tik instrumentas duoda signalą arba bet kuriuo kitu metu - net ir kitą dieną), atliekų konteinerio ištuštinimas - bet kuriuo metu, nepertraukiant analizatoriaus darbo. ;žr. Naudotojo vadovo 24 psl.; atitikties dokumentai, psl. Nr. 3
11	Analizatoriaus moduluojami perspėjimo/pranešimo signalai (aliarmai)	Būtina.Aprašyti analizatoriaus moduluojamus perspėjimo/pranešimo signalus (aliarmus), esant įvairiems trikdžiams/klaidoms tyrimo atlikimo metu.	Pateikiami pranešimai bei įspėjimai apie Vartotojo klaidas ir prietaiso klaidas: intervencijos pildant, intervencijos įkeliant, intervencijos nuskaitant brūkšninį kodą ir kita. žr. Naudotojo vadovo 101 psl.; atitikties dokumentai, psl. Nr. 4
12	Atitikimas aktualiai/galiojančiai EUCAST versijai/nuolatinis atnaujinimas	Būtina.Analizatoriaus programinės įrangos palaikymas/atnaujinimas pagal aktualią/galiojančią EUCAST versiją.	Instaliuojamame instrumente bus įdiegta EUCAST versija nr. 11, galiojanti nuo 2021.01.01. Kiekvienais metais įdiegiame EUCAST atnaujinimus;
13	Analizatoriaus gebėjimas atlikti tik MSK testą be mikroorganizmų identifikacijos	Būtina.Analizatoriaus turi gebėti atlikti tik MSK testą be mikroorganizmo identifikacijos.	Geba atlikti tik MSK tyrimą be mikroorganizmų identifikavimo. Norint atlikti tik MSK testą, instrumentas turi "žinoti" mikroorganizmo rūšį/ gentį (t. y. mikroorganizmas turi būti identifikuojamas, nesvarbu koku metodu, pvz. masės spektrometru arba rankiniu metodu). žr. Atitikties dokumentai (šaltinis https://www.biomerieux-diagnostics.com/vitek-solutions); atitikties dokumentai, psl. Nr. 7
14	Pranešimas apie mikroorganizmų atsparumo mechanizmus	Būtina.Analizatoriaus programinės įrangos gebėjimas pateikti duomenis/pranešimus apie atsparumo	Analizatoriaus programinė įranga geba pateikti duomenis apie antibiotikų atsparumo mechanizmus.

		mechanizmus.	žr. Atitikties dokumentai (šaltinis - https://www.biomerieux.de/biomerieux-launches-vitek-2-compact-complete-its-vitek-2-range); atitikties dokumentai, psl. Nr. 8
15	Brūkšnių kodų identifikavimo sistema	Būtina.	Integruota žr. Naudotojo vadovo 28 psl.; atitikties dokumentai, psl. Nr. 11
16	Integracija į Ligoninės/ Laboratorijos informacinę sistemą	Būtina. Automatinis analizatorius turi integruotis į ligoninės turimą laboratorijos informacinę sistemą (LIS). Analizatorius (tyrimams gauti iš LIS / tyrimų rezultatus nusiųsti į LIS) turi palaikyti ASTM arba HL7 (versijos naujasnės nei 2) standartus; turi turėti brūkšnių kodų skaitytuvą.	Automatinis analizatorius integruojasi į ligoninės turimą laboratorijos informacinę sistemą (LIS). Analizatorius (tyrimams gauti iš LIS / tyrimų rezultatus nusiųsti į LIS) palaiko nurodytą standartą; turi brūkšnių kodų skaitytuvą. atitikties dokumentai, psl. Nr. 6 ir Atitikties dokumentai 16 punkto, psl. Nr. 1-5
17	Darbo/vartotojo vadovas	Būtina. Turi būti pateiktas išsamus, patogus naudojimui darbo/vartotojo vadovas anglų ir lietuvių kalbomis: išsamus klaidų, perspėjimų paaiškinimas ir būtinų veiksmų atlikimas; aptarnavimo procedūrų paaiškinimas ir vaizdinis pateikimas, bei kita.	Instaliuojant instrumentą pateiksime išsamų, patogų naudojimui Naudotojo vadovą anglų ir lietuvių kalbomis, kur aprašyta: išsamus klaidų, perspėjimų paaiškinimas ir būtinų veiksmų atlikimas; aptarnavimo procedūrų paaiškinimas ir vaizdinis pateikimas, bei kita.
18	Tyrimų protokolai, aprašymai, naudojimo instrukcijos, saugos duomenų lapai	Būtina. Tyrimų protokolai, aprašymai, naudojimo instrukcijos, saugos duomenų lapai ir kita su tyrimo procesu susijusi svarbi informacija turi būti pateikiami (esant gamintojo pakeitimams - skubiai atnaujinami) popierinėse versijose ar elektroninėje laikmenoje. Cheminių medžiagų tiekėjas kartu su cheminėmis medžiagomis privalo pateikti nustatytus reikalavimus atitinkančius saugos duomenų lapus (nuo 2021-01-01 saugos duomenų lapai turi būti parengti ir atnaujinti pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 2020/878)	Instaliuojant instrumentą pateiksime tyrimų protokolus, aprašymus, naudojimo instrukcijas, saugos duomenų lapus ir kitą su tyrimo procesu susijusią svarbią informaciją (esant gamintojo pakeitimams - nauji dokumentai bus skubiai pateikiami Naudotojui) popierinėse versijose/ elektroninėje laikmenoje.
19	Programinės įrangos versijos	Būtina. Tiekėjai privalo kuo skubiau informuoti vartotoją dėl programinės įrangos versijos atnaujinimo ar pakeitimo ir kuo skubiau atlikti gamintojo nurodytus veiksmus.	Įsipareigojame kuo skubiau informuoti vartotoją dėl programinės įrangos versijos atnaujinimo/ pakeitimų ir kuo skubiau atlikti gamintojo nurodytus veiksmus; žr. Naudotojo vadovo 23 psl.; atitikties dokumentai, psl. Nr. 2
20	Personalo mokymas	Būtina. Turi būti prarastas detalus personalo mokymas darbui su analizatoriumi, suteikiant tai įrodančius pažymėjimus.	Įsipareigojame prarasti detalų personalo mokymą darbui su analizatoriumi, išduodant tai įrodančius pažymėjimus
21	Konsultavimas	Būtina. Turi būti garantuotas (darbo dienomis nuo 8- 20 val., šeštadieniais, sekmadieniais ir švenčių dienomis nuo 8-15 val.) personalo konsultavimas techniniais ir kitais aktualiais klausimais.	Garantuojame (darbo dienomis nuo 8- 20 val., šeštadieniais, sekmadieniais ir švenčių dienomis nuo 8-15 val.) personalo konsultavimą techniniais ir kitais aktualiais klausimais.
22	CE ženklavimas pagal in-vitro diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79 /EC	Būtina. Įranga turi būti sertifikuota naudojimui Europos sąjungoje, ženklinama CE žyme. Pateikti gamintojo atitikties deklaracijų kopijas.	Įranga yra sertifikuota naudojimui Europos sąjungoje, ženklinama CE žyme. Pateikiame gamintojo atitikties deklaracijos kopiją žr. CE sertifikatas
23	Analizatorių priežiūra	Būtina. Turi būti pateiktas detalus, laboratorijos personalui priskirtas atlikti, analizatoriaus priežiūros planas, atliekamos procedūros - kasdieninės, savaitinės, mėnesinės, kitos ir joms atlikti sunaudojamos priemonės (pagal gamintojo instrukcijas) bei joms atlikti nustatytas/skiriamas laikas.	Įsipareigojame pateikti detalų, laboratorijos personalui priskirtas atlikti analizatoriaus priežiūros planą. Bus nurodytos atliekamos procedūros - kasdieninės, savaitinės, mėnesinės, kitos ir joms atlikti sunaudojamos priemonės (pagal gamintojo instrukcijas) bei joms atlikti nustatytas/skiriamas laikas.
24	Nuotolinis pagalbos teikimo centras	Būtina. Turi būti ryšys su nuotoliniu pagalbos teikimo centru, leidžiančiu	Yra ryšys su nuotoline pagalba teikiančiais serviso inžinieriais, o tai leidžia greičiau

		greičiau nustatyti ir pašalinti gedimus, įvertinti automatinio analizatoriaus būklę, prisilaikant visų būtinų su asmens duomenų saugos reglamentu susijusių saugos priemonių ir įsipareigojimų.	nustatyti ir pašalinti gedimus, įvertinti automatinio analizatoriaus būklę, prisilaikant visų būtinų su asmens duomenų saugos reglamentu susijusių saugos priemonių ir įsipareigojimų.
25	Techninis analizatorių aptarnavimas	Būtina. Turi būti garantuotas kvalifikuotas techninis analizatoriaus aptarnavimas, remontas, atliekamas gamintojo įgaliotų serviso inžinierių, vadovaujantis pagal Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymą "Dėl medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" 2010-05-03, Nr. V-383.	Garantuojame kvalifikuotą techninę analizatoriaus aptarnavimą, remontą, kurį atliks gamintojo įgalioti/ apmokyti serviso inžinieriai, vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu "Dėl medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" 2010-05-03, Nr. V-383.
26	Analizatoriaus techninė priežiūra	Būtina. Turi būti pateiktas detalus, gamintojo reglamentuotas ir gamintojo atstovų atliekamas analizatoriaus/programinės įrangos techninių priežiūrų/atnaujinimų/remonto planas (atlikimo dažnis, priemonės ir kita) bei sąnaudinės lėšos (bei paskaičiuota kiek tai sudarytų papildomų lėšų 1 tyrimui), per numatytąjį laikotarpį.	Instaliavimo metu įsipareigojame pateikti detalų gamintojo reglamentuotą analizatoriaus techninės priežiūros/atnaujinimų/remonto planą (įsk. atlikimo dažnį, priemones ir kita). Sąnaudinės lėšos įskaičiuotos į tyrimo kainą (per visą numatytąjį laikotarpį).
27	Garantiniai įsipareigojimai, remontas	Būtina. Tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti perduoto analizatoriaus techninę priežiūrą, galimų defektų ir/ar gedimų šalinimą/remontą visą panaudos sutarties galiojimo terminą. Analizatorius turi būti pastoviai atnaujinamas, kad būtų techniškai pajėgus atlikti visus išvardintus tyrimus. Analizatoriaus galimų defektų ir/ar gedimų/ sutrikimų nustatymas turi būti pradedamas nedelsiant (darbo dienomis) nuotoliniu būdu po pranešimo gavimo apie iškilusius nesklandumus. Nepavykus nustatyti galimų defektų ir/ar gedimų/ sutrikimų priežasties nuotoliniu būdu - gamintojo įgaliotas serviso inžinierius per 24 po oficialaus gavėjo pranešimo privalo nustatyti galimų defektų ir/ar gedimų/ sutrikimų priežastis ir pagal galimybes atlikti šalinimo veiksmus (remontą) darbo vietoje. Automatinis analizatorius turi būti sutaisytas ne vėliau kaip per 3 dienas. Nepavykus sutaisyti per 3 darbo dienas, tiekėjas privalo pateikti problemos sprendimo variantus, užtikrinančius nepertraukiamą tyrimų atlikimą.	Įsipareigojame savo sąskaita užtikrinti perduoto analizatoriaus techninę priežiūrą bei defektų/ gedimų šalinimą/remontą visą panaudos sutarties galiojimo terminą. Analizatorius yra pastoviai atnaujinamas, kad būtų techniškai pajėgus atlikti visus išvardintus tyrimus. Analizatoriaus galimų defektų ir/ar gedimų/ sutrikimų nustatymas pradedamas nedelsiant (darbo dienomis) nuotoliniu būdu po pranešimo gavimo apie iškilusius nesklandumus. Nepavykus nustatyti galimų defektų ir/ar gedimų/ sutrikimų priežasties nuotoliniu būdu - gamintojo įgaliotas serviso inžinierius per 24 po oficialaus gavėjo pranešimo nustatys galimų defektų ir/ar gedimų/ sutrikimų priežastis ir pagal galimybes atliks šalinimo veiksmus (remontą) darbo vietoje. Įsipareigojame analizatorių sutaisyti ne vėliau kaip per 3 dienas. Nepavykus sutaisyti per 3 darbo dienas, įsipareigojame pateikti problemos sprendimo variantus, užtikrinančius nepertraukiamą tyrimų atlikimą.

PANAUDOS GAVĖJAS

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė



PANAUDOS DAVĖJAS

UAB „Diamedica“

Generalinis direktorius Stasys Križanauskas

