



UAB
JSC
3AO

Optomika

Nr. 4849	2021-04-09	Birutės 11, Klaipėda, Lietuvos Respublika,	tel. (+370 46) 38 06 77
		Birutes 11, Klaipeda, Republic of Lithuania,	ph. (+370 46) 38 06 77
		Бирутес 11, Клайпеда, Литовская Республика,	тел. (+370 46) 38 06 77

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Viešojo pirkimų komisijai

Informuojame, kad mažos vertės pirkimui „Mikroskopai su priedais“, vykdomam skelbiamos apklausos būdu, UAB „Optomika“ 2 pozicijai „Mikroskopas“ kartu su pasiūlymu pateikė užpildytą siūlomos prekės techninę specifikaciją, bet ir, kaip nurodyta pirkimo sąlygų 2 priedo Techninės specifikacijos 2.9 punkte, šios prekės gamintojo katalogą, pasirašytą gamintojų Atitikties protokolą bei nuorodą į gamintojo puslapį. Kadangi pateiktame siūlomos prekės „Mikroskopas XSZ-158“ (gamintojas „Ningbo Teaching Instrument Co., Ltd.“) kataloge ir nuorojoje nėra visų reikalaujamų parametrų, pateikėme pasirašytą gamintojo atitikties protokolą, kuriame gamintojas patvirtina kiekvieną siūlomos prekės parametro reikšmę ir jos atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, tame tarpe ir atitikimą reikalavimams: „Turi būti ne mažesnė kaip ± 3 okuliarų dioptrijų korekcija“ ir „Turi būti LED mikroskopinių objektų pašvietėjas, kurio galia ne mažesnė kaip 3 W“. Papildomai pateikiame gamintojo patvirtinamąjį raštą.

Taip pat paaiškiname, kad pasiūlyme buvo pateiktas išplėstinis katalogo variantas, o vertimas buvo padarytas iš sutrumpinto katalogo varianto, kuriame nėra įvadinės dalies. Tai yra techninė klaida. Be to, visa pateikta katalogo vertime informacija yra skelbiama viešai pateiktoje internetinėje nuorojoje. Išplėstinio katalogo variante įvadinėje dalyje yra paminėta MB800 mikroskopavimo sistema. MB800 - tai yra Kinijos rinkoje naudojamo mikroskopo XSZ-158 pavadinimas.

Priedas Nr.1: „Ningbo Teaching Instrument Co., Ltd.“ patvirtinamasis raštas (su vertimu) – 2 psl.
Priedas Nr. 2: Mikroskopo XSZ-158 išplėstinio katalogo varianto vertimas – 2 psl.

Pagarbiai,
Direktorė

Oksana Rysakova

宁波市教学仪器有限公司
Ningbo Teaching Instrument Co.,Ltd

Declaration

We , Ningbo Teaching Instrument Co.,Ltd , hereby certify that our product XSZ-158 (in Chinese market for sales used name MB800) is suitable for requirement as following :

1. WF10X/22mm with ± 3 diopter correction
2. LED 3W illumination.



KOPIJA TIKRA

Direktore
Oksana Rysakova
2021-04-09

/Imonės blankas: Ningbo Teaching Instrument Co.,Ltd/

Deklaracija

Mes, Ningbo Teaching Instrument Co.,Ltd. patvirtiname, kad mūsų gaminys XSZ-158 (Kinijos pardavimų rinkoje naudojamas pavadinimas MB800) atitinka šiuos reikalavimus:

1. Plataus lauko 10X / 22mm okuliaras su ± 3 dioptrijų korekcija.
2. Pašvietimas LED 3W.

/parašas/

/Antspaudas/

**VERTIMAS
TIKRAS**

 **Direktorė
Oksana Rysakova**

2021-08-09

XSZ-158 Biologinės mikroskopijos mokslinių tyrimų sistema


Aukščiausio lygio tyrimų srityje pasiekėme didelį proveržį.

Biologiniai mikroskopai – nesibaigiantis savybių tobulinimo ir pritaikymo įprastam stebėjimui ir moksliniams tyrimams objektas. MB800 mikroskopijos sistema yra plačiai pritaikyta ergonominė technologija, komponentų modulinis dizainas ir patikima begalybės optinė sistema leidžianti pasiekti aukštos kokybės vaizdą ir daugiafunkcį pritaikymą. MB800 yra ideali priemonė biologiniams moksliniams tyrimams ir stebėjimams atlikti.

Unikalios savybės:

- Įdiegta visapusiška ergonominė technologija - maksimaliai sumažina nuovargį darbo metu. Patogaus valdymo dizainas ir pagrįstas konfigūracijų išdėstymas suteikia palengvinimą Vartotojo kaklui, pečiams, juosmeniui ir rankoms – patogus darbas maksimaliai išlaisvina vartotojus nuo nuovargio.
- Unikalus optinis dizainas – įdiegta puiki „Infinity“ optinė sistema, palinkimas 0° --- 40° laipsnių kampu tolygiai reguliuojamai stebėjimo galvai. Ergonominis modelis turi kokybiškus begalybės plan objektyvus, kad būtų užtikrintas geresnis ir kontrastingas vaizdas.
- Pagrindinis svarbus komponentas išstumiamas į aukštesnį lygį. „New Swing“ NA = 1,25 ABBE kondensatorius pakeičiantis įprastinį kondensorių.
- Daugybė stebėjimo variantų: fazinio kontrasto rinkinys, fluorescencinis priedas, paprastoji poliarizacija ir skaitmeninis matavimas.
- Inovatyvus rėmo dizainas, užtikrina puikų mechaninį stabilumą.

**VERTIMA
TIKRAS**



Direktore
Oksana Rysakova

2021-04-09

Standartinė Specifikacija-----XSZ-158

Standartinė Specifikacija		XSZ-158B	XSZ-158T
Stebėjimo galva	Binokuliarinė, pasvirimo reguliavimas 0° -40° Tarpvyzdinis atstumas: 55mm -75mm	●	○
	Trinokuliarinė, pasvirimo reguliavimas 0° -40° Tarpvyzdinis atstumas: 55mm -75mm	○	●
Okuliarai	WF10X/22mm	●	●
	WF16X, WF20X, WF25X, P16X	○	○
Objektyvų revolveris	5-ių vietų	●	
	6-ių vietų	○	○
Objektyvai	Begalybės Plan objektyvai: 4X, 10X, 40X(S), 100X(S)	●	
	Begalybės Plan objektyvai: 20X(S), 60X(S)	○	○
Stalelis	Dvigubo sluoksnio mechaninis stalelis; Stalelio dydis: 180mm X 160mm Judėjimo diapazonas: 75mmX 50mm	●	●
Kondensorius	Swing tipo N. A.1.25 Abbe kondensorius su irisine diafragma ir filtru	●	●
Focusing	Koaksalinis grubus ir tikslus fokusavimo reguliavimas su sraigtiniu mechanizmu Tikslus fokusavimas: 0.002mm	●	●
Apšvietimas	Halogeninė lemputė 12V/30W, Reguliuojamas šviesumas	●	●
	12V/50W or 12V/100W.AC85-230V, Reguliuojamas šviesumas	○	○
Kolektorius	Kohler apšvietimas	●	●
	Fluorescencinis priedas	○	○
	Fazės kontrasto priedas	○	○
Optional	Sausas ir imersijos tamsaus lauko kondensorius	○	○
Priedai	Paprastosios poliarizacijos priedas	○	○
	3.0 arba 1.3 megapikselių, CMOS okuliaras	○	○

Didelis priedų asortimentas ● " Standartinis priedas

"○" Pasirenkamas priedas

VERTIM.
TIKRAS

 Direkto
 Oksana Rysakova

2021-04-09