


THE CONFORMITY RECORD
(ATITIKTIES PROTOKOLAS)

No. (Eil. Nr.)	Purchased item (Pirkimo objektas)	Parameters (Parametrai)	Offer (Pasiūlymas)
1.	Microtome (Mikrotomas)	<p>1. Device shall be suitable for preparation of thin sections of standard tissues and organs.</p> <p>2. Microtome shall be rotary, height adjustable.</p> <p>3. Graduation (trimming thickness) not more than 0,01 mm.</p> <p>4. There shall be supplied necessary cutting blades.</p> <p>5. Device shall be placed in a storage box.</p> <p>6. Warranty shall be not less than 24 months from the transfer-acceptance act signing day.</p> <p>(1. Prietaisas skirtas mikroskopavimui (stebėjimui per mikroskopą) tinkamų plonų standartinių audinių ir organų nuopjovų paruošimui. Mikrotomas turi būti rotacinis, reguliuojamo aukščio. Gradacija (nuopjovų storis) ne didesnė kaip 0,01 mm. Turi būti patekti reikiami pjovimo peiliukai. Prietaisas turi būti įdėtas į dėžutę. Garantija ne mažesnė kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.)</p>	<p>Complies:</p> <p>1. Device is suitable for preparation of thin sections of standard tissues and organs.</p> <p>2. Microtome is rotary, height adjustable.</p> <p>3. Graduation (trimming thickness) is 0,01 mm.</p> <p>4. There is supplied necessary cutting blades.</p> <p>5. Device is placed in a storage box.</p> <p>6. Warranty is not less than 24 months from the transfer-acceptance act signing day.</p> 

General manager

Position Name Surname Signature

Stamp

KOPIJA TIKRA

Direktorė

Oksana Rysakova

2021-03-24

ATITIKTIES PROTOKOLAS

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Parametrai	Pasiūlymas
1.	Mikrotomas	1. Prietaisas skirtas mikroskopavimui (stebėjimui per mikroskopą) tinkamų plonų standartinių audinių ir organų nuopjovų paruošimui. 2. Mikrotomas turi būti rotacinis, reguliuojamo aukščio. 3. Gradacija (nuopjovų storis) ne didesnė kaip 0,01mm. 4. Turi būti pateikti reikiami pjovimo peiliukai. 5. Prietaisas turi būti įdėtas į dėžutę. 6. Garantija ne mažesnė kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.	Atitinka: 1. Prietaisas yra tinkamas plonų standartinių audinių ir organų nuopjovų paruošimui. 2. Mikrotomas yra rotacinis, reguliuojamo aukščio. 3. Gradacija (nuopjovų storis) yra 0,01mm. 4. Yra pateikiami reikiami pjovimo peiliukai. 5. Prietaisas yra įdedamas į dėžutę. 6. Garantija yra ne mažesnė kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

Generalinis direktorius /parašas/ /Antspaudas/

Pareigos Vardas Pavardė Parašas Antspaudas

**Vertimas
tikras**



Direktore
Oksana Rysakova

2021-03-24

Microtome



This product is suitable for junior high school, high school, secondary professional schools, colleges and universities, agricultural research units and science and technology teams to produce bio-slices. Mainly cutting the plants, stems, branches and crops in the same year, to observe the study of cell structure and growth patterns.

Graduation : 0.01 mm

Lift range: 0-10mm

Accuracy: 0.01-0.10 mm, error 0.005 mm

0.01-0.02 mm, error 0.01 mm

Shape size: 76x 80mm

Weight: about 170 grams

Mikrotomas

Šis produktas yra tinkamas pradinei mokyklai, vidurinei mokyklai, profesinėms mokykloms, kolegijoms ir universitetams, žemės ūkio mokslinių tyrimų padaliniams ir mokslo bei technologijų komandoms, gaminančioms biologines nuopjovas. Daugiausia skirta pjauti augalus, stiebus, šakeles ir javus stebėti ląstelių struktūrą ir augimo modelį.

Gradacija: 0.01 mm

Kėlimo diapazonas: 0-10 mm

Tikslumas: 0.01-0.10 mm, paklaida 0.005 mm

Formos dydis: 76x80 mm

Svoris: apie 170 gramų

**Vertimas
tikras**


Direktore
Oksana Rysakova

2021-03-24