

UAB Intersurgical

Amioniu g. 60, Palbrade, LT-18170, Lithuania

T: +370 387 66611 F: +370 387 66622

info@intersurgical.lt www.intersurgical.lt

Priedas 2

Perkamų prekių sąrašas

Eil. Nr.	Pavadinimas	Aprašymas	Orientaciniškas perkamas kiekis	Silomo parametro atitikimas, konkreiti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabrėžiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)	PVM tarifas %	Vnt. kaina EUR su PVM	Viso kaina EUR su PVM	Gamintojas
1.	Klasikinis T-formos gaivinimo kontūras naujagimiams, tinkantis prie ligoninės turimo šildomo reanimacinio stalelio Giraffe	- skirtas rankiniam gaivinimo aparatui Giraffe Warner gaivinimo sistemai; - kliniškai švarus; - vienkartinis (pažymėta simboliu); - gofruotas; - distaliniam kontūro gale T formos jungtis su įmontuotu PEEP slėgio regulatoriumi ir dangteliu; - PEEP slėgio reguliavimas, ne mažiau kaip nuo 0 iki 5cm H₂O; - proksimaliniame gale jungtis 15mm (MALE), tinkanti Giraffe Warner gaivinimo sistemai; - vamzdelio ilgis 1,6m-2,1m; - suderinamumas su Giraffe Warner gaivinimo sistema; - įpakauta po 1 vnt.	Iki 700 vnt.	Skirta rankiniam gaivinimo aparatui Giraffe Warner gaivinimo sistemai. Vienkartinis (yra simbolis ant pakuotės). Kliniškai švarus. Turi CE ženklą. Iš nealergizuojančios medžiagos (be latekso, be DEHP). Gofruotas. Diametras 10 mm. Ilgis 1,60 m. T-formos su PEEP vožtuvu. PEEP slėgio reguliavimas, ne mažiau kaip nuo 0 iki 5cm H ₂ O. Proksimaliniame gale jungtis 15mm (MALE), tinkanti Giraffe Warner gaivinimo sistemai. Gaminio pakuotė lengvai praplešiama rankomis, nenaudojant pašalinių daiktų. Supakuota į maišelius po 1vnt.	5	3,10	2170,01	Intersurgical

Tiekejas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrėžtas atitiktinas reikalaujamiems parametrams t. y. pabrėžti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių arba anglų kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiavertiai dokumentai. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.

 Kristina Šimanev
 Viešųjų pirkimų specialistė

