

**PASIŪLYMAS Nr. KP3839 DĖL
1 PIRKIMO OBJEKTO DALIES – Chromotografas dujinis ir mėginių paruošimo sistema**

2015 m. vasario 23 d.

Vilnius

Tiekėjo pavadinimas	UAB "Arm Gate"
Tiekėjo adresas	J.Kubiliaus 6-21, LT08234, Vilnius
Asmens, pateikusio pasiūlymą, vardas, pavardė, pareigos	Marijus Svetikas, direktorius
Telefono numeris	+37052789573
Fakso numeris	+37052789572
El. pašto adresas	info@armgate.lt

(Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subteikėją (-us))

Subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis, kuriai ketinama pasitelkti subteikėją (-us) (išvardinami subteikėjai (-ams) perduodami įsipareigojimai ir nurodoma jų pinigine išraiška nuo bendros teikiamo pasiūlymo kainos)	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) atviro konkurso skelbime, išspausdintame Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir CVP IS;
- 2) atviro konkurso sąlygose;
- 3) kituose pirkimo dokumentuose.

Mes siūlome šias prekes:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Kiekis	Kaina Eur be PVM	PVM suma*	Kaina Eur su PVM
1.	Chromotografas dujinis ir mėginių paruošimo sistema	1 kompl.	118634,00	24913,14	143547,14

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės skilčių, susijusių su PVM, nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Pasiūlymo kaina (Eur be PVM): šimtas aštuoniolika tūkstančių šeši šimtai trisdešimt keturi eurai 0 ct

Tuo atveju, kai pasiūlyme nurodyta kaina Eur be PVM, išreikšta skaičiais, neatitinka kainos Eur be PVM, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

Eilės Nr.	Techninis parametras	Reikalavimas techniniam parametrai	Siūlomų prekių techniniai rodikliai. (Tiekėjas įrašo siūlomos įrangos pavadinimą/gamintoją ir prie pasiūlymo prideda patvirtinančius atitikimą dokumentus)
1	Dujų chromatografas su masių spektrometriniu ir liepsnos jonizaciniais detektoriais		Dujų chromatografas su masių spektrometriniu GCMS-QP2010Ultra ir liepsnos jonizaciniais FID-2010Plus detektoriais
2	Sistemos sandara	- Dujų chromatografas su iniektoriais; - Liepsnos jonizacinis detektorius; - Masių spektrometrinis detektorius; - Automatinis mėginių įjektavimo įrenginys; - Chromatografijos darbo stotis su dedikuota programine įranga; - Sistemos priedai;	- Dujų chromatografas su iniektoriais GC-2010Plus; - Liepsnos jonizacinis detektorius FID-2010Plus; - Masių spektrometrinis detektorius GCMS-QP2010Ultra; - Automatinis mėginių įjektavimo įrenginys AOC-5000Plus; - Chromatografijos darbo stotis su dedikuota programine įranga; - Sistemos priedai;
3	Dujų chromatografas su iniektoriais;		GC-2010 Plus, Shimadzu Corp., Japonija.
4	Dujų chromatografo kolonėlių termostatas 1 vnt.	Privalomas	Yra
5	Termostato darbinės temperatūros intervalas	Ne siauresnis nei nuo 5°C aukščiau aplinkos temperatūros iki 450 °C.	5°C aukščiau aplinkos temperatūros iki 450 °C.
6	Termostato nustatytos temperatūros tikslumas	Ne mažiau nei ±0,1°C.	±0,1°C.
7	Programuojamų temperatūros žingsnių skaičius	Ne mažesnis kaip 20.	20
8	Termostato temperatūra nustatoma:	Programiškai, nustatomas maksimalus temperatūros kitimo greitis ne mažesnis kaip 250°C/min.	250°C/min
9	Kolonėlių temperatūrinė apsauga	Ne mažiau kaip dviguba	Taip
10	Kolonėlių temperatūros nustatymas ir programavimas	Nepriklausomas temperatūrinės zonos kiekvienos dimensijos kolonėlei.	Nepriklausomas temperatūrinės zonos kiekvienos dimensijos kolonėlei.
11	Termostato aušimo greitis	Atvėsimas nuo 450 iki 50 °C ne ilgiau nei per 4 min.	450 iki 50 oC per 3,5 min.
12	Srauto ir slėgio kontrolė	Programinė pneumatinė visoms naudojamoms dujoms, įskaitant detektoriaus dujas.	Programinė pneumatinė visoms naudojamoms dujoms, įskaitant detektoriaus dujas.
13	Dujų taupymo funkcija	Būtina, pilnai programuojama.	Yra
14	Sistemos saugumo funkcijos	Pastovaus dujų bei šilumos nuotėkio aptikimo sistema. Garsiniai/vaizdiniai pranešimai apie nuotėkį	Pastovaus dujų bei šilumos nuotėkio aptikimo sistema. Garsiniai/vaizdiniai pranešimai apie nuotėkį
15	Grafinis ekranas	Būtinai, visų chromatografo parametrų ir būsenos (įskaitant chromatogramą) atvaizdavimui.	Yra, visų chromatografo parametrų ir būsenos (įskaitant chromatogramą) atvaizdavimui.
16	Valdymas	Personaliniu kompiuteriu ir/arba integruotu mikroprocesoriumi.	Personaliniu kompiuteriu ir/arba integruotu mikroprocesoriumi.
17	Darbo apskaitos žurnalas	Būtinai, su skaitikliais prevenciškai keičiamų susivartojančių dalių (septy, insertų, filamentų ir kt.) darbo laiko ir injekcijų skaičiaus apskaitai.	Yra, su skaitikliais prevenciškai keičiamų susivartojančių dalių (septy, insertų, filamentų ir kt.) darbo laiko ir injekcijų skaičiaus apskaitai.
18	Darbo aplinkos temperatūra	Ne mažiau kaip nuo 15 iki 35 °C	nuo 15 iki 35 °C

19	Termostato išmatavimai optimaliam kolonėlių talpinimui	Gylis ne mažiau nei 15 cm.	17,5 cm
20	Maitinimas	230 V±10%, 50 Hz.	230 V±10%, 50 Hz.
21	Pirmas mėginio įvedimo portas (injektorius) 1 vnt.	Privalomas	Komplektuojamas, SPL-2010Plus, Shimadzu Corp., Japonija
22	„Split/Splitless“ tipo injektorius	Injektoriaus srautai ir sėlgiai valdomi elektroniskai-programiškai su integruotu automatinio pneumatiniu kontrolieriu.	Injektoriaus srautai ir sėlgiai valdomi elektroniskai-programiškai su integruotu automatinio pneumatiniu kontrolieriu.
23	Slėgio intervalas	Ne mažesnis kaip 0-140 psi.	0-140 psi
24	Srauto nustatymo diapazonas	Ne siauresnis nei nuo 0 iki 1200 ml/min. H ₂ arba He dujoms.	0 iki 1200 ml/min. H ₂ arba He dujoms.
25	Dujų nešėjų srauto kontrolė	Turbi būti nustatoma ir palaikoma pastovi linijinio dujų tekėjimo greičio vertė (cm/s), nepriklausomai nuo kolonėlių termostato programos.	Taip, nustatoma ir palaikoma pastovi linijinio dujų tekėjimo greičio vertė (cm/s), nepriklausomai nuo kolonėlių termostato programos (constant linear velocity mode)
26	„Split/Splitless“ tipo injektorius	Pritaikytas kapiliarinėms kolonėlėms	Pritaikytas kapiliarinėms kolonėlėms
27	Maksimali temperatūra	Ne žemesnė nei 400°C.	450°C
28	Antras mėginio įvedimo portas (injektorius) 1 vnt.	Privalomas	Komplektuojamas OCI/PTV-2010, Shimadzu Corp., Japonija
29	„Split/Splitless“ tipo injektorius su programuojamos temperatūros funkcija	Injektoriaus srautai ir sėlgiai valdomi elektroniskai-programiškai su integruotu automatinio pneumatiniu kontrolieriu.	Injektoriaus srautai ir sėlgiai valdomi elektroniskai-programiškai su integruotu automatinio pneumatiniu kontrolieriu.
30	Slėgio intervalas	Ne mažesnis kaip 0-140 psi.	0-140 psi.
31	Srauto nustatymo diapazonas	Ne siauresnis nei nuo 0 iki 1200 ml/min. H ₂ arba He dujoms.	0 iki 1200 ml/min. H ₂ arba He dujoms.
32	Dujų nešėjų srauto kontrolė	Turi būti nustatoma ir palaikoma pastovi linijinio dujų tekėjimo greičio vertė (cm/s), nepriklausomai nuo kolonėlių termostato programos.	Nustatoma ir palaikoma pastovi linijinio dujų tekėjimo greičio vertė (cm/s), nepriklausomai nuo kolonėlių termostato programos (constant linear velocity mode)
33	„Split/Splitless“ tipo injektorius	Pritaikytas kapiliarinėms kolonėlėms	Pritaikytas kapiliarinėms kolonėlėms
34	Programuojamos temperatūros „PTV“ tipo injektorius	Pritaikytas kapiliarinėms kolonėlėms	Pritaikytas kapiliarinėms kolonėlėms
35	Maksimali temperatūra „PTV“	Ne žemesnė nei 450°C, su nustatomu kėlimo greičiu ne mažesniu nei 250 °C/min. Galima nustatyti ne mažiau nei 5 skirtingas temperatūros kėlimo rampas.	450°C, su nustatomu kėlimo greičiu ne mažesniu nei 250 °C/min. Galima nustatyti ne mažiau nei 5 skirtingas temperatūros kėlimo rampas.
36	Galimybė atlikti kitų tipų injekcijas	Injektorius papildomai turi galėti atlikti „on column“ tipo injekcijas.	Injektorius papildomai gali atlikti „on column“ tipo injekcijas.
37	Liepsnos jonizacijos detektorius (LJD) 1 vnt.		FID-2010Plus, Shimadzu Corp., Japonija.
38	Visų detektoriaus dujų tiekimo ir slėgio kontrolė	Pilnai valdoma elektroniskai, valdoma iš programinės įrangos ar chromatografo	Pilnai valdoma elektroniskai, valdoma iš programinės įrangos ar chromatografo
39	Maksimali darbinė temperatūra	Ne mažesnė nei 450 °C.	450 °C.
40	Linijinis dinaminis intervalas	Ne mažiau nei 10 ⁷ .	10 ⁷ .
41	Mažiausia aptikimo riba	1,5 pg C/s dodekanui.	1,5 pg C/s dodekanui.
42	Duomenų nuskaitymo dažnis	Ne mažiau nei 250 Hz.	250 Hz.
43	Masių selektyvus detektorius 1 vnt.		GCMS-QP2010Ultra, Shimadzu Corp., Japonija.
44	Masių analizatorius	Kvadrupolinė konstrukcija	Kvadrupolinė konstrukcija
45	Kvadrupolis	Su papildoma keičiama pre-rod dalimi, apsaugančia pagrindinį kvadrupolį nuo užsiteršimo.	Su papildoma keičiama pre-rod dalimi, apsaugančia pagrindinį kvadrupolį nuo užsiteršimo.
46	Jonizacija	EI (elektronų smūginė).	EI (elektronų smūginė).
47	Nustatomų masių intervalas	Ne mažiau 1,5 - 1050 amv.	1,5 - 1090 amv.

48	Dinaminis diapazonas	Ne siauresnis nei $0,8 \times 10^7$.	$0,8 \times 10^7$.
49	Stabilumas	Ne blogesnis nei $\pm 0,1$ amv/48 val.	$\pm 0,1$ amv/48 val
50	Maksimalus skenavimo greitis	Ne mažesnis nei 20 000 amv/s skenuojant 0,1 amv/s žingsniu.	20 000 amv/s skenuojant 0,1 amv/s žingsniu
51	Maksimalus skenavimo dažnis	ne mažiau nei 100 skenavimų/s.	100 skenavimų/s
52	Jonų šaltinio temperatūra	Keičiama	Keičiama
53	Jonizacijos filamentai	Privalo būti dviejų filamentų sistema, su automatinio perjungimu, kai vienas nustoja funkcionuoti.	dviejų filamentų sistema, su automatinio perjungimu, kai vienas nustoja funkcionuoti.
54	Filamento srovė	Reguliuojama. Intervalas ne siauresnis nei nuo 5-250 μ A.	Reguliuojama. Intervalas 5-250 μ A.
55	Maksimalus į detektorių paduodamų dujų srautas	Ne mažesnis nei 14 ml/min. Privaloma dviejų kapiliarinių kolonėlių pajungimo galimybė į vieną masių spektrometrą, kai per abi kolonėles teka darbinis dujų nešėjų srautas.	15 ml/min. Yra dviejų kapiliarinių kolonėlių pajungimo galimybė į vieną masių spektrometrą, kai per abi kolonėles teka darbinis dujų nešėjų srautas.
56	Duomenų surinkimo režimai	Privalo turėti galimybę dirbti skenavimo ir pasirinkto jono režimuose vienu metu.	Yra galimybė dirbti skenavimo ir pasirinkto jono režimuose vienu metu (FASST režimas)
57	Vakuonavimo sistema	Diferencinė turbomolekulinių (gilau vakuumo) siurblių vakuonavimo sistema, kurios bendras pajėgumas ne mažesnis nei 360 l/s. Komplektuojama su suderinta pirminio vakuumo sistema.	Diferencinė turbomolekulinių (gilau vakuumo) siurblių vakuonavimo sistema, kurios bendras pajėgumas 364 l/s. Komplektuojama su suderinta pirminio vakuumo sistema.
58	Jautrumas (signalų triukšmo santykis)	EI SCAN režime ne blogesnis nei 1500:1, 1 pg (OFN)	EI SCAN režime ne blogesnis nei 1500:1, 1 pg (OFN)
59	Konstrukcija	Filamentų ar jonų šaltinio keitimo procedūra privalo būti nesudėtinga ir galimai atliekama sistemos vartotojo. Atliekant jonų šaltinio, filamentų ar elektromagnetinių linijų priežiūrą kvadrupolis lieka visiškai izoliuotas, taip eliminuojant kvadrupolio užteršimo galimybę.	Filamentų ar jonų šaltinio keitimo procedūra yra nesudėtinga ir atliekama sistemos vartotojo. Atliekant jonų šaltinio, filamentų ar elektromagnetinių linijų priežiūrą kvadrupolis lieka visiškai izoliuotas, taip eliminuojant kvadrupolio užteršimo galimybę.
60	Automatinis mėginių įjektavimo įrenginys 1 vnt.		AOC-5000Plus, Shimadzu Corp., Japonija
61	Automatinis mėginių įvedimo įrenginys	Kombinuoto tipo - atliekantis ir skystų mėginių ir viršerdvės tipo mėginių įvedimą.	Kombinuoto tipo - atliekantis ir skystų mėginių ir viršerdvės tipo mėginių įvedimą.
62	Skystų mėginių įvedimas	Įjekcijos tūrio intervalas ne siauriau nei nuo 0,1 iki 400 μ l	Įjekcijos tūrio intervalas nuo 0,1 iki 500 μ l
63	Mėginių talpa	Ne mažiau nei 90 pozicijų 2 ml buteliukams. Turi būti galimybė naudoti ir kitus buteliukų tūrius.	Ne mažiau nei 98 pozicijų 2 ml buteliukams. Yra galimybė naudoti ir kitus buteliukų tūrius.
64	Įjekcijos švirkšto praplovimas	Prieš ir/ar po įjekcijos. Galimybė naudoti ne mažiau nei du skirtingus plovimo tirpiklius.	Prieš ir/ar po įjekcijos. Galimybė naudoti ne mažiau nei du skirtingus plovimo tirpiklius.
65	Viršerdvės tipo įjekcija	Privaloma, pilnai automatinė	Yra, pilnai automatinė
66	Mėginių talpa	Galimybė naudoti 2ml, 10 ml ir 20 ml tūrio buteliukus. Ne mažiau nei 32 pozicijos.	Yra galimybė naudoti 2ml, 10 ml ir 20 ml tūrio buteliukus. Ne mažiau nei 32 pozicijos.
67	Mėginių buteliukų termostatas	Termostataavimo temperatūros maksimali temperatūra ne mažesnė nei iki 200°C. Galimybė vienu metu inkubuoti ne mažiau nei iki 6 mėginių.	Termostataavimo temperatūros maksimali temperatūra 200°C. Galimybė vienu metu inkubuoti iki 6 mėginių.
68	Termostatuojamų mėginių maišymas	Privaloma orbitinio tipo termostatuojamų mėginių maišymo funkcija. Maišymas ne mažesniu dažniu nei iki 750 sūkių per minutę (rpm).	Yra orbitinio tipo termostatuojamų mėginių maišymo funkcija. Maišymas ne mažesniu dažniu nei iki 750 sūkių per minutę (rpm).
69	Įjektavimo mazgas	Termostatuojamas visas įjektavimo švirkštas iki ne mažiau nei 150°C.	Termostatuojamas visas įjektavimo švirkštas iki ne mažiau nei 150°C.
70	Mėginio įjekcija	Įjekcijos tūris ne mažesnis nei iki 5 ml. Konstrukcija privalo užtikrinti programuojamą švirkšto vidinio tūrio prapūtimą inertinėmis dujomis.	Įjekcijos tūris iki 5 ml. Konstrukcija užtikrina programuojamą švirkšto vidinio tūrio prapūtimą inertinėmis dujomis.
71	Papildomos funkcijos	Privalo būti galimybė naudoti kietafazės mikro-ekstrakcijos įvedimo tipą su sorbento iškaitinimu.	Yra galimybė naudoti kietafazės mikro-ekstrakcijos įvedimo tipą su sorbento iškaitinimu.
72	Chromatografijos darbo stotis su dedikuota programine įranga		Chromatografijos darbo stotis su dedikuota programine įranga GCMS Solutions
73	Valdomi moduliai	Pilnam chromatografo, automatinio mėginių įvedimo įrenginio valdymui, duomenų surinkimui, saugojimui ir ataskaitų kūrimui.	Pilnam chromatografo, automatinio mėginių įvedimo įrenginio valdymui, duomenų surinkimui, saugojimui ir ataskaitų kūrimui.
74	Multiparametrinė	Būtina, pagal datą, operatoriaus vardą, mėginio	Yra, pagal datą, operatoriaus vardą, mėginio

	paieška	aprašymą, mėginio numerį, komentarus ir kt.	aprašymą, mėginio numerį, komentarus ir kt.
75	Darbą palengvinantys vedliai	Būtinai	Yra
76	Pateikiamos spektrų bibliotekos	Naujausia pristatymo metu NIST su RI indekso palaikymo funkcija. Naujausia pristatymo metu kvapų (Flavor & Fragrance tipo) biblioteka su ne mažiau nei 3000 junginių spektrų su RI indekso palaikymo funkcija.	Naujausia pristatymo metu NIST su RI indekso palaikymo funkcija. Naujausia pristatymo metu kvapų (Flavor & Fragrance tipo) biblioteka su ne mažiau nei 3000 junginių spektrų su RI indekso palaikymo funkcija.
77	Paieška spektrų bibliotekose	privaloma panašumo paieškos bibliotekoje funkcija naudojant RI (retention index).	panašumo paieškos bibliotekoje funkcija naudojant RI (retention index)
78	Sulaikymo laikų korekcija pakeitus kapiliarinės kolonėlės ilgį.	Privaloma, automatinė, korekcijai atlikti neturi būti naudojamos analizuojamos medžiagos.	Yra, automatinė, korekcijai atlikti neturi būti naudojamos analizuojamos medžiagos (AART funkcija)
79	Aptarnavimo vedlys	Privaloma paprogramė su detaliu vizualiniu detektoriaus aptarnavimo procedūros atvaizdavimu.	Yra
80	Kompiuterinė darbo stotis	Visi parametrai privalo atitikti įrangos gamintojo rekomendacijas. Privalomos komplektuoti visos jungtys reikalingos prietaiso valdymui. Operacinė sistema pilnai suderinama su prietaiso programine įranga.	Komplektuojama kompiuterinė stotis, kurios visi parametrai atitinka siūlomos įrangos gamintojo rekomendacijas. Komplektuojamos visos jungtys reikalingos prietaiso valdymui. Operacinė sistema pilnai suderinama su prietaiso programine įranga.
81	Monitorius	Ne mažiau nei 24 colių įstrižainė.	Ne mažiau nei 24 colių įstrižainė.
82	Spausdintuvas	Lazerinio tipo. Spausdinimo greitis ne mažesnis nei 16 A4 puslapių per minutę. Spalvotas.	Lazerinio tipo. Spausdinimo greitis ne mažesnis nei 16 A4 puslapių per minutę. Spalvotas.
83	Sistemos priedai		
84	Nešančiųjų dujų, helio sistema.	Privalomas reduktorius, su vamzdeliais ir pilnu pajungimu nuo baliono iki sistemos (ne daugiau nei 20 metrų), įskaitant visas jungtis.	reduktorius, su vamzdeliais ir pilnu pajungimu nuo baliono iki sistemos (ne daugiau nei 20 metrų), įskaitant visas jungtis.
85	Vandenilio generatorius	Privalomas. Srautas ne mažiau nei 100 ml/min. Švarumas ne blogesnis nei 99,9995%. Slėgis ne mažesnis nei 6,9 bar. Visi pajungimai iki detektoriaus.	Komplektuojamas. Srautas ne mažiau nei 100 ml/min. Švarumas ne blogesnis nei 99,9995%. Slėgis ne mažesnis nei 6,9 bar. Visi pajungimai iki detektoriaus.
86	Švaraus oro tiekimo sistema	Privaloma su katalizatoriumi. Srautas ne mažesnis nei 1500 ml/min. Angliavandenilių likutis (kaip metanas) ne didesnis nei 0,1 ppm. Privalomas suderintas suspausto oro kompresorius	Komplektuojama. Srautas ne mažesnis nei 1500 ml/min. Angliavandenilių likutis (kaip metanas) ne didesnis nei 0,1 ppm. Komplektuojamas suderintas suspausto oro kompresorius
87	Pagrindinių susinaudojančių/atsarginių dalių rinkinys	Susinaudojančių dalių rinkinys, užtikrinantis pilną visos siūlomos chromatografinės sistemos darbą 1 metus (grafitinės ferulės, laineriai, „O“ žiedai, tarpinės, filamentai ir kt.).	Susinaudojančių dalių rinkinys, užtikrinantis pilną visos siūlomos chromatografinės sistemos darbą 1 metus (grafitinės ferulės, laineriai, „O“ žiedai, tarpinės, filamentai ir kt.).
88	Kapiliarinės kolonėlės	Privalomos ne mažiau nei 4 kapiliarinės kolonėlės pasirinkimui, kurių ilgis ne mažiau nei 30 m.	4 kapiliarinės kolonėlės pasirinkimui, kurių ilgis ne mažiau nei 30 m.
89	Sistemos pradinio darbo reikmenų rinkinys	Ne mažiau nei 2000 vnt. 2 ml ir ne mažiau nei 500 vnt. 20 ml HS buteliukų.	2000 vnt. 2 ml ir 500 vnt. 20 ml HS buteliukų.
90	Garantija ir techninis aptarnavimas	Ne trumpiau nei 12 mėnesių garantija po sistemos įvedimo į eksploataciją. Techninis aptarnavimas organizuojamas ir atliekamas Lietuvoje, per 48 val. nuo pranešimo gavimo.	12 mėnesių garantija po sistemos įvedimo į eksploataciją. Techninis aptarnavimas organizuojamas ir atliekamas Lietuvoje, per 48 val. nuo pranešimo gavimo.
91	Dėl gamintojo ir įrangos sertifikacinių atitikimų	Gamintojas turi būti sertifikuotas pagal ISO 9000 serijos standartus arba lygiaverčius. Gamintojo įranga turi atitikti ES ar tarptautinių standartų reikalavimus, atitinkančius Europos Komisijos elektromagnetinio suderinamumo bei darbo saugos Direktyvas.	Gamintojas Shimadzu Corp., yra sertifikuotas pagal ISO 9000 serijos standartus arba lygiaverčius. Gamintojo įranga atitinka ES ar tarptautinių standartų reikalavimus, atitinkančius Europos Komisijos elektromagnetinio suderinamumo bei darbo saugos Direktyvas.
92	Reikalavimai	Prekes pristatyti į nurodytą vietą, sumontuoti, instaliuoti apmokyti specialistus naudotis Prekėmis	Prekes bus pristatytos į nurodytą vietą, sumontuotos, instaliuotos, bus apmokyti specialistus naudotis Prekėmis

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
	Jungtinė Registrų centro pažyma	3
	Tiekėjo deklaracija	1
	Tiekėjo registravimo pažymėjimas	1
	Įmonės įstatai	15
	Gamintojo atstovavimo dokumentai	3
	Techninė informacija apie siūlomas prekes	

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

 Direktorius
 (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

 (Parašas)

 Marijus Svetikas
 (Vardas ir pavardė)