

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS DĖL MEDICININĖS ĮRANGOS

Pirkimo dalims nuo (1 iki 26)

Medicininės įrangos visoms pirkimo dalims 1 iki 26 garantija ne mažiau 24 mėnesių.

Laimėtoju pripažintas tiekėjas, pristatant prekes, privalės pateikti

CE sertifikatą (pirkimo dalims 1,3,6,7,8,10,11,17,18) arba
atitikties deklaracijos (pirkimo dalims 2,4,5,12,13,14,15, 16,19,20,21,22,23,24,25,26) kopijas.

Darbuotojų apmokymas (1-2 asmenys) Prekių pristatymo vietoje, Prekių pristatymo metu,
pirkimo dalims: 1,2,7,8,9,10,11,13,16,17,18)

5 pirkimo dalis. NEUROLOGINIS PLAKTUKAS IR INSTRUMENTAI JUTIMŲ TYRIMUI ATLIKTI – 1 vnt.

Eil.N r.	Reikalaujamos techninės charakteristikos	Parametrų reikšmė	<p><i>Siūlomos prekės parametro atitikimas pagal konkrečių reikalaujamo parametro reikšmę, nurodant atitiktį: gamintojas, modelis, katalogo pavadinimas, puslapis jame, puslapyje pažymėti kiekvieno reikalaujamo parametro reikšmės atitikimą pagal pozicijos numerį)</i></p> <p>nepaliekant žodžių „ne mažiau“, „ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ „+/-“, „ar pan.)</p>
1.	Reikalavimai neurologiniam plaktukui:		
1.1.	Tipas	Buck Hammer tipo	Buck Hammer tipo. Žr. Bukletas.pdf 1 psl.
1.2.	Dviejų pusių galvutė	Su guminėmis skirtingo skersmens pagalvėlėmis	Su guminėmis skirtingo skersmens pagalvėlėmis. Žr. Bukletas.pdf 1 psl.
1.3.	Rankena	Briaunuota, metalinė	Rankena briaunuota, metalinė. Žr. Bukletas.pdf 1 psl.
1.4.	Komplekte	Į korpusą įsukama adatėlė ir šluotelė	Komplekte į korpusą įsukama adatėlė ir šluotelė. Žr. Bukletas.pdf 1 psl.
1.5.	Sertifikatai	CE atitikties deklaracija Turi būti paženklintas CE ženklu	CE atitikties deklaracija Žr. Atitikties deklaracija_5.P.d.
2.	Sensorinio įvertinimo prietaisų komplektas		Sensorinio įvertinimo prietaisų komplektas:
2.1.	Monofilamentų rinkinys 2vnt.	(2,8g±0,1g ir 3,6g±0,1g)	Monofilamentų rinkinys: 2vnt. (2,8g ir 3,6g). Žr. Bukletas.pdf 1 psl.

2.2.	Diskriminatorius 2 taškų	1 vnt.	Diskriminatorius 2 taškų 1 vnt. Žr. Bukletas.pdf 1 psl.
------	--------------------------	--------	--

14 pirkimo dalis. REGOS AŠTRUMO ĮVERTINIMO LENTELĖ -1vnt.

Eil. Nr.	Reikalaujamos techninės charakteristikos	Parametrų reikšmė	Siūlomos prekės parametrai atitikimas pagal konkrečią reikalaujamo parametrai reikšmę, nurodant atitiktį: gamintojas, modelis, katalogo pavadinimas, puslapis jame, puslapyje pažymėti kiekvieno reikalaujamo parametrai reikšmės atitikimą pagal pozicijos numerį) nepalikant žodžių „ne mažiau“, „ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“, „+/-“, ar pan.)
1.	Montavimas	Kabinama ant sienos	Montavimas: kabinama ant sienos. Žr. Bukletas.pdf 2 psl.
2.	Lentelę laikantis rėmas	Pagamintas iš akrilinio lakšto arba lygiavertės medžiagos	Lentelę laikantis rėmas pagamintas iš akrilinio lakšto medžiagos. Žr. Bukletas.pdf 2 psl.
3.	Apšvietimas	lentelės apšvietimui įmontuotos dienos šviesą skleidžiančios lempos, užtikrinančios ne mažiau kaip 700 liumenų šviesos srautą	lentelės apšvietimui įmontuotos dienos šviesą skleidžiančios lempos, užtikrinančios 700 liumenų šviesos srautą. Žr. Bukletas.pdf 2 psl.
4.	Lentelė	Mišrūs optotipai : lotyniškos raidės, Snellen'o ženklai arba lygiavertio tipo	Mišrūs optotipai : lotyniškos raidės ir "šukutės". Žr. Bukletas.pdf 3 psl.
	Darbinis atstumas (nuo paciento iki optotipų lentelės)	≤ 3 m	Darbinis atstumas 3 m Žr. Bukletas.pdf 3 psl.
5.	Elektros jungiklis apšvietimo įjungimui / išjungimui	Būtinai	Elektros jungiklis apšvietimo įjungimui / išjungimui. Žr. Bukletas.pdf 2 psl.
6.	Mentelė vienos akies pridengimui	Būtinai	Mentelė vienos akies pridengimui. Žr. Bukletas.pdf 3 psl.
7.	Maitinimo šaltinis	230 V, 50 Hz elektros tinklui	Maitinimo šaltinis 230 V, 50 Hz elektros tinklui. Žr. Bukletas.pdf 2 psl.
8.	Lentelės su laikančiuoju rėmu svoris	Ne daugiau 6,5 kg	Svoris 6 kg. Žr. Bukletas.pdf 2 psl.