

UAB „Multilabo“
(tiekėjo pavadinimas)

Uždaroji akcinė bendrovė, A. Šabaniausko g. 14 LT-08431 Vilnius; Tel.: (8~5) 250 0291,

El. p. info@multilab.lt, www.multilab.lt, Juridinių asmenų registras, 302325611, LT100005481517

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

PASIŪLYMAS
DĖL SĄNAUDINIŲ MEDŽIAGŲ IR KITŲ PRIEMONIŲ, REIKALINGŲ „AGILENT
TECHNOLOGIES“ DUJŲ CHROMATOGRAFŲ SU MASIŲ SPEKTROMETRINIAIS
DETEKTORIAIS DARBUI UŽTIKRINTI

2021-09-23 Nr. 0924

(data)

Vilnius

(vieta)

Valstybinė teismo medicinos tarnyba

(Adresatas)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ:

Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) <i>(jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai)</i>	UAB „Multilabo“
Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei <i>(pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)</i>	
Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąja organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., faks., el. p., adresas)	

2. INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)

Eil. Nr.	Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas
1.	UAB „Interlux“, Aviečių g. 16, LT-08418 Vilnius, įm. k. 110608112	Komunikacija su prekių gamintojais
2.		

3. PASIŪLYMO KAINA

MES SIŪLOME ŠIAS PREKES:

Eil. Nr.	Reikalingos priemonės	Kiekis 12 mėn.	Tiekėjo rekomenduojamas dydis (vnt./pak), užtikrinantis mažiausią vnt. kainą	Kaina 1 vnt. (arba siūlomos pakuotės) PVM	Kaina 1 vnt. (arba siūlomos pakuotės) su PVM	Kaina 12 mėn. su PVM	Kaina 12 mėn. su PVM	Kaina 24 mėn. su PVM	Kaina 24 mėn. su PVM
1	Pilno (nedalijamojo) srauto (Splitless) laineris, deaktyvuotas su stiklo vata. Laineris 0,9 ml tūrio, vidinis diametras (ID) 4 mm. Laineris su vienu susiaurėjimu.	300 vnt.	25	575,00	695,75	6900,00	8349,00	13800,00	16698,00
2	Pilno (nedalijamojo) srauto (Splitless) laineris, deaktyvuotas be stiklo vatos. Laineris 0,8 ml tūrio, vidinis diametras (ID) 4 mm. Laineris su dvigubu susiaurėjimu.	30 vnt.	5	143,00	173,03	858,00	1038,18	1716,00	2076,36
3	Dalijamojo srauto (Split) laineris, deaktyvuotas su stiklo vata. Laineris 0,87 ml tūrio, vidinis diametras (ID) 4 mm. Laineris su vienu susiaurėjimu, mažo slėgio kritimo (low pressure drop).	50 vnt.	25	603,00	729,63	1206,00	1459,26	2412,00	2918,52
4	Filamentas (CI) skirtas dujų chromatografui masių spektrometrui su chemine jonizacija. Filamentas pritaikytas dirbti aukštesnėse temperatūrose.	8 vnt.	2	379,00	458,59	1516,00	1834,36	3032,00	3668,72
5	Filamentas (EI) skirtas dujų chromatografui masių spektrometrui su elektrone jonizacija. Filamentas pritaikytas dirbti aukštesnėse temperatūrose.	35 vnt.	1	143,00	173,03	5005,00	6056,05	10010,00	12112,10
6	Sertifikuota inertiško paviršiaus (Siltek-Vespel) tarpinė, skirta dujų chromatografui (mėginio įleidimui). Tarpinės diametras (ID) 0,8 mm.	4 vnt.	2	115,00	139,15	230,00	278,30	460,00	556,60
7	Sertifikuota auksu dengta tarpinė, skirta dujų chromatografui (mėginio įleidimui). Tarpinės diametras (ID) 0,8 mm. Inertiškas auksinės tarpinės paviršius.	12 vnt.	1	43,00	52,03	516,00	624,36	1032,00	1248,72
8	Švirkštas skirtas dujų chromatografui (automatiniam mėginio įleidimui). Maksimalus švirkšto tūris – 10 ul.	12 vnt.	6	299,00	361,79	598,00	723,58	1196,00	1447,16
9	Cheminis filtras skirtas dujų chromatografui (injektorui). Komplektą sudaro du cheminiai filtrai ir keturi O-žiedeliai (tarpinės).	4 vnt.	2	99,00	119,79	198,00	239,58	396,00	479,16
10	Kapiliarinių kolonėlių ferulės. Kolonėlės vidinis diametras (ID) 0,1-0,25 mm, ferulės nominalinis diametras (ID) 0,4 mm. Ferulė sudaryta iš 85 % grafito. Ferulė tvirtinama į MS pusę.	20 vnt.	10	74,00	89,54	148,00	179,08	296,00	358,16
11	Kapiliarinių kolonėlių ferulės. Kolonėlės vidinis diametras (ID) 0,32 mm, ferulės nominalinis diametras (ID) 0,5 mm. Ferulė sudaryta iš 85 % grafito. Ferulė tvirtinama į MS pusę.	30 vnt.	10	67,00	81,07	201,00	243,21	402,00	486,42
12	Kapiliarinių kolonėlių ferulės. Kolonėlės vidinis diametras (ID) 0,25-0,32 mm, ferulės nominalinis diametras (ID) 0,5 mm. Ferulė sudaryta iš 100 % grafito. Ferulė tvirtinama į injektoriaus pusę.	100 vnt.	10	54,00	65,34	540,00	653,40	1080,00	1306,80
13	Kapiliarinės kolonėlės veržlė. Universali veržlė, tinkanti tvirtinti chromatografinę kolonėlę. Veržlė tvirtinama į MS pusę.	16 vnt.	1	17,00	20,57	272,00	329,12	544,00	658,24
14	Kapiliarinės kolonėlės veržlė. Universali veržlė, tinkanti tvirtinti chromatografinę kolonėlę. Veržlė tvirtinama į injektoriaus pusę.	2 vnt.	2	30,00	36,30	30,00	36,30	60,00	72,60
15	Injektoriaus tarpinės (septos, raudonos), Bleed/Temp klasė. Tarpinės diametras (ID) – 11 mm, maksimali injektoriaus temperatūra - 400 °C, termiškai atsparios.	400 vnt.	100	156,00	188,76	624,00	755,04	1248,00	1510,08
16	Sertifikuotos tarpinės (žiedeliai), skirtos laineriams. Sudarytos iš nelipnaus anglies-fluorido polimero.	400 vnt.	100	130,00	157,30	520,00	629,20	1040,00	1258,40
17	Svabai, skirti dujų chromatografo masių spektrometro jonizacijos šaltinio (EI arba CI) valymui. Inertiškas paviršius.	400 vnt.	100	11,00	13,31	44,00	53,24	88,00	106,48
18	Dujų chromatografijos kapiliarinė kolonėlė sudaryta iš 30 m ilgio, 0,320 mm vidinio diametro, 0,1 µm skystos nejudrios fazės sluoksnio storis. Skysta nejudri fazė sudaryta nepolinės 5 % - fenil-metilpolisiloksano medžiagos pagrindu. Stacionari fazė – DB-5HT. Kolonėlės minimali temperatūra -60 °C, maksimali kaitinimo temperatūra + 400 °C.	2 vnt.	1	596,00	721,16	1192,00	1442,32	2384,00	2884,64

19	Dujų chromatografijos kapiliarinė kolonėlė sudaryta iš 30 m ilgio, 0,320 mm vidinio diametro, 0,25 µm skystos nejudrios fazės sluoksnio storis. Skysta nejudri fazė sudaryta nepolinės 5 % - fenil-metilpolisiloksano medžiagos pagrindu. Stacionari fazė – HP - 5MS. Kolonėlės minimali temperatūra -60 °C, maksimali kaitinimo temperatūra +325 °C (+350 °C).	4 vnt.	1	550,00	665,50	2200,00	2662,00	4400,00	5324,00
20	Dujų chromatografijos kapiliarinė kolonėlė sudaryta iš 30 m ilgio, 0,250 mm vidinio diametro, 0,25 µm skystos nejudrios fazės sluoksnio storis. Kapiliarinė kolonėlė komplektuojama kartu su 10 m ilgio prieškolonėle. Skysta nejudri fazė sudaryta nepolinės 5 % - fenil-metilpolisiloksano medžiagos pagrindu. Stacionari fazė – DB – SMS + DG. Kolonėlės minimali temperatūra -60 °C, maksimali kaitinimo temperatūra +325 °C (+350 °C).	4 vnt.	1	599,00	724,79	2396,00	2899,16	4792,00	5798,32
21	Kietafazės ekstrakcijos kolonėlės, skirtos narkotinių ir psichotropinių medžiagų ekstrakcijai iš biologinių terpių. CHEM ELUT arba analogiškos - kolonėlės tūris – 3 ml, be buferio. Sorbentas sudarytas iš polimerinės dervos.	4500 vnt.	100	260,00	314,60	11700,00	14157,00	23400,00	28314,00
22	Kietafazės ekstrakcijos kolonėlės (SPE), skirtos narkotinių ir psichotropinių medžiagų ekstrakcijai iš biologinių terpių. Bond Elut Certify arba analogiškos - SPE kolonėlės tūris 3 ml, sorbento kiekis – 200 mg, be buferio. Sorbentas sudarytas iš modifikuoto silikagelio ir stipraus katijonito (mišrus-būdas).	3000 vnt.	50	120,00	145,20	7200,00	8712,00	14400,00	17424,00
23	Universalus filtras heliui, 1/8" prijungimas; maksimali darbinė temperatūra 100°C; didžiausias darbinis slėgis 500 psi; galimumas - 1,07 l deguonies, 46 gm vandens, 20gm angliavandenilių.	3 vnt.	1	285,00	344,85	855,00	1034,55	1710,00	2069,10
24	Vakuuminio siurblio alyva, garų slėgis prie +25 °C – ne daugiau nei 4x10 ⁻⁸ bar, klampumas: prie +40 °C – ne daugiau 54cst, prie +100 °C – ne daugiau 8,1cst, tankis – ne daugiau 0,86 g/cm ³	6 x 1 ltr	1	65,00	78,65	390,00	471,90	780,00	943,80
25	Elektronų daigintuvas cilindrinio tipo, ištisinis, trijų ašių, 5975 tipo.	1 vnt.	1	1550,00	1875,50	1550,00	1875,50	3100,00	3751,00
26	Elektronų daigintuvas, tiesaus tipo, 5975B masių spektrometrui	1 vnt.	1	1250,00	1512,50	1250,00	1512,50	2500,00	3025,00
27	Kaitinimo elementas-sensorius FID, TCD, NPD detektoriams ir split/splitless injektoriams, 7890 tipo.	1 vnt.	1	250,00	302,50	250,00	302,50	500,00	605,00
28	Kapiliarinių kolonėlių termostato aušinimo vožtuvų variklis, 6890 tipo.	1 vnt.	1	280,00	338,80	280,00	338,80	560,00	677,60
29	Kapiliarinių kolonėlių termostato kaitinimo blokas 230 V, 16A	1 vnt.	1	750,00	907,50	750,00	907,50	1500,00	1815,00
30	Keraminė tarpinė jonų šaltinio repeleriui	1 vnt.	1	115,00	139,15	115,00	139,15	230,00	278,30
Iš viso:						49534,00	59936,14	99068,00	119872,28

Pasiūlymo kaina 24 mėn. su PVM

Kaina žodžiais

Šimtas devyniolika tūkstančių aštuoni šimtai septyniasdešimt du Eur 28 ct

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

**Sąnaudinių medžiagų ir kitų priemonių, reikalingų „Agilent Technologies“
dujų chromatografų su masių spektrometriniais detektoriais darbui užtikrinti**

Eil. Nr.	Reikalaujama techninė specifikacija*	Siūloma techninė specifikacija
1	Pilno (nedalijamojo) srauto (Splitless) laineris, deaktyvuotas su stiklo vata. Laineris 0,9 ml tūrio, vidinis diametras (ID) 4 mm. Laineris su vienu susiaurėjimu.	Pilno (nedalijamojo) srauto (Splitless) laineris, deaktyvuotas su stiklo vata. Laineris 0,9 ml tūrio, vidinis diametras (ID) 4 mm. Laineris su vienu susiaurėjimu.
2	Pilno (nedalijamojo) srauto (Splitless) laineris, deaktyvuotas be stiklo vatos. Laineris 0,8 ml tūrio, vidinis diametras (ID) 4 mm. Laineris su dvigubu susiaurėjimu.	Pilno (nedalijamojo) srauto (Splitless) laineris, deaktyvuotas be stiklo vatos. Laineris 0,8 ml tūrio, vidinis diametras (ID) 4 mm. Laineris su dvigubu susiaurėjimu.
3	Dalijamojo srauto (Split) laineris, deaktyvuotas su stiklo vata. Laineris 0,87 ml tūrio, vidinis diametras (ID) 4 mm. Laineris su vienu susiaurėjimu, mažo slėgio kritimo (low pressure drop).	Dalijamojo srauto (Split) laineris, deaktyvuotas su stiklo vata. Laineris 0,87 ml tūrio, vidinis diametras (ID) 4 mm. Laineris su vienu susiaurėjimu, mažo slėgio kritimo (low pressure drop).
4	Filamentas (CI) skirtas dujų chromatografui masių spektrometrui su chemine jonizacija. Filamentas pritaikytas dirbti aukštoje temperatūroje.	Filamentas (CI) skirtas dujų chromatografui masių spektrometrui su chemine jonizacija. Filamentas pritaikytas dirbti aukštoje temperatūroje.
5	Filamentas (EI) skirtas dujų chromatografui masių spektrometrui su elektronine jonizacija. Filamentas pritaikytas dirbti aukštoje temperatūroje.	Filamentas (EI) skirtas dujų chromatografui masių spektrometrui su elektronine jonizacija. Filamentas pritaikytas dirbti aukštoje temperatūroje.
6	Sertifikuota inertiško paviršiaus (Siltek-Vespel) tarpinė, skirta dujų chromatografui (mėginio įleidimui). Tarpinės diametras (ID) 0,8 mm.	Sertifikuota inertiško paviršiaus (Siltek-Vespel) tarpinė, skirta dujų chromatografui (mėginio įleidimui). Tarpinės diametras (ID) 0,8 mm.
7	Sertifikuota auksu dengta tarpinė, skirta dujų chromatografui (mėginio įleidimui). Tarpinės diametras (ID) 0,8 mm. Inertiškas auksinės tarpinės paviršius.	Sertifikuota auksu dengta tarpinė, skirta dujų chromatografui (mėginio įleidimui). Tarpinės diametras (ID) 0,8 mm. Inertiškas auksinės tarpinės paviršius.
8	Švirkštas skirtas dujų chromatografui (automatiniam mėginio įleidimui). Maksimalus švirkšto tūris – 10 ul.	Švirkštas skirtas dujų chromatografui (automatiniam mėginio įleidimui). Maksimalus švirkšto tūris – 10 ul.
9	Cheminis filtras skirtas dujų chromatografui (injektoriiui). Komplektą sudaro du cheminiai filtrai ir keturi O-žiedeliai (tarpinės).	Cheminis filtras skirtas dujų chromatografui (injektoriiui). Komplektą sudaro du cheminiai filtrai ir keturi O-žiedeliai (tarpinės).
10	Kapiliarinių kolonėlių ferulės. Kolonėlės vidinis diametras (ID) 0,1-0,25 mm, ferulės nominalinis diametras (ID) 0,4 mm. Ferulė sudaryta iš 85 % grafito. Ferulė tvirtinama į MS pusę.	Kapiliarinių kolonėlių ferulės. Kolonėlės vidinis diametras (ID) 0,1-0,25 mm, ferulės nominalinis diametras (ID) 0,4 mm. Ferulė sudaryta iš 85 % grafito. Ferulė tvirtinama į MS pusę.
11	Kapiliarinių kolonėlių ferulės. Kolonėlės vidinis diametras (ID) 0,32 mm, ferulės nominalinis diametras (ID) 0,5 mm. Ferulė sudaryta iš 85 % grafito. Ferulė tvirtinama į MS pusę.	Kapiliarinių kolonėlių ferulės. Kolonėlės vidinis diametras (ID) 0,32 mm, ferulės nominalinis diametras (ID) 0,5 mm. Ferulė sudaryta iš 85 % grafito. Ferulė tvirtinama į MS pusę.
12	Kapiliarinių kolonėlių ferulės. Kolonėlės vidinis diametras (ID) 0,25-0,32 mm, ferulės nominalinis diametras (ID) 0,5 mm. Ferulė sudaryta iš 100 % grafito. Ferulė tvirtinama į injektoriaus pusę.	Kapiliarinių kolonėlių ferulės. Kolonėlės vidinis diametras (ID) 0,25-0,32 mm, ferulės nominalinis diametras (ID) 0,5 mm. Ferulė sudaryta iš 100 % grafito. Ferulė tvirtinama į injektoriaus pusę.
13	Kapiliarinės kolonėlės veržlė. Universali veržlė, tinkanti tvirtinti chromatografinę kolonėlę. Veržlė tvirtinama į MS pusę.	Kapiliarinės kolonėlės veržlė. Universali veržlė, tinkanti tvirtinti chromatografinę kolonėlę. Veržlė tvirtinama į MS pusę.
14	Kapiliarinės kolonėlės veržlė. Universali veržlė, tinkanti tvirtinti chromatografinę kolonėlę. Veržlė tvirtinama į injektoriaus pusę.	Kapiliarinės kolonėlės veržlė. Universali veržlė, tinkanti tvirtinti chromatografinę kolonėlę. Veržlė tvirtinama į injektoriaus pusę.
15	Injektoriaus tarpinės (septos, raudonos), Bleed/Temp klasė. Tarpinės diametras (ID) – 11 mm, maksimali injektoriaus temperatūra –400 ° C termiškai atsparios.	Injektoriaus tarpinės (septos, raudonos), Bleed/Temp klasė. Tarpinės diametras (ID) – 11 mm, maksimali injektoriaus temperatūra –400 °C, termiškai atsparios.

16	Sertifikuotos tarpinės (žiedeliai), skirtos laineriams. Sudarytos iš nelipnaus anglies-fluorido polimero.	Sertifikuotos tarpinės (žiedeliai), skirtos laineriams. Sudarytos iš nelipnaus anglies-fluorido polimero.
17	Svabai, skirti dujų chromatografo masių spektrometro jonizacijos šaltinio (EI arba CI) valymui. Inertiškas paviršius.	Svabai, skirti dujų chromatografo masių spektrometro jonizacijos šaltinio (EI arba CI) valymui. Inertiškas paviršius.
18	Dujų chromatografijos kapiliarinė kolonėlė sudaryta iš 30 m ilgio, 0,320 mm vidinio diametro, 0,1 µm skystos nejudrios fazės sluoksnio storis. Skysta nejudri fazė sudaryta nepolinės 5 % - fenil-metilpolisiloksano medžiagos pagrindu. Stacionari fazė – DB- 5HT. Kolonėlės minimali temperatūra -60 °C, maksimali kaitinimo temperatūra + 400 °C.	Dujų chromatografijos kapiliarinė kolonėlė sudaryta iš 30 m ilgio, 0,320 mm vidinio diametro, 0,1 µm skystos nejudrios fazės sluoksnio storis. Skysta nejudri fazė sudaryta nepolinės 5 % - fenil-metilpolisiloksano medžiagos pagrindu. Stacionari fazė – DB- 5HT. Kolonėlės minimali temperatūra -60 °C, maksimali kaitinimo temperatūra + 400 °C.
19	Dujų chromatografijos kapiliarinė kolonėlė sudaryta iš 30 m ilgio, 0,320 mm vidinio diametro, 0,25 µm skystos nejudrios fazės sluoksnio storis. Skysta nejudri fazė sudaryta nepolinės 5 % - fenil-metilpolisiloksano medžiagos pagrindu. Stacionari fazė – HP - 5MS. Kolonėlės minimali temperatūra -60 °C, maksimali kaitinimo temperatūra + 325 °C (350 °C).	Dujų chromatografijos kapiliarinė kolonėlė sudaryta iš 30 m ilgio, 0,320 mm vidinio diametro, 0,25 µm skystos nejudrios fazės sluoksnio storis. Skysta nejudri fazė sudaryta nepolinės 5 % - fenil-metilpolisiloksano medžiagos pagrindu. Stacionari fazė – HP - 5MS. Kolonėlės minimali temperatūra -60 °C, maksimali kaitinimo temperatūra + 325 °C (350 °C).
20	Dujų chromatografijos kapiliarinė kolonėlė sudaryta iš 30 m ilgio, 0,250 mm vidinio diametro, 0,25 µm skystos nejudrios fazės sluoksnio storis. Kapiliarinė kolonėlė komplektuojama kartu su 10 m ilgio prieškolonėle. Skysta nejudri fazė sudaryta nepolinės 5 % - fenil-metilpolisiloksano medžiagos pagrindu. Stacionari fazė – DB – 5MS + DG. Kolonėlės minimali temperatūra -60 °C, maksimali kaitinimo temperatūra + 325 °C (+350 °C).	Dujų chromatografijos kapiliarinė kolonėlė sudaryta iš 30 m ilgio, 0,250 mm vidinio diametro, 0,25 µm skystos nejudrios fazės sluoksnio storis. Kapiliarinė kolonėlė komplektuojama kartu su 10 m ilgio prieškolonėle. Skysta nejudri fazė sudaryta nepolinės 5 % - fenil-metilpolisiloksano medžiagos pagrindu. Stacionari fazė – DB – 5MS + DG. Kolonėlės minimali temperatūra -60 °C, maksimali kaitinimo temperatūra + 325 °C (+350 °C).
21	Kietafazės ekstrakcijos kolonėlės, skirtos narkotinių ir psichotropinių medžiagų ekstrakcijai iš biologinių terpių. CHEM ELUT arba analogiškos - kolonėlės tūris – 3 ml, be buferio. Sorbentas sudarytas iš polimerinės dervos.	Kietafazės ekstrakcijos kolonėlės, skirtos narkotinių ir psichotropinių medžiagų ekstrakcijai iš biologinių terpių. CHEM ELUT arba analogiškos - kolonėlės tūris – 3 ml, be buferio. Sorbentas sudarytas iš polimerinės dervos.
22	Kietafazės ekstrakcijos kolonėlės (SPE), skirtos narkotinių ir psichotropinių medžiagų ekstrakcijai iš biologinių terpių. Bond Elut Certify arba analogiškos - SPE kolonėlės tūris 3 ml, sorbento kiekis – 200 mg, be buferio. Sorbentas sudarytas iš modifikuoto silikagelio ir stipraus katijonito (mišrus-būdas).	Kietafazės ekstrakcijos kolonėlės (SPE), skirtos narkotinių ir psichotropinių medžiagų ekstrakcijai iš biologinių terpių. Bond Elut Certify arba analogiškos - SPE kolonėlės tūris 3 ml, sorbento kiekis – 200 mg, be buferio. Sorbentas sudarytas iš modifikuoto silikagelio ir stipraus katijonito (mišrus-būdas).
23	Universalus filtras heliui, 1/8" prijungimas; maksimali darbinė temperatūra + 100°C; didžiausias darbinis slėgis 500 psi; galingumas - 1,07 l deguonies, 46 gm vandens, 20gm angliavandenilio.	Universalus filtras heliui, 1/8" prijungimas; maksimali darbinė temperatūra + 100°C; didžiausias darbinis slėgis 500 psi; galingumas - 1,07 l deguonies, 46 gm vandens, 20gm angliavandenilio.
24	Vakuuminio siurblio alyva, garų slėgis prie + 25 °C – ne daugiau nei 4x10 ⁻⁸ bar, klampumas: prie + 40 °C – ne daugiau 54cst, prie + 100 °C – ne daugiau 8,1cst, tankis – ne daugiau 0,86 g/cm ³	Vakuuminio siurblio alyva, garų slėgis prie + 25 °C – ne daugiau nei 4x10 ⁻⁸ bar, klampumas: prie + 40 °C – ne daugiau 54cst, prie + 100 °C – ne daugiau 8,1cst, tankis – ne daugiau 0,86 g/cm ³
25	Elektronų daugintuvas cilindrinio tipo, ištisinis, trijų ašių, 5975 tipo.	Elektronų daugintuvas cilindrinio tipo, ištisinis, trijų ašių, 5975 tipo.
26	Elektronų daugintuvas, tiesaus tipo, 5975B masių spektrometrui	Elektronų daugintuvas, tiesaus tipo, 5975B masių spektrometrui
27	Kaitinimo elementas-sensorius FID, TCD, NPD detektoriams ir split/splitless injektoriams, 7890 tipo.	Kaitinimo elementas-sensorius FID, TCD, NPD detektoriams ir split/splitless injektoriams, 7890 tipo.
28	Kapiliarinių kolonėlių termostato aušinimo vožtuvų variklis, 6890 tipo.	Kapiliarinių kolonėlių termostato aušinimo vožtuvų variklis, 6890 tipo.
29	Kapiliarinių kolonėlių termostato kaitinimo blokas 230 V, 16A	Kapiliarinių kolonėlių termostato kaitinimo blokas 230 V, 16A
30	Keramininė tarpinė jonų šaltinio repeleriai	Keramininė tarpinė jonų šaltinio repeleriai

*Įrenginių sąnaudinės dalys turi tiktį VTMT Toksikologijos laboratorijoje naudojamiems „Agilent Technologies“ dujų chromatografams su masių spektrometriniais detektoriais

3.1. Pasiūlyme kaina nurodomos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

3.1.1. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtinės dalis ir pan. Perkančioji organizacija, tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiuoja pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su Prekių tiekimu, įskaitant, bet neapsiribojant elektroninių sąskaitų teikimo išlaidomis;

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Į šią kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Pastabos:

- 1) * kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
- 2) ** tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

4. PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:

Eil. Nr.	Dokumentas	Lapų skaičius	Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip / Ne)	Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl
1	2	3	4	5
1.	UAB „Multilabo“ įgaliojimas (konfidencialu)	1	Taip	„Konfidencialu“ - UAB „Multilabo“ įgaliojimas - įgaliojime nurodomas įmonės darbuotojo gimimo data, o tai yra asmeninė informacija, kuri nėra vieša ar viešai prieinama bei negali būti viešinama;
2.	UAB „Interlux“ įgaliojimas (konfidencialu)	1	Taip	„Konfidencialu“ - UAB „Interlux“ įgaliojimas - įgaliojime nurodomas įmonės darbuotojo gimimo data, o tai yra asmeninė informacija, kuri nėra vieša ar viešai prieinama bei negali būti viešinama;
3.	Gamintojo dokumentacija (konfidencialu)	23	Taip	„Konfidencialu“ - Gamintojo dokumentai - UAB „Multilabo“, vykdydama sutartinius įsipareigojimus,

				kylančius iš platinimo sutarčių tarp UAB „Multilabo“ ir prekių gamintojų, įsipareigoja laikyti visą su šiomis sutartimis susijusią dokumentaciją (įskaitant, bet tuo nepasiribojant, gamintojo išduotą įgaliojimą) bei su gamintojo produktais susijusią informaciją (įskaitant, bet tuo neapsiribojant, prekių technines specifikacijas, aprašus, katalogus ir kt.), konfidencialia informacija.
4.	Ketinių protokolai (konfidencialu)	1	Taip	„ Konfidencialu “ – Ketinių protokolai - dokumente pateikiama informacija apie įmonės sudarytas sutartis, atsakingus asmenis, tai nėra vieša ar viešai prieinama bei negali būti viešinama informacija;
5	Multilabo UAB Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)	14	Ne	
6	Interlux UAB Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)	14	Ne	

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;
- sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytais sąlygomis ir procedūromis,
- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;
- pasiūlymas galioja pirkimo sąlygų 2 skyriuje „**Terminai**“ atitinkamame punkte nurodytą terminą.

Viešųjų pirkimų specialistė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Kristina Pušinskienė

(Vardas, pavardė)

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
KRISTINA, PUŠINSKIENĖ
Data: 2021-09-23 21:26:08