

UAB „Mardentas“, veiklos su jonizuojančios spinduliuotės šaltiniais licencija Nr. 0885 išduota 2002 09 19, atstovaujama inžinieriaus Aleksandro Mackevič, iš vienos pusės, toliau vadinama „VYKDYTOJU“ ir Utenos kolegija, atstovaujama direktoriaus Dr. Raimundo Čepuko, toliau vadinama „UŽSAKOVU“, iš kitos pusės, sudarė šią sutartį:

1. SUTARTIES OBJEKTAS

- 1.1. „VYKDYTOJAS“ įsipareigoja kartą į metus atlikti odontologinių rentgeno aparatų, išvardinto specifikacijoje, profilaktinį-techninį aptarnavimą ir smulkius remontus.
- 1.2. „VYKDYTOJAS“ įsipareigoja atlikti neplaninius odontologinių rentgeno aparatų remonto darbus.

2. TERMINAI

- 2.1. Sutartis įsigalioja nuo 2021 m. rugsėjo mėn. 7 d. iki 2022 m. rugsėjo mėn. 6 d..
- 2.2. „VYKDYTOJAS“ įsipareigoja vykdyti aptarnavimo darbus kartą į metus.
- 2.3. „VYKDYTOJAS“ įsipareigoja atlikti neplaninius skubaus remonto darbus. Darbo atlikimo terminai ir apmokėjimo sąlygos bus suderinamos atskira tvarka, kiekvienam konkrečiam atvejui.

3. SUTARTIES SUMA IR APMOKĖJIMO TVARKA

- 3.1. Pagal šią sutartį atliekamų remonto darbų kainos pateikiamos priede Nr. 1.
 - 3.1.1. Įrangos diagnostika ir gedimo nustatymas, jei atsisakoma remontuoti, apmokestinamas – 50,00 Eur su PVM.
 - 3.1.2. Pagal LDK 194 straipsnį, kai darbai atliekami pas „UŽSAKOVA“, „UŽSAKOVO“ pageidavimu, „VYKDYTOJO“ nedarbo laiku, vienos darbo valandos kaina 75,00 Eur su PVM (50,00*1,5).
 - 3.1.2.1. „VYKDYTOJO“ darbo laikas nuo 9 val. iki 18 val.
 - 3.1.3. Pagal LDK 195 straipsnį, kai darbai atliekami pas „UŽSAKOVA“, „UŽSAKOVO“ pageidavimu poilsio ar švenčių dienomis, vienos darbo valandos kaina - 100,00 Eur su PVM (50,00*2).
 - 3.1.4. Skubaus iškvietimo atveju yra taikomas papildomas - 50,00 EUR su PVM. mokestis. Transporto išlaidos skaičiuojamos nuo artimiausio serviso centro (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos). Skubus iškvietimas, kai „UŽSAKOVAS“ prašo „VYKDYTOJO“ atvykti 2 val. bėgyje po iškvietimo.
 - 3.1.5. Jeigu darbų trukmė ilgesnė nei 3 val. arba remonto kaina didesnė nei 200,00 EUR, remonto kaina ir sąlygos derinamos atskiru susitarimu.
- 3.2. Jeigu kas 12 mėn. atliekamas įrangos profilaktinis-techninis aptarnavimas, gedimo atveju „VYKDYTOJAS“ atvyksta greičiau nei per 48 val. Profilaktinis-techninio aptarnavimo metu atliekami darbai, pateikiami priede Nr. 2.
- 3.3. „UŽSAKOVAS“ paskiria atsakingą asmenį, kuris informuoja „VYKDYTOJĄ“ apie gedimus ir įrangos techninę būklę, taip pat užtikrina tinkamą įrangos kasdieninę priežiūrą ir eksploataciją pagal gamintojo reikalavimus. „UŽSAKOVUI“ pageidaujant, „UŽSAKOVAS“ apmoko „UŽSAKOVO“ atsakingą asmenį ir personalą teisingai prižiūrėti įrenginius.
- 3.4. „VYKDYTOJAS“ paskiria atsakingą asmenį, kuris atsako, kad būtų tinkamai ir laiku atliktas remontas, laiku patiektos atsarginės detalės, informuoja dėl techninio-profilaktinio patikrinimo laiko.
- 3.5. „VYKDYTOJAS“ išrašo ir pateikia „UŽSAKOVUI“ PVM sąskaitą faktūrą už profilaktinio-techninio aptarnavimo darbus.
- 3.6. Už aparatūros remontą „UŽSAKOVAS“ apmoka pagal atskirą darbų atlikimo aktą ir „VYKDYTOJO“ pateiktą PVM sąskaitą faktūrą, kuri 14 dienų laikotarpyje, bus išsiųsta elektroniniu paštu.
- 3.7. „UŽSAKOVAS“ apmoka už profilaktinio-techninio aptarnavimo ir remonto darbus 15 dienų laikotarpyje nuo PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos. Remonto, profilaktinio patikrinimo ir aptarnavimo tikslams sunaudotas detales (kai yra keičiami pagrindiniai mazgai ar detalės) apmoka „UŽSAKOVAS“. Atsarginės detalės yra keičiamos prieš tai informavus „UŽSAKOVA“.
- 3.8. Jei „UŽSAKOVAS“ nevykdo sutarties 3.7 punkto įsipareigojimų ilgiau kaip 5 (penkis) darbo dienas, nuo sekančios dienos moka „VYKDYTOJUI“ 0,05% dydžio baudą nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą bankinę dieną. Baudos dydis negali būti didesnis nei 5% nuo nepamokėtos sumos.

3.9. Jei „UŽSAKOVAS“ nevykdo sutarties 3.7 punkto įsipareigojimų ilgiau kaip 3 mėnesius, „UŽSAKOVAS“ nebeatlieka remonto darbų bei planinių profilaktinio-techninio aptarnavimo darbų.

4. SUTARTIES VYKDYMO TVARKA

4.1. Visi atlikti darbai išvardinti punkte 1.1 ir 1.2 privalo būti aktuojami ir pasirašomi abiejų šalių.

4.2. „UŽSAKOVAS“ įsipareigoja pasirašyti atliktų darbų aktą nedelsiant po darbų atlikimo.

4.3. Jei „VYKDYTOJAS“ nevykdo sutarties 1.1 punkto įsipareigojimų ilgiau kaip 5 (penkias) darbo dienas, nuo tarpusavyje suderintos darbų atlikimo datos „VYKDYTOJAS“ nuo sekančios dienos moka „UŽSAKOVUI“ 0,05% dydžio baudą nuo nurodytos profilaktinių darbų vertės. Baudos dydis negali būti didesnis nei 5% nuo neįvykdytų darbų vertės.

5. GARANTIJOS

5.1. „VYKDYTOJAS“ suteikia atliekamiems remonto darbams 3 mėnesių garantiją.

5.2. Garantija netaikoma jei „UŽSAKOVAS“ nesilaiko nurodytų eksploatacijos taisyklių.

5.3. Garantinio laikotarpio pradžia laikoma atliktų darbų akto pasirašymo data.

6. KITOS SĄLYGOS

6.1. Ginčai tarp šalių sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

6.2. Sutartis galioja nuo jos pasirašymo datos iki pilno šalių įsipareigojimų įvykdymo.

6.3. Ši sutartis sudaryta dviem egzemplioriais - vienas „UŽSAKOVUI“, kitas „VYKDYTOJUI“ ir gali būti pakeista ir papildyta raštišku abiejų šalių susitarimu.

7. ŠALIŲ REKVIZITAI

VYKDYTOJAS

UAB „Mardentas“

Lazdynėlių g. 8, Vilnius

Įmonės kodas: 225863550

PVM mokėtojo kodas: LT258635515

AB SEB bankas

Banko kodas 70440

a.s. LT 847044060007796610

Inžinierius
Aleksandr Mackevič



UŽSAKOVAS

Utenos kolegija

Maironio g. 7, LT-28142 Utena

Įmonės kodas: 111965850

Direktorius
Dr. Raimundas Čepukas



Priedas Nr. 1 prie Sutarties Nr. S-20210907-01

SPECIFIKACIJA

Įrangos pavadinimas	Serijos numeris	Kiekis	Eksplotacijos adresas
Dantų rentgeno aparatas X-MIND DC	D08431	1	Aušros g. 73, Utena
Viziografas Sopix2	27299	1	Aušros g. 73, Utena
Ryškinimo dėžė Durr Dental XR04	C235268004	1	Aušros g. 73, Utena

ĮKAINIAI

Eil. nr.	Atliekamas darbas	Įkainis
1	Remonto darbai	0,5 val. 35,00 Eur su PVM\1 val. 50,00 Eur su PVM
2	Darbai atliekami nuotolinio prisijungimo pagalba	1 val. 30,00 Eur su PVM
3	Profilaktinis - techninis patikrinimas (dentalinis)	55,00 Eur su PVM/1x12 mėn.
4	Profilaktinis - techninis patikrinimas (panoraminis)	95,00 Eur su PVM/1x12 mėn.
5	Profilaktinis - techninis patikrinimas (3D)	140,00 Eur su PVM/1x12 mėn.
6	Transporto išlaidos	0,30 Eur su PVM/km

ĮKAINIAI GALIOJA IKI KALENDORINIŲ METŲ PABAIGOS, NUO SUTARTIES PASIRAŠYMO DATOS.

VYKDYTOJAS

UAB "Mardentas"
Lazdynėlių g. 8, Vilnius
Įmonės kodas: 225863550
PVM mokėtojo kodas: LT258635515
AB SEB bankas
Banko kodas 70440
a.s. LT 847044060007796610

Inžinierius

Aleksandr Mackevič



UŽSAKOVAS

Utenos kolegija
Maironio g. 7, LT-28142 Utena
Įmonės kodas: 111965850

Direktorius

Dr. Raimundas Čepukas



Metinio profilaktinio-techninio aptarnavimo darbai

Dentalinis rentgeno aparatas

- Diagnostinės programos patikrinimas.
- Rentgeno tvirtinimo plokštės vertikalumo patikrinimas, jei reikia, sureguliuojamas ir sutvirtinimas.
- Kronšteino seno tepalo išvalymas ir sutepimas nauju.
- Kronšteino įvorės išvalymas ir sutepimas.
- Pantografinės alkūnės kabelio patikrinimas. Jei aptikta šarvo pažeidimų, pakeitimas nauju.
- Pantografinės alkūnės apsaugų patikrinimas. Jei aptikta gedimų, pakeitimas naujomis.
- Pantografinės alkūnės kronšteino išvalymas ir sutepimas, padėties nustatymas ir sureguliuojamas.
- Galvos elektros pajungimo kontakto patikrinimas.
- Galvos kronšteino išvalymas ir sutepimas.
- Tepalo nutekėjimo patikrinimas (galvos).
- Rentgeno įjungimas ir būsenos patikrinimas pagal indikatorių informaciją.

3D/panoraminis rentgeno aparatas

- Basisukančios rentgeno aparato galvos mechanizmo stabilumo patikrinimas: diržų laisvumo patikrinimas ir suveržimas, tinkamo rentgeno aparato galvos pozicionavimo patikrinimas, basisukančio mechanizmo detalių išvalymas, sutepimas, sutvirtinimas ir pakeitimas jei būtina.
- Maitinimo kabelio būklės patikrinimas ir pakeitimas, jei būtina.
- Rentgeno aparato galvos vamzdelio tepalo būklės patikrinimas. Jei pastebimas tepalo nutekėjimas, atliekamas rentgeno galvos keitimas.
- Rentgeno aparato generatoriaus bloko aušinimo ventiliatorių patikrinimas ir išvalymas. Jei būtina, ventiliatorių keitimas.
- Rentgeno aparato generatoriaus bloko korpuso ir viduje esančių elektroninių dalių apžiūra ir išvalymas.
- Rentgeno aparato skiriamųjų lentelių būklės patikrinimas.
- Pilnutinės varžos tarp apsaugomojo įžeminimo ir bet kurios saugiai įžemintos dalies patikrinimas (*reikalaujama* $< 0,2 \Omega$).
- Visų panoraminio rentgeno aparato korpuso dangčių būklės patikrinimas.
- Rentgeno spindulių generatoriaus kalibravimas.
- Geometrijos kalibravimas.
- Paciento pozicionavimo lazerių patikra ir kalibravimas.

VYKDYTOJAS

UAB "Mardentas"

Lazdynėlių g. 8, Vilnius

Įmonės kodas: 225863550

PVM mokėtojo kodas: LT258635515

AB SEB bankas

Banko kodas 70440

a.s. LT 847044060007796610

Inžinierius

Aleksandr Mackevič



UŽSAKOVAS

Utenos kolegija

Maironio g. 7, LT-28142 Utena

Įmonės kodas: 111965850

Direktorius

Dr. Raimundas Čepukas

