

ODONTOLOGINĖS ĮRANGOS PIRKIMO SUTARTIS NR. R26-424

2021 m. spalio 26 d.

Ši sutartis sudaryta tarp Viešosios įstaigos Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centro, atstovaujamo direktorės Astos Sivolovienės (toliau tekste „Pirkėjas“), iš vienos pusės ir UAB „Limeta“ atstovaujamos generalinio direktoriaus Virginijaus Domarko (toliau tekste „Pardavėjas“), iš kitos pusės.



1. Sutarties turinys:

1.1. Remiantis supaprastinto atviro pirkimo „ODONTOLOGINĖ ĮRANGA“ procedūros rezultatais, Pardavėjas įsipareigoja parduoti Pirkėjui, o pastarasis įsipareigoja pirkti šias prekes:

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina € be PVM	Vieneto kaina € su PVM	Kaina € su PVM skaičiais	Kaina € su PVM žodžiu
1	Odontologinė įranga	Kompl.	4	15485,00	18736,85	74947,40	Septyniasdešimt keturi tūkstančiai devyni šimtai keturiasdešimt septyni eurai 40 ct.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Odontologinė įranga:			
1.1.	Paciento kėdė:		Paciento kėdė Modelis: „2009 Next“ Gamintojas: „Tecnodent S.r.l.“, Italija
1.1.1	Kėdės maitinimas iš kintamojo įtampos tinklo 230 (±10) V, 50/60 Hz.		Kėdės maitinimas iš kintamojo įtampos tinklo 230 V, 50/60 Hz.
1.1.2	Kėdė netvirtinama prie grindų.		Kėdė netvirtinama prie grindų.
1.1.3	Kėdės keliamoji galia – ne mažiau kaip 135 kg (paciento svoris).		Kėdės keliamoji galia – 135 kg (paciento svoris).
1.1.4	Kėdės sėdimoji dalis turi kilti/leisti intervale: apatinė pozicija ne aukščiau 45 cm, viršutinė pozicija ne žemiau 74 cm nuo grindų		Kėdės sėdimoji dalis kyla/leidžiasi intervale: apatinė pozicija 39,5 cm, viršutinė pozicija 84,5 cm nuo grindų.
1.1.5	Kėdės valdymas elektrinis – hidraulinis arba elektrinis – mechaninis		Kėdės valdymas elektrinis – mechaninis
1.1.6	Automatinis kėdės judesio stabdis esant kliūčiai po kėde.		Automatinis kėdės judesio stabdis esant kliūčiai po kėde.
1.1.7	Paciento kėdės apmušalo danga turi būti besiūlė.		Paciento kėdės apmušalo danga yra besiūlė.
1.1.8	Kėdės sėdima dalis turi būti pasukama apie vertikalią ašį ne mažiau kaip po 30° į abi puses nuo centrinės ašies (padėties).		Kėdės sėdima dalis yra pasukama apie vertikalią ašį po 30° į abi puses nuo centrinės ašies (padėties).
1.1.9	Ne mažiau 2 individualiai programuojamos paciento kėdės padėties, papildomai paciento išlaipinimo programa ir grįžimo į prieš tai buvusią padėtį programa.		3 individualiai programuojamos paciento kėdės padėties, papildomai paciento išlaipinimo programa ir grįžimo į prieš tai buvusią padėtį programa.

1.1.10	Kėdės valdymas nuo gydytojo instrumentų pulto ir asistento instrumentų pulto arba kojiniu pedalu	Kėdės valdymas nuo gydytojo instrumentų pulto ir asistento instrumentų pulto arba kojiniu pedalu
1.1.11	Galvos atlošo artikuliuojimas ne mažiau kaip 2 ašimis.	Galvos atlošo artikuliuojimas 3 ašimis
1.1.12	Kairysis ir dešinysis porankiai, dešinysis porankis nusukamas ne mažiau kaip 90° kampu arba nulenkiamas.	Kairysis ir dešinysis porankiai, dešinysis porankis nulenkiamas
1.1.13	Sėdimosios dalies, nugaros ir sustumto galvos atlošo bendras ilgis ne mažiau kaip 1750 mm.	Sėdimosios dalies, nugaros ir sustumto galvos atlošo bendras ilgis 1750 mm
1.1.14	Kojūgalis turi turėti skaidrią, lengvai nuimamą ir lengvai nuvalomą apsauginę plėvelę.	Kojūgalis turi skaidrią, lengvai nuimamą ir lengvai nuvalomą apsauginę plėvelę
1.1.15	Visos įrangos darbui reikalingos komunikacijos (oro padavimo trasa, oro išsiurbimo trasa, vanduo, kanalizacija, elektros pajungimai) susiveda į integruotą komunikacijų dėžutę.	Visos įrangos darbui reikalingos komunikacijos (oro padavimo trasa, oro išsiurbimo trasa, vanduo, kanalizacija, elektros pajungimai) susiveda į integruotą komunikacijų dėžutę.
1.2.	Gydytojo instrumentų dalis:	Gydytojo instrumentų dalis: Modelis: „Stomadent NEO“ Gamintojas: „Stomadent SK s.r.o“, Slovakija
1.2.1	Gydytojo instrumentai: 1) ne mažiau 3-jų funkcijų švirkštas (oras, vanduo, oras + vanduo) 2) rankovė turbinai su pašvietimu; 3) rankovė mikrovarikliui su pašvietimu; 4) vieta ultragarsiniam skaleriui; 5) vieta polimerizacinei lempai	Gydytojo instrumentai: 1) 3-jų funkcijų švirkštas (oras, vanduo, oras + vanduo) 2) rankovė turbinai su pašvietimu 3) rankovė mikrovarikliui su pašvietimu 4) vieta ultragarsiniam skaleriui 5) vieta polimerizacinei lempai
1.2.2	Instrumentų blokas tvirtinamas prie spjaudyklės bloko.	Instrumentų blokas tvirtinamas prie spjaudyklės bloko
1.2.3	Instrumentų stalo aukščio reguliavimas automatinio stabdžiu.	Instrumentų stalo aukščio reguliavimas automatinio stabdžiu.
1.2.4	Vienas bendras jungiklis, kartu atjungiantis/išjungiantis elektros, vandens ir suspausto oro maitinimą.	Vienas bendras jungiklis, kartu atjungiantis/išjungiantis elektros, vandens ir suspausto oro maitinimą.
1.2.5	Nuspaudžiamas instrumentų valdymo pedalas su vandens į instrumentus įjungimo/išjungimo funkcija.	Nuspaudžiamas instrumentų valdymo pedalas su vandens į instrumentus įjungimo/išjungimo funkcija.
1.2.6	Gydytojo instrumentai yra įstatomi: 	Gydytojo instrumentai yra įstatomi: 
1.2.7	Instrumentų vandens kiekio reguliavimas kiekvienam instrumentui atskirai.	Instrumentų vandens kiekio reguliavimas kiekvienam instrumentui atskirai.
1.2.8	Instrumentų, naudojančių vandenį, rankovių praplovimo funkcija.	Instrumentų, naudojančių vandenį, rankovių praplovimo funkcija
1.2.9	Mobilus padėklas.	Mobilus padėklas

1.2.10	Kėdės/atlošo pakėlimo/nuleidimo valdymo mygtukai, programuojamų kėdės padėčių, paciento išlaipinimo, paskutinės dirbtos pozicijos mygtukai, šviestuvo įjungimo/išjungimo bei intensyvumo lygio mygtukai, vandens pripildymo į stiklinę ir spjaudyklės apiplovimo mygtukai.	Kėdės/atlošo pakėlimo/nuleidimo valdymo mygtukai, programuojamų kėdės padėčių, paciento išlaipinimo, paskutinės dirbtos pozicijos mygtukai, šviestuvo įjungimo/išjungimo bei intensyvumo lygio mygtukai, vandens pripildymo į stiklinę ir spjaudyklės apiplovimo mygtukai
1.3.	Spjaudyklės blokas/asistento instrumentų dalis:	Spjaudyklės blokas/asistento instrumentų dalis: Modelis: „Stomadent NEO“ Gamintojas: „Stomadent SK s.r.o.“, Slovakija
1.3.1	Spjaudyklės blokas tvirtinamas prie kėdės ir nesikilnoja arba kilnoja su kėde	Spjaudyklės blokas tvirtinamas prie kėdės ir kilnoja su kėde
1.3.2	Ne mažiau 3-jų lizdų asistento instrumentų laikiklis	4-jų lizdų asistento instrumentų laikiklis
1.3.3	3-jų funkcijų švirkštas (oras, vanduo, oras + vanduo).	3-jų funkcijų švirkštas (oras, vanduo, oras + vanduo).
1.3.4	Seilių bei dulkių nusiurbimo rankovės su antgaliais.	Seilių bei dulkių nusiurbimo rankovės su antgaliais.
1.3.5	Švaraus vandens sistema distiliuotam vandeniui tiekti į antgalius (indo talpa ne mažiau kaip 1 litras).	Švaraus vandens sistema distiliuotam vandeniui tiekti į antgalius (indo talpa 1,5 litro).
1.3.6	Programuojamas vandens į stiklinę ir spjaudyklės plovimo laikas.	Programuojamas vandens į stiklinę ir spjaudyklės plovimo laikas.
1.3.7	Kėdės/atlošo pakėlimo/nuleidimo valdymo mygtukai, programuojamų kėdės padėčių, paciento išlaipinimo, paskutinės dirbtos pozicijos mygtukai, šviestuvo įjungimo/išjungimo bei intensyvumo lygio mygtukai.	Kėdės/atlošo pakėlimo/nuleidimo valdymo mygtukai, programuojamų kėdės padėčių, paciento išlaipinimo, paskutinės dirbtos pozicijos mygtukai, šviestuvo įjungimo/išjungimo bei intensyvumo lygio mygtukai.
1.3.8	Vandens pripildymo į stiklinę ir spjaudyklės apiplovimo mygtukai.	Vandens pripildymo į stiklinę ir spjaudyklės apiplovimo mygtukai
1.3.9	Integruotas į spjaudyklės bloką skysčių separatorius	Integruotas į spjaudyklės bloką skysčių separatorius
1.4.	Apšvietimo sistema:	Apšvietimo sistema: Modelis: „LOOK“ Gamintojas: „Stomadent SK s.r.o.“, Slovakija
1.4.1	Bešešėlinis šviestuvas su ne mažiau 2 LED šviesos šaltinių	Bešešėlinis šviestuvas su 2 LED šviesos šaltiniais.
1.4.2	Apšvietimo lempa montuojama prie spjaudyklės bloko	Apšvietimo lempa montuojama prie spjaudyklės bloko
1.4.3	Padėties reguliavimo rankenos iš abiejų pusių	Padėties reguliavimo rankenos iš abiejų pusių
1.4.4	Spalvos temperatūra ne mažiau 4900 K +/- 100 K.	Spalvos temperatūra 4900 K +/- 100 K.
1.4.5	Plombavimo režimas	Plombavimo režimas
1.4.6	Maksimalus šviesos intensyvumas ne mažiau 25000 Lux	Maksimalus šviesos intensyvumas 35000 Lux
1.4.7	Spalvos atkūrimo indeksas CRI ≥90	Spalvos atkūrimo indeksas CRI ≥90
1.4.8	Valdymas trimis ašimis (galima pakreipti).	Valdymas trimis ašimis (galima pakreipti).

1.5.	Kėdutė gydytojui	Kėdutė gydytojui Modelis: „DENTAL“ Gamintojas: „Stomadent SK s.r.o.“, Slovakija
1.5.1	Laisvai stumdoma ant ne mažiau 5 ratukų.	Laisvai stumdoma ant 5 ratukų
1.5.2	Atlošas nugarai.	Atlošas nugarai
1.5.3	Reguliuojamas kėdutės aukštis.	Reguliuojamas kėdutės aukštis
1.6.	Elektrinis mikrovariklis:	Modelis: „NLX“ Gamintojas: „NSK“, Japonija
1.6.1	Bešepetėlinis.	Bešepetėlinis
1.6.2	Maksimalus sukimas ne mažiau 40 000 aps/min.	Maksimalus sukimas 40 000 aps/min.
1.6.3	Sūkimo momentas ne mažiau 3 Ncm	Sūkimo momentas 4 Ncm
1.6.4	Su vidiniu oro/vandens aušinimu.	Su vidiniu oro/vandens aušinimu
1.6.5	Su LED šviesos šaltiniu.	Su LED šviesos šaltiniu
1.6.6	Sterilizuojamas.	Sterilizuojamas
1.7.	Kampinis antgalis mikrovarikliui:	Modelis: „CA 1:1 L“ Gamintojas: „Bien-Air“, Šveicarija
1.7.1	Su vidiniu aušinimu ir vandens – oro mišinio padavimu iš ne mažiau 3 taškų.	Su vidiniu aušinimu ir vandens – oro mišinio padavimu iš 3 taškų
1.7.2	Perdavimo santykis 1:1.	Perdavimo santykis 1:1.
1.7.3	Grąžto fiksacija mygtuku.	Grąžto fiksacija mygtuku
1.7.4	Su pašvietimu	Su pašvietimu
1.7.5	Sterilizuojamas	Sterilizuojamas
1.8.	Turbininis antgalis su pašvietimu:	Modelis: „HC 22KL“ Gamintojas: „MK-dent“, Vokietija
1.8.1	Su vandens – oro aušinimu iš ne mažiau kaip 3 taškų	Su vandens – oro aušinimu iš 3 taškų
1.8.2	Sūkiai: ne mažiau kaip 380.000 rpm.	Sūkiai: 420.000 rpm
1.8.3	Maksimali galia: ne mažiau 18 W.	Maksimali galia: 18 W.
1.8.4	LED tipo pašvietimas.	LED tipo pašvietimas
1.8.5	Jungiamas prie žarnos per Midwest jungtį.	Jungiamas prie žarnos per Midwest jungtį
1.8.6	Sterilizuojamas.	Sterilizuojamas
1.9.	Ultragarsinis skaleris:	Modelis: „Compact Piezo LED“ Gamintojas: „Mectron“, Italija
1.9.1	Piezokeraminis su LED pašvietimu	Piezokeraminis su LED pašvietimu
1.9.2	Veikimo dažnis ne mažesnė ribose kaip 28 kHz – 36 kHz.	Veikimo dažnis ribose 24 kHz – 36 kHz
1.9.3	Automatinis amplitudės ir dažnio santykio keitimas, keičiantis apkrovai.	Automatinis amplitudės ir dažnio santykio keitimas, keičiantis apkrovai
1.9.4	Komplekte ne mažiau 4 instrumentų, instrumentų priveržimo raktas.	Komplekte 4 instrumentai, instrumentų priveržimo raktas
1.10.	Polimerizuojanti lempa:	Modelis: „Built-IN C“ Gamintojas: „Guilin Woodpecker Medical Instrument Co, LTD“, Kinija
1.10.1	Šviesos intensyvumas - ne mažiau kaip 1.200 mW/cm ² ;	Šviesos intensyvumas - 1.200 mW/cm ²
1.10.2	Bangos ilgis – ne mažiau kaip diapazone 440-465 nm.	Bangos ilgis diapazone 420-480 nm.
1.10.3	Skaidrus šviesolaidis, ne mažiau kaip 8mm skersmens	Skaidrus šviesolaidis, 8 mm skersmens
1.10.4	Ne mažiau kaip 2 skirtingos kietinimo	3 skirtingos kietinimo programos.

	programos	
1.10.5	Sukiojamas ir sterilizuojamas 135° šviesolaidis	Sukiojamas ir sterilizuojamas 135° šviesolaidis
1.11.	Vakuuminis siurblys	Modelis: „Uni-Jet“ Gamintojas: „Cattani Air Technology“, Italija
1.11.1	Maitinimas iš kintamojo įtampos tinklo 230 (±10) V, 50/60 Hz.	Maitinimas iš kintamojo įtampos tinklo 230 V, 50/60 Hz.
1.11.2	Galingumas ne daugiau 0,5 kW	Galingumas 0,4 kW
1.11.3	Srautas ne mažiau 1200 l/min	Srautas 1250 l/min
1.11.4	Vakuumo gylys ne mažiau 1260 mm H ₂ O	Vakuumo gylys 1300 mm H ₂ O
1.11.5	Komplektuojamas garsą slopinančioje dėžėje	Komplektuojamas garsą slopinančioje dėžėje
1.11.6	Triukšmingumas ne daugiau 60 dB	Triukšmingumas 58 dB.
1.12.	Garantijos 1.1.-1.11. pozicijoms turi būti ne mažiau kaip 24 mėnesiai	48 mėnesiai

1.2. Perkamų prekių kiekis priklausys nuo **Pirkėjo** poreikių ir finansinių galimybių.

2. Prekių pristatymas:

3. Prekes **Pardavėjas** pristato savo transportu be išankstinio apmokėjimo per 20 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo. Prekių pristatymo vieta Žeimių g. 19, Jonava.

4. Prekių kokybė:

4.1. **Pardavėjas** garantuoja parduodamų prekių kokybę, pateikdamas **Pirkėjui** kokybės sertifikatus (jeigu reikalaujama) arba jų kopijas ir kokybės analizės dokumentus (jeigu reikalaujama) arba jų kopijas, išrašant sąskaitą faktūrą. Tiekėjas PVM sąskaitą faktūrą perkančiajai organizacijai turi pateikti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos, naudojantis elektronine paslauga „E.sąskaita“ (elektroninės paslaugos „E.sąskaita“ svetainė pasiekama adresu www.esaskaita.eu)

4.2. Prekes pagal kiekį ir kokybę priima **Pirkėjo** atstovas pristatymo vietoje, pasirašydamas įskaitomai pavarde, vardą ir pareigas priėmimo - perdavimo akte bei savo parašą patvirtindamas antspaudu.

4.3. **Pardavėjas** atsako už parduodamų prekių kokybę ir kompensuoja **Pirkėjui** visus dėl nekokybiškų prekių patirtus nuostolius. Pretenzijos **Pardavėjui** dėl prekių kokybės pateikiamos tuoj pat jas konstatavus, tačiau ne vėliau kaip per 10 d. Tokiais atvejais prekių kokybei įvertinti sudaroma mišri **Pardavėjo** ir **Pirkėjo** komisija. Tais atvejais, kai randami užslėpti paslaugų trūkumai, pretenzijos **Pardavėjui** pateikiamos tuoj pat, tačiau ne vėliau kaip per 70 d.

4.4. Komisijai nustačius atliktų prekių trūkumus ar radus nekokybiškas prekes, **Pardavėjas** per 5 d. įsipareigoja trūkumus pašalinti, o negalint to padaryti - grąžina už juos gautas lėšas.

4.5. **Pirkėjas** įsipareigoja paskirti asmenį Ritą Neverdauskienę, tel. 834969046 ir Nerijų Patamsą, tel. 834969033, atsakingą už sutarties vykdymą.

5. Prekių kaina ir atsiskaitymai:

5.1. **Pirkėjas** apmoka **Pardavėjui** už prekes per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai **Pirkėjas** gauna sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą. Jeigu **Pirkėjas** neatsiskaito per minėtą laiką po prekių pristatymo, **Pardavėjas** gali reikalauti 0,02% už kiekvieną uždelstą dieną nuo neapmokėtos sumos.

5.2. Prekių kainos nustatytos vadovaujantis konkurso sąlygomis ir sutarties vykdymo laikotarpiu negalės būti keičiamos, išskyrus atvejus, kai pasikeičia mokesčiai. Mokestis, kuriam pasikeitus gali būti perskaičiuojama kaina – pridėtinės vertės mokestis (PVM). Pasikeitus PVM tarifo dydžiui, nepateiktų prekių kaina keičiama (mažinama ar didinama) proporcingai PVM pasikeitusio tarifo dydžiui. Kainos pakeitimas įforminamas papildomu susitarimu

6. Šalių atsakomybė ir papildomi įsipareigojimai:

6.1. Pagrindu atsisakyti priimti prekes gali būti jų kokybės neatitikimas nurodytiems reikalavimams.

6.2. Jeigu Pardavėjas laiku nepristato prekių, Pirkėjas gali reikalauti 0,02% netesybų nuo nepristatytų prekių sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Už pakartotiną atsisakymą **Pirkėjas** turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, laikantis šios sutarties 8.3. ir 8.4. punktuose nurodytų reikalavimų.

6.3. Pasikeitus vienos iš šalių adresui ar rekvizitams, šalis privalo apie tai pranešti kitai šaliai nedelsiant, bet ne vėliau, kaip per 1 darbo dieną. To nepadarius, kalta šalis padengia kitai šaliai su tuo susijusius nuostolius.

6.4. Abi sutarties šalys įsipareigoja laikyti paslapyje kitos šalies sutartyje pateiktas komercines žinias.

6.5. **Pardavėjas** privalo laikytis įsipareigojimų, kurie yra pateikti raštu.

7. Ginčų sprendimo tvarka:

7.1. Ginčai tarp **Pardavėjo** ir **Pirkėjo**, kylantys dėl šios sutarties vykdymo, sprendžiami tarpusavio susitarimu.

7.2. Nepavykus išspręsti ginčo tarpusavio susitarimu, jis sprendžiamas Lietuvos Respublikos Įstatymu nustatyta tvarka.

8. Sutarties galiojimas:

8.1. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

8.2. Sutartis gali būti nutraukta prieš laiką šalių susitarimu bet kuriuo metu. Pirkimo sutartis gali būti nutraukta:

8.2.1. rašytiniu šalių susitarimu;

8.2.2. pirkimo sutartyje nustatytais atvejais ir tvarka;

8.2.3. kitais Civilinio kodekso nustatytais atvejais.

8.2.4. Perkančioji organizacija, nesikreipdama į teismą, gali vienašališkai nutraukti pirkimo sutartį, raštu įspėjusi tiekėją prieš 10 dienų, jeigu:

8.2.4.1. tiekėjui iškeliamą restruktūrizavimo arba bankroto byla, tiekėjas likviduojamas, sustabdo savo ūkinę veiklą arba kai įstatymuose ar kituose teisės aktuose nustatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

8.2.4.2. esant esminiam pirkimo sutarties pažeidimui, kaip tai numatyta Civiliniame kodekse.

8.3. Vienašališkai, prieš laiką sutartis gali būti nutraukta vienai iš šalių nevykdant sutarties reikalavimų arba įsipareigojimų, raštu įspėjus antrąją šalį apie tai ne mažiau kaip prieš 10 dienų, o taip pat 6.2. p. nurodytais atvejais.

8.4. Sutarties nutraukimas prieš laiką neatleidžia nuo pareigos įvykdyti įsipareigojimus už laikotarpį iki šios sutarties nutraukimo.

8.5. Sutartis laikoma įvykdyta, kai šalys pilnai įvykdo šioje sutartyje numatytas sąlygas.

8.6. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už dalies arba visų sutartyje numatytų įsipareigojimų neįvykdymą, jei tai atsitiko susidarius ypatingoms aplinkybėms (Force majeure), apibrėžtoms Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-07-15 nutarimu Nr.840. Tokiu atveju sutartyje nurodytu įsipareigojimų įvykdymo terminai yra pratęsiami priklausomai nuo ypatingų aplinkybių trukmės.

8.7. Susidarius ypatingoms aplinkybėms, šalys apie tai turi pranešti viena kitai ne vėliau kaip per 10 d. nuo ypatingų aplinkybių susidarymo.

8.8. Pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas, jei toks sutikimas yra reikalingas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Jei tiekėjas savo pasiūlyme nurodė, kad, vykdant pirkimo sutartį bus pasitelkiami subtiekejai, šie subtiekejai nurodomi pirkimo sutartyje. Nurodytus subtiekejus (jei jie nurodyti) galima keisti tik raštu informavus apie tai perkančiąją organizaciją, nurodant pagrįstas keitimo priežastis ir gavus raštišką perkančiosios organizacijos sutikimą. Naujai siūlomas subtiekejus turi atitikti Apklausoje sąlygose keičiamam subtiekei numatytus reikalavimus. Tiekėjas

bet koku atveju atsako už visus pagal pirkimo sutartį priimtus įsipareigojimus, nepaisant to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami subtiekejai. Pagrįstomis subtiekejo keitimo priežastimis laikomos priežastys, kai tiekėjo pasiūlytas subtiekejas dėl objektyvių priežasčių (subtiekejui bankrutavus ar susidarius analogiškai situacijai, nutrūkus teisiniams santykiams su tiekėju ir pan.) nebegali įvykdyti visų ar dalies pirkimo sutartyje nurodytų sąlygų. Perkančiajai organizacijai sutikus su subtiekejo pakeitimu, perkančioji organizacija kartu su tiekėju raštu sudaro susitarimą dėl subtiekejo pakeitimo. Šis susitarimas yra neatskiriama pirkimo sutarties dalis. Subtiekejo keitimo tvarkos pažeidimas laikomas esminiu pirkimo sutarties pažeidimu.

8.9. Sutartis surašyta lietuviu kalba. Ją sudaro du identiški sutarties originalai, skirti po vieną kiekvienai šaliai.

Šalių juridiniai rekvizitai:

VŠĮ Jonavos pirminės sveikatos priežiūros
centras
Žeimių g. 19, LT-55134 Jonava
Įstaigos kodas 256739230
Tel.:(8 349) 69011, el.p. info@jonavospssc.lt

A/s LT394010043900040074
AB Luminor bankas, Jonavos sk.
Banko kodas 40100
Direktorė
Asta Sivolovienė
A.V.

UAB „Limeta“

V.A. Graičiūno g. 4, LT-02241, Vilnius
Įmonės kodas 221906050
PVM mokėtojo kodas LT219060515
Tel. (8 5) 2649696, faks.: (8 5) 2602055
El.p. vilnius@limeta.lt
A/s:LT257044060001645641
AB “ SEB bankas”, banko kodas 70440
Generalinis direktorius
Virginijus Domarkas