



V. A. Graičiūno g. 4, LT-02241 Vilnius, tel. (8-5) 2649696, faks. (8-5) 2602055, el. paštas vilnius@limeta.lt
Kodas 221906050, PVM mokėtojo kodas LT219060515, Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registras.

VšĮ RADVILIŠKIO RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS
(Adresasat (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

2021-10-26, Nr. 570475
Vilnius

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjekto grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Limeta“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjekto grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	V. A. Graičiūno g. 4, LT-02241, Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Dalia Zamkauskienė
Telefono numeris	(8 5) 2649696
Fakso numeris	(8 5) 2602055
El. pašto adresas	vilnius@limeta.lt
Už pasiūlymo pasirašymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos	Viešųjų pirkimų specialistė Aušra Siitkienė

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) Pirkimo sąlygose, pateiktose CVP IS;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

** Vykdamant sutartį pasitelksiu šiuos subtiekiejus:

Eil.Nr.	Subtiekiejo pavadinimas

**Pildyti tuomet, jei bus sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekiejai.

4) *** Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai):

Eil.Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas
1.	Konfidencialu.pdf

***Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Mes siūlome šias prekes: **Analizatorius Horiba ABX SAS, Modelis: Micros ES60 OTB viešojo pirkimo būdu nupirko ir perdavė VšĮ Radviliškio r. PSPC 1 vnt., VšĮ Šeduvos PSPC – 2 vnt.** Radviliškio rajono savivaldybės administracija, vykdydama projektą 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Siūlomos prekės visiskai atitinka pirkimo sąlygose nurodytus (1 priedas) reikalavimus:

Eil. Nr.	Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai	Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn.	Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui	Reagentų ir priemonių reikalingų vienam(1) tyrimui atlikti, kaina Eur su PVM	Siūloma pakuotė	Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis, EUR be PVM	Suma, EUR be PVM	Suma, EUR su PVM	Siūlomos prekės, gamintojo pavadinimas
1.	Hematologiniai tyrimai	30 000 tyrimų							

1.1	ABX MINIDIL LMG 20L		27 vnt.	0,0964	20 L	102,00	2754,00	2891,70	Horiba Medical, ABX MINIDIL 20L, Ref. 0901020
1.2	MINILYSEBIO 0,4 L		43 vnt.	0,1178	0,4 L	78,28	3366,04	3534,34	Horiba Medical, MINILYSEBI O 0,4 L, Ref. 0906020
1.3	ABX CLEANER 0,5 L		79 vnt.	0,0038	0,5 L	13,73	1084,67	1138,90	Horiba Medical, ABX CLEANER 0,5 L, Ref. 0903011
1.4	ABX MINOCLAIR 0,5L		6 vnt.	0,0038	0,5 L	18,29	109,74	115,23	Horiba Medical, ABX MINOCLAIR 0,5L, Ref. 0401005
1.5	ABX MINOTROL N/H/L		70 vnt.	0,0488	2,5 ml	19,90	1393,00	1462,65	Horiba Medical, ABX MINOTROL N/H/L, Ref. 2042202, 2042208, 2042209
1.6	ABX MINOCAL		3 vnt.	0,0041	2 ml	39,00	117,00	122,85	Horiba Medical, ABX MINOCAL, Ref. 2032002

	Iš viso:	x	x	x	x	x	x	x	8824,45	9265,67	x
2.	<i>Hematologiniai tyrimai</i>	10 000 tyrimų									
2.1	ABX MINIDIL LMG 20L		11 vnt.	0,0393	20 L	102,00	1178,10	Horiba Medical, ABX MINIDIL 20L, Ref. 0901020			
2.2	MINILYSEBIO 0,4 L		18 vnt.	0,0493	0,4 L	78,28	1409,04	Horiba Medical, MINILYSEBIO 0,4 L, Ref. 0906020			
2.3	ABX CLEANER 0,5 L		43 vnt.	0,0207	0,5 L	13,73	590,39	Horiba Medical, ABX CLEANER 0,5 L, Ref. 0903011			
2.4	ABX MINOCLAIR 0,5L		6 vnt.	0,0038	0,5 L	18,29	109,74	Horiba Medical, ABX MINOCLAIR 0,5L, Ref. 0401005			
2.5	ABX N/H/L MINOTROL		70 vnt.	0,0488	2,5 ml	19,90	1393,00	Horiba Medical, ABX MINOTROL			

Reagentai ir priemonės	Pasiūlyme turi būti pateiktos visos tyrimui atlikti būtinos priemonės: reagentai, kontrolinės medžiagos (įskaičiuoti kasdieninę kontrolę), skiedikliai, plovikliai ir t.t. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (rašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
Reagentų stabilumas, saugojimo sąlygos	Tiekėjai privalo pateikti visų priemonių gamintojo deklaruojamą stabilumą atidarius, specifinius reikalavimus paruošimui, laikymui, naudojimui. Tyrimų reagentai turi būti paruošti naudojimui.
CE ženklimas pagal in-vitro diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79 /EC	Visi reagentai ir priemonės turi būti sertifikuoti naudojimui Europos sąjungoje, ženklinti CE žyme.
Reagentų galiojimas pristatymo metu	Ne mažesnis 6 mėn.
Pakuotės	Pateikti galimų atlikti tyrimų skaičių, reagento pakuotės talpą (ml, l, vnt. ir kt.), koks kiekis panaudojamas 1 tyrimui atlikti.
Naudojimo instrukcijos, darbo metodikos bei saugos duomenų lapai	Turi būti pateiktos lietuvių kalba reagentų, kontrolinių medžiagų, kitų priemonių naudojimo instrukcijos, darbo metodikos bei saugos duomenų lapai. Galima pateikti elektroninėje laikmenoje.
Išorinės kokybės kontrolė	Tiekėjas savo išorinė organizuoja išorinės kokybės kontrolę 2 kartus per metus
CE ženklimas pagal in-vitro diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79 /EC	Įranga turi būti sertifikuota naudojimui Europos sąjungoje, ženklinta CE žyme. Pateikti gamintojo atitikties deklaracijų kopijas.
Techninis analizatorių aptarnavimas	Turi būti garantuotas kvalifikuotas techninis analizatoriaus aptarnavimas tiekėjo išorinėmis, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymu "Dėl medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" 2016 m. vasario 17d. Nr. V-271.
Garantiniai įsipareigojimai, remontas	Tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti perduoto prietaiso techninę priežiūrą, galimų defektų ir/ar gedimų šalimą/remontą visą panaudos sutarties galiojimo terminą. Prietaisas turi būti pastoviai atnaujinamas, kad būtų techniškai pajėgus atlikti visus išvardintus tyrimus. Analizatorių galimų defektų ir/ar gedimų/ sutrikimų nustatymas turi būti pradedamas nedelstant (darbo dienomis) po pranešimo gavimo apie iškilusius nesklaidumus. Prietaisas turi būti sutaisytas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas arba pakceistas lygiaverčiu kokybišku prietaisu.

Reikalavimai lygiaverčiam analizatoriui pagal panaudą (3 vnt.)

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Pavadinimas, atitikimas reikalavimams
1.	Automatinis hematologinis analizatorius, veikiantis skystos chemijos reagentų principu, su 3-ių dalių leukocitų diferenciacija	Būtina	
2.	Matavimo principas:	Varžos ir riboto tūrio principas	

3.	Ne mažiau 18 parametrų ir 3 histogramos:	Matuojami parametrai: WBC#, LYM#, LYM%, GRA#, GRA%, MID# arba MON#, MID% arba MON%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV, PCT, PDW Pateikiamos histogramos: WBC (leukocitai), RBC (eritrocitai), PLT (trombocitai)	
4.	Tikslumas	Reikalaujama parametro vertė turi būti „WBC ne blogiau kaip CV < 3,0 %, RBC ne blogiau kaip CV < 2,5 %, HGB ne blogiau kaip CV < 2,0 %, PLT ne blogiau kaip CV < 6,0 %“.	
5.	Našumas	ne mažiau 60 tyr./val.	
6.	Galimybė tirti veninį ir kapiliarinį kraują	Būtina	
7.	Automatinis analizatoriaus prasiplovimas	Būtina	
8.	Automatinis adatos nusivalymas	Būtina	
9.	Reikalingas mėginio kiekis	ne daugiau 20 µl	
10.	Komplektuojamas kartu su lazeriniu spausdintuvu	Būtina	
11.	Paciento identifikacija	Paciento vardas, paciento ID, mėginio ID	
12.	Pranešimai / atsekamumas: reagentų galiojimas, serija, reagentų likučiai, pataloginis rezultatas, rezultatas virš laboratorinių ribų	Būtina	
13.	Rezultatai atspausdinami kartu su normomis bei histogramos	Būtina	
14.	Atmintis	Ne mažiau 500 tyrimų rezultatų bei kokybės kontrolės rezultatų, Galimybė duomenis pakartotinai persiųsti išorinė IS	
15.	Automatinė ir rankinė kalibracija	Būtina	
16.	Kokybės kontrolės sistema	3 lygių, Levee Jennings kreivė	
17.	Integruotas LCD skystųjų kristalų ekranas, su Touch screen valdymu, rezultatai ir histogramos pateikiamos ekrane	Būtina	
18.	Jungtis su kompiuteriu, išoriniu spausdintuvu, PC tipo klaviatūra, USB jungtis x 2, RS232 jungtis, Ethernet (TCP/IP protokolai) arba lygiavertės	Būtina	
19.	Barkodų skaitytuvas	Būtina	
20.	Maitinimas	AC 100-240V, 50 Hz	

21.	Analizatoriaus išmatavimai:	ne daugiau kaip 450 x 450 x 440 mm
22.	Prekės garantinio aptarnavimo laikotarpis	Ne mažiau 24 mėnesių

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros.

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Igaliojimas	1
2.	Gamintojo dokumentai	184

Pasiūlymas galioja 30 dienų

Miešujų pirkimų specialistė
Aušra Silickienė

